

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00 horas**, del día **21 de enero de 2025**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sita, en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44100; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la **LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”** (en adelante **LA LICITACIÓN**), de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante **LA LEY**), 45 y 46 de su Reglamento (en adelante **REGLAMENTO**), así como también a lo establecido en el numeral **3.8 Junta de Aclaraciones a las Bases de la Convocatoria de LA LICITACIÓN**.


Este acto es presidido por el **Lic. Cecilia Reynoso Guzmán**, Jefe A del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. El servidor público que preside el acto fue asistido por el representante del área requirente y área técnica, el representante del área contratante en carácter de área administrativa cuyos nombres se mencionan a continuación:

SERVIDOR PÚBLICO	DEPENDENCIA
Lic. Cecilia Reynoso Guzmán	Jefe A del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco
C. Julio César Jiménez Zermeño	Servidor público designado por el titular de la Unidad Centralizada de Compras
Dr. Raúl Pavel Contreras Sandoval	Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
Dr. Eduardo Munguía Alvarez	Médico adscrito a la Dirección de Operaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Quien preside el acto comunica a los asistentes que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la **LEY**, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, en el domicilio de la convocante de los siguientes licitantes:

NO.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR	FORMA DE PRESENTACIÓN	NÚMERO DE PREGUNTAS ESPECÍFICAS
1	HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	SI	PRESENCIAL	2 ADMINISTRATIVAS / 16 TÉCNICAS
2	INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.	SI	PRESENCIAL	5 ADMINISTRATIVAS / 10 TÉCNICAS
3	DISTRIBUIDORA EL MANTE, S.A. DE C.V.	SI	PRESENCIAL	1 ADMINISTRATIVA
TOTAL DE PREGUNTAS				34

Se procede a dar lectura de las solicitudes de aclaración a la convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como las respuestas otorgadas por la convocante, como se indica a continuación:



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025

“ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025”

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN Y/O ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/LEGALES																																																																								
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA LICITACIÓN	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE																																																																					
1	4.2 REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN K) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES DE CONSUMO GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD. EL LICITANTE DEBERÁ DE ADJUNTAR CUANDO MENOS EL 80% DE CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN EL QUE SE MANIFIESTE QUE LA PROPUESTA DEL LICITANTE PARA LOS CONSECUTIVOS DE LA PARTIDA ÚNICA, LA CADUCIDAD DE LOS BIENES SERÁ LA QUE SE ESTABLECE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONTADA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN SITIO.	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, SE NOS PERMITA ADJUNTAR EL 65% DE CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO Y EL OTRO 15% EN CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL AL PUNTO K) CARTA COMPROMISO DEL FABRICANTE DE LOS BIENES DE CONSUMO GARANTIZANDO EL PERIODO DE CADUCIDAD.	Se acepta su propuesta, sin ser una limitante para el resto de los participantes.																																																																					
2	4.2 REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN a) PROPUESTA TÉCNICA LOS LICITANTES DEBERÁN ELABORAR SU PROPUESTA TÉCNICA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEBIENDO REALIZAR LA TRANSCRIPCIÓN TEXTUAL Y DETALLADA DEL ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS, SIN TEXTOS ENTRE LÍNEAS, TACHADURAS O ENMENDADURAS, CON LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO SOLICITADO, DATOS Y CARACTERÍSTICAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO CON LO SOLICITADO, SIN ABREVIATURAS IDENTIFICARÁ LA PARTIDA ÚNICA Y SUS CONSECUTIVOS, CLAVES DEL CONSECUTIVO, DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, MARCA (SI APLICA), DENOMINACIÓN DISTINTIVA, DENOMINACIÓN GENÉRICA NÚMERO DE	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, SE NOS PERMITA OFERTAR MAS DE UNA MARCA PARA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>11</td><td>13</td></tr> <tr><td>15</td><td>18</td><td>19</td></tr> <tr><td>20</td><td>21</td><td>22</td></tr> <tr><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr> <tr><td>30</td><td>34</td><td>35</td></tr> <tr><td>38</td><td>55</td><td>56</td></tr> <tr><td>58</td><td>59</td><td>67</td></tr> <tr><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr><td>73</td><td>74</td><td>75</td></tr> <tr><td>77</td><td>78</td><td>79</td></tr> <tr><td>80</td><td>81</td><td>82</td></tr> <tr><td>83</td><td>93</td><td>94</td></tr> <tr><td>95</td><td>96</td><td>106</td></tr> <tr><td>107</td><td>130</td><td>131</td></tr> <tr><td>140</td><td>141</td><td>142</td></tr> <tr><td>143</td><td>144</td><td>145</td></tr> <tr><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr> <tr><td>154</td><td>190</td><td>191</td></tr> <tr><td>192</td><td>193</td><td>201</td></tr> <tr><td>224</td><td>225</td><td>241</td></tr> <tr><td>242</td><td>268</td><td>269</td></tr> <tr><td>795</td><td>899.</td><td></td></tr> </table> ESTO DEBIDO A QUE EN CIERTAS OCASIONES POR	1	2	5	6	11	13	15	18	19	20	21	22	23	24	25	30	34	35	38	55	56	58	59	67	68	71	72	73	74	75	77	78	79	80	81	82	83	93	94	95	96	106	107	130	131	140	141	142	143	144	145	146	147	148	154	190	191	192	193	201	224	225	241	242	268	269	795	899.		Se acepta su propuesta, siempre y cuando todas las marcas ofertadas cumplan con todos los requisitos señalados en el numeral 4.2 REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN y Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. El licitante únicamente podrá ofertar un precio por insumo. Lo anterior sin ser una limitante para el resto de licitantes.
1	2	5																																																																						
6	11	13																																																																						
15	18	19																																																																						
20	21	22																																																																						
23	24	25																																																																						
30	34	35																																																																						
38	55	56																																																																						
58	59	67																																																																						
68	71	72																																																																						
73	74	75																																																																						
77	78	79																																																																						
80	81	82																																																																						
83	93	94																																																																						
95	96	106																																																																						
107	130	131																																																																						
140	141	142																																																																						
143	144	145																																																																						
146	147	148																																																																						
154	190	191																																																																						
192	193	201																																																																						
224	225	241																																																																						
242	268	269																																																																						
795	899.																																																																							



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN Y/O ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/LEGALES			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA LICITACIÓN	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	REGISTRO SANITARIO, PAÍS DE ORIGEN.	CUESTIONES DE MATERIAS PRIMAS NO SE CUENTA CON INVENTARIO PARA ENTEGA INMEDIATA, CABE MENCIONAR QUE LAS MARCAS A OFERTAR SERÁN LAS LÍDERES E EL MERCADO, ESTO PARA QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA RESULTE ADJUDICADA PODER DAR CUMPLIMIENTO A LAS ENTREGAS CABALMENTE DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y NO DEJAR A LOS HOSPITALES CON ALGUN FALTANTE DE MERCANCÍA.	


HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
1 CONSECUTIVO 152 CLAVE 060.165.0849	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE DOBLE LUMEN DE INSERCIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN CON AGUJA INTRODUCIDORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9 A 3.0 FR. PIEZA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONFIRMO SI SE REFIERE A CATÉTER VENOSO CENTRAL, NUTRILINE TWINFLO DOBLE VÍA, 2 FR LONG 300 MM, 24 G, PUR BIO-ESTABLE, TERMOSENSIBLE. VOLUMEN MUERTO 2 X 0.2 ML, FLUJO 1.45 ML/MIN X 2 VÍAS. CON INTRODUCIDOR PELABLE CORTO MICROFLASH 20 G Y CINTA MÉTRICA INCLUIDA, LOS PROLONGADORES VIENEN EQUIPADOS CON PINZA CLAMP, UNA VÍA IDENTIFICADA CON LUER VERDE Y LA OTRA VIA IDENTIFICADA CON LUER NARANJA, CON TRES BIONECTORES LIBRES DE AGUJA, LONG 23.90 MM, CON UN VOLUMEN MUERTO 0.02 ML, FLUJO 170 ML/MIN. CON SISTEMA DE FIJACIÓN PARA CATÉTER AUTO-ADHERIBLE, HIPOALERGENICO, CON VELCRO INTEGRADO. PUNTA NEGRA PARA VERIFICAR EXTRACCIÓN SEGURA TRANSICION PROGRESIVA ENTRE EL CATÉTER Y LA MARIPOSA DE FIJACIÓN PARA EVITAR LOS RIESGOS DE ACODAMIENTO O FRACTURA. MARCADO CENTIMÉTRICO Y DOBLE	Es correcta su apreciación



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
2 CONSECUTIVO 163, CLAVE060.166. 1903	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL CATÉTER INTRODUTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS	MARCAJE CADA 5 CM. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR. CATÉTER DOBLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PRÓXIMAL 20G, VÍA DISTAL 20G, CON AGUJA INTRODUTOR 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR.	Si se acepta la propuesta, sin esto ser limitativo para el resto de los ofertantes.
3 CONSECUTIVO 163, CLAVE 060.166.1911	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) RENGLON 163 CLAVE 060.166.1903 CATÉTERES. CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J", CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. EL	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR. CATÉTER DOBLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PRÓXIMAL 20G, VÍA DISTAL 20G, CON AGUJA INTRODUTOR 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR.	No se acepta su propuesta, la descripción en las observaciones corresponde a la clave 060.166.1903. La descripción ofertada para sustitución se encuentra repetida.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"


HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	POLIURETANO TERMOSENSIBLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y 3 EXTENSIONES CON CLAMP MARCADAS COMO DISTAL MEDIAL Y PROXIMAL PARA PERCUSION LUMEN INTERNO DE LA VIA PROXIMAL 23G VIA MEDIAL 23 G Y VIA DISTAL 20 G CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 38 MM Y JERINGA DE 5 ML UNA GUIA METALICA EN J LONGITUD 40CMS Y DIAMETRO 0.5 MM CON UN DILATADOR PIEZA	COMO PROXIMAL, MEDIAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PRÓXIMAL 20G, MEDIAL 23G, VÍA DISTAL 23G, CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR.	
8 CONSECUTIVO 890, CLAVE 060.999.0297	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS PIEZA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS PIEZA ATÉTER 4 FR DOBLE LUMEN PARA VASOS UMBILICALES ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO DE 20 CM, CON MARCAS DE 4CM HASTA 20 CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL, LUMEN INTERNO DISTAL DE 20 G Y PRÓXIMAL 20 G, Y EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL CON CONECTOR HEMBRA LUER-LOCK. ENTERAMENTE RADIOPACO CON UN ORIFICIO DISTAL Y UN ORIFICIO LATERAL EXTREMIDAD DISTAL ROMA. PROLONGADORES PROXIMALES (POLIURETANO) LONGITUD 5 CM, EQUIPADO DE PINZA CLAMP. MARCADO CENTIMETRITO DE 4 A 20 CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL. PIEZA.	Si se acepta la propuesta sin ser limitante para el resto de los participantes.
9 CONSECUTIVO S 84 Y 85, CLAVES 060.088.0918,06 0.088.0926	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) APÓSITOS. TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO MARCO DE APLICACIÓN BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 7.0 X 8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EMPAQUE CON 100 PIEZAS Y AJUSTAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO A NUESTRA PRESENTACIÓN.	No se acepta su propuesta, al no encontrarse con registro en Compendio Nacional de Insumos para la Salud



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	CATÉTER INTRODUCTOR ES OPCIONAL; LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS		
4 CONSECUTIVO 200, CLAVE 060.168.0440	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) CATÉTERES. PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO LONGITUD 30.5 CM CALIBRE 18 G CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM DE LARGO DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCCLISIS LUER LOCK. PIEZA.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME INDIQUE SI SE REFIERE A CATETER PICC 3 FR 60 CM CON TECNICA SELDINGER	Se refiere a 30.5 cm conforme a descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud
5 CONSECUTIVO 213, CLAVE 060.168.2453	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO)	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME INDIQUE SI SE REFIERE A CATETER PICC 4 FR 60 CM CON TECNICA SELDINGER	Se refiere a 30.5 cm conforme a descripción del Compendio Nacional de Insumos para la Salud
6 CONSECUTIVO 623, CLAVE 060.859.0519	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO). TAPONES LUER LOCK PARA CATÉTER DE HICKMAN PARA HEPARINIZACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA S	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME INDIQUE SI ES CORRECTO COTIZAR CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONG. 23.90 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK Y OTRA DE RESORTE ANTI-CONTAMINACION QUE CANCELE ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 16 GA, DE ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, VOLUMEN MUERTO 0.02ML, FLUJO 170 ML/MN.	Se acepta siempre que cuente con registro en Compendio Nacional de Insumos para la Salud y se demuestre un beneficio para el área requirente.
7 CONSECUTIVO 705, CLAVE 060.999.0148	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) CATETER SUBCLAVIO 4 FR CATETER TRIPLE LUMEN 4.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE CON ESTUCHE DE INSTALACION LONGITUD 12.5 CMS DE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ME INDIQUE SI SE REFIERE A CATÉTER TRIPLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS	No se acepta la propuesta


5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"


HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	PARA SECADO COMPLETAMENTE ABSORBENTE DEJANDO LA PIEL SIN NINGÚN RESIDUO DE JABÓN O AGUA, QUEDANDO COMPLETAMENTE LIMPIA, SUAVE E HIDRATADA EQUIPO.		
12 CONSECUTIVO 433, CLAVE 060.436.0677	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) GASAS. GASA SECA CORTADA DE TELA NO TEJIDA NO ESTÉRIL. 7.5 CM X 7.5 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EMPAQUE CON 100 PIEZAS Y AJUSTAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO A NUESTRA PRESENTACIÓN.	No se acepta su propuesta, al no encontrarse con registro en Compendio Nacional de Insumos para la Salud
13 CONSECUTIVO 434, CLAVE 060.436.0685	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) GASAS. GASA SECA CORTADA DE TELA NO TEJIDA NO ESTÉRIL. 10 CM X 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS.	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EMPAQUE CON 100 PIEZAS Y AJUSTAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO A NUESTRA PRESENTACIÓN.	No se acepta su propuesta, al no encontrarse con registro en Compendio Nacional de Insumos para la Salud
14 CONSECUTIVO 762, CLAVE 060.999.1233	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) APÓSITOS INCISIONAL DE POLIURETANO DE 25CM LARGO Y 6.3 CM ANCHO KIT COMPLETAMENTE ENCAPSULADO DENTRO DE 1 LAMINA ADHESIVA, TRANSPAR AUTOADHERIBLES SOBRE UNA INTERFAZ NO ADEHERIBLE DE LA TELA DE POLISTER CON PLATA IONICA AL 0.019% Y CON UN BORDE HIDROCOLOIDE INCLUYE UN INDICADOR DE PRESION, UNA HOJA CON SET DE TELAS ADHESIVAS Y UN CONECTOR, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE Y LIBRE DE LATEX 3M; 1 REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTÉRIL. (TERAPIA VAC) KIT	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA MEDIDA 25 X 10 BRINDANDO MAYOR COBERTURA A LA INCISION REALIZADA EN EL PROCESO QUIRURGICO	No se acepta la propuesta
15 CONSECUTIVO 766, CLAVE 060.999.30024	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS, HIDROFOBICO. CONTIENE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA MEDIDA 20 CM X 12.5 CM X 3CM YA QUE EL DIFERENCIAL NO INFLUYE AL FUNCIONAMIENTO DE LA TERAPIA	No se acepta la propuesta

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
10 CONSECUTIVO 87, CLAVE 060.100.0011	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) BABEROS. DE TELA NO TEJIDA DE RAYÓN. ANATÓMICO AUTOAJUSTABLE DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA.	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PUBLICACIÓN DE DIARIO OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, EN LUGAR DE REGISTRO SANITARIO	Se acepta la propuesta presentando documento del diario oficial
11 CONSECUTIVO 414, CLAVE 060.345.4067	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: -MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 400C DE TEMPERATURA; HIPO ALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSIOACTIVAS Y ANTISÉPTICAS O MANOPLA PRE-ENJABONADA: ES SUFICIENTE HUMEDECER CON AGUA LA SUPERFICIE DE LA PALMA DE LA MANO DONDE SE ENCUENTRA LA ESPONJACION EL JABÓN Y MASAJEAR LA PARTE DEL CUERPO A TRATAR. DICHO JABÓN ES HIPOALERGÉNICO Y CONTIENE UN MÁXIMO DEL 0.3% DE CHLOREXIDINA CON ALTO PODER ANTISÉPTICO. MANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO. DESECHABLE O MANOPLA	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PUBLICACIÓN DE DIARIO OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, EN LUGAR DE REGISTRO SANITARIO	Se acepta la propuesta presentando documento del diario oficial




ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	UNA ESPONJA DE 18 CM X 12.5CM X 3.2CM, UN CONECTOR SENSATRAK REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LAMINA ADHESIVA. KIT		
16 CONSECUTIVO 768, CLAVE 060.999.6003	(ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICO) RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO CONECTOR QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLER CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. PIEZA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR LA MEDIDA DE 800 ML YA QUE EL DIFERENCIAL NO INFLUYE AL FUNCIONAMIENTO DE LA TERAPIA	No se acepta la propuesta

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN Y/O ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/LEGALES			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA LICITACIÓN	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
1	2.1.7 FORMA DE ADJUDICACIÓN Y TIPO DE CONTRATO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN LAS BASES, CONFORME A LA PARTIDA ÚNICA O SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE ADJUDICAR POR RENGLÓN, CONSIDERANDO CADA CONCEPTO DE MANERA INDEPENDIENTE.	No se acepta su propuesta, los licitantes deberán ofertar la totalidad de los conceptos que integran la partida única.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN Y/O ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/LEGALES			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA LICITACIÓN	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
2	2.6 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS	SE LE SOLICITA ALA CONVOCANTE SI ES POSIBLE ¿PRESENTAR UNA OFERTA PARCIAL POR RENGLÓNEN LA PARTIDA ÚNICA DESCRITA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA? EN CASO AFRIMATIVO, ¿CÓMO SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS CONSIDERANDO QUE LOS RENGLONES PUEDEN SER ADJUFICADOS A DIFERENTES PROVEEDORES?	No se acepta su propuesta, los licitantes deberán ofertar la totalidad de los conceptos que integran la partida única.
3	2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ADQUISICIÓN. PRIMER PÁRRAFO	EN RELACIÓN CON EL PÁRRAFO QUE ESTABLECE QUE LAS PROYECCIONES PROYECTADAS EN LA TABLA PREVIA TIENEN COMO FINALIDAD GARANTIZAR CONDICIONES EQUITATIVAS DE COMPETENCIA Y NORMAR UN CRITERIO DE IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS PARA LOS OFERENTES, PERO QUE DICHAS CANTIDADES NO REPRESENTAN UN CONSUMO FIJO POR PARTE DE LA CONVOCANTE, Y CONSIDERANDO QUE EL CONTRATOSERÁ DE TIPO ABIERTO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LAASSP, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE: 1. PRECISE CUÁLES SERÁN LAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS ESTABLECIDAS COMO COMPROMISO DE COMPRA Y COMO SUSCEPTIBLES DE EJECUCIÓN DENTRO DEL CONTRATO ABIERTO. 2. CONFIRME SI DICHAS CANTIDADES ESTARÁN SUJETAS A MODIFICACIONES ADICIONALES EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCANTE DURANTE LA VIGENCIA DE CONTRATO.	La presente contratación se realizará bajo la modalidad de contrato abierto, a precio fijo, con un presupuesto máximo y mínimo señalado en el numeral 2.1.8. Tipo de contrato de las Bases, El área requirente podrá solicitar los insumos de acuerdo a sus necesidades.

9



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN Y/O ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/LEGALES			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA LICITACIÓN	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
4	3.9 DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. SEGUNDO PÁRRAFO	EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO PÁRRAFO QUE INDICA QUE LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, Y CONSIDERANDO QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO SI LAS DEMÁS HOJAS O ANEXOS CARECEN DE FIRMA, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿ES POSIBLE QUE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN SEAN RUBRICADOS EN SUS HOJAS INTERMEDIAS Y ÚNICAMENTE FIRMADOS EN AQUELLAS DONDE APLIQUE LA FIRMA AUTÓGRAFA REQUERIDA?	La persona facultada para firmar la proposición, deberá firmar cada uno de los documentos que formen su propuesta en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de esta.
5	4.2 REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS PARA LA EVALUACIÓN BINARIA	EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN LIGERAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA PRESENTADA Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ¿CÓMO SERÁ EVALUADA LA PROPUESTA TÉCNICA?	Los LICITANTES deberán cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el numeral 4.2 REQUISITOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS PARA LA EVALUACIÓN BINARIA y el Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, cualquier incumplimiento a los requisitos obligatorios será motivo de desechamiento.

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
1	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE REQUERIMIENTO DE LOS BIENES A ADQUIRIR. PRIMER PÁRRAFO.	EN RELACIÓN CON EL PÁRRAFO QUE INDICA QUE LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN LA PARTIDA ÚNICA Y OBSERVAR LA UNIDAD DE MEDIDA DESCRITA EN EL APARTADO DENOMINADO "DESCRIPCIÓN" DEL ARCHIVO "CARTA DE	Los licitantes deberán ofertar la totalidad de los conceptos que integran la partida única.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS", SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LO SIGUIENTE: ¿ES POSIBLE PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN LA CUAL NO SE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES DE LA PARTIDA ÚNICA, CONSIDERANDO ÚNICAMENTE AQUELLOS QUE SEAN APLICABLES A LAS CAPACIDADES DEL LICITANTE	
2	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025.	SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SI EN CASO DE QUE UNA CLAVE OFERTADA ESTÉ DESCONTINUADA, PERO CUENTE CON UN SUSTITUTO OFICIAL DEBIDAMENTE PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE FEDERACIÓN, ¿QUÉ PROCEDIMIENTO SE DEBE SEGUIR PARA SU CONSIDERACIÓN? ASIMISMO, ES NECESARIO PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE RESPALDE DICHO CAMBIO?	Se acepta en los casos en que se compruebe remitiendo vía oficial el desabasto de la clave, debiendo formalizar la petición de sustitución con los mismos documentos requeridos para la evaluación técnica y siempre que por costo beneficio sea favorable al área requirente.
3	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA 12. CLAVE DE CUADRO BÁSICO 060.033.0013	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PERMITIR LA COTIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE 12 ML, EN VIRTUD DE QUE LA PRESENTACIÓN DE 20 ML HA SIDO DESCONTINUADA EN EL MERCADO. ASIMISMO, CONFIRMAMOS QUE LA CLAVE 060.960.0011 CORRESPONDE A LA CLAVE SUSTITUTA PARA DICHA PRESENTACIÓN.	Se acepta siempre y cuando que el costo-beneficio de la clave a sustituir sea en beneficio del ORGANISMO sin que sea limitante para el resto de participantes.
4	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA 75. CLAVE DE CUADRO BÁSICO 060.088.0827	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PERMITIR LA COTIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN CAJA CON 5 PIEZAS, CONSIDERANDO SU DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO Y CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.	No se acepta, toda vez que no se encuentra registrada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud
5	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA 76. CLAVE DE CUADRO BÁSICO 060.088.0835	SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE PERMITIR LA COTIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN CON MEDIDA 20x50, EN EMPAQUE DE CAJA CON 2 PIEZAS, ATENDIENDO A	No se acepta, toda vez que no se encuentra registrada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud

9



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL
EJERCICIO 2025"

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
		LA DISPONIBILIDAD DE ESTA PRESENTACIÓN EN EL MERCADO.	
6	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA NO. 41 CLAVE 060.066.0765 -DESINFECTANTES. GLUTARALDEHÍDO AL 2%. CON ACTIVADOR EN POLVO (COLOR VERDE AL ACTIVARSE) CON EFECTIVIDAD DE 14 DÍAS. ENVASE DE PLÁSTICO CON 4 LTS.	SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO Y LISTO PARA USAR, COLOR VERDE CON EFECTIVIDAD DE 30DÍAS. ¿ENVASE DE PLASTICO CON 4 LTS?, EN VIRTUD DE QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRODUCTO ACTIVADO Y CON ACTIVADOR NO GENERA DIFERENCIA ALGUNA EN SU EFECTIVIDAD, ADEMÁS DE SER UN PRODUCTO MÁS SEGURO AL USUARIO, A SÍ COMO MÁS EFICIENTE, YA QUE AL EVITAR EL PROCESO DE ACTIVACIÓN IN SITU, SE EVITA TANTO LA GENERACIÓN DE VAPORES TÓXICOS EN EL SERVICIO COMO EL TIEMPO DE ESPERA PARA SU USO ÓPTIMO Y CORRECTO.	No se acepta, toda vez que no se encuentra registrada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud
7	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA NO. 44 CLAVE 060.066.0880 -DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DE 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. ENVASE CON 6 FRASCOS. PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE INDICAN REUSO SE DEBE COMPROBAR SU ACTIVIDAD QUÍMICA O AUSENCIA DE CONTAMINACIÓN MEDIANTE CULTIVOS. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO CON LAS	LA CLAVE ESPECIFICA LA PRESENTACIÓN ENVASE CON 6 FRASCOS DE 1 LT; SIN EMBARGO, EN EL REQUERIMIENTO SE SOLICITA FRASCO, SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA CANTIDAD REQUERIDA SON 506 FRASCOS CON 1 LT (EL EQUIVALENTE A 84.33 ENVASES CON 6 FRASCOS DE 1 LT.), O BIEN SE ESTÁN REQUIRIENDO 506 ENVASES CON 6 FRASCOS DE 1 LT., (EL EQUIVALENTE A 3,36 FRASCOS C/1 LT.).	La presentación a ofertar deberá ser envase con 6 frascos, las cantidades señaladas son únicamente proyecciones, no representa un mínimo de consumo, por lo que el área requirente solicitará las cantidades que requiera, toda vez que el contrato será abierto con presupuesto mínimo y máximo.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
	INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE		
8	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA NO. 414. CLAVE DE CUADRO BÁSICO 060.345.4067	TODA VEZ QUE ESTE PRODUCTO POR SU NATURALEZA NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PUBLICACIÓN DE DIARIO OFICIAL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO E BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO, EN LUGAR DE REGISTRO SANITARIO.	Se acepta la propuesta de presentar publicación del Diario Oficial de la Federación dónde se especifique que es un insumo que no requiere Registro Sanitario.
9	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA NO. 433. CLAVE DE CUADRO BÁSICO 060.436.0677	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EMPAQUE CON 100 PIEZAS Y AJUSTAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO A NUESTRA PRESENTACIÓN.	No se acepta, toda vez que no se encuentra registrada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud
10	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. PUNTO 2. LISTADO DE MATERIAL DE CURACIÓN 2025. PARTIDA NO. 434. CLAVE DE CUADRO BÁSICO 060.436.0685	SOLICITAMOS CORTÉSMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EMPAQUE CON 100 PIEZAS Y AJUSTAR LA PROYECCIÓN DE CONSUMO A NUESTRA PRESENTACIÓN.	No se acepta, toda vez que no se encuentra registrada en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud

DISTRIBUIDORA EL MANTE, S.A. DE C.V.			
PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA LICITACIÓN Y/O ASPECTOS ADMINISTRATIVOS/LEGALES			
NO. DE PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	NUMERAL ESPECÍFICO DE LA LICITACIÓN	PREGUNTA Y/O ACLARACIÓN	RESPUESTA DE LA CONVOCANTE
1	2.6 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS	¿A QUÉ SE REFIERE LA CONVOCANTE CON COTIZAR PARTIDA ÚNICA DONDE LOS PARTICIPANTES DEVERÁN COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS CONSECUTIVOS SOLICITADOS SIENDO QUE MI REPRESENTADA SOLO PARTICIPARA CON DOS PARTIDAS?	Los licitantes deberán ofertar la totalidad de los conceptos que integran la partida única.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL EJERCICIO 2025"

Acto seguido y de conformidad con lo establecido en el artículo 46 fracción I último párrafo, quien preside el acto, pregunta a los **LICITANTES** presentes si tienen preguntas en relación con las respuestas otorgadas por la **CONVOCANTE**, a lo que dicen no tener ninguna.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 bis de la **LEY**, el acta de la junta de aclaraciones será firmada por los servidores públicos, los licitantes presentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma.

De conformidad con el artículo 33 de la **LEY**, esta acta forma parte integral de la convocatoria a la licitación. -----

Para efectos de la notificación personal, para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la **LEY**, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx/> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en el tablero de notificaciones de la Coordinación de Adquisiciones del **ORGANISMO**, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles. -----


No existiendo más aclaraciones por parte de los presentes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta, siendo las **12:43 horas**, del día **21 del mes de enero del año 2025**.

Esta Acta consta de **16 páginas**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR PARTE DEL ORGANISMO:

SERVIDOR PÚBLICO	DEPENDENCIA	FIRMA
LIC. CECILIA REYNOSO GUZMÁN	JEFA A DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	
C. JULIO CÉSAR JIMÉNEZ ZERMEÑO	PERSONA DESIGNADA POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	
LIC. MONSERRAT AMARANTA FLORES PONCE	PERSONA DESIGNADA POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	

POR EL ÁREA REQUERENTE Y TÉCNICA.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL LA-73-019-914010985-I-6-2025
"ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, PARA EL
EJERCICIO 2025"

SERVIDOR PÚBLICO	DEPENDENCIA	FIRMA
Dr. Raúl Pavel Contreras Sandoval	Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.	
Dr. Eduardo Munguía Alvarez	Médico adscrito a la Dirección de Operaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.	

POR PARTE DE LOS LICITANTES.

LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
INSUMOS Y SOLUCIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V.	ANTONIO EDUWIGES CASTRO GONZÁLEZ	
DISTRIBUIDORA EL MANTE, S.A. DE C.V.	WEDY CALDERÓN DELGADO	

-----FIN DEL ACTA-----

A. 9