

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

20 de junio del 2024



Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el "Glosario de Términos y Definiciones" descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:10 horas** del día **20 de junio de 2024** se celebra la **Novena Sesión Ordinaria**, en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, fracción VI, de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el **Acto de FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**", en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha del **30 de mayo de 2024**, en la **Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, se llevó a cabo la aprobación y publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://info.jalisco.gob.mx> y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**, así como del artículo 15 de la **LEY** de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Segundo.- Con fecha del **06 de junio de 2024**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

Tercero.- Con fecha del **13 de junio de 2024**, se celebró la **Décima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la **LEY** de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

- MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.
- ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.
- CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.
- SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.
- ISULMED S. DE R.L. DE C.V.
- SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
- SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.
- TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.
- DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.
- JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

CONSIDERANDO:

Primero. Competencia.

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la **LEY** de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el Resultado de la Evaluación Legal-Administrativa en el que determina lo siguiente:

I.- De la Evaluación que determina si las PROPOSICIONES resultan solventes administrativamente.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II, de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, la **Evaluación Legal-Administrativa** fue realizada por la **Unidad Centralizada de Compras**, la cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
D. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple		



INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	No
	4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento. B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE. D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.	No le aplica		No le aplica		No le aplica		No le aplica	
e)	Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
f)	Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
g)	Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. g.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
h)	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social: h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES. h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES. i.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
l)	Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
m)	Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	

INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	



INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.						
	1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple		Cumple	
	2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina).	Cumple		Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple		Cumple	
	A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	Cumple		Cumple		Cumple	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple		Cumple	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple		Cumple	
	D. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.	Cumple		Cumple		Cumple	
	4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: A. Copia simple de acta de nacimiento.	No le aplica		No le aplica		No le aplica	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	No le aplica		No le aplica		No le aplica	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.	No le aplica		No le aplica		No le aplica	
	D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.	No le aplica		No le aplica		No le aplica	
	e)	Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	Cumple		Cumple		Cumple
f)	Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	Cumple		Cumple		Cumple	
g)	Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Cumple		Cumple		Cumple	
	g.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple		Cumple	
h)	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Cumple		Cumple		Cumple	
	h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES.	Cumple		Cumple		Cumple	
	h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple		Cumple	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y enteros de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES.	Cumple		Cumple		Cumple	
	i.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Cumple		Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	Cumple		Cumple		Cumple	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.	Cumple		Cumple		Cumple	
l)	La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple		Cumple	
	Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple		Cumple	



INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No
m)	Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	Cumple		Cumple		Cumple	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	Cumple		Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple		Cumple	

INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		SÍ	No	SÍ	No	SÍ	No
c)	Anexo 4. (Carta de Proposición). Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.	Cumple		Cumple		Cumple	
d)	Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite.	Cumple		Cumple		Cumple	
	1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).	Cumple		Cumple		Cumple	
	2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina).	Cumple		Cumple		Cumple	
	3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además: Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.	Cumple		Cumple		No le aplica	
	A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.	Cumple		Cumple		No le aplica	
	B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	Cumple		Cumple		No le aplica	
	C. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del PARTICIPANTE.	Cumple		Cumple		No le aplica	
	D. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.	Cumple		Cumple		No le aplica	
	4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:	No le aplica		No le aplica		Cumple	
	A. Copia simple de acta de nacimiento.	No le aplica		No le aplica		Cumple	
B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.	No le aplica		No le aplica		Cumple		
C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del PARTICIPANTE.	No le aplica		No le aplica		Cumple		
D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.	No le aplica		No le aplica			No cumple, solo presenta el acuse de recibo de la declaración.	



INCISO	REQUISITOS OBLIGATORIOS	TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	
		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		Sí	No	Sí	No	Sí	No
							No presenta la última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023.
e)	Anexo 6. (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de PROVEEDORES).	Cumple		Cumple		Cumple	
f)	Anexo 7. (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	Cumple		Cumple		Cumple	
g)	Anexo 8. (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.	Cumple		Cumple		Cumple	
	g.1 Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en los términos del numeral 25 de las presentes BASES .	Cumple		Cumple		Cumple	
h)	Anexo 9. Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social:	Cumple		Cumple		Cumple	
	h.1 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS en los términos del numeral 26 de las presentes BASES .	Cumple		Cumple		Cumple	
	h.2 Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).	Cumple		Cumple		Cumple	
i)	Anexo 10. Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT, en los términos del numeral 27 de estas BASES .	Cumple		Cumple		Cumple	
	i.1 Constancia de Opinión en Materia de Aportaciones Patronales emitida por el INFONAVIT.	Cumple		Cumple		Cumple	
j)	Anexo 11. (Copia simple de Identificación Oficial Vigente).	Cumple		Cumple		Cumple	
k)	Anexo 12. (Estratificación), y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.						
	La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE .	Cumple		Cumple		Cumple	
l)	Anexo 13. (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación).	Cumple		Cumple		Cumple	
m)	Anexo 14. (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales).	Cumple		Cumple		Cumple	
n)	Anexo 16. Formato libre a través del cual el PROVEEDOR se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el numeral 21 de conformidad con lo establecido en el Anexo 15 .	Cumple		Cumple		Cumple	
o)	Anexo 17 Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual.	Cumple		Cumple		Cumple	

II. Los **PARTICIPANTES MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V., ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V., CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V., SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., ISULMED S. DE R.L. DE C.V., SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V., CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos obligatorios solicitados en el punto 9.1, de las **BASES**.

III. El **PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO, NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1, específicamente en el inciso d) Anexo 5. Numeral 4. Letra D. de las **BASES**, toda vez que solo presentó el acuse de recibo de la declaración, omitiendo presentar la última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, como se solicita en dicho punto de las **BASES**.

Tercero. Evaluación que determina si las **PROPOSICIONES** resultan solventes **TÉCNICAMENTE**.

Con fundamento en los artículos 66 y 69 numeral 1 fracciones I y II de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada "**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**", la evaluación de los requisitos



técnicos de las PROPOSICIONES recibidas, fue realizada por el Subdirector General Médico y la Directora de Hospitales, ambos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quienes poseen la calidad de área requirente de donde se desprende el Dictamen Técnico, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente FALLO y ha sido integrado al expediente de contratación. De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la CONVOCATORIA de la LICITACIÓN y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumplen o no cumplen las PROPUESTAS evaluadas, observándose el siguiente resultado.

Cuarto. De los análisis cualitativo y cuantitativo a las PROPUESTAS presentadas por los PARTICIPANTES se desprende lo siguiente:

PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.						
PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SI	NO	
9	94	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	1. CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS. 2.1 CARRO ROJO DE PLÁSTICO CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMETRICO. 2.1.1 CARRO DE EMERGENCIA 2.1.1.1 DE MATERIAL PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO. 2.1.1.2 DIMENSIONES: LONGITUD ENTRE 75 CM. Y 90 CM. ANCHO ENTRE 55 CM. Y 65 CM. ALTURA ENTRE 80 CM. Y 90 CM. COMO MÍNIMO. 2.1.1.3 CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN. 2.1.1.4 CUATRO RUEDAS ANTIESTÁTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, CON SISTEMA DE FRENADO. 2.1.1.5 SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. 2.1.1.6 SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR-MONITOR CON CAPACIDAD DE GIRO. 2.1.1.6.1 CON AL MENOS 4 COMPARTIMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL. 2.1.1.6.2 CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN. 2.1.1.6.3 CON DISPOSITIVO PARA SUJECCIÓN DEL DESFIBRILADOR. 2.1.1.7 SISTEMA DE SEGURIDAD: 2.1.1.8 CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS. 2.1.1.10 CON POSTE PORTAVENOCLISIS DE ALTURA AJUSTABLE E INTEGRADO. 2.1.1.11 REANIMADOR PULMONAR REUSABLE CON BOLSA DE SILICÓN 2.1.1.11.1 VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN 2.1.1.11.2 BOLSA TAMAÑO ADULTO 2.1.1.11.3 BOLSA TAMAÑO PEDIÁTRICO 2.1.1.11.4 BOLSA TAMAÑO NEONATAL 3 EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 3.1 MANGO DE LARINGOSCOPIO CON BATERÍA RECARGABLE 3.2 CARGADOR PARA MANGO DE LARINGOSCOPIO 3.3 HOJAS DE LARINGOSCOPIO ESTERILIZABLES 3.3.1 HOJAS RECTAS O MILLER DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO NÚMERO 00, 0, 1, 2, 3 Y 4 3.3.2 HOJAS CURVAS DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4 3.4 ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS 4 CON SISTEMA DE SUJECCIÓN AL CARRO PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E 5 DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARA-MÉTRICO. 6 DESFIBRILADOR: CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE IMPEDANCIA. 6.1 PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO. 6.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

		<p>DESCARGA BIFÁSICA HASTA 270J. 6.3 CAPACIDAD DE AUTODESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 40 SEGUNDOS. 6.3.1 PROGRAMACIÓN DE AUTODESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 40, 50 Y HASTA 60 SEGUNDOS. 6.4 CON SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA DESDE AL MENOS 2J HASTA 270J. 6.5 TIEMPO DE CARGA DE 4 SEGUNDOS O MENOR PARA CARGA ESTÁNDAR DE 200J. 6.6 TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA DE 270J. 6.7 CON SELECTOR DE MODO: CARADIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA). 6.8 CON CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) DE AL MENOS 2J HASTA 50J Y EXTERNA DE AL MENOS 2J HASTA 270J. 6.9 DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN. 6.10 CABLE PARA USO DE PARCHES DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS. 6.11 CON INDICADOR DE IMPEDANCIA EN PALAS, PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA ENTRE EL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO. 6.12 REGISTRO DE HASTA 22 SEGUNDOS DE LAS ONDAS DE ECG CON ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 2000 SEGUNDOS DE TODOS LOS INFORMES DE ONDA 6.13 CAPACIDAD DE CAMBIAR A PANTALLA DE ALTO CONTRASTE (PANTALLA MONOCROMÁTICA). 6.14 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS POR AL MENOS 24 HORAS DE TENDENCIAS Y HASTA 1000 REGISTROS DE EVENTOS 7 MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO POR MEDIO DE CABLE PARA PARCHES DE DESFIBRILACIÓN. 7.1 INTERCONSTRUIDO USANDO ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN AUTOADHERIBLES. 7.2 AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 0 MA O MENOR A 200 MA O MAYOR. 7.3 DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILLISEGUNDOS O MENOR. 7.4 FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO O MAYOR. 7.5 ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO). 7.6 DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA. 8 MODO DEA 8.1 NIVEL DE ENERGÍA PARA PACIENTES ADULTOS DESDE 50 A 270J 8.2 NIVEL DE ENERGÍA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DESDE 50 A 100J 8.3 CANTIDAD DE DESCARGAS DESDE 1, 2, 3 Y CONFIGURABLE. 8.4 FUNCIÓN DE METRÓNOMO EN CPR 8.5 CAPACIDAD DE GRABACIÓN DE SONIDO DE 24 HORAS EN ALMACENAMIENTO DE GRABACIÓN 9 MONITOR: 9.1 PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 6.5 PULGADAS COMO MÍNIMO 9.2 DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL. 9.3 DESPLIEGUE DE 3 ONDAS DE MANERA SIMULTÁNEA EN PANTALLA. 10 ECG: 10.1 CON DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE: FRECUENCIA CARDÍACA, DESPLIEGUE DE TRAZO DE ECG A SELECCIONAR DE ENTRE 8 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, 2 PRECORDIALES V) 10.2 DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE</p>		<p><i>(Handwritten marks and signatures)</i></p>
--	--	--	--	--



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

		<p>LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN. 11 RESPIRACIÓN: 11.1 POR MEDIO DE IMPEDANCIA TORÁCICA. 11.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE AL MENOS 3 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. 11.3 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA. 12 PALAS: 12.1 PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECTEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA. 12.2 CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. 12.3 BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL. 12.4 CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN. 13 ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES: 13.1 CATEGORÍAS DE ALARMAS: TÉCNICAS Y FISIOLÓGICAS. 13.2 SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 13.2.1 FRECUENCIA CARDIACA 13.2.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA. 13.3 DE DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. 13.4 DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. 13.5 TIEMPO DE ALARMA DE APNEA 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, 40 S. 14 SISTEMA DE REGISTRO: 14.1 IMPRESIÓN INTEGRADA. 14.2 CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO. 14.3 MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO. 14.4 IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE EVENTOS DE CARGA, CHOQUE, INFORME DE PRUEBAS Y ALARMAS DE PARÁMETROS. 14.5 DOS CANALES COMO MÍNIMO. 15 BATERÍA: 15.1 RECARGABLE E INTEGRADA. 15.2 CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA. 15.3 QUE PERMITA DAR AL MENOS 100 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA Ó 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO. 15.4 TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 3 HORAS O MENOR. 16 CAPACIDAD A FUTURO DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO PARA LA MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD EN COMPRESIONES DEL RCP. 16.1 CAPACIDAD A FUTURO DEL DESPLIEGUE EN PANTALLA DE VALORES DE COMPRESIÓN DE RCP. 17 CAPACIDAD A FUTURO DE ALGÚN PROGRAMA PARA GESTIÓN DE DATOS QUE PERMITA A LOS MÉDICOS REVISAR LOS DATOS DEL PACIENTE. QUE LOS DATOS PUEDEN EDITARSE E IMPRIMIRSE SEGÚN SEA NECESARIO 18. ASA SUPERIOR PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO ACCESORIOS: CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO. • CABLE PARA PACIENTE DE 5 PUNTAS COMO MÍNIMO. • AL MENOS 100 ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG. • AL MENOS 5 ELECTRODOS AUTO ADHERIBLES TRANSCUTÁNEOS PARA DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS ADULTO – PEDIÁTRICO. • AL MENOS DOS TUBOS DE PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROCARDIOGRAMA. • AL MENOS DOS ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN PARA ELECTROCARDIOGRAMA. • AL MENOS 2 FOCOS PARA LARINGOSCOPIO.</p>		
--	--	--	--	--

C

30

1



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

9	95	ECOCARDIOGRAFO PORTATIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. ULTRASONIDO CON PAQUETES DE MEDICIÓN BÁSICA, DE CARDIOLOGÍA, DE ABDOMEN, VASCULAR Y PEDIATRICA, COMO MÍNIMO. 2. CON MONITOR LCD A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN, DE MÍNIMO 15 PULGADAS, CON AJUSTE AUTOMATICO DE BRILLO. 3. CON AJUSTE DEL ANGULO DEL MONITOR. 4. CON TECLADO RETROILUMINADO. 5. CON CARRO DE ALTURA AJUSTABLE. 6. CON MODOS PHI, THI, PDI, DPDI, CFM, PW. 7. CON PIH ARMÓNICO. 8. CON MEDICION DE IMT. 9. CON FUNCIONES DE ECG, REDUCCIÓN DE MANCHAS, MEJORA DE BORDES, ESCANEAO AMPLIO Y AREA DE IMAGEN AMPLIADA. 10. CON CAPACIDAD DE GENERAR IMÁGENES COMPUESTAS ESPACIALES, IMÁGENES ESPECIFICAS DE TEJIDOS E IMÁGENES TRAPEZOIDALES. 11. CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN B/M, PW. 12. CON CAPACIDAD DE ROTAR IMÁGENES. 13. CON CAPACIDAD DE GENERAR VIGAS CUADRUPLAS. 14. CON FRECUENCIA AJUSTABLE DE 5 BANDAS EN MODO B. 15. CON INDICE TEI E INDICE DE CARACTERISTICAS ACUSTICAS DEL TEJIDO. 16. CON BLUETOOTH. 17. CON WI-FI. 18. CON DICOM. 19. CON DISCO DURO DE MÍNIMO 500 GB. 20. CON 2 PUERTOS PARA TRANSDUCTOR COMO MÍNIMO. 21. CON BATERÍA CON DURACIÓN DE MÍNIMO 80 MINUTOS. 22. CON TRANSDUCTOR SECTORIAL PARA PACIENTE ADULTO. 23. CON TRANSDUCTOR SECTORIAL PARA PACIENTE PEDIATRICO. 	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
9	96	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	<ol style="list-style-type: none"> 1.- MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD: 1.1.- MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN. 1.2.- VENTILADOR INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANETESIA. 1.3.- CON AL MENOS CUATRO CONTACTOS ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS CON FUSIBLES PARA LOS CUATRO CONTACTOS. 1.4.- YUGOS PARA CILINDRO DE O2. 1.5.- CON AL MENOS TRES CAJONES. UN SOLO SISTEMA DE CERRADURA PARA LOS TRES CAJONES. 1.6.- MESA DE TRABAJO. 1.7.- MONTAJE EN MÁQUINA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES POR MEDIO DE BRAZO. 1.8.- CUATRO RUEDAS, CUATRO DE ELLAS CON FRENO. 1.9.- MANÓMETROS INTERCONSTRUIDOS DE PRESIÓN AL FRENTE DEL EQUIPO. CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES (O2-VERDE, N2O-AZUL, AIRE- AMARILLO): 1.9.1.- TRES PARA TOMA MURAL (O2, N2O, AIRE). 1.9.2.- UNO PARA CILINDRO (O2). 1.10.- BATERÍA DE ION LITIO 4400 MAH, RESPALDO INTERNO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 240 MIN. 1.11.- CON ILUMINACIÓN PARA EL ÁREA DE TRABAJO. 1.12.- CAPACIDAD DE INSERTAR MÓDULOS PARA CAPNOGRAFÍA (FLUJO PRINCIPAL, FLUJO LATERAL O MICRO FLUJO), CAPACIDAD PARA AGREGAR MÓDULO PARA MEDICIÓN DE AGENTES ANESTÉSICOS PARA VISUALIZAR LOS DATOS EN PANTALLA DE LA UNIDAD DE ANESTESIA. 2.- VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA: 2.1.- SUMINISTRAR UN VAPORIZADOR DE 	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.


		<p>SEVOFLURANE 2.2.- CON COMPENSACIÓN EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA. 2.3.- INDICADOR VISUAL DEL NIVEL DE LLENADO DEL AGENTE ANESTÉSICO. 2.4.- ADAPTADOR PARA EL LLENADO DEL VAPORIZADOR EN CASO DE REQUERIRSE. 3.- SUMINISTRO DE GAS FRESCO: 3.1.- FLUJÓMETROS CODIFICADOS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES:(O2- VERDE, N2O- AZUL, AIRE- AMARILLO): 3.1.1.- NEUMÁTICOS DOBLES PARA O2. RANGO DE 0 - 1 L/MIN Y DE 1 - 15 L/MIN 3.1.2.- NEUMÁTICOS DOBLES PARA N2O. RANGO DE 0 A 1 L/MIN Y DE 1 A 10 L/MIN. 3.1.2.- NEUMÁTICOS DOBLE PARA AIRE. RANGO DE 0 - 1 L/MIN A 1 - 15 L/MIN. 3.2.- GUARDA HIPÓXICA MÍNIMA DE 25%. 3.3.- FLUSH O SUMINISTRO DE OXÍGENO DIRECTO DESDE 25 A 75 L/MIN. 3.4.- SUMINISTRO DE O2 AUXILIAR EN EL SISTEMA DESDE 0 A 15 L/MIN. 4.- CIRCUITO DE PACIENTE: 4.1.- UN CÁNISTER: 4.1.1.- CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1500 ML. 4.1.2.- REUSABLE Y ESTERILIZABLE. 4.1.3.- CON FILTRO DE POLVO, EN CASO DE REQUERIRSE. 4.2.- CON TRAMPA DE AGUA NO MAYOR A 6 ML Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO EN CIRCUITO DEL PACIENTE INTERCONSTRUIDO. 4.3.- SALIDA DE GAS FRESCO PARA CIRCUITO AUXILIAR. 4.4.- CON SISTEMA DE CONMUTACIÓN, MANUAL O AUTOMÁTICO, ENTRE CIRCUITO CIRCULAR Y CIRCUITO AUXILIAR (TIPO BAIN). 4.5.- SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO. 4.6.- TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERÁN SER ESTERILIZABLES Y LIBRES DE LÁTEX. VOLUMEN DEL SISTEMA EN MODO MANUAL NO MAYOR A 3300 ML (INCLUYENDO RECIPIENTE DE CANISTER SIN BOLSA). VOLUMEN DEL SISTEMA EN MODO MECÁNICO NO MAYOR A 4350 ML (INCLUYENDO CANISTER Y FUELLE). 4.7.- VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL) DESDE 1 A 75 CMH2O. 4.8.- VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN. 4.9.- VÁLVULA DE CONMUTACIÓN BOLSA-VENTILADOR. 4.10.- BRAZO AJUSTABLE PARA LA BOLSA DE VENTILACIÓN MANUAL. 4.11.- MANÓMETRO DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS. RANGO DESDE -20 A +100 CMH2O. 4.12.- SISTEMA PARA EL INTERCAMBIO DE CAL SODADA SIN NECESIDAD DE DEJAR DE VENTILAR. 5.- VENTILADOR MICROPROCESADO E INTERCONSTRUIDO DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA: 5.1.- TECLADO SENSIBLE AL TACTO Y PÉRILLA SELECTORA. 5.2.- DESPLIEGUE DE MENSAJES Y PARÁMETROS EN ESPAÑOL. 5.2.1.- TECLAS RÁPIDAS DE SILENCIO, ALARMA, MENÚ Y EN ESPERA. 5.3.- PANTALLA DEL VENTILADOR: 5.3.1.- TIPO TÁCTIL. TFT LCD EN COLOR. 5.3.2.- TAMAÑO MÍNIMO DE 10.4". 5.3.3.- A COLOR. DE BRILLO AJUSTABLE. 5.3.4.- CRONOMETRO DE TIEMPO TRANSCURRIDO. 5.3.5.- DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN FORMA NUMÉRICA. 5.3.6.- DESPLIEGUE DE UNA CURVA DE PVA Y VOLUMEN. 5.4.- MODOS DE VENTILACIÓN:</p>		<p>3 1</p>
--	--	--	--	------------

C

Handwritten signature and scribbles



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

		<p>5.3.7.- DESPLIEGUE GRÁFICO DE BUCLES INDIVIDUALES DE PRESIÓN-VOLUMEN, FLUJO-VOLUMEN Y PRESIÓN-FLUJO.</p> <p>5.4.1.- CONTROLADO POR VOLUMEN. (VCV)</p> <p>5.4.2.- CONTROLADO POR PRESIÓN. (PCV)</p> <p>5.4.3.- SIMV-VC Y SIMC-PC.</p> <p>5.4.4.- PRESIÓN DE SOPORTE (PS)</p> <p>5.5.- CONTROLES Y AJUSTE DE:</p> <p>5.5.1.- VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 20 A 1500 ML.</p> <p>5.5.2.- PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 10 A 100 CMH2O.</p> <p>5.5.3.- PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 5 A 60 CMH2O.</p> <p>5.5.4.- FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 2 A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO.</p> <p>5.5.5.- PEEP ELECTRÓNICO QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE DESACTIVADO, 3 A 30 CMH2O.</p> <p>5.5.6.- RELACIÓN I:E 4:1 Y RELACIÓN I:E INVERSA 1:8.</p> <p>5.5.7.- PAUSA INSPIRATORIA DESACTIVADA, DE 5 A 60%.</p> <p>5.5.8.- PRESIÓN SOPORTE DE 3 A 60 CMH2O.</p> <p>5.5.9.- ACTIVACIÓN POR FLUJO Y POR PRESIÓN.</p> <p>5.6.- DESPLIEGUE NUMÉRICO EN PANTALLA DEL VENTILADOR O DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES:</p> <p>5.6.1.- FRACCIÓN INSPIRADA DE OXÍGENO (FIO2).</p> <p>5.6.2.- VOLUMEN CORRIENTE.</p> <p>5.6.3.- VOLUMEN MINUTO.</p> <p>5.6.4.- PRESIÓN MEDIA.</p> <p>5.6.5.- PRESIÓN PICO, O EN SU CASO PRESIÓN SOPORTE.</p> <p>5.6.6.- PEEP.</p> <p>5.6.7.- FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>5.6.8.- RESISTENCIA DE LA VÍA AÉREA (RAW)</p> <p>5.6.9.- COMPLIANCE</p> <p>5.7.- DESPLIEGUE DE CURVA DE PRESIÓN EN VÍAS AÉREAS, VOLUMEN Y/O FLUJO ADEMÁS DE LOS LAZOS DE ESPIROMETRÍA EN LA MISMA PANTALLA.</p> <p>5.8.- SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES PRIORIZADAS EN TRES NIVELES (DESPLIEGUE Y AJUSTE EN PANTALLA DEL VENTILADOR):</p> <p>5.8.1.- FIO2 (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.2.- VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.3.- PRESIÓN DE VÍAS AÉREAS (ALTA Y BAJA).</p> <p>5.8.4.- APNEA.</p> <p>5.8.5.- PRESIÓN BAJA DE SUMINISTRO DE GAS MOTRIZ.</p> <p>5.8.6.- FALLA EN EL VOLTAJE ELÉCTRICO.</p> <p>5.8.7.- FALLA, O CAMBIO DE CELDA DE O2</p> <p>5.8.8.- FUGA EN CIRCUITO DE PACIENTE.</p> <p>5.8.9.- CALIBRAR EN SENSOR DE PRESIÓN.</p> <p>5.8.10.- FALLA EN SENSOR DE FLUJO.</p> <p>5.8.11.- PESTAÑA DE INFORME GENERAL DE LAS ALARMAS Y POSIBLE AYUDA.</p> <p>5.9.- CONMUTACIÓN A VENTILACIÓN MANUAL.</p> <p>5.10.- COMPENSACIÓN DE VOLUMEN O DESACOPLO DE GAS FRESCO.</p> <p>5.11.- INDICADOR DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AC O DC.</p> <p>5.12.- INDICADOR DE BATERÍA BAJA.</p> <p>5.13.- CONECTOR DE RED RJ45 PARA LA CONEXIÓN DE RED.</p> <p>5.14.- CONECTOR DB9 QUE FACILITE LA CALIBRACIÓN DEL FLUJO Y DE LA PRESIÓN</p> <p>5.15.- PUERTO DE COMUNICACIONES RS-232, DOS PUERTOS USB.</p> <p>5.16.- CAPACIDAD DE GUARDAR EL LAZO DE ESPIROMETRÍA ACTUAL COMO LÍNEA DE REFERENCIA Y HASTA CUATRO BUCLES DE REFERENCIA.</p> <p>5.17.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y TABULARES AL MENOS 48 HORAS DE DATOS CONTINUOS.</p> <p>6.- SISTEMA DE COMPROBACIÓN QUE VERIFIQUE EL</p>		
--	--	--	--	---



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO DE LA UNIDAD DE ANESTESIA.
 7. CON MÓDULO DE AGENTES ANESTÉSICOS Y CON CAPACIDAD A FUTURO PARA INSERTAR MÓDULO EXTERNO DE CAPNOGRAFÍA.
 7.1 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE O2, N2O INSPIRADO Y ESPIRADO.
 7.2 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE AGENTES ANESTÉSICOS
 7.3 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN DE GAS ANESTÉSICO INSPIRADO Y ESPIRADO.
 DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA CONCENTRACIÓN ALVEOLAR MÍNIMA (MAC)
 8.- MONITOR MODULAR CON PANTALLA DE 12 PULGADAS COMO MÍNIMO
 8.1.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO.
 8.2.-SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.
 8.3.-PANTALLA SENSIBLE AL TACTO O MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA O PERILLA SELECTORA, A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.
 8.4.-DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA, POR LO MENOS 8 DE MANERA SIMULTÁNEA.
 8.5.- MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
 9.- ECG.
 9.1.- DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 5 DERIVACIONES O MÁS.
 9.2.- FUNCIÓN DE DESPLIEGUE DE 7 CURVAS DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA.
 9.3.- ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS.
 9.4.- MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTc.
 9.5.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA.
 9.6.- DETECCIÓN DE 24 ARRITMIAS COMO MÍNIMO. QUE CUMPLA CON AL MENOS LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, PAUSA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, BIGEMINISMO Y TRIGEMINISMO.
 9.7.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.
 9.8.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS.
 10.- PLETISMOGRAFÍA.
 10.1.- CURVA DE PLETISMOGRAFÍA.
 10.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.
 10.3.- FRECUENCIA DE PULSO.
 10.4.- ÍNDICE DE PERFUSIÓN.
 10.5.- INDICADOR GRÁFICO DE LA CALIDAD DE SEÑAL.
 11.- RESPIRACIÓN.
 11.1.- CURVA DE RESPIRACIÓN.
 11.2.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA.
 12.- TEMPERATURA EN AL MENOS UN CANAL.
 12.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE TEMPERATURAS.
 12.2.- CAPACIDAD DE MEDIAR DOS TEMPERATURAS Y CAPACIDAD DE DESPLEGAR LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA.
 13.- PRESIÓN NO INVASIVA.
 13.1.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).
 13.2.- TOMAS DE PRESIÓN NO INVASIVA: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.
 13.3.- PRESIONES INVASIVAS
 13.3.1.- EN AL MENOS DOS CANALES
 13.3.2.- DESPLIEGUE DE ONDA DE PRESION INVASIVA
 13.3.3.-DESPLIEGUE NUMÉRICO DE VALOR SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA.
 13.3.4.- ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN DE AL

C

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

MENOS 10 DE LOS SIGUIENTES: ARTERIO PULMONAR, ARTERIAL UMBILICAL, AÓRTICA, ARTERIA BRANQUIAL, ARTERIA FEMORAL, PRESIÓN INTRACRANEAL, VENOSA UMBILICAL, SANGUÍNEA ARTERIAL, PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL Y PRESIÓN DE VENTRÍCULO IZQUIERDO.

14.- ALMACENAMIENTO DE DATOS

14.1.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS CON UNA RESOLUCIÓN DE NO MENOS DE 1 MINUTO, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

14.2.- ALMACENAMIENTO DE 1000 EVENTOS DE ARRITMIAS, INCLUIDAS ALARMAS FISIOLÓGICAS Y TÉCNICAS, EVENTOS DE ARRITMIAS.

14.3.- 48 HORAS DE DIVULGACIÓN COMPLETA.

15.- QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO.

16.- CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.

17.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:

17.1.- SATURACIÓN DE OXÍGENO.

17.2.- FRECUENCIA CARDIACA.

17.3.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).

17.4.- TEMPERATURA.

FRECUENCIA RESPIRATORIA.

18.- ALARMA DE APNEA.

19.- ALARMA DE ARRITMIAS.

20.- ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.

21.- CON SILENCIADOR DE ALARMAS.

22.- INTERFAZ, MENÚ Y MENSAJES EN ESPAÑOL.

23.- CON DISEÑO QUE PERMITA AL EQUIPO SER MONTADO A LA MÁQUINA DE ANESTESIA.

24.- FUNCIÓN O PERFIL DE CÁLCULOS DE VENTILACIÓN, DE OXIGENACIÓN Y RENALES.

25.- CON CAPACIDAD DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO.

26.- CON CAPACIDAD A FUTURO DE INTEGRAR MÓDULOS PARA MEDICIÓN DE CO₂, BIS, GASTO CARDIACO Y AGENTES ANESTÉSICOS.

27.- CONEXIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS

27.1.- CON CAPACIDAD DE CONECTARSE VÍA INALÁMBRICA A CENTRAL DE MONITOREO DE LA MISMA MARCA, MISMA QUE PERMITA VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS EN TIEMPO REAL.

27.2.- LA COMPATIBILIDAD DE ENVÍO DE DATOS DEL MONITOR A LA CENTRAL DE MONITOREO DEBE SER TAL QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE DESPLEGAR LOS VALORES RECIBIDOS POR EL DISPOSITIVO DE DESFIBRILACIÓN, MONITOR DE SIGNOS VITALES, VENTILADOR Y BOMBAS DE INFUSIÓN DE LA MISMA MARCA.

ACCESORIOS:

UN CABLE TRONCAL Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO.

UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).

BRAZALETE ADULTO REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA Y UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA EL BRAZALETE

UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.

UN CABLE TRONCAL PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INVASIVA, CON KIT DE TRANSDUCTOR DESECHABLES PARA LA TOMA DE PRESIÓN INVASIVA.

10 TRAMPAS DE AGUA PARA MEDICIÓN DE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

			CAPNOGRAFÍA 20 LÍNEAS DE MUESTREO PARA MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA		
9	97	MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO	<p>1. MONITOR PRECONFIGURADO CON PANTALLA DE 12".</p> <p>2. CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO.</p> <p>3. SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN.</p> <p>4. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR.</p> <p>5. DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA, POR LO MENOS 8 DE MANERA SIMULTÁNEA.</p> <p>6. MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</p> <p>7. ECG.</p> <p>7.1. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 5 DERIVACIONES O MÁS.</p> <p>7.2. FUNCIÓN DE DESPLIEGUE DE 7 CURVAS DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA.</p> <p>7.3. ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS.</p> <p>7.4. MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTc.</p> <p>7.5. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDIACA.</p> <p>7.6. DETECCIÓN DE 24 ARRITMIAS COMO MÍNIMO. QUE CUMPLA CON AL MENOS LAS SIGUIENTES: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, PAUSA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, BIGEMINISMO Y TRIGEMINISMO.</p> <p>7.7. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR.</p> <p>7.8. DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>8. PLETISMOGRAFÍA.</p> <p>8.1.1. CURVA DE PLETISMOGRAFÍA.</p> <p>8.1.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO.</p> <p>8.1.3. FRECUENCIA DE PULSO.</p> <p>8.1.4. ÍNDICE DE PERFUSIÓN.</p> <p>8.1.5. INDICADOR GRÁFICO DE LA CALIDAD DE SEÑAL.</p> <p>9. RESPIRACIÓN.</p> <p>9.1. CURVA D RESPIRACIÓN.</p> <p>9.2. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA.</p> <p>10. TEMPERATURA EN AL MENOS UN CANAL.</p> <p>10.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE TEMPERATURA.</p> <p>10.2. CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE DOS TEMPERATURAS Y DESPLIEGUE DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA.</p> <p>11. PRESIÓN NO INVASIVA.</p> <p>11.1. DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).</p> <p>11.2. TOMAS DE PRESIÓN NO INVASIVA: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO.</p> <p>11.3. MODO VENOPUNCIÓN.</p> <p>12. ALMACENAMIENTO DE DATOS</p> <p>12.1. TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.</p> <p>12.2. 1000 EVENTOS DE ARRITMIAS, ALARMAS TÉCNICAS Y PARÁMETROS ASOCIADOS.</p> <p>12.3. 48 HORAS DE DIVULGACIÓN COMPLETA.</p> <p>13. QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO.</p> <p>14. CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.</p> <p>15. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</p> <p>15.1. SATURACIÓN DE OXÍGENO.</p> <p>15.2. FRECUENCIA CARDIACA.</p>	X	<p>EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

- 15.3. PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA).
 - 15.4. TEMPERATURA.
 - 15.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA.
 - 16. ALARMA DE APNEA.
 - 17. ALARMA DE ARRITMIAS.
 - 18. ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.
 - 19. CON SILENCIADOR DE ALARMAS.
 - 20. INTERFAZ, MENÚS Y MENSAJES EN ESPAÑOL.
 - 21. CON BASE DISEÑO QUE PERMITA AL EQUIPO SER USADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE Y MONITOR DE CABECERA.
 - 22. FUNCIÓN O PERFIL DE CÁLCULOS DE VENTILACIÓN, DE OXIGENACIÓN, HEMODINÁMICOS, FÁRMACOS Y RENALES.
 - 23. CON GUÍA INTEGRADA DE PUNTUACIONES DE ADVERTENCIA TEMPRANA (EWS)
 - 23.1. PROTOCOLO NEWS Y MEWS
 - 23.2. PUNTUACIÓN TOTAL Y PUNTUACIÓN DE PARÁMETROS INDIVIDUALES.
 - 23.3. PUNTUACIÓN TOTAL, REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN COLOR DONDE INDIQUE EL NIVEL DE RIESGO.
 - 23.4. DESPLIEGUE DE RESPUESTA CLÍNICA RECOMENDADA.
 - 23.5. TENDENCIAS TABULARES Y TENDENCIAS GRÁFICAS.
 - 24. CON GUÍA INTEGRADA DE PUNTUACIÓN DE ESCALA DE COMA (GCS)
 - 24.1. QUE PERMITA EVALUAR LA RESPUESTA VERBAL, RESPUESTA OCULAR Y RESPUESTA MOTORA.
 - 24.2. PUNTUACIÓN TOTAL Y PUNTUACIÓN DE PARÁMETROS INDIVIDUALES.
 - 24.3. PUNTUACIÓN TOTAL, REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN COLOR DONDE INDIQUE EL NIVEL DE RIESGO.
 - 24.4. TENDENCIAS TABULARES.
 - 25. CAPACIDAD DE FUNCIÓN DE RESUMEN DE 24 HORAS DE ECG QUE DESPLIEGUE ESTADÍSTICAS DE ECG DEL PACIENTE SOBRE LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, DESPLEGANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
 - 25.1. ESTADÍSTICA DEL RITMO CARDIACO
 - 25.2. ESTADÍSTICA DE LOS EVENTOS DE ARRITMIA
 - 25.3. ESTADÍSTICAS DE LA MEDICIÓN DE QT/QTc
 - 25.4. ESTADÍSTICAS DEL SEGMENTO ST
 - 25.5. ESTADÍSTICA DEL MARCAPASOS
 - 26. CON CAPACIDAD A FUTURO DE CONECTARSE A RED Y CENTRAL DE MONITOREO DE LA MISMA MARCA.
 - 27. CONEXIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS
 - 27.1. CON CAPACIDAD DE CONECTARSE VÍA INALÁMBRICA Ó ALÁMBRICA A CENTRAL DE MONITOREO DE LA MISMA MARCA, MISMA QUE PERMITA VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS EN TIEMPO REAL.
- ACCESORIOS:
 UN SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO.
 UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE).
 UN BRAZALETE ADULTO REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA Y UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA EL BRAZALETE.
 UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.
 UN SOPORTE DE PARED

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE

X

EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.

		SUSTENTADA EN CASO DE QUE NO APLIQUE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DE SOFTWARE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES



PARTICIPANTE: MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485 RENGLON 94,96,97
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS). , EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN

PARTICIPANTE: ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.						
PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SÍ	NO	
2	20	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	1.1. CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA DE MÚLTIPLES POSICIONES. 1.2. QUE SOPORTE UN PESO DE 220 KG COMO MÍNIMO. 1.3. CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE. 1.3.1.- CON MANDO PARA PACIENTE Y MANDO PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA CON INDICADOR EN EL RESPALDO. 1.4. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA ELÉCTRICA: 1.4.1. TRENDELENBURG DE 17° COMO MÍNIMO. 1.4.2. TRENDELENBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO. 1.4.3. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 65° COMO MÍNIMO. 1.4.4. SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 28° COMO MÍNIMO. 1.4.5. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 39 CM. A 77 CM. (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO MÍNIMO. 1.4.6. POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP). 1.4.7. POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES. 1.5. SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS. 1.6. INDICADOR DEL ÁNGULO DE LA CABEZA. 1.7. SUPERFICIE DE LA CAMA RÍGIDA Y RADIOLUCIDA DESDE LA CABEZA HASTA LA ZONA TORÁCICA. 1.8. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 198 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO. 1.9. DIMENSIONES DE LA CAMA +/- 5%: LONGITUD TOTAL 216 CM Y ANCHO TOTAL 100 CM. 1.10. CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.

		<p>DE ALTA RESISTENCIA A DESINFECTANTES Y GOLPES. 1.11. BARANDALES LATERALES ABATIBLES QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE. 1.11.1. DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA CON MECANISMO DE BAJA AUTOMÁTICA Y RÁPIDA. 1.11.2. DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE PIES CON MECANISMO DE BAJA AUTOMÁTICA Y RÁPIDA. 1.12. CON PROTECTORES O PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS. 1.13. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 15 CM. (+/- 5%) DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO. 1.14. CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS 4 ESQUINAS. 1.15. GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMA. 1.16. CON RUEDAS DE BANDA ÚNICA ANTIESTÁTICAS DE 150 MM CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL. 1.17. QUE CUENTE CON BATERÍA DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS.</p> <p>ACCESORIOS: POSTE DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS.</p>		
--	--	---	--	--

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:				
1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGO, MANUAL Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X			EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X			EL PARTICIPANTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.

			CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIFENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTO MEMBRETADO DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN
PUNTO 6.7 "MUESTRAS"	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS PARA EL RENGLÓN 20 DE CONFORMIDAD AL PUNTO 6.7 "MUESTRAS" DEL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
• CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		NO APLICA
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS)., EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA
EVALUACIÓN DE MUESTRA FÍSICA	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, DE CONFORMIDAD CON LOS



PARTICIPANTE: ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.

REQUISITOS SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA PARA EL RENGLÓN 20.

PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SI	NO	
3	21	ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	<p>EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACIÓN CONTINUA DE LÍQUIDOS Y MUCOSAS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CON PANEL DE CONTROL PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO 2. CON AJUSTE PARA GRADUAR EL NIVEL DE SUCCIÓN (CON INDICADOR CON ESCALA EN MM HG). 3. CON CAPACIDAD DE SUCCIÓN GRADUABLE DE 0 A 560 MM HG. 4. CON NIVEL DE EFICIENCIA DE SUCCION DE AL MENOS 34 LPM. 5. CON MOTOR SILENCIOSO DE PISTÓN CILINDRO. 6. CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITA REBOSAMIENTO DE LÍQUIDOS O SOBRELLENADO. 7. CON SISTEMA DE PROTECCIÓN EN LA TAPA. 8. CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA. 9. CON DOS FRASCOS RECOLECTORES INTERCONECTADOS, FABRICADOS EN VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE CON UNA GRADUACIÓN A 3,000 ML. 10. CON FRASCO CON TAPÓN DE HULE HERMÉTICO Y PIVOTES. 11. CON 1 FILTRO HIDROFÓBICO. 12. CON MANGUERAS TRANSPARENTES Y DE INTERCONEXIÓN. 13. CON GABINETE RODABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON SOPORTE PARA LOS FRASCOS COLECTORES. 14. CON SISTEMA DE FRENO EN DOS DE LAS RUEDAS EN SENTIDO DIAGONAL. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	22	BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD	<ol style="list-style-type: none"> 1. TINA HUBBARD EN FORMA DE 8 O "MARIPOSA". 2. TANQUE CON TURBINAS GEMELAS ENSAMBLADAS, DE ¼ HP, CON 3500 RP (+/- 50 RP), CON CONTROL DE FLUJO DE AGUA, DISTRIBUIDOR Y MANIJA. 3. CON ACCESO DE CUERPO ENTERO. 4. TANQUE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 14 CON SOLDADURA Y ACABADO COMO SI FUERA UNA SOLA PIEZA. 5. PAREDES VERTICALES CON MARCAS EN RELIEVE A INTERVALOS DE 100 GALONES. 6. BASE REFORZADA CON INCLINACIÓN HACIA EL DRENAJE. 7. CAPACIDAD DE LA TINA DE 1600 LITROS (+/- 10 L). 8. CON TERMÓMETRO SANITARIO DUAL DE 8 CM (+/- 1 CM), MONTADO DENTRO DEL TANQUE, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 5° C A 60° C. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	23	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO	<ol style="list-style-type: none"> 1. EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR EL PESO Y LA TALLA CORPORALES. 2. CON DESPLIEGUE DIGITAL PARA MOSTRAR EL PESO Y LA TALLA EN PANTALLA. 3. CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 KG (+/- 10 KG). 4. CON FUNCIÓN HOLD Y TARA, BMI. 5. CON DIVISIÓN DE 100 GR. 6. CON SENSIBILIDAD DE 100 GRS. 7. CON LECTURA EN KILOGRAMOS. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<p>8. CON PANTALLA LCD DE 5 DÍGITOS ELECTRO-LUMINISCENTE.</p> <p>9. CON ESTADÍMETRO DE ALUMINIO ANODIZADO CON RANGO DE MEDICIÓN DE 60 A 200 CM Y CON DIVISIONES DE 1 MM.</p> <p>10. CON VARILLA DE MEDICIÓN, CON GRADUACIONES EN CENTÍMETROS Y PULGADAS.</p> <p>11. CON BATERÍA RECARGABLE.</p> <p>12. CON ELIMINADOR Y/O CARGADOR DE BATERÍAS</p>		
3	24	BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBES	<p>EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIÁTRICOS.</p> <p>1. BÁSCULA CON DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, CON LECTURA EN GRAMOS.</p> <p>2. CAPACIDAD DE MÍNIMO 20 KILOGRAMOS.</p> <p>3. NIVEL DE RESOLUCIÓN DE 5 GRAMOS EN EL RANGO DE 0 A 10 KG.</p> <p>4. FUNCIONES: TARA, BMIF, AUTO-HOLD, CONMUTACIÓN KG/LBS, DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA.</p> <p>5. PLATILLO O CHAROLA CON DIMENSIONES DE 55 X 30 CM (+/- 2 CM), DESMONTABLE PARA PESO DE NIÑOS DE PIE.</p> <p>6. DIMENSIONES: 65 CM DE FRENTE X 10 CM DE ALTURA X 30 CM DE PROFUNDIDAD (+/- 2 CM).</p> <p>7. ALIMENTACIÓN: CON BATERÍAS Y ADAPTADOR DE CORRIENTE.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	25	BOTE PARA RPBI	<p>1. CONTENEDOR RÍGIDO PARA RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS SÓLIDOS, DE ALTA RESISTENCIA.</p> <p>2. FABRICADO EN POLIPROPILENO DE GRADO MÉDICO.</p> <p>3. CAPACIDAD DE 30 L (+/- 3 L).</p> <p>4. COLOR ROJO.</p> <p>5. TAPA TRASLÚCIDA.</p> <p>6. DIMENSIONES: 40 CM DE FRENTE x 30 CM DE PROFUNDIDAD x 70 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	26	CARRO CUNA CON BACINETE	<p>1. CARRO FABRICADO DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1" DE DIÁMETRO, CALIBRE 18, EN FORMA DE H, ACABADO EN CROMO, Y CON LLANTAS DE 2" TIPO YOYO, COLOR NEGRO, DE ALTO IMPACTO.</p> <p>2. COLCHON FABRICADO DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO FORRADO EN VINIL LAVABLE.</p> <p>3. DIMENSIONES DEL COLCHÓN: 55 CM X 25 CM X 5 CM (+/- 1 CM).</p> <p>4. DIMENSIONES GENERALES: 85 CM X 45 CM X 75 CM (+/- 2 CM).</p> <p>5. BACINETE DE ACRILICO TERMOFORMADO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	27	DINAMÓMETRO DE MANO	<p>1. CON LECTURAS PRECISAS DE LA FUERZA DE AGARRE.</p> <p>2. CON DIAL DE 11 CM (+/- 1 CM) DE DIÁMETRO.</p> <p>3. CON RESULTADOS EN LIBRAS Y KG.</p> <p>4. CON LECTURA MÁXIMA QUE PERMANEZCA VISIBLE HASTA EL REINICIO DE LA UNIDAD.</p> <p>5. CON MANGO DE CINCO POSICIONES.</p> <p>6. CON CAPACIDAD DE AL MENOS 90 KGS (+/- 3 KG).</p> <p>7. CON ESTUCHE PROTECTOR.</p> <p>8. DIMENSIONES: 25 CM X 6 CM X 12 CM (+/- 1 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	28	ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DINÁMICAS CON ULTRASONIDO (COMBO)	<p>1. PANTALLA MONOCROMÁTICA DE ALTA RESOLUCIÓN.</p> <p>2. DOS MODOS: CORRIENTE CONSTANTE Y VOLTAJE CONSTANTE.</p> <p>3. FRECUENCIA DE ULTRASONIDO DE 1 A 3 MHZ.</p> <p>4. CON CICLOS DE TRABAJO CONTINUO Y PULSADO (10% 20% 50% Y 100%).</p> <p>5. CON CICLOS DE TRABAJO VARIABLE (16HZ, 48HZ Y 100HZ).</p> <p>6. CON 2 CANALES INDEPENDIENTES DE ELECTROTERAPIA.</p> <p>7. CON AL MENOS 200 PROTOCOLOS CLÍNICOS.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<p>8. CON LA CAPACIDAD DE DEFINIR AL MENOS 100 PROTOCOLOS POR EL USUARIO.</p> <p>9. CON INDICADORES VISUALES Y AUDITIVOS PARA INDICAR LA CONECTIVIDAD DE LOS PARCHES AL PACIENTE.</p> <p>10. CON SOFTWARE EN ESPAÑOL.</p>		
3	29	EQUIPO DE LÁSER TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN	<p>1. LÁSER TERAPÉUTICO DE BAJO NIVEL DE RIESGO 3B.</p> <p>2. CLASE DE SEGURIDAD ELÉCTRICA: CLASE 1, TIPO B.</p> <p>3. CONTROL INDEPENDIENTE DE TODOS LOS PARÁMETROS.</p> <p>4. MODO DE TRABAJO CONTINUO Y PULSADO.</p> <p>5. CON AL MENOS 15 ESPACIOS DE PROTOCOLOS PERSONALIZADOS.</p> <p>6. CON LOCALIZADOR DE PUNTOS DE ACUPUNTURA INTEGRADO, PARA USO CON APLICADORES PUNTUALES.</p> <p>7. CON INDICADOR AUDITIVO DE INICIO Y FINAL DE TRATAMIENTO.</p> <p>8. CON SELECCIÓN DE INDICACIONES CLÍNICAS DEL APLICADOR.</p> <p>9. CON PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA.</p> <p>10. CON CAPACIDAD DE CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA DOSIS EN JOULES O JOULES/CM².</p> <p>11. CON CAPACIDAD DE CÁLCULO AUTOMÁTICO DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA DOSIS.</p> <p>12. DIMENSIONES: 30 CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO X 15 CM DE ALTURA (+/- 3 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	30	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	<p>1. CON GRAN ESCALA Ø 150 MM.</p> <p>2. CON PEQUEÑA AGUJA ROJA PARA LA LECTURA PRECISA DE LOS VALORES MEDIDOS.</p> <p>3. CON ESCALA DE GRADUACIÓN EN COLOR NEGRO.</p> <p>4. CON GRADUACIÓN DE LA ESCALA DE 0 A 300 MM HG CON RESOLUCIÓN DE 2 MM HG.</p> <p>5. CON MECANISMO DE BERILIO - COBRE, QUE SOPORTE PRESIÓN DE AL MENOS 600 MM HG.</p> <p>6. CON BRAZALETE DE UNA SOLA PIEZA, SIN BOLSA DE INSUFLACIÓN, PARA CIRCUNFERENCIA DE 27 CM A 37 CM (+/- 2 CM).</p> <p>7. CON CAMBIO RÁPIDO DE BRAZALETE MEDIANTE ADAPTADOR INSERTABLE.</p> <p>8. CON SOPORTE DE PARED ORIENTABLE A 80°.</p> <p>9. CON TUBO FLEXIBLE LIBRE DE LÁTEX CON RADIO DE ACCIÓN DE HASTA 300 CM.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	31	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	<p>1. ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO.</p> <p>2. CON ESTUCHE DE TRANSPORTE Y CON CREMALLERA PARA SU GUARDA.</p> <p>3. CON SISTEMA PARA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA CONSTITUIDO POR BRAZALETE, MANÓMETRO Y PERILLA DE INSUFLACIÓN.</p> <p>4. BRAZALETES BIOCOMPATIBLES, LIBRES DE LÁTEX, CON CIERRE DE VELCRO PARA EL DIÁMETRO DEL BRAZO, CON LAS TALLAS SIGUIENTES:</p> <p>4.1 NIÑOS RECIÉN NACIDOS - CIRCUNFERENCIA DE 14 A 21 CM O UN RANGO MAYOR.</p> <p>4.2 PEDIÁTRICO - CIRCUNFERENCIA DE 21 A 28 CM O UN RANGO MAYOR.</p> <p>4.3 ADOLESCENTES - CIRCUNFERENCIA DE 28 A 36 CM O UN RANGO MAYOR.</p> <p>5. CON TUBO FLEXIBLE LIBRE DE LÁTEX DE AL MENOS 50 CM DE LARGO.</p> <p>6. PERILLA DE INSUFLACIÓN LIBRE DE LÁTEX, CON VÁLVULA METÁLICA DE DESINFLADO, CON AJUSTE Y SIN DESGASTE.</p> <p>7. CARCASA DE METAL O PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 MMHG, CON DIVISIÓN DE LA</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			ESCALA EN 2 MMHG. CON CARÁTULA DE FONDO BLANCO, CON ESCALA EN COLOR NEGRO Y AGUJA ROJA.		
3	32	ESPIRÓMETRO	<p>1. ESPIRÓMETRO QUE PERMITE MEDIR:</p> <p>1.1 CAPACIDAD VITAL FORZADA.</p> <p>1.2 VOLUMEN ESPIRATORIO FORZADO EN UN SEGUNDO.</p> <p>1.3 LA RELACIÓN ENTRE EL FEV1 Y LA FVC.</p> <p>1.4 FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO.</p> <p>1.5 EL 25% DEL FLUJO DE LA FVC.</p> <p>1.6 EL 75% DEL FLUJO DE LA FVC.</p> <p>1.7 EL FLUJO PROMEDIO ENTRE 25% Y 75% DE LA CVF.</p> <p>2. CON GRÁFICA DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE VOLUMEN, CON PANTALLA GRÁFICA VOLUMEN-TIEMPO.</p> <p>3. CON APAGADO AUTOMÁTICO EN UN MINUTO.</p> <p>4. CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE Y CON PUNTAS DE CARGA.</p> <p>5. CON MODO DE VISUALIZACIÓN EN PANTALLA LCD A COLOR, DE AL MENOS 1.5".</p> <p>6. CON RANGO DE VOLUMEN: 0 ~ 10 L.</p> <p>7. CON RANGO DE FLUJO: 1 L / S ~ 16 L / S.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	33	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA	<p>EQUIPO PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL Y MATERIAL, POR MEDIO DE VAPOR AUTOGENERADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.</p> <p>2. TIPO GABINETE O SOBREMESA.</p> <p>3. CON DEPÓSITO DE AGUA.</p> <p>4. SALIDA MANUAL DEL AGUA A DRENAJE.</p> <p>5. CÁMARA, PUERTA Y CHAROLAS PERFORADAS.</p> <p>6. CAPACIDAD MÍNIMA DE LA CÁMARA DE 28 LITROS.</p> <p>7. DESPLIEGUE DIGITAL DE PRESIÓN, TEMPERATURA Y TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN.</p> <p>8. TEMPERATURAS DE CONTROL CON SELECTOR DEL MODO DE OPERACIÓN PARA LÍQUIDOS, INSTRUMENTOS Y PAQUETES.</p> <p>9. CONTROL PARA EL TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN.</p> <p>10. CONTROL AUTOMÁTICO DE TODO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN.</p> <p>11. CON INDICADORES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN Y DE FIN DE CICLO.</p> <p>12. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL CICLO.</p> <p>13. CON VÁLVULA DE SEGURIDAD POR EXCESO DE PRESIÓN (DE 3.5 KG/CM²), QUE INDIQUE FALLA DURANTE EL CICLO Y BAJA EN EL NIVEL DE AGUA.</p> <p>14. CON PREVACÍO Y POSTVACÍO A TRAVÉS DE BOMBA DE VACÍO.</p> <p>15. PROGRAMAS PARA EL CICLO DE ESTERILIZACIÓN, QUE INCLUYA EL SECADO.</p> <p>16. DIMENSIONES:</p> <p>17. DIMENSIONES DEL EQUIPO: 40 CM DE ANCHO, 40 CM DE ALTO Y 75 CM DE LARGO (+/- 3 CM).</p> <p>18. DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 45 CM DE PROFUNDIDAD Y 25 CM DE DIÁMETRO (+/- 2 CM).</p> <p>19. DIMENSIONES DE LA CHAROLA 1: 45 X 20 CM (+/- 2 CM).</p> <p>20. DIMENSIONES DE LA CHAROLA 2: 45 X 25 CM (+/- 2 CM).</p> <p>21. DIMENSIONES DE LA CHAROLA 3: 45 X 22 CM (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	34	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO	<p>EQUIPO UTILIZADO EN LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS.</p> <p>1. OTOSCOPIO CON FIBRA ÓPTICA CON ILUMINACIÓN HALOGENA</p> <p>2. CON SISTEMA SELLADO O HERMÉTICO</p> <p>3. CON ESPÉCULOS DESHECHABLES EN TAMAÑOS DE 2.5 MM Y 4.0 MM</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<p>4. CON FIBRA ÓPTICA HASTA LA PUNTA</p> <p>5. CON LENTE DE ÁNGULO ANCHO EXTRAÍBLE</p> <p>6. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN POR MEDIO DE LÁMPARA DE LUZ XENÓN O HALÓGENA CON AL MENOS 6 APERTURAS Y LENTES DENTRO DEL RANGO DE -25 O MAYOR A +22 DIOPTRÍAS.</p> <p>7. CON FILTRO LIBRE DE ROJO Y DE AZUL COBALTO</p> <p>8. CON LENTE CONDENSADORA DE VIDRIO</p> <p>9. CON MANGO METÁLICO ESTRIADO</p>			
3	35	FLUJÓMETRO DE PARED SENCILLO CON ENTRADA TIPO PURITAN	<p>1. FLUJÓMETRO SENCILLO PARA OXÍGENO 0-15 L.P.M.</p> <p>2. CON ESCALA DE 0-15 LTS/MIN.</p> <p>3. CON CUERPO FABRICADO EN BARRA DE LATÓN CUBIERTO CON NIQUEL Y ACABADO EN CROMO.</p> <p>4. CON CUBIERTA Y TUBO CONICO INYECTADOS EN POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO.</p> <p>5. CON VOLANTE ERGONÓMICO EN ALUMINIO ANODIZADO EN GRIS.</p> <p>6. CON CONEXIÓN DE SALIDA PARA HUMEDecedor TIPO AMERICANO CON ROSCA 9/16 -18 UNF.</p> <p>7. CON ADAPTADOR EUROPEO R3/8 BSP</p> <p>8. CON PRESIÓN DE TRABAJO 3.5 KG/CM2.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	36	FONODETECTOR FETAL	<p>EQUIPO PORTÁTIL QUE PERMITE LA LOCALIZACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL, POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO.</p> <p>1.- QUE TENGA LA CAPACIDAD DE DETECTAR EL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO.</p> <p>2.- CON TRANSDUCTOR DE 2 MHZ PARA FRECUENCIA FETAL.</p> <p>3.- CON PANTALLA LCD DE 3.5 CM X 3.5 CM (+/- 3 MM).</p> <p>4.- RANGO DE DETECCIÓN DE 50 A 240 LATIDOS POR MINUTO.</p> <p>5.- CON SALIDA DE AUDIO.</p> <p>6.- CON DETECCIÓN DE DESCONEXIÓN DE SONDA.</p> <p>7.- TIEMPO DE OPERACIÓN MÍNIMO DE 7 HORAS CONTINUAS.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	37	IMPEDANCIÓMETRO	<p>IMPEDANCIÓMETRO PARA VALORACIÓN DEL OIDO MEDIO.</p> <p>1. QUE PERMITA REALIZAR TIMPANOMETRÍA.</p> <p>1.1. TIMPANOMETRÍA 226 HZ</p> <p>1.2. TIMPANOMETRÍA 678, 800 Y 1000 HZ</p> <p>1.3. TIMPANOMETRÍA MANUAL</p> <p>2. QUE PERMITA EVALUAR EL REFLEJO ACÚSTICO IPSILATERAL Y CONTRALATERAL.</p> <p>3. QUE PERMITA EVALUAR LA FATIGA DEL REFLEJO.</p> <p>4. CON FUNCIÓN TUBÁRICA (ETF1 - PRUEBA DE WILLIAMS Y LA ETF2- PRUEBA TONYBEE).</p> <p>5. QUE PERMITA REALIZAR AUDIOMETRÍA POR CONDUCCIÓN AÉREA, CON LA FUNCIÓN DE PRUEBA AUTOMATIZADA.</p> <p>6. QUE PERMITA REALIZAR AUDIOMETRÍA DE TONOS PUROS.</p> <p>7. QUE PERMITA REALIZAR PRUEBA DE AUDIOMETRÍA HUGHSON WESTLAKE MODIFICADA.</p> <p>8. CON TRANSFERENCIA DE DATOS AUDIOMÉTRICOS.</p> <p>9. CON TONOS DE ALTA FRECUENCIA PARA OPTIMIZAR LAS PRUEBAS DE NIÑOS, TIMPANOMETRÍA MANUAL, LATENCIA DE REFLEJO Y UNA PRUEBA ETF EN EL CASO DE UNA PATOLOGÍA EN LA MEMBRANA TIMPÁNICA (MEDICIÓN DE IMPEDANCIA SENSITIVA CONTINUA).</p> <p>10. CON REFLEJO IPSI LATERAL.</p> <p>11. CON REFLEJO CONTRALATERAL.</p> <p>12. QUE PERMITA REALIZAR PRUEBA ETF 1 PARA MEMBRANA TIMPÁNICA NO PERFORADA.</p> <p>13. QUE PERMITA REALIZAR PRUEBA ETF 2 PARA MEMBRANA TIMPÁNICA PERFORADA.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<p>14. QUE PERMITA REALIZAR PRUEBA ETF 3 PARA MEMBRANA TIMPÁNICA INFLAMADA.</p> <p>15. QUE PERMITA EVALUAR LATENCIA DE REFLEJO.</p> <p>16. CON SISTEMA DE Sonda CLÍNICA.</p> <p>16.1 SONDA CON BOTÓN PARA EL CAMBIO REMOTO DE OÍDO.</p> <p>17. CON PANTALLA DE AL MENOS 10".</p>			
3	38	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	<p>1. LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE AL MENOS UN LED.</p> <p>2. CON INTENSIDAD DE LUZ DE AL MENOS 20,000 LUXES A UNA DISTANCIA DE 40 CM (+/- 2 CM).</p> <p>3. CON TAMAÑO DEL PUNTO DE LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO: 10 A 25 CM (+/- 2 CM).</p> <p>4. CON TEMPERATURA DE COLOR DE 5,500 GRADOS KELVIN.</p> <p>5. CON VIDA ÚTIL DEL LED DE AL MENOS 50,000 HORAS.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	39	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	<p>EQUIPO PARA ADMINISTRAR FOTOTERAPIA A DISTANCIA A RECIÉN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA O ICTERICIA.</p> <p>1.- CON LÁMPARA LED.</p> <p>2.- CON CONTROL VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ.</p> <p>3.- CON RANGO DE INTENSIDAD MINIMA DE ENTRE 20 Y 100 MICROWATTS/CM2 /NANÓMETRO.</p> <p>4.- RANGO MÍNIMO DE LONGITUD DE ONDA DE 450 A 475 NANÓMETROS.</p> <p>5.- CON POSIBILIDAD DE UTILIZARSE EN PEDESTAL O SOBRE LA INCUBADORA.</p> <p>6.- CON PEDESTAL RODABLE CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 200 CM.</p> <p>7.- CON ALARMAS AUDIBLES DE TEMPERATURA.</p> <p>8.- CON ÁREA DE TRABAJO DE AL MENOS 40 CM X 20 CM.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	40	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PIERNERAS	<p>EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO.</p> <p>1. CONSTRUIDA CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 18</p> <p>2. CON GABINETE ACABADO EN ESMALTE ALQUIDALICO ELECTROSTÁTICO HORNEADO.</p> <p>3. CON TRES SECCIONES:</p> <p>3.1 DORSO - CON SISTEMA DE ABATIMIENTO TIPO NEUMÁTICO, PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS.</p> <p>3.2 PÉLVICA - CON ANGULACIÓN SUPERIOR A 7°.</p> <p>3.3 MIEMBROS INFERIORES - CON SISTEMA DESLIZABLE Y COJÍN REMOVIBLE ACOJINADO Y FORRADO EN VINILO IMITACIÓN PIEL.</p> <p>4. CON COLCHÓN DESMONTABLE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/M3, CON CUBIERTA DE VINIL, ANTIFLAMA, LAVABLE Y LISO.</p> <p>5. CON PORTA ROLLO DE PAPEL INTEGRADO.</p> <p>6. CON BASE CON TRES CAJONES LATERALES.</p> <p>7. ESCALÓN INTEGRADO DESLIZABLE EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 10, CON CUBIERTA DE HULE ANTIDERRAPANTE, QUE SOPORTA AL MENOS 170 KG.</p> <p>8. SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO DOBLE POLARIZADO, Y CABLE DE USO RUDO 18 AWG, DE AL MENOS 2.5 M DE LARGO.</p> <p>9. CON CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS EN ACERO INOXIDABLE.</p> <p>10. CON TALONERAS DE ALUMINIO RETRACTILES INTEGRADAS.</p> <p>11. CON PIERNERAS DE POLIPROPILENO REMOVIBLES TIPO GOEPEL.</p> <p>12. DIMENSIONES: 185 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO X 80 CM DE ALTO (+/- 2 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	41	OXÍMETRO DE PULSO	OXÍMETRO DE PULSO ADULTO PEDIÁTRICO	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<ol style="list-style-type: none"> 1. PANTALLA OLED DUAL A COLOR. 2. CON AUTO ROTACIÓN PARA MULTIVISTAS. 3. CON LECTURA DE SPO2 Y FRECUENCIA CARDIACA CON BARRA GRÁFICA Y PLESTIMOGRAMA. 4. CON ÍNDICE DE PERFUSIÓN Y FUNCIÓN DE ALARMA PROGRAMABLE. 5. CON RANGO DE MEDICIÓN SPO2 DE 0% A 100%. 6. CON PRECISIÓN DE 70% - 100% (+/-2%). 7. CON MEDICIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA DE 30 A 250 BPM. 		CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	42	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. REFRIGERADOR CON CAPACIDAD DE 17 PIES CÚBICOS. 2. CON CONGELADOR (EVAPORADOR) EN EL MISMO CUERPO DEL REFRIGERADOR, EN LA PARTE SUPERIOR, CON CAPACIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA HOMOGÉNEA MENOR O IGUAL A -18°C. 3. CONGELADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE AL MENOS 2 PIES CUBICOS. 4. CUERPO DEL REFRIGERADOR CON BISAGRAS EN EL LADO IZQUIERDO. 5. CUERPO DEL REFRIGERADOR CON BISAGRAS EN EL LADO DERECHO CON MECANISMO AUTOCERRANTE. 6. CON PUERTA SOLIDA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304, CON SELLADO HERMETICO, LISA EN SU PARTE INTERNA, CON AISLAMIENTO DE ESPUMA PRESURIZADA, CON ESPESOR DE AL MENOS 5 CM, CON EMPAQUE MAGNETICO CON SELLADO HERMETICO SIN MARCO EXTERIOR, CON MANIJA INDEPENDIENTE A LA CERRADURA SIN MARCO EXTERIOR. 7. UNIDAD CONDENSADORA DESLIZABLE HACIA EL FRENTE 8. PANEL EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. 9. CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOS LLAVES. 10. 4 CHAROLAS CON PERFORACIONES DE 1 CM DE DIAMETRO, CON ESQUINAS REDONDEADAS, CON MONTAJE INDEPENDIENTE, DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. 11. AISLAMIENTO MEDIANTE ESPUMA PREZURIZADA DE POLIURETANO. 12. CON CLAVIJA DE SEGURIDAD POLARIZADA GRADO MEDICO. 13. CON REGULADOR DE VOLTAJE INTERCONSTRUIDO CON RANGO DE 90V A 140V, CON CAPACIDAD MINIMA DE 50 VA, CON BLOQUEO Y DESBLOQUEO AUTOMATICO. 14. CON COMPRESOR HERMETICO DE 1/4 HP, CON SISTEMA PARO-ARRANQUE AUTOMATICO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, CON FUNCIÓN A BASE DE GAS. 15. REFRIGERANTE ECOLOGICO R-134. 16. CON CONDENSADOR DINAMICO LIBRE DE MANTENIMIENTO TIPO CARACOL DE ACERO ELECTROPINTADO CON ALETA INCORPORADA AL TUBO, CON CAPACIDAD DE 1/4 HP. 17. CON 4 REGATONES DE ACERO INOXIDABLE PARA NIVELAR. 18. ILUMINACION INTERIOR CON LUZ BLANCA FRIA. 19. CON SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLE Y VISUAL, CON INTERRUPTOR GENERAL. 20. CON GRAFICADOR EXTERNO DE TEMPERATURA CON RANGO DE -35 °C A +15 °C, CON GRAFICA, PARA REGISTRO CONTINUO DE AL MENOS 7 DIAS. 21. FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ELECTRICA Y BATERIAS CON AL MENOS 36 HORAS DE RESPALDO. 22. AJUSTABLE Y CALIBRABLE CON PLUMILLA PARA REGISTRAR LA TEMPERATURA, CON SENSOR 	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITE



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<p>TERMICO. 23. DIMENSIONES: 75 CM DE FRENTE X 85 CM DE FONDO X 200 CM DE ALTURA (+/- 3 CM). 24. 4 PARRILLAS DE 65 CM X 60 CM (+/- 1 CM). 25. 4 CHAROLAS DE 30 CM X 20 CM X 5 CM (+/- 2 CM).</p>		
3	43	REPOSET PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA	<p>1. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN VINIL SINTÉTICO TIPO PIEL, CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 20 KG/M3 DE DENSIDAD. 2. ACOLCHONADO CON SOPORTE EN LA ZONA LUMBAR. 3. DESCANSABRAZOS ACOLCHONADO. 4. DESCANSAPIES ACOLCHONADO Y RETRÁCTIL. 5. ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO CALIBRE 16 DE 1" DE DIÁMETRO, ACABADO EN ESMALTE ELECTROSTÁTICO HORNEADO, CON PANELES DE LÁMINA DE ACERO. 6. CON POSICIONES POR MEDIO DE UN MECANISMO NEUMÁTICO Y MECÁNICO, ACCIONADOS POR MEDIO DE UNA PALANCA. 7. CON CUATRO RUEDAS DE HULE SUAVE DE 12.7 CM (5") DE DIÁMETRO, DOS DE ELLAS CON FRENO. 8. CON PORTAVENOCULIS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTURA REGULABLE. 9. DIMENSIONES: 75 CM DE PROFUNDIDAD X 45 CM DE FRENTE X 125 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	44	SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN	<p>1. SELLADORA DE EMPAQUES PARA CIERRE HERMÉTICO POR CALOR Y PRESIÓN. 2. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BASE ESMALTADA. 3. CON BANDAS TRANSPORTADORAS. 4. CON ÁREA DE CALENTAMIENTO DE SELLADO DE 50 A 60 CM (+/- 5CM) Y ANCHO DE 20 MM (+/- 1 MM). 5. CON MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL PARA EL CONTROL DE LA BANDA TRANSPORTADORA (CON MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL). 6. CON MICROPROCESADOR Y MÓDULO PARA IMPRESIÓN DE FECHAS DE PREPARACIÓN, CADUCIDAD, CÓDIGO, NOMBRE DE OPERADOR, LOTE, SERIE Y TEXTO. 7. CON CINTA PARA EL MÓDULO DE IMPRESIÓN DE FÁCIL REEMPLAZO. 8. CON OPERACIÓN DEL MENÚ VÍA PANTALLA TÁCTIL LCD, CON DESPLIEGUE DE TEMPERATURA DE SELLADO Y DE TRABAJO. 9. CON FUNCIONES PROGRAMABLES POR EL OPERADOR (HORARIO, FECHA DE CADUCIDAD Y/O FECHA DE PREPARACIÓN). 10. CON CONTADOR DE BOLSAS. 11. CON CONTROL DE TEMPERATURA EN RANGO DE 30 A 220 °C (+/- 5 °C). 12. DIMENSIONES: 25 CM ALTO X 60 CM LARGO X 25 CM ANCHO (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	45	SIERRA PARA CORTAR YESO	<p>1. CON HOJAS ESTERILIZABLES POR ALTA TEMPERATURA Y ALTA PRESION. 2. CON FUNCION DE PROTECCION DEL TEJIDO. 3. CON JUEGO DE HOJAS PARA CORTE EN ACRILICO Y YESO. 4. CON VELOCIDAD CONTROLADA DE 1 A 6. 5. CON PARAMETROS DE CAPACIDAD. 6. CON REVOLUCIÓN DE SALIDA DE DESCARGA DE AL MENOS 10,000 R.P.M. 7. CON ANGULO DE GIRO MAYOR O IGUAL A 4°. 8. CON POTENCIA DE AL MENOS 125 W. 9. LONGITUD: 25 CM (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	46	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON ELEVAPIERNAS Y FRENOS, PARA PACIENTES OBESOS	<p>SILLA DE RUEDAS BARIÁTRICA CON DESCANSAPIES. 1. ESTRUCTURA DE ACERO. 2. CON DOBLE CRUCETA REFORZADA. 3. ACABADO ESMALTADO. 4. CON 2 POSICIONES DEL EJE DE LAS RUEDAS PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA SILLA.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

			<p>5. CON ASIENTO DE 22 PULGADAS, FORRADO EN VINIL, ACOJINADO. 6. CON RESPALDO FORRADO EN VINIL, ACOJINADO, CON BOLSILLO PORTA OBJETOS TRASERO. 7. CON EMPUÑADURAS TEXTURIZADAS. 8. CON DESCANSABRAZOS ACOJINADOS DESMONTABLES. 9. CON DESCANSAPIES ABATIBLES Y DESMONTABLES. 10. CON POSAPIES ABATIBLES. 11. CON LLANTAS TRASERAS DE 24" CON RIN DE POLICARBONATO Y CAÑUELA DE ALTO IMPACTO. 12. CON RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 8 X 2 PULGADAS. 13. CON RUEDAS ANTIVUELCO. 14. CON AROS PROPULSORES. 15. CON TALONERA AJUSTABLE. 16. CON CINTURÓN DE SEGURIDAD. 17. CON SISTEMA DE FRENADO POR PALANCA. 18. CON CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 180 KG. 19. DIMENSIONES: 75 CM DE FRENTE X 110 CM DE PROFUNDIDAD X 90 CM DE ALTURA (+/- 2 CM)</p>			
3	47	TERMÓMETRO DIGITAL	<p>1. TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO. 2. PARA USO ORAL, AXILAR Y RECTAL. 3. CON PANTALLA LCD. 4. CON RANGO DE TEMPERATURA DE 32°C A 42°C (+/- 2°C). 5. CON ALARMA ACÚSTICA DE FIEBRE. 6. CON ALARMA ACÚSTICA SIN FIEBRE. 7. CON CAPACIDAD DE GUARDAR LA ULTIMA LECTURA.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
3	48	UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES	<p>1. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 2. CON CONTROL TERMOSTÁTICO. 3. CON RANGO DE TEMPERATURA DE 71°C A 74°C (+/- 1°C). 4. TIEMPO DE CALENTAMIENTO A 70°C: 8 HORAS O MENOS. 5. CON RANGO DE TEMPERATURA MÁXIMA POR SEGURIDAD: 88°C (+/- 8°C). 6. CAPACIDAD DE AL MENOS 135 LITROS.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA EN CASO DE QUE NO APLIQUE
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL

PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE LA MENOS 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTO MEMBRETADO DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485 PARA LOS RENGLONES QUE CORRESPONDE
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.

		CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485 PARA LOS RENGLONES QUE CORRESPONDE
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS). EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, PARA LOS RENGLONES QUE CORRESPONDE
LOS PARTICIPANTES QUE PRETENDAN PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PARTIDA 3 RENGLÓN 25, ÚNICAMENTE DEBERÁN DE ENTREGAR LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13 Y 14 DE ESTE INCISO, ASÍ MISMO DEBERÁ DE PRESENTAR ESCRITO LIBRE DE QUE CUMPLE CON LA NORMA 087-ECOL-SSA1-2002	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA ESTE RENGLÓN EN ESPECÍFICO
LOS PARTICIPANTES QUE PRETENDAN PRESENTAR PROPUESTA PARA LA PARTIDA 3 RENGLÓN 47, ÚNICAMENTE DEBERÁN DE ENTREGAR LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA SEÑALADOS EN LOS NUMERALES 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13 Y 14 DE ESTE INCISO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARA ESTE RENGLÓN EN ESPECÍFICO

PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SÍ	NO	
10	98	RESONADOR MAGNETICO	1. CON CAPACIDAD DE 1.5 TESLAS EN EL CAMPO MAGNÉTICO. 2. CON APERTURA DE PACIENTE DE MÍNIMO 70 CM. 3. CON TECNOLOGÍA QUE IMPIDA LA PÉRDIDA DE HELIO. 4. CON CAMPO DE VISIÓN (FOV) DE AL MENOS 55 CM. 5. CON HOMOGENEIDAD DEL CAMPO EN UN VOLÚMEN DE 50 CM X 50 CM X45 CM, DE AL MENOS 2.0 PPM. 6. CON ESPESOR DE CORTE EN 2D DE 0.5 MM Y 3D DE 0.05 MM. 7. CON GRADIENTE POR EJE DE AL MENOS 33 MT/M Y SLEW RATE 120 T/M/S. 8. CON SISTEMA CON TECNOLOGÍA DE RF DE AL MENOS 128 CANALES O DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DESDE LA BOBINA. 9. CON MÉTODO O TÉCNICA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE TIEMPO O EL INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN. 10. CON ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN CON MONITOR DE PANTALLA PLANA O LCD A COLOR DE MÍNIMO 23", CON MATRIZ DE DESPLIEGUE AL MENOS 1024 X 1024. 11. CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE AL MENOS 500 GB. 12. CON PROGRAMAS PARA RECONSTRUCCIÓN Y MATRIZ DE RECONSTRUCCIÓN DE AL MENOS 1024 X 1024. 13. CON DICOM 3.0 (PRINT MANAGEMENT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE, STORAGE COMMITMENT, WORKLIST, MEDIA STORAGE, MPPS, VERIFICATION). 14. CON QUEMADOR DE CD Y/O DVD. 15. CON UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 16. CON MESA PARA PACIENTE QUE SOPORTE UN PESO DE AL MENOS 250 KG. 17. CON SINCRONIZACIÓN DE LA IMAGEN CON LA RESPIRACIÓN, UTILIZANDO INTELIGENCIA ADAPTATIVA O ARTIFICIAL (COMO SENSOR ÓPTICO).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

- 18. CON PANTALLA TOUCH QUE PERMITA EL ACCESO A INFORMACIÓN: ESTUDIO (DURACIÓN, TIPO DE CONTRASTE, APNEAS), PACIENTE (DATOS PERSONALES, POSICIÓN, SEÑAL ECG Y RESPIRATORIA), ACCESORIOS (TIPO DE ANTENA), AJUSTES (AUDIO, VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN).
- 19. CON MÉTODO DE SUPRESIÓN DE GRASA ESPECTRAL.
- 20. CON DESPLIEGUE DE BOLO DE CONTRASTE PARA SINCRONIZACIÓN DE ANGIOGRAFÍAS CONTRASTADAS.
- 21. CON T2 * PERFUSIÓN CON CÁLCULO DE MAPAS HEMODINÁMICOS, INCLUYENDO TIEMPO DE TRÁNSITO MEDIO (MTT), TIME TO PEAK (TTP), TIEMPO DE ARRIVO (T0), INTEGRAL NEGATIVA (NI) E ÍNDICE.
- 22. CON PROGRAMA DE REALCE DE CONTRASTE.
- 23. CON SINCRONIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN CON PULSO PERIFÉRICO, RESPIRACIÓN Y ECG.
- 24. CON SOFTWARE QUE PERMITA SIMPLIFICAR LA EXPLORACIÓN EN ESTUDIOS DE IMPLANTES CONDICIONALES.
- 25. CON TÉCNICA DE REDUCCIÓN DE ARTEFACTOS METÁLICOS.
- 26. CON PAQUETE DARK FLUID / FLAIR.
- 27. CON ESPECTROSCOPIA UNIVOXEL Y MULTIVOXEL 2D Y 3D, PARA CEREBRO, PRÓSTATA, HÍGADO Y MAMA.
- 28. CON CUANTIFICACIÓN DE GRASA EN HÍGADO O ESPECTROSCOPIA PARA HÍGADO.
- 29. CON PROGRAMA PARA ANGIOGRAFÍA PERIFÉRICA O VASCULAR PERIFÉRICA CON Y SIN MEDIOS DE CONTRASTE.
- 30. CON PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE MOVIMIENTO

- 31. CON PROTOCOLOS DEDICADOS A PEDIATRÍA.
- 32. CON PROGRAMAS DE APLICACIÓN CLÍNICA CON OPCIONES PARA CARDIOLOGÍA, QUE PERMITA GENERAR IMÁGENES CARDIACAS, CON CRECIMIENTO A FUTURO.
- 33. CON DARK BLOOD O BLACK BLOOD.
- 34. CON ESTUDIOS DE CUERPO COMPLETO CON ESCANEADO DE AL MENOS 200 CM, PARA ONCOLOGÍA (DIFUSIÓN) Y ANGIOGRAFÍA.
- 35. CON ESTUDIOS FUNCIONALES DE TRACTOGRAFÍA (TENSOR DE DIFUSIÓN).
- 36. CON PROGRAMA DE DIFUSIÓN POR EPI QUE INCLUYA ADC, EADC Y DIFUSIÓN TSE. FACTOR B (S/MM2) DE AL MENOS 10,000.
- 37. CON PROGRAMA DE CORRECCIÓN DE MOVIMIENTO PARA DIFUSIÓN MULTIDISPARO EN CEREBRO O ART O FOCUS.
- 38. CON PAQUETE DE SPIN ECHO EN T1, DP Y T2.
- 39. CON ECO DE GRADIENTE (GRE O FFE) EN 3D.
- 40. CON PAQUETE DE RECUPERACIÓN INVERSIÓN.
- 41. CON FAST SPIN ECHO O TURBO SPIN ECHO CON FACTOR TURBO DE 32 COMO MÍNIMO.
- 42. CON PAQUETE PARA ANGIO RESONANCIA CON TIME OF FLIGHT (TOF) O INFLOW.
- 43. CON MAGNETIZACIÓN TRANSFER (MTC).
- 44. CON BOBINAS:
- 44.1. DE AL MENOS 20 CANALES PARA ESTUDIOS NEUROVASCULARES.
- 44.2. DE AL MENOS 40 CANALES PARA COLUMNA COMPLETA O NEURO EJE COMPLETO, INCLUYENDO ESTUDIOS NEUROVASCULARES CON COBERTURA DE AL MENOS 90CM.
- 44.3. DE AL MENOS 16 CANALES PARA HOMBRO.
- 44.4. DE AL MENOS 16 CANALES PARA RODILLA.
- 44.5. DE AL MENOS 32 CANALES PARA TORSO, ABDOMEN Y CARDIO, CON COBERTURA DE AL MENOS 60 CM.
- 44.6. DE AL MENOS 8 CANALES PARA PROPÓSITOS GENERAL O FLEXIBLE O EXTREMIDADES.
- 45. CON INYECTOR ANTIMAGNÉTICO DE MEDIO DE CONTRASTE.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

			<p>46. CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (CHILLER). 47. CON JAULA DE FARADAY. 48. CON JUEGOS DE SUJETADORES AJUSTABLES O DE DIFERENTES TAMAÑOS. 49. CON MUEBLES PARA POSICIONAMIENTO DE BOBINAS, INSUMOS Y SUJETADORES COMPATIBLES CON LA RESONANCIA MAGNÉTICA. 50. CON COJINES O ALMOHADILLAS PARA POSICIONAMIENTO. 51. CON SISTEMA DE COMUNICACIÓN PACIENTE-OPERADOR DE DOS VÍAS. 52. CON RECEPTOR DE MÚSICA EN EL TÚNEL O CONEXIÓN A SISTEMA ESTÉREO. 53. CON UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS PARA TODO EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.</p>		
10	99	<p>ULTRASONIDO DOPPLER COLOR, CON TRANSDUCTOR SECTORIAL, LINEAL Y CONVEXO</p>	<p>EQUIPO DE ULTRASONIDO DOPPLER COLOR PARA APLICACIONES VASCULARES, ABDOMINALES, OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS, UROLOGÍA, PARTES PEQUEÑAS, PEDIATRÍA Y CARDIOLOGÍA EN ADULTOS Y EN PEDIATRÍA. 1. CON MONITOR PLANO LCD A COLOR DE 21" O MAYOR DE ALTA RESOLUCIÓN ABATIBLE DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO. 1.1 CON PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN EN TODA LA PANTALLA EN FORMATO FULL-HD AL OPRIMIR UN BOTÓN. 2. DISCO DURO INTERNO DE 1 TB O MAYOR 3. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES. 4. MODOS DE OPERACIÓN: 4.1 CON MODO 2D O MODO B. 4.2 CON MODO 2D O MODO B CON M SIMULTÁNEOS. 4.3 CON DOPPLER COLOR O FLUJO COLOR. 4.4 CON DOPPLER DE PODER O COLOR POWER ANGIO. 4.5 CON DOPPLER PULSADO. 4.6 CON DOPPLER CONTINUO. 4.7 CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CURVA TGC Y GANANCIA DE LA IMAGEN PARA MEJORAR LA BRILLANTEZ Y UNIFORMIDAD DE LOS TEJIDOS AL OPRIMIR UN SOLO BOTÓN EN MODO B O 2D. 4.8 CON IMÁGENES ARMÓNICAS Y ARMÓNICAS CON INVERSIÓN DE PULSOS. 5. SISTEMA CON FORMACIÓN DE HACES ACÚSTICOS DIGITAL DE 17,000,000 CANALES TOTALMENTE DIGITALES O MAYOR. 6. CON RANGO DINÁMICO DE 350 DB O MAYOR Y NIVEL DE RUIDO MUY REDUCIDO 7. CON VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE 6000 O MÁS IMÁGENES POR SEGUNDO EN MODO B O 2D, 25,000 O MAYOR EN MODO COLOR Y 50,000 O MAYOR EN MODO DOPPLER PULSADO O CONTINUO. 8. CON IMÁGENES COMPUESTAS O SIMILAR DE AL MENOS 14 LÍNEAS DE VISIÓN. 9. CON IMAGEN ADAPTATIVA PARA ELIMINACIÓN DE RUIDO Y MEJORAR LA VISUALIZACIÓN DE LA TEXTURA DE LOS TEJIDOS. 10. CON IMAGEN CONVEXO VIRTUAL O WIDE SCAN AL MENOS EN LOS TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. 11. CON SOFTWARE DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA VIRUS Y MALWARE. 12. CON IMAGEN DE CAMPO EXTENDIDO O PANORÁMICA. 13. CON HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN SEMIAUTOMÁTICAS DE LA BIOMETRÍA FETAL. 14. CON SOFTWARE ESPECÍFICO PARA MEDICIÓN DE VOLUMEN EN VEJIGA. 15. CON TRAZO AUTOMÁTICO DEL ESPECTRO DOPPLER EN TIEMPO REAL CON CÁLCULOS DE ÍNDICE DE RESISTENCIA E ÍNDICE DE PULSATILIDAD COMO MÍNIMO. 16. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A MEDICIONES</p>	X	<p>EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS</p>

C

[Handwritten signature and scribbles]



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

		<p>AUTOMATIZADAS DEL ESPESOR DE LA INTIMA-MEDIA EN CARÓTIDAS POR MÉTODO DE RADIOFRECUENCIA.</p> <p>17. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A SOFTWARE PARA RECONSTRUCCIÓN Y VISUALIZACIÓN DE MÚLTIPLES CORTES EN DIFERENTES PROYECCIONES DE LOS VOLÚMENES ADQUIRIDOS 3D/4D.</p> <p>18. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A STIC FETAL.</p> <p>19. ZOOM EN TIEMPO REAL DE 35 O MÁS NIVELES Y ZOOM EN IMAGEN EN CONGELADA O ZOOM DE ESCRITURA.</p> <p>20. CON MEMORIA DE IMAGEN O CINELOOP DE 2100 IMÁGENES O MAYOR PARA 2D Y/O COLOR.</p> <p>21. PROGRAMA DE MEDIDAS, CÁLCULOS Y REPORTES PARA ESTUDIOS ABDOMINALES, GINECOLÓGICOS Y OBSTÉTRICOS.</p> <p>22. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A CÁLCULOS, MEDICIONES Y GENERACIÓN DE REPORTE CARDIOLÓGICOS.</p> <p>23. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A PROGRAMAS DE ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS, QUE INCLUYA PROTOCOLES CON FÁRMACOS Y DE EJERCICIO.</p> <p>24. CON 256 NIVELES DE GRIS Y PALETA DE 256 COLORES O SIMILAR.</p> <p>25. CON PANTALLA TÁCTIL DE 12 PULGADAS O MAYOR QUE PERMITA UNA NAVEGACIÓN SENCILLA DE LOS CONTROLES DEL SISTEMA.</p> <p>26. CON CONECTIVIDAD DICOM EN LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ALMACENAMIENTO, MODALIDAD LISTA DE TRABAJO (MWL), MPPS, Y CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A QUERY/RETRIEVE.</p> <p>27. CON CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO A PROTOCOLOS DE FLUJO DE TRABAJO PARA INSTRUCCIONES PASO A PASO EN ESTUDIOS ABDOMINALES, PARTES BLANDAS, OBSTÉTRICOS, GINECOLÓGICOS Y ABDOMEN TOTALMENTE PERSONALIZABLES.</p> <p>28. PANEL DE CONTROL CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE ALTURA Y GIRO PARA UNA EXPLORACIÓN ÓPTIMA.</p> <p>29. CON PUERTOS USB PARA EXPORTAR LOS ESTUDIOS EN FORMATOS PC Y DICOM.</p> <p>30. CON CARRO PORTA EQUIPO CON RUEDAS GIRATORIAS Y CON FRENOS.</p> <p>30.1 CON CONEXIÓN SIMULTÁNEA DE 4 O MÁS TRANSDUCTORES SELECCIONABLES POR EL USUARIO.</p> <p>30.2 PORTA TRANSDUCTORES.</p> <p>30.3 ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>30.4 SALIDA DE VIDEO DIGITAL, HDMI O DISPLAY PORT.</p> <p>30.5 UNIDAD DE DVD PARA ALMACENAR IMÁGENES EN FORMATO PC Y FORMATO DICOM.</p> <p>31. TRANSDUCTOR CONVEXO DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ O MENOR A 8.0 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES ABDOMINALES GENERALES, OBSTÉTRICAS, GINECOLÓGICAS.</p> <p>32. TRANSDUCTOR LINEAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 15.0 MHZ PARA APLICACIONES SUPERFICIALES, PARTES BLANDAS INCLUYENDO MUSCULO ESQUELETO, VASCULARES Y ACCESOS VASCULARES.</p> <p>33. TRANSDUCTOR LINEAL PALO DE GOLF (HOCKEY) BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 6.0 MHZ A 18.0 MHZ PARA APLICACIONES SUPERFICIALES, PARTES BLANDAS INCLUYENDO MUSCULO ESQUELETO, VASCULARES Y ACCESOS VASCULARES.</p> <p>34. TRANSDUCTOR SECTORIAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ O MENOR A 5.0 MHZ O MAYOR, PARA APLICACIONES DE CARDIOLOGÍA EN ADULTOS Y ABDOMINALES.</p> <p>35. TRANSDUCTOR SECTORIAL DE BANDA ANCHA RANGO DE FRECUENCIA DE 2.0 MHZ A 9.0 MHZ, PARA</p>		
--	--	--	--	--



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

			APLICACIONES DE CARDIOLOGÍA EN PEDIÁTRICO Y ABDOMINALES. 36. TRANSDUCTOR VAGINAL ENDOCAVITARIO DE FRECUENCIA DE 3.0 MHZ O MENOR A 12 MHZ O MAYOR CON CAMPO DE VISIÓN DE HASTA 270° O MAYOR. ACCESORIOS: 1 IMPRESORA PARA USO CON EL ULTRASONIDO. 1 CARRO RODABLE ESPECIFICO PARA EL EQUIPO. 1 UPS DE 1KVA O MAYOR.			
12	101	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO. TAMAÑO ESTÁNDAR	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, CON 11.4 CM DE APERTURA.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	102	ALVEOLO TOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM	ALVEOLO TOMO MEAD, PINZA GUBIA CURVA DE 17 CM, NO. 2.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	103	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR DE 15 MM LONGITUD 150 MM.	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR, PUNTA DE 15 MM Y LONGITUD DE 150 MM (+/- 10 MM).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	104	ARCO YOUNG, PORTA DIQUE DE HULE	ARCO YOUNG METALICO DE 7 ESPIGAS.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	105	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA)	ASA BILLEAU PARA OIDO, CON LONGITUD DE 16 CM (+/- 10 MM), MEDIANA, CON LAZO DE 3.5 MM X 5.5 MM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	106	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7	MANGO PARA BISTURI LARGO # 7, CON LONGITUD DE 22 CM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	107	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 4	MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS 20 A 25, CON LONGITUD DE 13.3 CM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	108	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 2 A 2.5 LITROS DE CAPACIDAD	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2 A 2.5 LTS.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	109	CÁNULA DE NOVAK CALIBRE 2	RASPA ENDOMETRIAL PARA BIOPSIA (NOVAK), CON LONGITUD DE 23 CM (+/- 10 MM), CON CONECTOR PARA JERINGA DE 2 MM DE DIAMETRO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	110	CÁNULA PARA VÍAS LAGRIMALES, RECTA	CANULA SCHEIE PARA VIAS LAGRIMALES, PARA IRRIGACION Y SUCCION, PUNTA ROMA, 20 GAUGE. RECTA.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	111	CÁNULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, CURVA LARGA REFORZADA, PUNTA REDONDA, 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM DE LONGITUD	CANULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, ANTRUM, 11.4 CM, CURVA LARGA REFORZADA, FUERTE. CON 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM DE LONGITUD.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	112	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM (+/- 1 CM)	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 49 CM X 32 CM (+/- 1 CM).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	113	CUCHARILLA	CUCHARILLA LUCAS CORTANTE, CON UNA LONGITUD DE	X		EL PARTICIPANTE



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

		LUCAS ODONTOLÓGICA, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD (+/- 1 CM)	17 CM (+/- 1 CM), No. 1-2, CON DOBLE EXTREMO.			CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	114	CUCHARILLA PIFFARD PARA DERMIS CON ARILLO OVAL. LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM)	CUCHARILLA PIFFARD, CON UNA LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM), CON ANCHO DE 5 MM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	115	CUCHILLO ANGULADO DE PARACENTESIS O MIRINGOTOMÍA	CUCHILLO BISTURI PARA MIRINGOTOMÍA (POLITZER), CON LONGITUD DE 16 CM (+/- 10 MM), ANGULADO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	116	DIAPASÓN HARTMAN, DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128, 256, 512, 1024 Y 2048 HZ	DIAPAZONES HARTMAN, JUEGO DE 5 PIEZAS, DE 128, 256, 512, 1024 Y 2048 HZ (CICLOS POR SEGUNDO).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	117	DILATADOR LAGRIMAL WILDER CON PUNTA DE AGUJA DE 30 MM. LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM)	DILATADOR LAGRIMAL WILDER, CON PUNTA DE 30 MM, CON LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM), MEDIANO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	118	DILATADORES URETRALES VAN BUREN, CON JUEGO DE 12 PIEZAS, EN CALIBRES DE 8 A 30 FR	DILATADORES URETRALES VAN-BUREN, CON JUEGO DE 12 PZS, 8 A 30 FRENCH, CON LONGITUD DE 27.3 CM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	119	ESPACIADOR MA57	ESPACIADOR WILLIAMS-FOX, SONDA EXPLORADORA GRADUADA MA57.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	120	FRAZIER, CON VÁLVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 12 FR DE CALIBRE (4 MM)	CANULA FRAZIER (FERGUSON), CON MANDRIL Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA, CON LONGITUD DE 18.0 CM (+/- 10 MM), CON LONGITUD DE TRABAJO DE 11 CM (+/- 5 MM), 12 FRENCH, CALIBRE 4 MM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	121	GANCHO DE UNA GARRA	GANCHO PARA PIEL JOSEPH, CON LONGITUD DE 15 CM (+/- 10 MM), CON UN GARFIO AGUDO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	122	GONIÓMETRO	GONIÓMETRO DE PLÁSTICO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	123	GUBIA PARA CUERPOS EXTRAÑOS	ELEVADOR GUBIA LEMPERT, PARA CUERPOS EXTRAÑOS, RECTO, CON LONGITUD DE 18.4 CM, CON PUNTA REDONDA DE 2 MM DE ANCHO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	124	JUEGO DE ASPIRADORES DE OÍDO NO. 16 G, 18 G Y 20 G	JUEGO DE 3 ASPIRADORES DE OÍDO, DE No. 16, 18 Y 20 G.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	125	LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO	LIMA HOWARD, PARA HUESO, DOBLE EXTREMO # 12.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	126	LIMA MILLER	LIMA DENTAL MILLER-COLBURN, PARA HUESO, No.3,	X		EL PARTICIPANTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

		COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS CRUZADAS	MODIFICADA, CON DOBLE EXTREMO RECTANGULAR-OVAL, ESTRIAS CRUZADAS, CON LONGITUD DE 18 CM.		CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	127	PINZA CONJUNTIVA RECTA	PINZA EYE PARA CONJUNTIVA, SIN DIENTES, CON LONGITUD DE 10 CM (+/- 5 MM), RECTA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	128	PINZA DE BAYONETA TIPO COHEN O CUSHING	PINZA CUSHING PARA DISECCION, TIPO BAYONETA, SIN DIENTES, ESTRIADA, CON LONGITUD DE 16 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	129	PINZA DE CAIMÁN	PINZA CAIMAN WULLSTEIN, CON LONGITUD DE 7.6 CM, CON QUIJADA OVAL DE 0.9 MM X 1.0 MM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	130	PINZA DE CAIMÁN TIPO WULLSTEIN	PINZAS COCODRILO PARA OIDO, CON LONGITUD DE 8.5 CM (+/- 5 MM), CON QUIJADA ESTRIADA DE 1.7 MM X 4.5 MM, SIN DIENTES.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	131	PINZA DE COPAS TIPO WULLSTEIN	PINZA CAIMAN HARTMAN-HERZFELD TIPO WULLSTEIN PARA OIDO, CON LONGITUD DE 8 CM (+/- 5 MM), CON COPAS REDONDAS DE 3 MM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	132	PINZA DE CURVA DE IRIS (SIN DIENTES)	PINZA EYE PARA DISECCION DE IRIS, CON LONGITUD DE 9.7 CM, DELICADA, ESTRIADA, CURVA, PUNTA DE 0.7 MM, SIN DIENTES.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	133	PINZA DE DEPILACIÓN QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE	PINZA DE DEPILACION DEL NO. 1, DE ACERO INOXIDABLE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	134	PINZA DE FIJACIÓN KREMER, ANGULADA DE 13 MM, CON SEGURO	PINZA DE FIJACION KREMER, ANGULADA, CON DOS RAMAS RECTAS DE 13 MM, CON SEGURO, CON LONGITUD DE 10.5 CM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	135	PINZA DE LA ROSA	PINZA-ALICATE DE LA ROSA, CON PUNTA GRANDE ESTRIADA, CON LONGITUD DE 13 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	136	PINZA DESMARRES, MEDIANA, LONGITUD DE 90 MM	PINZA DESMARRES PARA CHALAZION, MEDIANA, CON LONGITUD DE 90 MM. CON QUIJADA FENESTRADA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	137	PINZA EXTRACTORA DE DISPOSITIVO	PINZA UTERINA BOZEMAN, PARA EXTRACCION DE DISPOSITIVOS, CON LONGITUD DE 25 CM (+/- 10 MM), EN FORMA DE S.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	138	PINZA HOW CURVA	PINZA ALICATE HOW CURVA PARA CONTORNEAR Y PARA CORONAS, CON LONGITUD DE 14 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	139	PINZA HOW RECTA	PINZA ALICATE HOW RECTA PARA CONTORNEAR Y PARA CORONAS, CON LONGITUD DE 14 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	140	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM	PINZA KELLY, CON LONGITUD DE 14 CM, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

12	141	PINZA PARA ABOMBAR	ALICATE JOHNSON PARA ABOMBAR, CONTORNEAR Y PARA CORONAS, CON LONGITUD DE 13 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	142	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS DERECHA	ALICATE HOW PARA CONTORNEAR BANDAS Y PARA CORONAS, DERECHA, CON LONGITUD DE 14 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	143	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS IZQUIERDA	ALICATE WEINGART PARA CONTORNEAR BANDAS Y PARA CORONAS, IZQUIERDA, CON LONGITUD DE 13 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	144	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM	PINZA BARD-PARKER, PARA TRASLADO, CON LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 240 A 260 MM, CON TAPA Y VASO DE ACERO INOXIDABLE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	145	PINZA ROCHESTER PEAN DE 200 A 205 MM.	PINZA ROCHESTER-PEAN, CON UNA LONGITUD ENTRE 200 Y 205 MM, RECTA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	146	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2.5 CM DE LONGITUD (+/- 5 MM)	RINOSCOPIO NASAL COTTLE, CON LONGITUD DE 13.5 CM, CHICO, CON HOJA DE 2.5 CM (+/- 5 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	147	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD (+/- 1CM)	RINOSCOPIO NASAL COTTLE, CON LONGITUD DE 14 CM, CON HOJAS DELGADAS DE 5 CM (+/- 1 CM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	148	SET DE CESÁREA	<p>1 SEPARADOR FARABEUF, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM. X 3.2 CM.</p> <p>2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM.</p> <p>2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 13.0 CM.</p> <p>1 PINZA FOERSTER PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., RECTA, ESTRIADA.</p> <p>4 PINZA FOERSTER PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., CURVA, ESTRIADA.</p> <p>1 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA.</p> <p>1 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA.</p> <p>1 TIJERA METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., DELICADA.</p> <p>12 PINZA CRILE, 16.0 CM., CURVA.</p> <p>12 PINZA ALLIS PARA TEJIDO, 5 X 6 DIENTES, 25.4 CM.</p> <p>2 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM.</p> <p>2 CANULA DE SUCCION YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE, 27.0 CM.</p> <p>2 MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 13.3 CM.</p> <p>6 PINZA ROCHESTER-PEAN, 18.4 CM., CURVA.</p> <p>6 PINZA BACKHAUS PARA CAMPOS, 13.3 CM.</p> <p>1 PINZA ALDERKREUTZ PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 4 X 5 DIENTES.</p> <p>2 PINZA ROCHESTER-PEAN, 20.3 CM., CURVA.</p> <p>2 PINZA ROCHESTER-OCHSNER, 1 X 2 DIENTES. 20.3 CM., RECTA.</p> <p>1 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, CON RANURA CENTRAL, 24.0 CM.</p> <p>1 CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 49.0 CM. X 32.0 CM.</p> <p>1 CONTENEDOR TAMAÑO 3/4 CON TAPA PERFORADA DE</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

			465 X 280 X 100 MM (AZUL) 1 CANASTILLA TAMAÑO 3/4 DE: 405 X 255 X 30 MM. 1 PINZA ALDERKREUTZ PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 4 X 5 DIENTES. 2 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM. 1 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, CON RANURA CENTRAL, 24.0 CM. 2 CANULA DE SUCCION YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE, 27.0 CM. 2 PINZA LAHEY PARA DUCTOS BILIARES, ANGULADA, RAMAS LARGAS, 19.1 CM. 2 PINZA SCHROEDER (POZZI) PARA TENACULUM, UTERINA, 1 X 1 GARFIOS, 24.0 CM. 2 PINZA MIXTER, 27.3 CM., ESTRIAS TRANSVERSALES. 3 PINZA FOERSTER PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., RECTA, ESTRIADA. 6 PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA, CURVA, DOBLE DIENTE, 22.0 CM. 1 SEPARADOR FARABEU, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM. X 3.2 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 18.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 14.0 CM. 1 TIJERA METZENBAUM (NELSON), 23.0 CM., CURVA, PUNTAS ROMAS. 2 TIJERA METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., DELICADA. 1 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 25.5 CM. 2 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA. 6 PINZA ROCHESTER-PEAN, 22.5 CM., CURVA. 12 PINZA CRILE, 16.0 CM., CURVA. 2 MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 13.3 CM. 6 PINZA ALLIS PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 6 X 7 DIENTES. 15 PINZA ALLIS PARA TEJIDO, 5 X 6 DIENTES, 25.4 CM. 6 PINZA ROCHESTER-OCHSNER, 1 X 2 DIENTES, 25.4 CM., CURVA. 10 PINZA BACKHAUS PARA CAMPOS, 15.0 CM. 1 TIJERA METZENBAUM (NELSON), 23.0 CM., RECTA, PUNTAS ROMAS. 1 CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 49.0 CM. X 32.0 CM. 1 MANGO PARA BISTURI LARGO # 7, LONGITUD 22.0 CM. 1 HISTEROLABO UTERINO DARTIGUES, 26.0 CM. 1 TIRABUZON DOYEN, 16.5 CM., DIAMETRO DE 24 MM. 2 PINZA UTERINA BOZEMAN, 25.4 CM. EN FORMA DE S 3 PINZA PORTA ESPONJAS FOERSTER, 24.0 CM., CURVA, ESTRIADA. 2 TIJERA MAYO (HARRINGTON), 23.0 CM., CURVA. 1 TIJERA MAYO (HARRINGTON), 23.0 CM., RECTA. 2 PINZA RUSS-MODEL PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD 20.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 25.5 CM.			
12	149	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL		X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	
12	150	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 250 ML.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS	

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA EN CASO DE QUE NO APLIQUE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.

13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTO MEMBRETADO DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS). , EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN
6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA		
C) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS 12 Y 13 (GRUPO 3):		
• ANÁLISIS DE PASIVADO: DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR ANÁLISIS DE PASIVIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3.
• CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - MATERIALES METÁLICOS- PARTE 1 ACERO INOXIDABLE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1
• CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA, ACREDITANDO LAS NORMAS NOM-137-SSA1-2008, ASTM A-380 INCISO 7.2.5.3, ASTM E-3, ASTM E-407. PARA EL CASO DE FABRICACIÓN NACIONAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FEUM), SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA CON LABORATORIO CERTIFICADO ANTE EL CENAM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA

PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

PARTIDA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA		CUMPLE		MOTIVOS
			SÍ	NO	SÍ	NO	
4	49	BURO HOSPITALARIO CON CAJON	1. FABRICADO EN LAMINA CAL. 20, CON ACABADO ESMALTADO. 2. CUBIERTA FORRADA DE LAMINADO PLÁSTICO Y MOLDURA PERIMETRAL DE ALUMINIO. 3. UN CAJON DE LAMINA CAL. 22 CON ACABADO ESMALTADO. 4. PUERTA INFERIOR DE LAMINA CAL. 22 CON JALADERAS INTEGRADAS CON ACABADO ESMALTADO.		X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			<p>5. ZOCLO DE LAMINA CAL. 22, CON ACABADO ESMALDADO.</p> <p>6. DIMENSIONES: 80 CM A ALTURA X 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE LARGO (+/- 2 CM).</p>			
4	50	CARRO DE CURACIONES	<p>1. ANILLO GIRATORIO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA., DE PLACA DE ACERO CAL.16 DE 25.4 MM. (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.</p> <p>2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, ACABADO PULIDO.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.20 DE 15.8 MM. (5/8) DE DIÁMETRO.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.</p> <p>5. PROTECTOR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18, ACABADO PULIDO O TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIÁMETRO CAL.18 ACABADO PULIDO.</p> <p>6. RODAJAS DE GEL DE 101.6 MM. (4") DE DIÁMETRO.</p> <p>7. CUBETA DE 12 LITROS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20 ACABADO PULIDO CON ASA DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM. (1/4") DE DIÁMETRO.</p> <p>8. BANDEJA DE 2.130 LITROS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, ACABADO PULIDO.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	51	CARRO DE DISTRIBUCIÓN PARA FARMACIA	<p>1. FABRICADO CON DEPOSITO INFERIOR Y SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 20 TIPO 304, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>2. CON ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" EN CAL. 18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>3. CON LLANTAS DE GEL.</p> <p>4. DIMENSIONES: 70 CM X 50 CM X 105 CM (+/- 3 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	52	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	<p>1. CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS.</p> <p>2. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO AISI 304, CON ACABADO EN PULIDO MATE.</p> <p>3. CON ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 1/4" DE DIÁMETRO.</p> <p>4. DIMENSIONES: 30 CM DE ALTURA X 30 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR Y 20 DE DIÁMETRO INFERIOR (+/- 3 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	53	MESA ALTA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	<p>1. CON CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO AISI 304 CAL. 20, CON ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.</p> <p>2. CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CAL. 18 DE 32 X 32 MM, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>3. CON FALDONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>4. CON REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>5. DIMENSIONES:120 CM X 70 CM X 90 CM (+/- 2 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	54	MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS	<p>1. CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO CAL 18 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 45 CM X 40 CM X 20 CM (+/- 2 CM) Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 CM X 40 CM X 30 CM (+/- 2 CM), CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA.</p> <p>2. DESAGUE DE 2" DE DIÁMETRO X 2" DE LARGO.</p> <p>3. CUERPO, ENTREPAÑO Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 32 MM X 32 MM (1 1/4" X 1 1/4"), CON ACABADO PULIDO.</p> <p>5. RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR, Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.</p> <p>6. REGATON DE ALUMINIO DE ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>7. REJILLA CON PERFORACIONES DE 9 MM (3/8") DE DIÁMETRO, DESMONTABLE, DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>8. VITRINA IZQUIERDA - DERECHA CON PUERTAS DE</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			VIDRIO CORREDIZAS. 9. DIMENSIONES: 180 X 70 X 90 CMS (+/- 2 CM).			
4	55	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	1. CON CAJONES POR AMBOS LADOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON JALADERAS INTEGRADAS Y CERRADURAS. 2. CON CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CON ACABADO PULIDO. 3. CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIAMETRO, CAL. 18, CON ACABADO PULIDO, CON REFUERZO DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE DIAMETRO, CON ACABADO PULIDO. 4. CON RUEDAS DE GEL DE 4" DE DIAMETRO. 5. CON PROTECTOR PERIMETRAL DE LAMINA DE ACERO, CON ACABADO PULIDO. 6. DIMENSIONES: 70 CM X 45 CM X 105 CM (+/- 2 CM).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	56	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA	1. BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 20 ACABADO PULIDO. 2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO AISI 304 DE ACABADO PULIDO. 3. REPISA PORTABÁSCULA. 4. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO. 5. DOS CAJONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON DIMENSIONES DE 35 CM X 35 CM X 15 CM (+/- 2 CM), CON JALADERAS INTEGRADAS, CON ACABADO PULIDO. 6. ENTREPAÑO A LA ALTURA DE LOS CAJONES. 7. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/ M3 DE DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR MINIMO FORRADO DE VINIL CON COSTURAS. 8. INFANTOMETRO METALICO GRADUADO DE 0 A 120 CM, CON ESCALA DE 1 MM, FABRICADO Y GABRADO EN ALUMINIO DE 2.5 MM DE ESPESOR. 9. REGATON DE ALUMINO DE ALTURA AJUSTABLE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	57	MESA MAYO CON CHAROLA	1. MESA SEMIRODABLE PARA COLOCACIÓN DE CHAROLAS DE INSTRUMENTAL. 2. CON ARO PORTA CHAROLA DE 1 PULGADA DE ESPESOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20, SOLDADO A COLUMNA DESLIZABLE EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO CALIBRE 18 DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO. 3. CON BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 DE 2 PULGADAS X 2 PULGADAS DE ESPESOR CON CONTRAPESOS EN PLOMO, SOPORTADOS A 2 GOMAS AHULADAS Y 2 RODAJAS DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO DE LIBRE GIRO, CON SOPORTE ACABADO ZINC. 4. CON LLANTA DE PLÁSTICO POLIOLEFINA, QUE RESISTA AL MENOS 75 LIBRAS CADA LLANTA. 5. CON SISTEMA OPRESOR PARA COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE A DIFERENTES ALTURAS A BASE DE PERILLA OPRESORA DE ACERO INOXIDABLE. 6. ACABADOS CON CANTOS PULIDOS SIN REBABAS O RESIDUOS. 7. CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 24, DE 45 CM (+/- 3 CM) X 30 CM (+/- 3 CM) X 1.5 CM. 8. DIMENSIONES: 35 CM X 60 CM X 90 A 150 CM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	58	MESA PASTEUR CON CAJON	1. CON CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 20 TIPO AISI 304. 2. CON BARANDAL DE ALAMBRON DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE. 3. CON CAJON CON JALADERAS EMBALADAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON ACABADO PULIDO. 4. CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" EN CAL. 18, CON ACABADO PULIDO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			5. CON LLANTAS DE 3" EN COLOR NEGRO. 6. DIMENSIONES: 60 CM X 50 CM X 100 CM (+/- 2 CM).		
4	59	MESA PUENTE	1. MESA PUENTE DE ALTURA AJUSTABLE, CON TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR. 2. CON AJUSTE MEDIANTE PERILLA OPRESORA PARA ELEVACION. 3. ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE. 4. CON CUATRO LLANTAS DE GOMA. 5. DIMENSIONES GENERALES 70 CM X 40 CM X 70 A 110 CM (+/- 3 CM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	60	NEGATOSCOPIO	1. CON DOS PLACAS CON LUZ LED. 2. CON PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO BLANCO DE 2 MM. 3. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA REGULADA. 4. CON SISTEMA PARA SUJETAR PELÍCULAS. 5. CON LUMINANCIA DE AL MENOS DE 6,300 LUXES (+/- 300 LUXES) CON REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA. 6. CON ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA. 7. CON SENSOR DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO AL INSERTAR LA PELÍCULA. 8. DIMENSIONES: 55 CM X 85 CM (+/- 2 CM), CON UN GROSOR DE 2.5 CM (+/- 2 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	61	PORTAVENOCLISIS RODABLE	1. CON ANTENA TELESCÓPICA DE VARILLA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 5/16", CON CRUCETA DE 2 GANCHOS, CON ACABADO PULIDO. 2. CON BASE DE 5 APOYOS EN PERFIL DE ACERO INOXIDABLE DE 2X1" EN CAL. 18, CON ACABADO PULIDO. 3. CON TUBO PARA PERMITIR EL ENSABLE DE LA BASE Y ANTENA TELESCÓPICA DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 18, CON ACABADO PULIDO. 4. CON PERILLA OPRESORA PARA DAR AJUSTES DE ALTURA. 5. CON LLANTAS DE DOBLE HUELLA DE 2" TIPO YOYO. 6. DIMENSIONES: 50 CM X 50 CM X 125 CM A 210 CM (+/- 3 CM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	62	VITRINA ALTA CON PUERTA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS CON LLAVE	1. VITRINA ALTA DE 60 CM X 35 CM X 150 CM PARA INSTRUMENTAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 5 MM Y CERRADURA. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN CAL 22, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA. 3. ZOCLO INFERIOR DE LAMINA. 4. CUATRO ENTREPAÑOS DE CRISTAL.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	101	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTÁNDAR	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, CON 11.4 CM DE APERTURA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	102	ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM	ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA CURVA DE 17 CM, NO. 2.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	103	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR DE 15 MM LONGITUD 150 MM.	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR, PUNTA DE 15 MM Y LONGITUD DE 150 MM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	104	ARCO YOUNG, PORTA DIQUE DE HULE	ARCO YOUNG METALICO DE 7 ESPIGAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	105	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS	ASA BILLEAU PARA OIDO, CON LONGITUD DE 16 CM (+/- 10 MM), MEDIANA, CON LAZO DE 3.5 MM X 5.5 MM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

		BILLEAU (MEDIANA)			
12	106	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7	MANGO PARA BISTURI LARGO # 7, CON LONGITUD DE 22 CM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	107	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 4	MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS 20 A 25, CON LONGITUD DE 13.3 CM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	108	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 2 A 2.5 LITROS DE CAPACIDAD	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 2 A 2.5 LTS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	109	CÁNULA DE NOVAK CALIBRE 2	RASPA ENDOMETRIAL PARA BIOPSIA (NOVAK), CON LONGITUD DE 23 CM (+/- 10 MM), CON CONECTOR PARA JERINGA DE 2 MM DE DIAMETRO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	110	CÁNULA PARA VÍAS LAGRIMALES, RECTA	CANULA SCHEIE PARA VIAS LAGRIMALES, PARA IRRIGACION Y SUCCION, PUNTA ROMA, 20 GAUGE. RECTA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	111	CÁNULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, CURVA LARGA REFORZADA, PUNTA REDONDA, 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM DE LONGITUD	CANULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, ANTRUM, 11.4 CM, CURVA LARGA REFORZADA, FUERTE. CON 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM DE LONGITUD.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	112	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM (+/- 1 CM)	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 49 CM X 32 CM (+/- 1 CM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	113	CUCHARILLA LUCAS ODONTOLÓGICA, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD (+/- 1 CM)	CUCHARILLA LUCAS CORTANTE, CON UNA LONGITUD DE 17 CM (+/- 1 CM), No. 1-2, CON DOBLE EXTREMO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	114	CUCHARILLA PIFFARD PARA DERMIS CON ARILO OVAL. LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM)	CUCHARILLA PIFFARD, CON UNA LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM), CON ANCHO DE 5 MM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	115	CUCHILLO ANGULADO DE PARACENTESIS O MIRINGOTOMÍA	CUCHILLO BISTURI PARA MIRINGOTOMÍA (POLITZER), CON LONGITUD DE 16 CM (+/- 10 MM), ANGULADO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	116	DIAPASÓN HARTMAN, DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128, 256, 512, 1024 Y 2048 HZ	DIAPAZONES HARTMAN, JUEGO DE 5 PIEZAS, DE 128, 256, 512, 1024 Y 2048 HZ (CICLOS POR SEGUNDO).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	117	DILATADOR LAGRIMAL WILDER CON PUNTA DE AGUJA DE 30 MM. LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM)	DILATADOR LAGRIMAL WILDER, CON PUNTA DE 30 MM, CON LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM), MEDIANO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	118	DILATADORES URETRALES VAN BUREN, CON	DILATADORES URETRALES VAN-BUREN, CON JUEGO DE 12 PZS, 8 A 30 FRENCH, CON LONGITUD DE 27.3 CM.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.						
		JUEGO DE 12 PIEZAS, EN CALIBRES DE 8 A 30 FR				
12	119	ESPACIADOR MA57	ESPACIADOR WILLIAMS-FOX, SONDA EXPLORADORA GRADUADA MA57.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	120	FRAZIER, CON VÁLVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 12 FR DE CALIBRE (4 MM)	CANULA FRAZIER (FERGUSON), CON MANDRIL Y VALVULA DE DEDO, ANGULADA, CON LONGITUD DE 18.0 CM (+/- 10 MM), CON LONGITUD DE TRABAJO DE 11 CM (+/- 5 MM), 12 FRENCH, CALIBRE 4 MM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	121	GANCHO DE UNA GARRA	GANCHO PARA PIEL JOSEPH, CON LONGITUD DE 15 CM (+/- 10 MM), CON UN GARFIO AGUDO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	122	GONIÓMETRO	GONIÓMETRO DE PLÁSTICO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	123	GUBIA PARA CUERPOS EXTRAÑOS	ELEVADOR GUBIA LEMPERT, PARA CUERPOS EXTRAÑOS, RECTO, CON LONGITUD DE 18.4 CM, CON PUNTA REDONDA DE 2 MM DE ANCHO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	124	JUEGO DE ASPIRADORES DE OÍDO NO. 16 G, 18 G Y 20 G	JUEGO DE 3 ASPIRADORES DE OÍDO, DE No. 16, 18 Y 20 G.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	125	LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO	LIMA HOWARD, PARA HUESO, DOBLE EXTREMO # 12.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	126	LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRÍAS CRUZADAS	LIMA DENTAL MILLER-COLBURN, PARA HUESO, No.3, MODIFICADA, CON DOBLE EXTREMO RECTANGULAR-OVAL, ESTRÍAS CRUZADAS, CON LONGITUD DE 18 CM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	127	PINZA CONJUNTIVA RECTA	PINZA EYE PARA CONJUNTIVA, SIN DIENTES, CON LONGITUD DE 10 CM (+/- 5 MM), RECTA.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	128	PINZA DE BAYONETA TIPO COHEN O CUSHING	PINZA CUSHING PARA DISECCION, TIPO BAYONETA, SIN DIENTES, ESTRIADA, CON LONGITUD DE 16 CM (+/- 10 MM).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	129	PINZA DE CAIMÁN	PINZA CAIMAN WULLSTEIN, CON LONGITUD DE 7.6 CM, CON QUIJADA OVAL DE 0.9 MM X 1.0 MM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	130	PINZA DE CAIMÁN TIPO WULLSTEIN	PINZAS COCODRILO PARA OIDO, CON LONGITUD DE 8.5 CM (+/- 5 MM), CON QUIJADA ESTRIADA DE 1.7 MM X 4.5 MM, SIN DIENTES.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	131	PINZA DE COPAS TIPO WULLSTEIN	PINZA CAIMAN HARTMAN-HERZFELD TIPO WULLSTEIN PARA OIDO, CON LONGITUD DE 8 CM (+/- 5 MM), CON COPAS REDONDAS DE 3 MM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	132	PINZA DE CURVA DE IRIS (SIN DIENTES)	PINZA EYE PARA DISECCION DE IRIS, CON LONGITUD DE 9.7 CM, DELICADA, ESTRIADA, CURVA, PUNTA DE 0.7 MM, SIN DIENTES.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	133	PINZA DE DEPILACIÓN QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE	PINZA DE DEPILACION DEL NO. 1, DE ACERO INOXIDABLE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	134	PINZA DE FIJACIÓN KREMER, ANGULADA DE 13 MM, CON SEGURO	PINZA DE FIJACION KREMER, ANGULADA, CON DOS RAMAS RECTAS DE 13 MM, CON SEGURO, CON LONGITUD DE 10.5 CM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	135	PINZA DE LA ROSA	PINZA-ALICATE DE LA ROSA, CON PUNTA GRANDE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 47 | 128



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			ESTRIADA, CON LONGITUD DE 13 CM (+/- 10 MM).		TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	136	PINZA DESMARRÉS, MEDIANA, LONGITUD DE 90 MM	PINZA DESMARRÉS PARA CHALAZION, MEDIANA, CON LONGITUD DE 90 MM. CON QUIJADA FENESTRADA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	137	PINZA EXTRACTORA DE DISPOSITIVO	PINZA UTERINA BOZEMAN, PARA EXTRACCION DE DISPOSITIVOS, CON LONGITUD DE 25 CM (+/- 10 MM). EN FORMA DE S.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	138	PINZA HOW CURVA	PINZA ALICATE HOW CURVA PARA CONTORNEAR Y PARA CORONAS, CON LONGITUD DE 14 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	139	PINZA HOW RECTA	PINZA ALICATE HOW RECTA PARA CONTORNEAR Y PARA CORONAS, CON LONGITUD DE 14 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	140	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM	PINZA KELLY, CON LONGITUD DE 14 CM, CURVA, CON ESTRIAS TRANSVERSALES.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	141	PINZA PARA ABOMBAR	ALICATE JOHNSON PARA ABOMBAR, CONTORNEAR Y PARA CORONAS, CON LONGITUD DE 13 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	142	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS DERECHA	ALICATE HOW PARA CONTORNEAR BANDAS Y PARA CORONAS, DERECHA, CON LONGITUD DE 14 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	143	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS IZQUIERDA	ALICATE WEINGART PARA CONTORNEAR BANDAS Y PARA CORONAS, IZQUIERDA, CON LONGITUD DE 13 CM (+/- 10 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	144	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM	PINZA BARD-PARKER, PARA TRASLADO, CON LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 240 A 260 MM, CON TAPA Y VASO DE ACERO INOXIDABLE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	145	PINZA ROCHESTER PEAN DE 200 A 205 MM.	PINZA ROCHESTER-PEAN, CON UNA LONGITUD ENTRE 200 Y 205 MM, RECTA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	146	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2.5 CM DE LONGITUD (+/- 5 MM)	RINOSCOPIO NASAL COTTLE, CON LONGITUD DE 13.5 CM, CHICO, CON HOJA DE 2.5 CM (+/- 5 MM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	147	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD (+/- 1CM)	RINOSCOPIO NASAL COTTLE, CON LONGITUD DE 14 CM, CON HOJAS DELGADAS DE 5 CM (+/- 1 CM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
12	148	SET DE CESÁREA	1 SEPARADOR FARABEU, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM. X 3.2 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 13.0 CM. 1 PINZA FOERSTER PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., RECTA, ESTRIADA. 4 PINZA FOERSTER PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., CURVA, ESTRIADA. 1 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA 1 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA. 1 TIJERA METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., DELICADA. 12 PINZA CRILE, 16.0 CM., CURVA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			<p>12 PINZA ALLIS PARA TEJIDO, 5 X 6 DIENTES, 25.4 CM. 2 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM. 2 CANULA DE SUCCION YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE, 27.0 CM. 2 MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 13.3 CM. 6 PINZA ROCHESTER-PEAN, 18.4 CM., CURVA. 6 PINZA BACKHAUS PARA CAMPOS, 13.3 CM. 1 PINZA ALDERKREUTZ PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 4 X 5 DIENTES. 2 PINZA ROCHESTER-PEAN, 20.3 CM., CURVA. 2 PINZA ROCHESTER-OCHSNER, 1 X 2 DIENTES. 20.3 CM., RECTA. 1 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, CON RANURA CENTRAL, 24.0 CM. 1 CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 49.0 CM. X 32.0 CM. 1 CONTENEDOR TAMAÑO 3/4 CON TAPA PERFORADA DE 465 X 280 X 100 MM (AZUL) 1 CANASTILLA TAMAÑO 3/4 DE: 405 X 255 X 30 MM.</p>		
12	149	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL	<p>1 PINZA ALDERKREUTZ PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 4 X 5 DIENTES. 2 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, SIN RANURA CENTRAL, 20.0 CM. 1 PORTA AGUJAS MAYO-HEGAR, CON RANURA CENTRAL, 24.0 CM. 2 CANULA DE SUCCION YANKAUER, CON BOTON DESATORNILLABLE, 27.0 CM. 2 PINZA LAHEY PARA DUCTOS BILIARES, ANGULADA, RAMAS LARGAS, 19.1 CM. 2 PINZA SCHROEDER (POZZI) PARA TENACULUM, UTERINA, 1 X 1 GARFIOS, 24.0 CM. 2 PINZA MIXTER, 27.3 CM., ESTRIAS TRANSVERSALES. 3 PINZA FOERSTER PORTA ESPONJAS, 24.0 CM., RECTA, ESTRIADA. 6 PINZA HEANEY PARA HISTERECTOMIA, CURVA, DOBLE DIENTE, 22.0 CM. 1 SEPARADOR FARABEU, 15.2 CM., DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2, HOJAS DE 1.6 CM. X 2.5 CM. Y 1.6 CM. X 3.2 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 18.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 14.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 14.0 CM. 1 TIJERA METZENBAUM (NELSON), 23.0 CM., CURVA, PUNTAS ROMAS. 2 TIJERA METZENBAUM, CURVA, PUNTAS ROMAS, 18.0 CM., DELICADA. 1 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., CURVA. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, SIN DIENTES, PUNTA CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 25.5 CM. 2 TIJERA MAYO, HOJA BISELADA, 17.0 CM., RECTA. 6 PINZA ROCHESTER-PEAN, 22.5 CM., CURVA. 12 PINZA CRILE, 16.0 CM., CURVA. 2 MANGO PARA BISTURI CORTO # 4, PARA SUJETAR HOJAS: 20 AL 25, LONGITUD 13.3 CM. 6 PINZA ALLIS PARA TEJIDOS, 20.0 CM., 6 X 7 DIENTES. 15 PINZA ALLIS PARA TEJIDO, 5 X 6 DIENTES, 25.4 CM. 6 PINZA ROCHESTER-OCHSNER, 1 X 2 DIENTES. 25.4 CM., CURVA. 10 PINZA BACKHAUS PARA CAMPOS, 15.0 CM. 1 TIJERA METZENBAUM (NELSON), 23.0 CM., RECTA, PUNTAS ROMAS. 1 CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DE 49.0 CM. X 32.0 CM.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			1 MANGO PARA BISTURI LARGO # 7, LONGITUD 22.0 CM. 1 HISTEROLABO UTERINO DARTIGUES, 26.0 CM. 1 TIRABUZON DOYEN, 16.5 CM., DIAMETRO DE 24 MM. 2 PINZA UTERINA BOZEMAN, 25.4 CM. EN FORMA DE S 3 PINZA PORTA ESPONJAS FOERSTER, 24.0 CM., CURVA, ESTRIADA. 2 TIJERA MAYO (HARRINGTON), 23.0 CM., CURVA. 1 TIJERA MAYO (HARRINGTON), 23.0 CM., RECTA. 2 PINZA RUSS-MODEL PARA DISECCION, CON DIENTES, FENESTRADA, LONGITUD 20.0 CM. 2 PINZA ESTANDAR PARA DISECCION, RECTA, PUNTA CON 1 X 2 DIENTES, 25.5 CM.			
12	150	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD DE 250 ML.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA EN CASO DE QUE NO APLIQUE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DE QUE NO APLIQUE
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.			NO APLICA
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.			NO APLICA
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.			NO APLICA
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE			NO APLICA
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS			NO APLICA
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GEL PARTICIPANTE ARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR



PARTICIPANTE: ISULMED S. DE R.L. DE C.V.

			DOCUMENTOS MEMBRETADO DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO ASIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA PARA LA PARTIDA 4 RENGLÓN 60, EL RESTO DE LOS RENGLONES A LOS QUE PARTICIPA NO APLICA
6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
C) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS 12 Y 13 (GRUPO 3):			
• ANÁLISIS DE PASIVADO: DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR ANÁLISIS DE PASIVADO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3
• CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - MATERIALES METÁLICOS- PARTE 1 ACERO INOXIDABLE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1
• CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA, ACREDITANDO LAS NORMAS NOM-137-SSA1-2008, ASTM A-380 INCISO 7.2.5.3, ASTM E-3, ASTM E-407. PARA EL CASO DE FABRICACIÓN NACIONAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA FARMACOEPA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FEUM), SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA CON LABORATORIO CERTIFICADO ANTE EL CENAM.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA

PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

PARTIDA	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SÍ	NO	
6	78	CISTOURETROSCOPIO	EQUIPO RÍGIDO PARA LA VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA VEJIGA Y URETRA CON FINES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 1. TELESCOPIO ESTERILIZABLE DE 4 MM DE DIÁMETRO, CON LONGITUD DE 30 CM (+/- 1 CM), CON DIRECCIÓN VISUAL DE 30°, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO. 2. CAMISA CON OBTURADOR DE 22 CHAR. 3. CAMISA CON OBTURADOR DE 17 CHAR. 4. INSERTO DE EXPLORACIÓN CON DOS ENTRADAS OBTURABLES, COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO DE LAS CAMISAS OFERTADAS. 5. CONECTORES LUER LOCK.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.
6	79	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	1. CUNA TÉRMICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR. 2. CON MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y SERVOCONTROLADO. 3. CON CONTROL MANUAL DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100%, EN AUMENTOS DEL 10% REFLEJADO MEDIANTE BARRAS. 4. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO QUE SE INICIE DE FORMA AUTOMÁTICA AL ENCENDER EL SISTEMA. 5. DESPLIEGUES DE: 5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA, SIMULTÁNEAMENTE. 5.2. TEMPERATURA DE CONTROL. 5.3. POTENCIA DEL CALEFACTOR. 6. CON CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, SERVOCONTROLADO O CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE DENTRO DEL RANGO DE 35 A 37,5°C. RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 0.1°C. 7. FUNCIÓN DE AUTO PRUEBA O AUTODIAGNÓSTICO. 8. ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES, PRIORIZADAS O EN RAMPA DE: 8.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE (ALTA Y BAJA). 8.2. FALLA EN EL SENSOR O SONDA DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE. 8.3. FALLA DEL SISTEMA. 8.4. FALLA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA O POTENCIA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. 8.5. VERIFICACIÓN DE PACIENTE O VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL. 8.6. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS. 9. CON AJUSTE POR CONTROL DE MEMBRANA, PERILLA O CON MEDIOS PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN. 10. CON ELEMENTO CALEFACTOR RADIANTE. 11. CUNA LIMITADA EN LOS CUATRO LADOS POR PANELES TRANSPARENTES, ABATIBLES DE 230 MILÍMETROS (+/- 2 MM) CON AL MENOS 2 PASACABLES EN UN PANEL. CON PANELES INTERIORES DE SEGURIDAD DE 70 MM (+/- 2MM) QUE LIMITAN DOS LADOS DE LA BASE DE LA CUNA. 12. CON POSIBILIDAD DE DAR POSICIÓN DE TRENDELENBURG Y CONTRATRENDELENBURG O TRENDELENBURG INVERSO, O INCLINACIÓN DE LA CUNA, CON UN ÁNGULO DE 15 GRADOS DE INCLINACIÓN COMO MÍNIMO DE MANERA CONTINUA, CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO. 13. RODABLE, CON SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS COMO MÍNIMO. 14. CON AL MENOS DOS CAJONES. 15. CON CHAROLA PORTA CHASIS O PORTA CARTUCHO DE RAYOS X INTERCONSTRUIDA. 16. CON LÁMPARA O ELEMENTO CALEFACTOR ABATIBLE 90° HACIA AMBOS LADOS, QUE PERMITA EL ACCESO	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.

GOBIERNO DEL ESTADO



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>DEL EQUIPO DE RAYOS X, Y QUE CONTINUE CON EL CALENTAMIENTO AL CENTRO DEL COLCHÓN DE LA CUNA INCLUSO SI EL CALENTADOR SE GIRA DE LADO.</p> <p>17. CON LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN U OBSERVACIÓN.</p> <p>18. CON COLCHÓN RADIOTRASPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.</p> <p>19. CON CHAROLA O REPISA PARA MONITOR E INSTRUMENTAL.</p> <p>20. CON POSIBILIDAD A FUTURO DE INCORPORAR UN PUERTO RS232 PARA COMUNICACIÓN CON MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA.</p> <p>21. CON LÁMPARA DE FOTOTERAPIA LED INTERCONSTRUIDA DE LA MISMA MARCA. NO RODABLE CON LONGITUD DE ONDA ESPECTRAL DE 460 A 490 NANÓMETROS.</p> <p>22. CON BASCULA INTEGRADA O INTERCONSTRUIDA CON EL DESPLIEGUE DEL PESO DEL PACIENTE SIN INTERRUPTCIÓN DEL CALOR RADIANTE, CON RANGO DE MEDICIÓN DE 300 GRAMOS A 8 KILOGRAMOS.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL. • 100 PARQUES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA. • 20 ANTIFACES DESECHABLES PARA PROTECCIÓN DE OJOS EN TRATAMIENTOS DE FOTOTERAPIA. • 1 POSTE DE INFUSIONES. 		
6	80	INCUBADORA DE TRASLADO	<p>1. INCUBADORA DE TRASLADO.</p> <p>2. CON MODOS DE OPERACIÓN: CORRIENTE ALTERNA, CORRIENTE DIRECTA Y BATERÍA.</p> <p>3. CON MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO.</p> <p>4. CONTROLES:</p> <p>4.1. CON CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 22°C O MENOR A 38° C O MAYOR.</p> <p>4.2. CON RESOLUCIÓN DE 0.1 °C.</p> <p>4.3. CON SISTEMA DE BLOQUEO EN EL PANEL DE CONTROL, QUE SE ACTIVE CON TECLA, BOTÓN O SECUENCIA DE TECLAS.</p> <p>5. CON MONITOREO DE PARÁMETROS:</p> <p>5.1. TEMPERATURA DEL PACIENTE.</p> <p>5.2. TEMPERATURA DEL AIRE.</p> <p>5.3. CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO.</p> <p>5.4. CON INDICADORES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (BATERÍA, CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA).</p> <p>5.5. CON INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA.</p> <p>6. ALARMAS:</p> <p>6.1. AUDIBLES Y VISIBLES.</p> <p>6.2. TEMPERATURA ALTA DEL AIRE CON CORTE DE LA ENERGÍA DEL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA SOBREPASE LOS 39°C.</p> <p>6.3. FALLA EN EL FLUJO DE AIRE.</p> <p>6.4. FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA.</p> <p>6.5. TEMPERATURA ALTA DEL AIRE.</p> <p>6.6. FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL PACIENTE.</p> <p>6.7. BATERÍA BAJA.</p> <p>7. GABINETE:</p> <p>7.1. CAPACETE CON DOBLE PARED.</p> <p>7.2. PUERTA FRONTAL CON AL MENOS DOS PORTILLOS Y PUERTA DE ACCESO CEFÁLICO.</p> <p>7.3. CON COLCHÓN DESLIZABLE O QUE EL CAPACETE PERMITA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN E INTUBACIÓN.</p> <p>7.4. CON AL MENOS 5 ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE.</p> <p>7.5. COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.</p> <p>7.6. CON CARRO RODABLE, CON AJUSTE DE ALTURA.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>7.7. CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. 7.8. SOPORTE PARA DOS TANQUES DE OXÍGENO TIPO E O D. 7.9. POSTE O SOPORTE PARA SOLUCIONES. 8. SISTEMA PARA CIRCULACIÓN DE AIRE: 8.1. CORTINA DE AIRE O SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE QUE DISMINUYA LA PÉRDIDA DE CALOR. 9. LÁMPARA DE LUZ DE EXPLORACIÓN O EXAMINACIÓN DE AL MENOS 370 LUXES. 10. BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 90 MINUTOS. 11. CON SISTEMA DE HUMIDIFICACION CON ALMOHADILLA REMOVIBLE CON CAPACIDAD DE MÍNIMO 400 ML. ACCESORIOS: 1. TANQUE DE OXÍGENO TIPO E O D. 2. SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE. 1. FILTRO DE AIRE.</p>		
6	81	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	<p>1.- INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA EL RECIÉN NACIDO. 2.- CON CONTROLES: 2.1. CONTROLADA POR MICROCONTROLADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL. 2.2.- CON CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20°C O MENOR A MÁXIMO 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA DE MÁS DE 37°C HASTA 39 °C. 2.3 CON CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE NO MENOR A 34°C HASTA 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA EN EL RANGO DE 37°C A MÁXIMO 38 °C. 2.4.- CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.1°C. 2.5.- CON SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO QUE CUBRA EL RANGO DE 21% A 65% O MAYOR CON INCREMENTOS DE 1%. 2.6.- CON SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 30% O MENOR A 95% O MAYOR CON INCREMENTOS DEL 1%. 3. MONITOREO DE PARÁMETROS 3.1.- CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DE AL MENOS 5.4" DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 3.2.- TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA. 3.3.- TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA. 3.4.- CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS TEMPERATURAS DE LA PIEL DEL PACIENTE. 3.5.- HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA. 3.6.- CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA. 3.7.- INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA. 3.8.- CON INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR. 3.9.-DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS DE AL MENOS 24 HORAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 3.10.- TEMPERATURA AIRE, TEMPERATURA DEL PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA, CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO Y % DE POTENCIA DEL CALEFACTOR. 3.11.- REGISTRO DE PESO DEL PACIENTE QUE GUARDE EL PESAJE DE AL MENOS 7 DÍAS. 3.12.- CON MODO CANGURO. 4- ALARMAS 4.1.- CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS O DE TONOS O CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA; CON SILENCIADOR TEMPORAL; CON MENSAJES DE ALARMA EN PANTALLA; DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>4.2.- TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE.</p> <p>4.3.- TEMPERATURA BAJA DE PIEL DE PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE PIEL DE PACIENTE</p> <p>4.4.- FALTA DE AGUA O FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD.</p> <p>4.5.- FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO.</p> <p>4.6.- CONCENTRACIÓN ALTA DE OXÍGENO Y CONCENTRACIÓN BAJA DE OXÍGENO.</p> <p>4.7.- FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.</p> <p>4.8.- FALLA DEL SISTEMA.</p> <p>4.9.- FALLA DEL SENSOR DE PIEL.</p> <p>4.10.- FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE AIRE O FALLA DEL MOTOR DEL VENTILADOR</p> <p>5.- GABINETE:</p> <p>5.1.- CON SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.</p> <p>5.2.- CON BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN LAS CUATRO RUEDAS.</p> <p>5.3.- CON AJUSTE DE ALTURA VARIABLE DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO.</p> <p>5.4.- CON AL MENOS DOS CAJONES GIRATORIOS, SIN TOPE.</p> <p>5.5.- CON DISEÑO REDONDEADO (SIN ESQUINAS) DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS.</p> <p>5.6.- CAPACETE TRANSPARENTE.</p> <p>5.7.- CON DOBLE PARED CON CIRCULACIÓN DE AIRE ENTRE EL CAPACETE Y LA DOBLE PARED.</p> <p>5.8.- CON DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE.</p> <p>5.9.- QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA.</p> <p>5.10.- CON CAPACETE DESMONTABLE O REMOVIBLE PARA SU LIMPIEZA.</p> <p>5.11.- CON AL MENOS CINCO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE.</p> <p>5.12.- CON AL MENOS DIEZ ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE.</p> <p>5.13.- CON BASE DESLIZABLE DE COLCHÓN RADIOTRASPARENTE.</p> <p>5.14.- CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X.</p> <p>5.15.- CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO EN POSICIONES DE TRENDELEBURG Y TRENDELEBURG INVERSO, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12 GRADOS.</p> <p>5.16.- CON COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE.</p> <p>5.17 CON FILTRO DE AIRE.</p> <p>5.18 CON NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE DE 47 DBA.</p> <p>6.- CON HUMIDIFICADOR INTERCONSTRUIDO, CON RESERVORIO DE AGUA DE AL MENOS 1.5 LTS, ESTERILIZABLE.</p> <p>6.1.- QUE FUNCIONE POR EBULLICIÓN.</p> <p>6.2. CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONDENSACIÓN.</p> <p>7.- BÁSCULA:</p> <p>7.1.- ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA.</p> <p>7.2.- QUE PESE EN EL RANGO DE 0 GRAMOS A 7 KG.</p> <p>7.3.- RESOLUCIÓN DE 1 GRAMO.</p> <p>8.- CON PUERTO RS232 QUE PERMITA EXPORTAR DATOS DE LA INCUBADORA A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA MISMA MARCA.</p>		
6	82	SISTEMA DUAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE E INCUBADORA	<p>1. CON CONTROLES:</p> <p>2. CONTROLADA POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR CON SISTEMA DE AUTO PRUEBA INICIAL Y DURANTE EL FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

- 3. MODO INCUBADORA O MODO CERRADO:
- 4. CON CONTROL CON MODO SERVO CONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 28 °C O MENOR A MÁXIMO 37° C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE 28°C A 20°C DE TEMPERATURA O SOBRE TEMPERATURA DE 37.0 ° C HASTA 39° C.
- 5. CON CONTROL CON MODO SERVO CONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE 34° C O MENOR HASTA 37°C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA A 38.0 °C.
- 6. CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0.1 °C.
- 7. CON SISTEMA DE SERVOCONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DE 21% A 40% CON RANGO EXTENDIDO DE 41% A 65%.
- 8. CON SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN CON SERVOCONTROL DE LA HUMEDAD RELATIVA DE 30 A 99% CON INCREMENTOS DEL 1%.
- 9. CON LA CAPACIDAD DE CONTROLAR LA HUMEDAD EN UN MODO MANUAL O AUTOMÁTICO.
- 10. MODO CUNA DE CALOR RADIANTE:
- 11. CON CONTROL CON MODO SERVOCONTROLADO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE A 34 °C HASTA 37 °C. CON SOBREGIRO O RANGO AMPLIADO DE TEMPERATURA O SOBRETENPERATURA HASTA 38 °C.
- 12. CON RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 0. 1° C.
- 13. CON POTENCIA DEL CALENTADOR DE 0 AL 100% EN INCREMENTOS DEL 10%, QUE SE MUESTRE EN FORMA GRÁFICA Y NUMÉRICA.
- 14. CON MODO DE PRECALENTAMIENTO SIN QUE SE ACTIVEN LAS ALARMAS DIVIDIDO EN TRES FASES.
- 15. CON CAPACIDAD PARA MANTENER LA TEMPERATURA DE CONTROL DE LA PIEL AL PASAR DE MODO DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR RADIANTE Y VICEVERSA.
- 16. GENERALES:
- 17. QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE DAR UNA TRANSICIÓN DE INCUBADORA A CUNA DE CALOR RADIANTE Y VICEVERSA, DE FORMA MANUAL.
- 18. MONITOREO DE PARÁMETROS:
- 19. MODO INCUBADORA O MODO CERRADO:
- 20. DESPLIEGUE EN PANTALLA SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
- 21. TEMPERATURA DE AIRE, MEDIDA Y PROGRAMADA.
- 22. TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA.
- 23. POSIBILIDAD DE MEDICIÓN DE DOS TEMPERATURAS DE PIEL.
- 24. HUMEDAD RELATIVA, MEDIDA Y PROGRAMADA.
- 25. CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO, MEDIDA Y PROGRAMADA.
- 26. INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA.
- 27. INDICADOR DEL NIVEL DE RUIDO Y DE LUZ DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DE PACIENTE.
- 28. DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS HASTA POR 7 DÍAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
- 29. TEMPERATURA AIRE, TEMPERATURA DEL PACIENTE, PESO DEL PACIENTE, HUMEDAD RELATIVA, CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO.
- 30. MODO CUNA DE CALOR RADIANTE:
- 31. DESPLIEGUE EN PANTALLA SIMULTÁNEO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:
- 32. TEMPERATURA DE PIEL DE PACIENTE, MEDIDA Y PROGRAMADA.
- 33. POSIBILIDAD DE MEDICIÓN DE DOS TEMPERATURAS DE PIEL.
- 34. INDICADOR DEL MODO DE CONTROL DE TEMPERATURA.
- 35. INDICADOR DEL NIVEL DE RUIDO Y DE LUZ DENTRO

C

Handwritten signatures and marks in blue ink.



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>DEL COMPARTIMIENTO DE PACIENTE.</p> <p>36. DESPLIEGUE DE TENDENCIAS GRÁFICAS HASTA POR 7 DÍAS, DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS:</p> <p>37. TEMPERATURA MANUAL, TEMPERATURA DEL PACIENTE, PESO DEL PACIENTE.</p> <p>38. GENERALES:</p> <p>39. CRONÓMETRO APGAR INTERCONSTRUIDO</p> <p>40. PESO DEL PACIENTE.</p> <p>41. CONTROL DE SILENCIADOR DE ALARMAS.</p> <p>42. MODO CANGURO</p> <p>43. ALARMAS:</p> <p>44. CON SISTEMA DE ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES PRIORIZADAS O DE TONOS DE ALARMAS O CON MEDIOS PARA PERMITIR AL USUARIO DIFERENCIAR LOS NIVELES Y TIPOS DE ALARMA.</p> <p>45. DE TEMPERATURA BAJA DEL AIRE Y TEMPERATURA ALTA DEL AIRE.</p> <p>46. DE TEMPERATURA BAJA DE PIEL DE PACIENTE Y TEMPERATURA ALTA DE PIEL DE PACIENTE.</p> <p>47. DE FALTA DE AGUA Y FALLA EN EL CONTROL DE HUMEDAD O DESVIACIÓN EN EL RANGO DE HUMEDAD.</p> <p>48. DE FALLA DEL MÓDULO DE CONTROL DE OXÍGENO.</p> <p>49. DE CONCENTRACIÓN ALTA DE OXÍGENO Y CONCENTRACIÓN BAJA DE OXÍGENO.</p> <p>50. DE FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.</p> <p>51. DE FALLA DEL SISTEMA.</p> <p>52. DE FALLA DEL SENSOR DE PIEL.</p> <p>53. DE FALLA DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE AIRE O FALLO DEL VENTILADOR.</p> <p>54. DE FALLA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE.</p> <p>55. SILENCIADOR TEMPORAL DE ALARMAS.</p> <p>56. CON DESPLIEGUE DE MENSAJES EN PANTALLA EN ESPAÑOL.</p> <p>57. PANTALLA:</p> <p>58. TÁCTIL A COLOR LCD DE 10 PULGADAS COMO MÍNIMO.</p> <p>59. CON ACCESO AL MENÚ DE LA PANTALLA A TRAVÉS DE MANDO O PERILLA GIRATORIA.</p> <p>60. CON UN MODO DE VISTA, QUE BLOQUE LA INTERFAZ DE USUARIO, PARA IMPEDIR CAMBIOS INVOLUNTARIOS.</p> <p>61. GABINETE:</p> <p>62. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARA INCORPORAR UN SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES.</p> <p>63. CON BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS.</p> <p>64. CON AJUSTE DE ALTURA DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO.</p> <p>65. CON AL MENOS UNA PUERTA O CAJÓN.</p> <p>66. CON CAPACETE TRANSPARENTE CON SISTEMA DE CORTINA DE AIRE AL ABRIR LOS PUERTOS MANUALES O LOS PANELES DE ACCESO AL PACIENTE.</p> <p>67. CON DOS PUERTAS DE ACCESO CON CORTINA DE AIRE.</p> <p>68. QUE PERMITA EL USO DE LÁMPARAS DE FOTOTERAPIA.</p> <p>69. CON CAPACETE CON ACCESO FÁCIL PARA SU LIMPIEZA.</p> <p>70. CON AL MENOS CINCO PORTILLOS DE ACCESO AL PACIENTE.</p> <p>71. CON AL MENOS SEIS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE.</p> <p>72. CON BASE DE COLCHÓN RADIOTRASPARENTE Y CON CHAROLA INTEGRADA AL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X, ACCESANDO A ESTE SIN ABRIR NINGÚN PANEL DEL CAPACETE.</p> <p>73. CON AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN PARA PROPORCIONAR AL NEONATO, POSICIONES DE TRENDELENBURG Y CONTRA-TRENDELENBURG CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE AL MENOS 12 GRADOS.</p>		
--	--	--	---	--	--



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>74. CON FILTRO DE AIRE. 75. CON LÁMPARA O LUZ DE EXAMINACIÓN, EXPLORACIÓN, OBSERVACIÓN, O DE TRABAJO. 76. CON NIVEL DE RUIDO EN EL INTERIOR DEL CAPACETE MENOR O IGUAL A 40 DB (A) 77. CON LA CAPACIDAD DE PROPORCIONAR TERAPIA DE CALOR CON EL CALEFACTOR RADIANTE, MIENTRAS SE ENCUENTRA EN MODO INCUBADORA. 78. HUMIDIFICADOR: 79. INTERCONTRUIDO, ESTERILIZABLE CON UN SUMINISTRO DE AGUA EXTERNO AL EQUIPO POR EBULLICIÓN. 80. BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA, QUE PESE UN RANGO DE 200G A 10 KG (+/- 10G) CON UNA RESOLUCIÓN DE 1 GRAMO O MAYOR. 81. CON COLCHÓN DE CALENTAMIENTO COMO FUENTE DE CALOR ADICIONAL, RADIOTRASPARENTE CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE. 82. CON LA POSIBILIDAD DE PROGRAMAR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES QUE AL MENOS CUBRAN LOS SIGUIENTES: 83. CALENTAMIENTO 84. ENFRIAMIENTO 85. DESTETE 86. MODO AUTO LIMPIEZA ACCESORIOS: • SOPORTE PARA LÍQUIDOS Y SOLUCIONES • 10 SENSORES DESECHABLES DE TEMPERATURA DE PIEL • FILTRO DE AIRE • COBERTOR PARA CANOPIA DE INCUBADORA • CHAROLA PARA MONITOR O INSTRUMENTAL. • 50 PARCHES REFLEJANTES PARA FIJAR EL SENSOR DE TEMPERATURA • 20 UNIDADES PARA LA CONEXIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA EXTERNO AL EQUIPO</p>		
6	83	VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	<p>RESPIRADOR PARA PACIENTES NEONATALES Y PEDIÁTRICOS CON CAPACIDAD PARA VENTILACIÓN OSCILATORIA DE ALTA FRECUENCIA (HFO) Y MODO CONVENCIONAL.</p> <p>1. PANTALLA A COLOR TOUCH DE AL MENOS 18" CON CAPACIDAD PARA MOSTRAR ONDAS, Y PARÁMETROS NUMÉRICOS. 2. BATERIA INTERNA CON SUMINISTRO PARA AL MENOS 30 MIN DE OPERACIÓN. 3. MODOS DE VENTILACIÓN CONTROL POR PRESIÓN AC SIMV.y HFO. 4. MODO DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEO. 5. CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR TERAPIA DE OXÍGENO. 6. CON CAPACIDAD PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. 7. CON SISTEMA INTEGRADO DE SUMINISTRO DE AIRE. 8. CON MEZCLADOR AIRE OXÍGENO INTEGRADO 9. CON ENTRADA DE OXÍGENO A ALTA PRESIÓN ENTRE 40 Y 90 PSI CONECTOR DISS. 10. CON ALARMAS AUDITIVAS Y VISUALES. 11. CON CONTROL DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA HASTA 150 RESPIRACIONES POR MINUTO. 12. CON CONTROL DE FLUJO DE 2 A 30 LITROS POR MINUTO. 13. CON PRESION INSPIRATORIA DE 1 A 80 CMH2O. 14. CON SENSOR PARA FLUJO INSPIRADO PROXIMAL. 15. CON ALARMA POR APNEA, DESCONEXION, VME, PAW, FIO2, FR. 16. SOFTWARE EN ESPAÑOL. ACCESORIOS: 1 HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO PARA LA RAMA INSPIRATORIA.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.
7	84	CAMILLA DE	1. TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE	X	EL PARTICIPANTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

		RECUPERACIÓN Y TRASLADO	<p>16° (+/-3°).</p> <p>2. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 8 CM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO.</p> <p>3. QUE SOPORTE UN PESO DE 250 KG DE CARGA SEGURA COMO MÍNIMO.</p> <p>4. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER, QUE CUBRE EL RANGO DE 0 A 90° (+/- 5°).</p> <p>5. DIMENSIONES (+/- 5%):</p> <p>6. SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+/- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+/- 0.5 CM) CM DE ANCHO.</p> <p>7. CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): 215 CM DE LARGO X 80 CM DE ANCHO (+/- 3 CM).</p> <p>8. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 610 +15 MM A 910 + 10MM (+/- 5 CM), MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN.</p> <p>9. SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA TOTALMENTE RADIO TRANSPARENTE</p> <p>10. CON CAPACIDAD DE COLOCAR EL CASSETT DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL PARA CUALQUIER PARTE DEL CUERPO.</p> <p>11. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES QUE NO MOLESTEN EN LA TOMA DE IMÁGENES LATERAL.</p> <p>12. PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA</p> <p>13. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE. RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 20 CM. DE DIAMETRO.</p> <p>14. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS.</p> <p>15. CUATRO RUEDAS CON FRENO CENTRALIZADO EN PIECERA Y CABECERA.</p> <p>16. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DE LA CAMILLA A TRAVÉS DE QUINTA RUEDA.</p> <p>17. CINTURONES DE SUJECIÓN PARA EL PACIENTE(DOS).</p> <p>18. GANCHOS O SOPORTES PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>1 POSTE DE ALTURA VARIABLE O TELESCÓPICO.</p>		CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
7	85	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, COMPATIBLE CON MONITORES INALÁMBRICOS AVANZADOS	<p>EQUIPO DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES DE UNO O MÁS MONITORES DE PACIENTE O SISTEMAS DE MONITOREO.</p> <p>1. CANTIDAD DE PACIENTES PARA MONITORIZAR A ELEGIR POR EL USUARIO, DESDE 32 CAMAS POR PANTALLA, HASTA 64 CAMAS EN DOS PANTALLAS.</p> <p>2. EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CENTRAL DEBE TENER AL MENOS ADMISIÓN DE UN PACIENTE A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE MONITOREO, ADMISIÓN DE UN PACIENTE A TRAVÉS DEL MONITOR.</p> <p>3. MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE.</p> <p>4. CONFIGURACIÓN Y SILENCIAR ALARMAS EN LOS MONITORES.</p> <p>5. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA DEL MONITOR SELECCIONADO.</p> <p>6. CON CAPACIDAD PARA CONECTAR 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES COMO MÍNIMO.</p> <p>7. PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD O TFT, SENSIBLE AL TACTO O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 21" COMO MÍNIMO.</p> <p>8. CAPACIDAD DE INTEGRAR HASTA 2 PANTALLAS DE MANERA SIMULTÁNEA, PARA VISUALIZACIÓN DE 64 MONITORES.</p> <p>9. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 11 CURVAS POR CADA DE SECTOR DE PACIENTE Y 96 FORMAS DE ONDA POR PANTALLA.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>10. CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE SELECCIONADO.</p> <p>11. CON CAPACIDAD DE REVISIÓN COMPLETA DE MÍNIMO 12 ONDAS POR PACIENTE DE AL MENOS 24 HORAS ASI COMO DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS.</p> <p>12. CON CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN DEL SECTOR DEL PACIENTE.</p> <p>13. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES EN LA CENTRAL DE TODOS LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES.</p> <p>14. ALMACENAMIENTO HASTA POR 90 DÍAS DE EVENTOS O ALARMAS.</p> <p>15. CAPTURA Y DESPLIEGUE DE PANTALLA COMPLETA O "FULL DISCLOSURE" DE AL MENOS 7 DÍAS.</p> <p>16. REVISIÓN DE HISTORIAL DE DATOS DE PACIENTES DADOS DE ALTA HASTA 7 DÍAS POSTERIORES AL ALTA.</p> <p>17. HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA.</p> <p>18. CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS, NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 7 DÍAS.</p> <p>19. MONITORIZACIÓN DE AL MENOS 23 ARRITMIAS INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: ASISTOLIA, FIRBRILACIÓN VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, EXTRASÍSTOLE VENTRICULAR MULTIFORME, PÉRDIDA DE LATIDOS Y FIBRILACIÓN AURICULAR.</p> <p>20. IMPRESORA LÁSER.</p> <p>21. CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO PDF A UN DISPOSITIVO USB.</p> <p>22. INTERFAZ DEL USUARIO EN ESPAÑOL.</p> <p>23. CON TECLADO Y MOUSE.</p> <p>24. UNIDAD DE RESPALDO UPS.</p> <p>25. CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y ALARMAS ENTRE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA CENTRAL.</p> <p>26. CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO.</p> <p>27. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</p>		
7	86	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	<p>EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN, MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES.</p> <p>1. CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR Y MOSTRAR EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES, CON EN PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR Y DE AL MENOS 6.5".</p> <p>2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO, CON INDICADOR GRÁFICO PUNTUAL DEL ELECTRODO MAL CONECTADO.</p> <p>3. TECLADO INTERCONSTRUIDO TIPO QWERTY, CON CARACTERES ALFANUMÉRICO PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE.</p> <p>4. FRECUENCIA DE MUESTREO DIGITAL DE MÍNIMO 7500 HZ.</p> <p>5. FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE DOS HORAS O QUE PERMITA REALIZAR AL MENOS 30 REGISTROS IMPRESOS.</p> <p>6. FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ.</p> <p>7. FILTRO MUSCULAR EN EL RANGO DE 5 A 140 HZ.</p> <p>8. FILTRO DE LÍNEA BASE.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>9. FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR EN EL RANGO DE 40 A 150 HZ COMO MÁXIMO.</p> <p>10. FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO EN EL RANGO DE 0.05 A 0.5 HZ.</p> <p>11. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR.</p> <p>12. DETECCIÓN DE MARCAPASOS.</p> <p>-INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL ADQUIRIDA MEDIANTE DIFERENTES COLORES DEL TRAZO.</p> <p>- SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LATIGUILLOS.</p> <p>- MÓDULO INTERFAZ ENTRE EL PACIENTE Y EL EQUIPO, CONTROLADO MEDIANTE MICROPROCESADOR, CON BOTÓN PARA LA TOMA DEL ELECTROCARDIOGRAMA.</p> <p>13. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTANEA DE 12 DERIVACIONES, CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR Y DE AL MENOS 6.5".</p> <p>14. VELOCIDAD DE AL MENOS 25 Y 50 MM/SEG.</p> <p>15. SENSIBILIDAD DE AL MENOS 2.5, 5, 10 Y 20 MM /MV.</p> <p>16. ALMACENAMIENTO INTERNO DE 200 ESTUDIOS COMO MÍNIMO.</p> <p>17. CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO MEDIANTE ALGÚN MEDIO: LAN, WIFI, O USB.</p> <p>18. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN HOJAS DE TAMAÑO 21.6 X 27.9 CM 8.5 X 11 PULGADAS +/- 10%.</p> <p>19. SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 7 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, DATOS DEL PACIENTE, REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE.</p> <p>20. DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>21. MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LA AMPLITUD DE LAS ONDAS (P, Q, R, S Y T).</p> <p>22. MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR).</p> <p>23. SOFTWARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS.</p> <p>24. CABLE PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS.</p> <p>25. ELECTRODOS REUSABLES ADULTO Y PEDIÁTRICO.</p> <p>26. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>1 ELECTRODOS DESECHABLES CON ADAPTADORES.</p> <p>1 PAPEL TÉRMICO.</p> <p>1 GEL O PASTA CONDUCTORA DE 500 ML.</p> <p>1 CARRO DE TRANSPORTE DISEÑADO ESPECIALMENTE AL EQUIPO.</p>		
7	87	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	<p>1. MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS Y BLOQUEOS AUTONIVELADORES DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO.</p> <p>2. ACTIVADORES HIDRÁULICOS CONTROLADOS MEDIANTE CPU SITUADA EN LA COLUMNA DE LA MESA QUIRÚRGICA.</p> <p>3. LONGITUD TOTAL DE LA MESA 215 CM (+/- 5 CM), BASE Y COLUMNA CON CUBIERTA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE AL ALTO IMPACTO Y CON ASEPSIA OPTIMIZADA.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE LA MESA QUIRÚRGICA, SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE O ACERO CROMO AL NIQUEL.</p> <p>5. TABLERO MOTORIZADO CON SUPERFICIE RADIOTRANSARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS X, DIVIDIDO EN HASTA OCHO SECCIONES: CABECERA, DORSO, ELEVADOR DE RIÑONES, PELVIS Y MIEMBROS INFERIORES / PIERNAS.</p> <p>6. CABECERA MANUAL DE DOBLE ARTICULACIÓN, DESMONTABLE, CON 02 MANGOS PARA ARTICULACIÓN,</p>		<p>EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.</p>



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			<p>UNO PARA LA INCLINACIÓN CONTINUA DE +45/-90 GRADOS Y UNO PARA LA ALTURA, Y 03 RIELES LATERALES PARA CONECTAR ACCESORIOS.</p> <p>7. ELEVADOR DE RÍÑONES INTEGRADO PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA CON MECANISMO MOTORIZADO DE ELEVACIÓN DE 75 MM, TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.</p> <p>8. MIEMBROS INFERIORES / PIERNAS EN PLACA ÚNICA MOTORIZADA, DESMONTABLE, LIGERA Y ABATIBLE DE +30°/-105° GRADOS.</p> <p>9. COJINES DE 2.3" (60 MM) REMOVIBLES (VELCRO), ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVOS, ANTIESTÁTICOS, ANTIMICROBIANOS, LIBRES DE LÁTEX, SIN COSTURAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA.</p> <p>10. CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS, CON TECLADO RETROILUMINADO, BOTONES DE COLORES, INDICADORES LED QUE VALIDAN LOS POSICIONAMIENTOS.</p> <p>11. FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE RETORNO DE LA MESA A LA POSICIÓN HORIZONTAL.</p> <p>12. SISTEMA INTELIGENTE DE ORIENTACIÓN NORMAL E INVERSA DEL PACIENTE.</p> <p>13. SISTEMA DE EMERGENCIA CON CONTROL DE RESPALDO Y PEDAL, SITUADOS EN LA BASE DE LA MESA QUIRÚRGICA, QUE PUEDE ACTIVARSE EN CUALQUIER MOMENTO Y PERMITE QUE EL EQUIPO SIGA FUNCIONANDO EN CASO DE FALLA EN EL MANDO PRINCIPAL O UN CORTE DE CORRIENTE, PERMITIENDO LA ARTICULACIÓN MANUAL DE TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA.</p> <p>14. BATERÍA DE RESPALDO CON INDICADORES DE CARGA A COLORES EN EL CONTROL REMOTO Y EN LA BASE DE LA MESA QUIRÚRGICA, CON AUTONOMÍA DE HASTA 5- 8 DIAS.</p> <p>15. MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS: ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 57.5 A 118 CM. +/- 10 CM. CON RESPECTO AL PISO, FOWLER DE +90 Y -45 GRADOS, TRENDELEN-BURG DE 30 GRADOS, TRENDELENBURG INVERSO DE 31 GRADOS, INCLINACIÓN LATERAL, IZ-QUIERDA Y DERECHA DE 20 GRADOS, DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 43 CM PARA UN ÓPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C.</p>		
--	--	--	---	--	--

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:		
1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X	EL PARTICIPANTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

			CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA AL MENOS DE 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTO MEMBRETADO DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO DE LA CONTRATACIÓN.
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.			NO APLICA
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSS-JLCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE

DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA

PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

PARTIDA	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SI	NO	
1	1	ALACENA ALTA DE 90 CM	<ol style="list-style-type: none"> 1. BISAGRA PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA. 2. CUERPO METALICO CALIBRE NO. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN MURO. 3. ENTREPAÑO METÁLICO. 4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALÓN CON JALADERAS INTEGRADAS EN LA PARTE INFERIOR Y MOLDURA CORRIDA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTADO HORNEADO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. 5. DIMENSIONES GENERALES 90X30X60 CM (+/- 1 CM). 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	2	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS. 2. ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA POR 4 POSTES DE SECCIÓN DE ÁNGULO DE 25 (+/- 0 MM) X 50 MM (+/- 0 MM) X 2200 MM (+/- 20 MM) DE ALTURA EN LÁMINA CAL 14. 3. ENTREPAÑOS DE 900 MM (+/- 20 MM) X 600 MM (+/- 20 MM) X 25 MM (+/- 0 MM) EN LÁMINA DE ACERO A BASE DE UNA CHAROLA CAL 20. 4. CON REFUERZO PERIMETRAL POR LA PARTE INTERIOR, EN LÁMINA CAL 18 PARA FIJAR LOS POSTES. 5. LA ESTRUCTURA DEBERÁ CONTAR CON UN PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS QUE FIJAN LOS ENTREPAÑOS. 6. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA ELECTROESTÁTICA HORNEADA. 7. CAPACIDAD DE CARGA POR ENTREPAÑO DE 100 KG (+/- 5 KG) DISTRIBUIDOS. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	3	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. 2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. 3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. 4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 5. DISEÑO ERGONÓMICO. 6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. 7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. 9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 64 | T28



PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

			<p>EN CROMO. 10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. 11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. 12. DIMENSIONES: 175 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</p>		
1	4	BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS	<p>1. ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. 2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. 3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. 4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 5. DISEÑO ERGONÓMICO. 6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. 7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS. 9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO. 10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA. 11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE. 12. DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	5	BANCO DE ALTURA DE UN PELDAÑO	<p>1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO. 2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 DE 25.4 X 25.4 MM [1" X 1"]. 3. DIMENSIONES: 40 CM DE FRENTE X 25 CM DE FONDO X 20 CM DE ALTURA (+/- 2 CM). 4. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 5. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS. 6. REGATÓN FIJO COLOR NEGRO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	6	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO	<p>1. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO CLÍNICO, CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 50 A 85 CM (+/- 2 CM). 2. ASIENTO GIRATORIO PARA NIVELAR ALTURA. 3. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE CALIBRE 18. 4. ASIENTO DE AL MENOS 28 CM DE DIAMETRO. 5. RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	7	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO	<p>1. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO CLÍNICO, CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 50 A 85 CM (+/- 2 CM). 2. ASIENTO GIRATORIO PARA NIVELAR ALTURA. 3. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE CALIBRE 18. 4. ASIENTO DE AL MENOS 28 CM DE DIAMETRO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	8	BOTE PARA BASURA TIPO MUNICIPAL DE ACERO	<p>1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 24 CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPÓSITO. 2. DEPÓSITO INTERIOR DE 35 CM X 25 CM X 45 CM (+/- 2 CM) DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CAL. 24. 3. TAPA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 24 CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE; CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO. 4. ZOCLO DE LÁMINA CAL. 24. 5. ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO. 6. DIMENSIONES: 40 CM DE FRENTE X 30 CM DE FONDO X</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 65 | 128



PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

				75 CM DE ALTURA (+/- 3 CM).		
1	9	BOTE SANITARIO CON PEDAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. DEPOSITO DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACIÓN DE LA TAPA. 2. ESTRUCTURA EXTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO. 3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA. 4. PEDAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM DE ESPESOR. 5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LAMINA) DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON ACABADO PULIDO. 6. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON ACABADO PULIDO. 7. EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304. 8. DIMENSIONES: 25 CM DE FRENTE X 25 CM DE FONDO X 60 CM DE ALTURA (+/- 2 CM). 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	10	CARRO PORTA EXPEDIENTES	<ol style="list-style-type: none"> 1. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22. 2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EPÓXICA. 3. ENTREPANOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON DOBLECES EN FORMA DE MACHUCÓN EN LOS FILOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA. 4. MANERAL DE TUBO DE ACERO DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO SOLDADO A SOPORTE EN ESCUADRA DE SOLERA DE 25.4 MM (1") X 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR UNIDO AL CUERPO, A BASE DE TORNILLOS CON CABEZA DE GOTA, EN ACABADO CROMADO. 5. PORTA ETIQUETAS POR ESPACIO PARA EXPEDIENTE. 6. RUEDAS DE HULE DE 127.5 MM (5") DE DIÁMETRO LIBRES, COLOR NEGRO. 7. CAPACIDAD PARA 13 CARPETAS. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	11	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	<p>ESCRITORIO DE 160 CM X 60 CM X 75 CM, ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA DE 2 X 2 CAL.18, CON REFUERZO ESTRUCTURAL.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR Y CANTO PERIMETRAL DE PVC. 2. CON CAJONERA DE 3 CAJONES ELABORADA EN LAMINA DE ACERO CAL 24. 3. CON CORREDERAS DE EXTENSION. 4. CON REGATONES NIVELADORES DE SEGURIDAD. 5. CON 3 CAJONES CON CERRADURA: 2 LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO. 6. CUBIERTA EN COLOR NOGAL. 7. TODAS LA MEDIDAS PODRAN OFERTARSE CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2 CM. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	12	SILLA CAMA	<p>SILLA CAMA PLEGABLE.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CON COJÍN EN FORMA DE ALMOHADA. 2. CON CUATRO RUEDAS FIJAS DE 2" Y DOS RUEDAS GIRATORIAS DE 3" PARA TRASLADO. 3. CON TAPICERÍA DE PIEL SINTÉTICA EN COLOR GRIS. 4. CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA. 5. CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA. 6. DIMENSIONES: 65 CM DE ANCHO X 75 CM DE LARGO EN SU MODALIDAD DE SILLA (190 CM DE LARGO EN SU MODALIDAD DE CAMA), CON UNA TOLERANCIA EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DE +/- 2 CM. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	13	SILLA DE POLIPROPILENO	<ol style="list-style-type: none"> 1. SILLA CON ESTRUCTURA ELÍPTICA CALIBRE 18, DE CUATRO PATAS, PINTADA EN COLOR NEGRO EPÓXICO ELECTROESTÁTICO, CON ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO. 2. DIMENSIONES: 50 CM DE FRENTE X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 85 CM DE ALTURA (+/- 2 CM). 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	14	SILLA DE VISITA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SILLA CON ESTRUCTURA ELÍPTICA CALIBRE 18, DE CUATRO PATAS, PINTADA EN COLOR NEGRO EPÓXICO ELECTROESTÁTICO, CON ASIENTO Y RESPALDO 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS



PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

		PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.			SOLICITADOS
			TAPIZADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y TELA DE POLIESTER EN COLOR NEGRO. 2. DIMENSIONES: 55 CM DE FRENTE X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 85 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).		
1	15	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO ERGONÓMICO (TIPO CABECERA) 1. SILLA CON DESCANSABRAZOS FIJOS EN ALUMINIO FUNDIDO Y ACOJINADOS 2. ALTURA AJUSTABLE 3. SILLA GIRATORIA 4. BASE DE 5 PUNTAS EN ACERO CROMADO 5. AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA 6. MECANISMO TIPO BASCULANTE Y PALANCA DE BLOQUEO CON REGULADOR DE TENSIÓN 7. ASIENTO EN POLIURETANO DE 50 KG/DM3 DE DENSIDAD 8. DIMENSIONES GENERALES: 65 CM DE FRENTE X 65 CM DE FONDO X 110 A 115 CM DE ALTURA (+/- 3 CM) 9. DIMENSIONES DEL ASIENTO: 50 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO (+/- 3 CM) 10. DIMENSIONES DEL RESPALDO: 45 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTURA (+/- 3 CM) 11. FORRADO EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	16	SILLA SECRETARIAL	1. BASE DE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 610 MM (24"), CON ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN. 2. RODAJAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES, DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR NEGRO. 3. MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. 4. RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO. 5. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. 6. BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO, FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLOS. 7. ASIENTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM. 8. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (27 KGS/M ³) Y DE ALTA RESILENCIA, CON GUARDAPOLVO DE TELA EN LA PARTE INFERIOR 9. RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN POLIESTER COLOR NEGRO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 65 CM DE FRENTE X 65 CM DE FONDO X 95 A 100 CM DE ALTURA (+/- 3 CM) 11. DIMENSIONES DEL ASIENTO: 50 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO (+/- 3 CM) 12. DIMENSIONES DEL RESPALDO: 45 CM DE ANCHO X 45 CM DE ALTURA (+/- 3 CM)	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	17	LAVADORA INDUSTRIAL	1. CON UNA CAPACIDAD DE AL MENOS 45 KG. 2. CON INSTALACIÓN DE MONTAJE SUAVE. 3. CON MICROPROCESADOR PROGRAMABLE, CON AL MENOS 50 PROGRAMAS. 4. CON PERILLA DE CONTROL PARA SELECCIÓN DE PROGRAMAS. 5. CON BLOQUEO DE PUERTA DURANTE EL CICLO DE LAVADO. 6. CON SISTEMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA. 7. CON CONTROL DE FUNCIONES (NIVEL DE AGUA, TIEMPO DE LAVADO, NÚMERO DE ENJUAGUES). 8. CON ACCESO FRONTAL (PUERTA), CON UN DIÁMETRO DE AL MENOS 50 CM. 9. CON UN CILINDRO CON VOLUMEN DE AL MENOS 400 L RELOJ DIGITAL PARA SALA DE OPERACIONES CON SEGUNDERO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	18	RELOJ PARA QUIRÓFANO	1. NÚMEROS DE AL MENOS 6 CM DE ALTO. 2. CON INDICADOR DE DÍA DE LA SEMANA. 3. CON INDICADOR DE DÍA DEL MES. 4. CON INDICADOR DE MES DEL AÑO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.

			5. CON INDICADOR DE AÑO. 6. CON TERMÓMETRO AMBIENTAL.		
1	19	SECADORA INDUSTRIAL	1. CON DOS CILINDROS, CON ACCESO FRONTAL. 2. CON UNA CAPACIDAD DE AL MENOS 22.5 KG POR CILINDRO. 3. CON MICROPROCESADOR PROGRAMABLE, CON AL MENOS 4 AJUSTES DE TEMPERATURA. 4. CON DISPLAY PARA SELECCIÓN Y PROGRAMAS Y CON CAPACIDAD DE MOSTRAR EL TIEMPO DE SECADO. 5. CON SISTEMA REVERSIBLE DE SECADO. 6. CON DOS CILINDROS CON VOLUMEN DE AL MENOS 400 L POR CILINDRO. 7. CON UN NIVEL DE RUIDO DE MÁXIMO 70 DESIVELES. 8. CON SISTEMA DE PARO AUTOMÁTICO. 9. CON SISTEMA DE SECADO MEDIANTE GAS Y/O FLUJO DE AIRE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

A) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 1:					
• COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2015				X	CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2015
• COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO14001:2015				X	CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14001:2015
• COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO14006:2011				X	CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14006:2011
• CARTA EN ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE				X	NO CUMPLE AL NO PRESENTAR CARTA EN ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE
• CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS (APLICA PARA LOS RENGLONES DEL 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16)				X	CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA LOS RENGLONES APLICABLES
• CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES (APLICA PARA LOS REGLONES DE 9,12,17,18 y 19)				X	CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES PARA LOS RENGLONES APLICABLES
• CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES				X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
• CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO				X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE AL NO PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
• CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN				X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE AL NO PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
• FICHA TÉCNICA				X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS
• CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES				X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES



PARTICIPANTE: SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V.			
PUNTO 6.7 "MUESTRAS"		X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE AL NO PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS PARA LOS RENGLONES 1, 6, 11 Y 15 DE CONFORMIDAD AL PUNTO 6.7 "MUESTRAS" DEL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
• CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO.		X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE AL NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS.

PARTICIPANTE: TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.						
PARTIDA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SÍ	NO	
1	1	ALACENA ALTA DE 90 CM	1. BISAGRA PARA LAS PUERTAS, FIJADA AL CUERPO DE LA ALACENA POR MEDIO DE TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA. 2. CUERPO METALICO CALIBRE NO. 20 CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACIÓN MURO. 3. ENTREPAÑO METÁLICO. 4. PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALÓN CON JALADERAS INTEGRADAS EN LA PARTE INFERIOR Y MOLDURA CORRIDA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, ACABADO EN PINTADO HORNEADO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. 5. DIMENSIONES GENERALES 90X30X60 CM (+/- 1 CM).	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	2	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	1. ANAQUEL CON 5 ENTREPAÑOS. 2. ESTRUCTURA METÁLICA FORMADA POR 4 POSTES DE SECCIÓN DE ÁNGULO DE 25 (+/- 0 MM) X 50 MM (+/- 0 MM) X 2200 MM (+/- 20 MM) DE ALTURA EN LÁMINA CAL 14. 3. ENTREPAÑOS DE 900 MM (+/- 20 MM) X 600 MM (+/- 20 MM) X 25 MM (+/- 0 MM) EN LÁMINA DE ACERO A BASE DE UNA CHAROLA CAL 20. 4. CON REFUERZO PERIMETRAL POR LA PARTE INTERIOR, EN LÁMINA CAL 18 PARA FIJAR LOS POSTES. 5. LA ESTRUCTURA DEBERÁ CONTAR CON UN PAR DE BARRENOS EN CADA ESQUINA PARA EL PASO DE LOS TORNILLOS QUE FIJAN LOS ENTREPAÑOS. 6. ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA ELECTROESTÁTICA HORNEADA. 7. CAPACIDAD DE CARGA POR ENTREPAÑO DE 100 KG (+/- 5 KG) DISTRIBUIDOS.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	3	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	1. PATAS Y BRAZOS LATERALES FABRICADOS EN LÁMINA TROQUELADA DE 1.2 MM DE ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO. 2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES. 3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA. 4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS. 5. DISEÑO ERGONÓMICO. 6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA. 7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS. 8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

			<p>EVITAR FILOS.</p> <p>9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO.</p> <p>10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA.</p> <p>11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE.</p> <p>12. DIMENSIONES: 175 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</p>		
1	4	BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS	<p>1. ESPESOR Y SOLDADURA INVISIBLE EN ACABADO CROMO.</p> <p>2. CON SOPORTE PARA RECIBIR LOS EXTREMOS DE LA TRABE SIN TORNILLOS VISIBLES.</p> <p>3. CON REGATONES ATORNILLABLES DE ALTURA REGULABLE Y BASE AHULADA.</p> <p>4. ACABADO EN UNA SOLA PIEZA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 16 MULTIPERFORADA PARA PERMITIR EL PASO DE LÍQUIDOS.</p> <p>5. DISEÑO ERGONÓMICO.</p> <p>6. METÁLICA, CROMADA Y PULIDA.</p> <p>7. ESPESOR DE 15MM Y PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA HORNEADA COLOR GRIS.</p> <p>8. CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS Y ESQUINAS PARA EVITAR FILOS.</p> <p>9. SOPORTES LATERALES DE CADA ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS EN LÁMINA DE 2 MM DE ESPESOR CON UN ALMA DE BARRA DE ACERO MACIZO DE 4 MM DE ESPESOR QUE SIMULA UN TUBO OVALADO CON ACABADO EN CROMO.</p> <p>10. TRABE HORIZONTAL INFERIOR PARA SOPORTAR LOS ASIENTOS FABRICADA EN PERFIL DE ACERO DE 80 MM X 40 MM Y 2 MM DE ESPESOR CON PLACAS SOLDADAS PARA ATORNILLAR LOS SOPORTES DEL ASIENTO Y TERMINADO DE LA PINTURA.</p> <p>11. TUBO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y SOLDADURA DE MICROALAMBRE.</p> <p>12. DIMENSIONES: 230 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	5	BANCO DE ALTURA DE UN PELDAÑO	<p>1. CUBIERTA DE HULE NATURAL DE 4 MM DE ESPESOR ACABADO ESTRIADO EN COLOR NEGRO.</p> <p>2. ESTRUCTURA TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 DE 25.4 X 25.4 MM [1" X 1"].</p> <p>3. DIMENSIONES: 40 CM DE FRENTE X 25 CM DE FONDO X 20 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).</p> <p>4. PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20</p> <p>5. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS.</p> <p>6. REGATÓN FIJO COLOR NEGRO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	6	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO	<p>1. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO CLÍNICO, CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 50 A 65 CM (+/- 2 CM).</p> <p>2. ASIENTO GIRATORIO PARA NIVELAR ALTURA.</p> <p>3. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE CALIBRE 18.</p> <p>4. ASIENTO DE AL MENOS 28 CM DE DIAMETRO.</p> <p>5. RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	7	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO	<p>1. DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 GRADO CLÍNICO, CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 50 A 65 CM (+/- 2 CM).</p> <p>2. ASIENTO GIRATORIO PARA NIVELAR ALTURA.</p> <p>3. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE CALIBRE 18.</p> <p>4. ASIENTO DE AL MENOS 28 CM DE DIAMETRO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	8	BOTE PARA BASURA TIPO MUNICIPAL DE ACERO	<p>1. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CAL. 24, CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO.</p> <p>2. DEPOSITO INTERIOR DE 35 CM X 25 CM X 45 CM (+/- 2 CM) DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA, CAL. 24.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

			<p>3. TAPA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 24, CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE; CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO.</p> <p>4. ZOCLO DE LÁMINA CAL. 24.</p> <p>5. ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO.</p> <p>6. DIMENSIONES: 40 CM DE FRENTE X 30 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTURA (+/- 3 CM).</p>		
1	9	BOTE SANITARIO CON PEDAL	<p>1. DEPOSITO DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20 CON PROFUNDIDAD QUE PERMITA ACCIONAR EL MECANISMO DE ELEVACIÓN DE LA TAPA.</p> <p>2. ESTRUCTURA EXTERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO.</p> <p>3. MECANISMO DE ACERO GALVANIZADO PARA ABATIMIENTO DE TAPA.</p> <p>4. PEDAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 12 GALVANIZADO Y CON CUBIERTA COLOCADA EN FORMA ESPECIAL QUE NO SE DESPRENDA DE HULE NEGRO ESTRIADO DE 6 MM DE ESPESOR.</p> <p>5. TAPA SUPERIOR EN FORMA DE TAMBOR (DOBLE LÁMINA) DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>6. ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>7. EL ACERO INOXIDABLE DEBE SER TIPO AISI-304.</p> <p>8. DIMENSIONES: 25 CM DE FRENTE X 25 CM DE FONDO X 60 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	10	CARRO PORTA EXPEDIENTES	<p>1. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22.</p> <p>2. CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EPÓXICA.</p> <p>3. ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, CON DOBLECES EN FORMA DE MACHUCÓN EN LOS FILOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA.</p> <p>4. MANERAL DE TUBO DE ACERO DE 25.4 MM (1") DE DIÁMETRO SOLDADO A SOPORTE EN ESCUADRA DE SOLERA DE 25.4 MM (1") X 3.1 MM (1/8") DE ESPESOR UNIDO AL CUERPO, A BASE DE TORNILLOS CON CABEZA DE GOTA, EN ACABADO CROMADO.</p> <p>5. PORTA ETIQUETAS POR ESPACIO PARA EXPEDIENTE.</p> <p>6. RUEDAS DE HULE DE 127.5 MM (5") DE DIÁMETRO LIBRES, COLOR NEGRO.</p> <p>7. CAPACIDAD PARA 13 CARPETAS.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	11	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	<p>ESCRITORIO DE 160 CM X 60 CM X 75 CM, ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA DE 2 X 2 CAL.18, CON REFUERZO ESTRUCTURAL.</p> <p>1. CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 MM DE GROSOR Y CANTO PERIMETRAL DE PVC.</p> <p>2. CON CAJONERA DE 3 CAJONES ELABORADA EN LÁMINA DE ACERO CAL 24.</p> <p>3. CON CORREDERAS DE EXTENSION.</p> <p>4. CON REGATONES NIVELADORES DE SEGURIDAD.</p> <p>5. CON 3 CAJONES CON CERRADURA: 2 LAPICEROS Y 1 PARA ARCHIVO CARTA Y OFICIO.</p> <p>6. CUBIERTA EN COLOR NOGAL.</p> <p>7. TODAS LA MEDIDAS PODRÁN OFERTARSE CON UNA TOLERANCIA DE +/- 2 CM.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	12	SILLA CAMA	<p>SILLA CAMA PLEGABLE.</p> <p>1. CON COJÍN EN FORMA DE ALMOHADA.</p> <p>2. CON CUATRO RUEDAS FIJAS DE 2" Y DOS RUEDAS GIRATORIAS DE 3" PARA TRASLADO.</p> <p>3. CON TAPICERÍA DE PIEL SINTÉTICA EN COLOR GRIS.</p> <p>4. CON ACOJINAMIENTO DE HULE ESPUMA.</p> <p>5. CON ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA.</p> <p>6. DIMENSIONES: 65 CM DE ANCHO X 75 CM DE LARGO EN SU MODALIDAD DE SILLA (190 CM DE LARGO EN SU MODALIDAD DE CAMA), CON UNA TOLERANCIA EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES DE +/- 2 CM.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	13	SILLA DE	<p>1. SILLA CON ESTRUCTURA ELÍPTICA CALIBRE 18, DE</p>	X	EL PARTICIPANTE



PARTICIPANTE: TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

		POLIPROPILENO	CUATRO PATAS, PINTADA EN COLOR NEGRO EPÓXICO ELECTROESTÁTICO, CON ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO. 2. DIMENSIONES: 50 CM DE FRENTE X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 85 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).		CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	14	SILLA DE VISITA	1. SILLA CON ESTRUCTURA ELÍPTICA CALIBRE 18, DE CUATRO PATAS, PINTADA EN COLOR NEGRO EPÓXICO ELECTROESTÁTICO, CON ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y TELA DE POLIESTER EN COLOR NEGRO. 2. DIMENSIONES: 55 CM DE FRENTE X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 85 CM DE ALTURA (+/- 2 CM).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	15	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO ALTO ERGONÓMICO (TIPO CABECERA) 1. SILLA CON DESCANSABRAZOS FIJOS EN ALUMINIO FUNDIDO Y ACOJINADOS 2. ALTURA AJUSTABLE 3. SILLA GIRATORIA 4. BASE DE 5 PUNTAS EN ACERO CROMADO 5. AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PALANCA 6. MECANISMO TIPO BASCULANTE Y PALANCA DE BLOQUEO CON REGULADOR DE TENSIÓN 7. ASIENTO EN POLIURETANO DE 50 KG/DM3 DE DENSIDAD 8. DIMENSIONES GENERALES: 65 CM DE FRENTE X 65 CM DE FONDO X 110 A 115 CM DE ALTURA (+/- 3 CM) 9. DIMENSIONES DEL ASIENTO: 50 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO (+/- 3 CM) 10. DIMENSIONES DEL RESPALDO: 45 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTURA (+/- 3 CM) 11. FORRADO EN SOFT REVOLVING LEATHER COLOR NEGRO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	16	SILLA SECRETARIAL	1. BASE DE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 610 MM (24"), CON ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN. 2. RODAJAS Y/O REGATONES INTERCAMBIABLES, DE NYLON Y FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR NEGRO. 3. MECANISMO EN ACERO CON PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PISTÓN NEUMÁTICO. 4. RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO. 5. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. 6. BRAZOS DE POLIURETANO SEMI-RÍGIDO, FIJADOS AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE TORNILLOS. 7. ASIENTO INTERIOR EN MADERA DE TRIPLAY CON UN ESPESOR DE 12 MM. 8. ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA Y DIMENSIONADA EN 60 MM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD (27 KGS/M³) Y DE ALTA RESILIENCIA, CON GUARDAPOLVO DE TELA EN LA PARTE INFERIOR 9. RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO Y ASIENTO TAPIZADO EN POLIESTER COLOR NEGRO. 10. DIMENSIONES GENERALES: 65 CM DE FRENTE X 65 CM DE FONDO X 95 A 100 CM DE ALTURA (+/- 3 CM) 11. DIMENSIONES DEL ASIENTO: 50 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO (+/- 3 CM) 12. DIMENSIONES DEL RESPALDO: 45 CM DE ANCHO X 45 CM DE ALTURA (+/- 3 CM)	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	17	LAVADORA INDUSTRIAL	1. CON UNA CAPACIDAD DE AL MENOS 45 KG. 2. CON INSTALACIÓN DE MONTAJE SUAVE. 3. CON MICROPROCESADOR PROGRAMABLE, CON AL MENOS 50 PROGRAMAS. 4. CON PERILLA DE CONTROL PARA SELECCIÓN DE PROGRAMAS. 5. CON BLOQUEO DE PUERTA DURANTE EL CICLO DE LAVADO. 6. CON SISTEMA DE AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

C

[Handwritten signature and initials]



PARTICIPANTE: TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

			7. CON CONTROL DE FUNCIONES (NIVEL DE AGUA, TIEMPO DE LAVADO, NÚMERO DE ENJUAGUES). 8. CON ACCESO FRONTAL (PUERTA), CON UN DIAMETRO DE AL MENOS 50 CM. 9. CON UN CILINDRO CON VOLUMEN DE AL MENOS 400 L		
1	18	RELOJ PARA QUIRÓFANO	RELOJ DIGITAL PARA SALA DE OPERACIONES CON SEGUNDO. 1. NÚMEROS DE AL MENOS 6 CM DE ALTO. 2. CON INDICADOR DE DÍA DE LA SEMANA. 3. CON INDICADOR DE DÍA DEL MES. 4. CON INDICADOR DE MES DEL AÑO. 5. CON INDICADOR DE AÑO. 6. CON TERMÓMETRO AMBIENTAL.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
1	19	SECADORA INDUSTRIAL	1. CON DOS CILINDROS, CON ACCESO FRONTAL. 2. CON UNA CAPACIDAD DE AL MENOS 22.5 KG POR CILINDRO. 3. CON MICROPROCESADOR PROGRAMABLE, CON AL MENOS 4 AJUSTES DE TEMPERATURA. 4. CON DISPLAY PARA SELECCIÓN Y PROGRAMAS Y CON CAPACIDAD DE MOSTRAR EL TIEMPO DE SECADO. 5. CON SISTEMA REVERSIBLE DE SECADO. 6. CON DOS CILINDROS CON VOLUMEN DE AL MENOS 400 L POR CILINDRO. 7. CON UN NIVEL DE RUIDO DE MÁXIMO 70 DESIVELES. 8. CON SISTEMA DE PARO AUTOMÁTICO. 9. CON SISTEMA DE SECADO MEDIANTE GAS Y/O FLUJO DE AIRE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

A) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 1:					
• COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2015	X				CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 9001:2015
• COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO14001:2015	X				CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14001:2015
• COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO14006:2011	X				CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO 14006:2011
• CARTA EN ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE	X				EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA EN ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE
• CARTA GARANTIA DE 5 AÑOS (APLICA PARA LOS RENGLONES DEL 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16)	X				CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE 5 AÑOS PARA LOS RENGLONES APLICABLES
• CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES (APLICA PARA LOS RENGLONES DE 9,12,17,18 y 19)	X				CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES PARA LOS RENGLONES APLICABLES
• CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X				EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
• CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X				EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
• CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN	X				EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR



PARTICIPANTE: TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.

			CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
• FICHA TÉCNICA	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS
• CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES
PUNTO 6.7 "MUESTRAS"	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS PARA LOS RENGLONES 1, 6, 11 Y 15 DE CONFORMIDAD AL PUNTO 6.7 "MUESTRAS" DEL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
• CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS
EVALUACIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS. PARTIDA 1 RENGLÓN 1: ALACENA ALTA DE 90 CM. PARTIDA 1 RENGLÓN 6: BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO. PARTIDA 1 RENGLÓN 11: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO. PARTIDA 1 RENGLÓN 15: SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE CON LA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS FÍSICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA FICHA TÉCNICA PARA LOS RENGLONES 1, 6, 11 Y 15.

PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

PARTIDA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA	CUMPLE		MOTIVOS
				SÍ	NO	
5	63	AUDIÓMETRO CLÍNICO	1. AUDIOMETRO CLINICO CON TECLADO COMPACTO Y CONFIGURABLE. 2. CON 2 CANALES. 3. CON VÍA ÁREA. 4. CON VÍA ÓSEA. 5. CON ENMASCARAMIENTO. 6. CON CAMPO LIBRE. 7. CON AURICULARES DE DIADEMA CON TRANSMISOR DE AIRE. 8. CON AURICULAR DE MONITOR. 9. CON MICRÓFONO DE RESPUESTA PACIENTE PARED/PIE. 10. CON VIBRADOR ÓSEO. 11. CON PULSADOR RESPUESTA PACIENTE. 12. CON CABLE USB ESTÁNDAR.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	64	AUTORREFRACTOR CON QUERATÓMETRO AJUSTE AUTOMÁTICO Y MENTONERA CON MOVIMIENTO MOTORIZADO	PANTALLA INCLINABLE Y GIRATORIA OPERACIONES AUTOMATICAS MEDIANTE PANTALLA TACTIL CON OPCION A PROGRAMACION EN MODO MANUAL CON SISTEMA DE MEDICION DE PRISMA ROTATORIO KRT PERIFERICA MEDICION DE LA POTENCIA REFRACTIVA 1. POTENCIA REFRACTIVA ESFERICA DE -25D A +22D (EN PASOS DE 0.12D/0.25D)	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 74 | 128



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			<p>2. POTENCIA REFRACTIVA CILINDRICA DE 0+-10D (EN PASOS DE 0.12/0.25D)</p> <p>3. EJE ASTIGMATISMO DE 0 A 180° (EN PASOS DE 1°/5°)</p> <p>4. DIAMETRO PUPILAR MINIMO MEDIBLE 2.0MM</p> <p>MEDICION CURVATURA CORNEAL</p> <p>1. RADIO DE CURVATURA CORNEAL DE 5.00 A 10.00 MM (EN PASOS DE 0.01M)</p> <p>2. POTENCIA DIOPTRICA CORNEAL DE 67.50 A 33.75D (EN PASOS DE 0.12D/0.25D)</p> <p>3. INDICE DE REFRACCION CORNEAL =1.3375</p> <p>4. POTENCIA DE ASTIGMATISMO CORNEAL DE 0 A +-10D (EN PASOS DE 0.12D/0.25D)</p> <p>5. EJE DE ASTIGMATISMO CORNEAL DE 0 A 180°(EN PASOS DE 1°/5°)</p> <p>RANGO DE MEDICION DIP 20-85MM (EN PASOS DE 1MM)</p> <p>ENVIO DE DATOS USB, RS-232C, LAN</p> <p>DIMIENSIONES 286-326MMX445-526MMX466-615MM</p>		
5	65	CÁMARA SONOAMORTIGUADA	<p>CÁMARA SONOAMORTIGUADA PARA AUDIOMETRIA.</p> <p>1. CON AISLAMIENTO ACUSTICO PARA PRUEBA DE AUDIOMETRIA.</p> <p>2. CON PISO DE ALFOMBRA AISLANTE DE VIBRACION.</p> <p>3. CON PUERTA ACUSTICA CON DOBLE SELLO MAGNETICO AISLANTE AL RUIDO.</p> <p>4. CON RAMPAS PARA SILLA DE RUEDAS.</p> <p>5. CON PAREDES ACUSTICAS DE MATERIAL AISLANTE AL RUIDO Y VIBRACION.</p> <p>6. CON REPISA EXTERIOR PARA AUDIOMETRO.</p> <p>7. CON TABLERO DE 10 CONEXIONES IDENTIFICADO PARA AUDIOMETRO.</p> <p>8. CON NIVEL DE ATENUACION DE AL MENOS 20 DB EN 500 HZ.</p> <p>9. DIMENSIONES EXTERIORES: 200 CM DE ANCHO X 200 CM DE PROFUNDIDAD X 220 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</p> <p>10. DIMENSIONES INTERIORES: 190 CM DE ANCHO X 190 CM DE PROFUNDIDAD X 200 CM DE ALTURA (+/- 5 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	66	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO	<p>1. CAMPIMETRO COMPUTARIZADO FIJO EMPLEADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CAMPO VISUAL Y ESCOTÓMAS.</p> <p>2. CON ALCANCE DE LA PRUEBA DE CAMPO VISUAL 60° (MONOCULAR) / 160° (BINOCULAR).</p> <p>3. CON DISTANCIA DE PRUEBA DEL CAMPO VISUAL DE 25 CM.</p> <p>4. CON DURACIÓN DEL ESTÍMULO DE 200 MS.</p> <p>5. COLOR DEL ESTÍMULO BLANCO.</p> <p>6. CON MÉTODO DE ENSAYO DE PERIMETRÍA AUTOMATIZADA ESTÁNDAR (SAP).</p> <p>7. CON PRUEBAS DE DETECCIÓN/PATRONES:</p> <p>7.1. ESTÍMULO ÚNICO PRUEBAS DE 26, 54 Y 86 PUNTOS (QUE INCORPORAN EL PATRÓN DE PRUEBA 24-2).</p> <p>7.2. ESTÍMULO MÚLTIPLE, PRUEBAS DE 26, 54 Y 86 PUNTOS (QUE INCORPORAN EL PATRÓN DE PRUEBA 24-2).</p> <p>7.3. CONDUCCIÓN, GRUPO 1 (120 PUNTOS) Y GRUPO 2 (124 PUNTOS).</p> <p>8. PRUEBAS/PATRONES DE UMBRAL</p> <p>8.1. ESTÁNDAR - UMBRAL CENTRAL 10-48; 24/30-2.</p> <p>8.2. RÁPIDA - UMBRAL CENTRAL 10-48; 24/30-2.</p> <p>9. TIEMPOS MEDIOS DE PRUEBA:</p> <p>9.1. ESTÍMULO ÚNICO~1 MIN (26 PUNTOS); ~3,5 MINUTOS PARA UNA PRUEBA DE 86 PUNTOS TOTALMENTE EXTENDIDA.</p> <p>9.2. ESTÍMULO MÚLTIPLE MENOS DE 30 SEGUNDOS (26 PUNTOS); 24-2 ~2,5 MINUTOS POR OJO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			<p>9.3. RÁPIDO (24-2) ~ 2 MINUTOS POR OJO. 10. CONTROL DE LA FIJACIÓN: 10.1. OBJETIVO DE FIJACIÓN PATRÓN DE DIAMANTE LED DE UNO O CUATRO PUNTOS. 11. CON BASE DE DATOS DE GESTIÓN DE PACIENTES. 12. CON INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONSULTAS. 13. CON CONECTIVIDAD DICOM</p>		
5	67	CARDIOTOCÓGRAFO	<p>1. MONITOR DE ANTEPARTO PARA MONITORIZACIÓN FETAL Y MATERNA. 2. CON CAPACIDAD DE INTEGRAR LA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN SANGUINEA MATERNA Y LA FRECUENCIA DEL PULSO CON LA MEDICIÓN DE FRECUENCIAS CARDIACAS FETALES MÚLTIPLES. 3. CON FUNCIÓN DE MONITOREO DE GEMELOS. 4. CON CAPACIDAD DE GENERAR DATOS QUE SE PUEDAN TRANSMITIR AUTOMÁTICAMENTE. 5. CON PANTALLA PLEGABLE DE AL MENOS 5.5". 6. CON REGISTRADOR DE PAPEL TÉRMICO. 7. CON DOPPLER DE PULSO DE ULTRASONIDO CON AUTOCORRELACIÓN. 8. CON MARCADOR REMOTO CON AJUSTE DE LÍNEA BASAL. 9. RANGO DE TOCO DE 0%-100%. 10. CON MODO AUTOMÁTICO-MANUAL. 11. CON CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR TOCO/FM/AFM/USB/RS232. 12. CON FUNCIÓN MARCADOR EVENTO REMOTO. 13. CON SOPORTE CON RUEDAS. 14. CON BATERÍA DE LITIO RECARGABLE. 15. CON IMPRESORA.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	68	COLPOSCOPIO	<p>1. CONLENTE OCULAR CON DISTANCIA DE SALIDA DE LA PUPILA DE 21 MM. 2. CON CAMBIOS DE AMPLIACION EN 5 PASOS: 0.4X/0.6X/1X/1.6X/2.5X. 3. CON AMPLIACIONES TOTALES DE 2.8X/4X/7X/11.5X/17X. 4. CON CAMPO VISUAL DE 80 MM - 12.5 MM. 5. CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM. 6. 12.5X DE ALTO OCULAR, GRAN ANGULAR. 7. BINOCULARES: 7.1. RECTO f=160 MM 7.2. OBJETIVO f=300 MM 7.3. DIOPTRIAS -5D A +5D 7.4. CAMPO DE VISUALIZACION 80 MM-12.5 MM 7.5. ANGULO DE ROTACION 0° 7.6. ELEVACION 350 MM 7.7. FILTRO VERDE 7.8. ANGULO DE ROTACION 180° 7.9. ELEVACION 350 MM 8. MICROSCOPIO: 8.1. BINOCULARES RECTOS f=160 MM 8.2. OBJETIVOS f=300 MM 8.3. OCULARES DE 12.5X ALTO OCULAR, GRAN ANGULAR 8.4. DISTANCIA DE SALIDA DE LA PUPILA DE 21 MM 8.5. AJUSTE DE DIOPTRIAS -5D A +5D 8.6. CAMBIOS DE AMPLIACION DE 5 PASOS: 0.4X, 0.6X, 1X, 1.6X, 2.5X 8.7. CON AMPLIACIONES TOTALES DE 2.8X, 4X, 7X, 11.5X, 17X 8.8. CON CAMPO VISUAL DE 80 MM - 12.5 MM 8.9. CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 MM A 75 MM 8.10. CON DISTANCIA DE TRABAJO DE 295 MM. 9. LAMPARA LED DE FUENTE DE LUZ FRIA 3V/10W. 10. CON INTENSIDAD DE LUZ DE 50,000 LUXES. 11. CON CONTROL DE ILUMINACION DE 3 PASOS.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 76 | 128



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			12. CON CAMPO DE ILUMINACION DE 80 MM. 13. CON ALTURA AJUSTABLE DE 100 CM A 135 CM. ACCESORIOS: 1 DIVISOR DE HAZ DESMONTABLE. 1 ADAPTADOR PARA CCD CON DIAFRAGMA IRIS f'=65MM. 1 DIVISOR DE HAZ Y ADAPTADOR CCD.			
5	69	FORÓPTERO	FORÓPTERO PARA ALBERGAR LENTES DE DIFERENTES GRADUACIONES <ul style="list-style-type: none"> • LENTES CILÍNDRICOS • MIOPIA 0 A -19,00D EN PASOS DE 0.25D (0.12D) • HIPERMETROPIA 0 A +16.75D EN PASOS DE 0.25D (0.12D) • ASTIGMATISMO 0 A -6.00 D (-8.00D) EN PASOS DE 0.25D (0.12D) • CILINDRO TRANSVERSAL +-0.25D (+-.37D Y +-50D) • FORIA Y VERGENCIA 20 A 0 A 20 POR 1 PASO • INTERIOR 40 • EXTERIOR 40 (50) • PRUEBA DE VISION CERCA POR MEDIO DE MECANISMO DE INCLINACION A 40 CM DELANTE DE LOS OJOS A 64MM PD • PRUEBA DE EQUILIBRIO BINOCULAR, METODOS DE PRISMA ROTATORIO Y LENTE POLARIZANTE • PD 48 A 75MM POR PASO DE 1MM • AJUSTE DE NIVEL MAS DE 4.5° PARA LAS ORILLAS DERECHA E IZQUIERDA • DIMENSIONES 335X97X294MM 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	70	LÁMPARA CON LUPA DE 5 DIOPTRÍAS	<ul style="list-style-type: none"> • LÁMPARA LED CON LUPA (5X) Y BRAZO ARTICULADO • LUPA CON 5 DIOPTRÍAS • ILUMINACIÓN DE AL MENOS 56 LEDS • BRAZO ARTICULADO CON EXTENSIÓN HASTA 1,1M • MORDAZA QUE SE ADAPTA A CUALQUIER ESCRITORIO O MESA DE TRABAJO • CUBIERTA PARA PROTEGER ELLENTE DE AUMENTO 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	71	LÁMPARA DE HENDIDURA	<ol style="list-style-type: none"> 1. TIPO GALILEO 2. SELECCIÓN DE AUMENTO 5 PASOS POR ROTACION DE TAMBOR 3. PIEZA OCULAR 12,5X 4. CAMPO DE VISION 6X(35,1MM), 10X(22,5MM)16X(14,1MM)25X(8,8MM)40X(5,6MM) 5. ILUMINACION DE HENDIDURA. 0-14MM MODIFICABLE GRADUALMENTE 6. ANCHO DE HENDIDURA 0-14MM MODIFICABLE GRADUALMENTE 7. LONGITUD DE HENDIDURA 1-14MM MODIFICABLE GRADUALMENTE 8. FILTROS AZUL, SIN ROJO, AMBAR, CORTE UV, CORTE IR, FILTRO ND (13% DE TRANSMISION) 9. LAMPARA DE ILUMINACION <p>BASE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MOVIMIENTO LONGITUDINAL 90MM 2. MOVIMIENTO LATERAL 100MM 3. MOVIMIENTO DE BASE FINAL 12MM 4. MOVIMIENTO VERTICAL 30MM <p>MENTONERA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MOVIMIENTO VERTICAL 80MM 2. ALIMENTACION 100-240V, 50/60HZ 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	72	RETINOSCOPIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. EQUIPO QUE PERMITE LA EXPLORACIÓN DE LA RETINA EN FORMA DIRECTA. 2. RETINOSCOPIO DE FRANJA. 3. CON MANGO PARA CONTROL GIRO DE 360°. 4. CON ENFOQUE DE LÍNEA LUMINOSA PROYECTADA. 5. CON MANGO RECARGABLE DIRECTO. 	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	73	SISTEMA DE FOTOTERAPIA CON COLCHON	1. SISTEMA DE FOTOTERAPIA DE FIBRA ÓPTICA CON COLCHÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			<p>2. CON INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN DE POR LO MENOS 30 $\mu\text{W}/\text{CM}^2/\text{NM}$ HASTA 50 $\mu\text{W}/\text{CM}^2/\text{NM}$.</p> <p>3. CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA PICO ENTRE 450 Y 475 NM.</p> <p>4. CON FUENTE DE LUZ LED AZUL.</p> <p>5. CON AREA EFECTIVA DE TRATAMIENTO DE MÍNIMO 500 CM².</p> <p>6. CON SALIDA DE CALOR DE 40°C DE TEMPERATURA SUPERFICIAL MAXIMA.</p> <p>7. CON PRUEBA DE DURABILIDAD DE HAZ DE LUZ DE AL MENOS 20,000 HORAS.</p>		<p>TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS</p>
5	74	TONÓMETRO DIGITAL	<p>1. PANTALLA TACTIL LCD O TECNOLOGIA SUPERIOR DE AL MENOS 8.5PULGADAS COLOR.</p> <p>2. VALOR TONAL AJUSTADO.</p> <p>3. LAN CONECTABLE.</p> <p>4. MEDICION DE LA PRESION OCULAR 1 A 60MMHG (PASO DE 1 MMHG).</p> <p>5. RANGO DE MEDICION INDICACION MEDIA 1MMHG / PASOS DE 0,1 MMHG MODIFICABLES.</p> <p>6. MODO DE MEDICION 1-30MMHG/1-60MMHG.</p> <p>7. TERMINAL DE TRANSPORTE DE DATOS USB, RS232C, LAN.</p> <p>8. DIMENSIONES 317-341 X 521-538X 437-467MM.</p> <p>INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN 100-240V CA 50-60HZ 30-70VA.</p>	X	<p>EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS</p>
5	75	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	<p>UNIDAD ESTOMATOLÓGICA, CON FINES DE TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE.</p> <p>1. SILLÓN ELECTROHIDRÁULICO O ELECTROMECAÁNICO ESTOMATOLÓGICO ANATÓMICO:</p> <p>1.1 CAPACIDAD MÍNIMA DE LEVANTE DE 180 KG CON MOVIMIENTOS VERTICALES DE ASCENSO Y DESCENSO VARIABLE DESDE SU BASE.</p> <p>2. SISTEMA DE MANDO ELÉCTRICO ACCIONADO CON CONTROL MANUAL Y/O PEDAL MOVIMIENTOS ELECTROMECAANICOS DEL RESPALDO PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES:</p> <p>2.1 DESDE POSICIÓN CERO HASTA TRENDELEMBURG POSICIÓN CERO AUTOMÁTICAS.</p> <p>3. MÓDULO ESTOMATOLÓGICO:</p> <p>3.1 INTEGRADO AL SILLÓN CON ALTURA AJUSTABLE EN CONJUNTO CON EL SILLÓN POSICIONABLE EN CUALQUIER PUNTO ALREDEDOR DE 270 ° COMO MÍNIMO.</p> <p>3.2 ASIENYO Y DESCANSA PIERNAS CORRIDO FORRADO CON MATERIAL PLÁSTICO LAVABLE.</p> <p>3.3 FUNDA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DE LA PIECERA CON CODERAS O DESCANSA BRAZOS ABATIBLES</p> <p>3.4 CABEZAL CON ARTICULACIÓN PARA MOVIMIENTOS DE RECLINACIÓN ANTERIOR Y POSTERIOR.</p> <p>3.5 CON MOVIMIENTO ACETABULAR.</p> <p>3.6 ESCUPIDERA FIJA INTEGRADA AL SOPORTE DEL SILLÓN O A LA UNIDAD DESPLAZABLE HORIZONTALMENTE Y AJUSTE VERTICAL CON RECIPIENTE DE PORCELANA O VIDRIO PORCELANIZADO O POLÍMERO RESISTENTE A RAYADURAS O ACERO ESMALTADO DESMONTABLE PARA FÁCIL LIMPIEZA</p> <p>3.7 SOPORTE PARA LLENADO DE VASO CON CONTROL DE LLENADO Y ENJUAGUE DE ESCUPIDERA TEMPORIZADO BASE CONECTADA AL SISTEMA DE DRENAJE.</p> <p>3.8 CON DISPOSITIVOS INDIVIDUALES PARA ALIMENTAR Y CONTROLAR EL AIRE Y EL AGUA EN LAS PIEZAS DE MANO A TRAVÉS DE BLOQUE AUTOMÁTICO.</p>	X	<p>EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS</p>



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

		<p>4. BOTELLA DE AGUA PURIFICADA CON SISTEMA DE VÁLVULA PARA REGULAR EL AGUA DE ENFRIAMIENTO MANÓMETROS CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 REGULADORES DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA PARA LAS PIEZAS DE MANO Y JERINGA TRIPLE.</p> <p>5. ASPIRADOR QUIRÚRGICO DE VACIADO RÁPIDO.</p> <p>6. CON SISTEMA SILENCIOSO; ACCIONADO CON AIRE CON TRAMPA PARA SÓLIDOS Y CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE.</p> <p>7. EYECTOR DE SALIVA CON FILTRO PARA RETENCIÓN DE SÓLIDOS Y ADAPTADOR PARA CÁNULAS. DESECHABLES CON DESCARGA DIRECTA AL DRENAJE.</p> <p>8. CON NEGATOSCOPIO INTEGRADO AL MÓDULO ESTOMATOLÓGICO.</p> <p>9. CON LÁMPARA ESTOMATOLÓGICA, INTEGRADA AL SILLÓN CABEZAL DE ALUMINIO ORIENTABLE A LA BOCA DEL PACIENTE CON VENTILACIÓN NATURAL CON UN HAZ DE LUZ FRÍA ENFOCABLE DE 50 A 100 CM DE DISTANCIA LIBRE DE SOMBRAS INTENSIDAD LUMINOSA GRADUABLE ILUMINACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 10,000 A 35,000 LUXES CON TEMPERATURA DE CALOR ENTRE 3500 °K O MAYOR CON ENFRIAMIENTO POR FILTROS ÓPTICOS</p> <p>10. REFLECTOR DICROICO REDUCTORES DE CALOR (NO EXCEDER 6 ° LA TEMPERATURA AMBIENTE EN LA DISTANCIA FOCAL).</p> <p>11. QUE INCLUYA LÁMPARA DE FOTOCURADO DE LED.</p> <p>12. INCLUYA JERINGA TRIPLE ESTOMATOLÓGICA PARA LAVAR Y SECAR CAMPOS CLÍNICOS BUCALES DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO CON DOS PUNTAS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE CON DOS DUCTOS UNO PARA AGUA Y OTRO PARA AIRE OPERADO POR VÁLVULAS MECÁNICAS INDEPENDIENTES PARA LA SELECCIÓN DE TRABAJO SECO HÚMEDO O ROCÍO CON ALIMENTACIÓN DE AGUA Y AIRE CON VÁLVULA DE NO-RETRACCIÓN.</p> <p>13. DOS PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD CON: TURBINA Y MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE TURBINA CON MANDRIL EJE Y BALEROS DE ACERO INOXIDABLE CON VELOCIDAD DE GIRO DE 350,000 RPM O MAYOR HERRAMIENTA PARA CAMBIO DE FRESA.</p> <p>14. PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE O TITANIO DE 2 VÍAS DESMONTABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.</p> <p>15. GIRO DE 0 A 30,000 +/- 10,000 RPM.</p> <p>16. MOTOR CON CAMBIADOR DE GIRO DE ACERO INOXIDABLE Y ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.</p> <p>17. CONTRA ÁNGULO Y ADAPTADOR CONO RECTO CON MANDRIL DE ACERO INOXIDABLE PARA INSERTO DE FRESA Y HERRAMIENTA PARA CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO.</p> <p>18. UNA SILLA PARA ESTOMATÓLOGO CON AJUSTE DE ALTURA, CON RODAJAS, TAPIZADA DE PLÁSTICO DEL MISMO COLOR QUE EL SILLÓN.</p> <p>19. LA UNIDAD DENTAL CON MÓDULO INTEGRADO DEBERÁ CONTAR CON SISTEMA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AIRE Y AGUA, DE LA CAJA DE CONEXIONES AL MÓDULO DE TRABAJO DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA EL REFLUJO DE LÍQUIDOS AL TÉRMINO DE LOS TRATAMIENTOS DE 2 VÍAS, UNO LARGO DE 180 A 200 CM.</p> <p>20. UNIDAD ULTRASONICA DE PROFILAXIS PARA</p>		
--	--	---	--	--



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			<p>EFFECTUAR DETARTRAJE INTEGRADO AL EQUIPO PIEZA DE MANO CON PUNTAS INTERCAMBIABLES. CONTROL DE POTENCIA ELÉCTRICA DE 0 A 28 WATTS MÁXIMO CONTROL DE SALIDA DE AGUA REGULADA. 21. COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE DE 2 CABALLOS DE FUERZA, CON CAPACIDAD DE 70 L. 22. UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL CON BRAZO POSICIONADOR, CON CABEZAL DE 70 KVP.</p>		
5	76	UNIDAD OFTALMOLÓGICA	<p>UNIDAD OFTALMOLÓGICA CON SILLON, CON FOSAS Y CARGADOR 1. SILLA DE EXAMEN AUTOMÁTICA MOTORIZADA. 2. SILLON RECLINABLE DE 180° CON REPOSAPIES. 3. BRAZO PARA FOROPTERO. 4. LUZ AMBIENTE CON SELECCIÓN DE COLOR. 5. PANEL DE CONTROL FUNCIONES: CONTROL DE ELEVACION DEL SILLON, ENCENDIO/APAGADO, ENCENDER/APAGAR LS LUZ DE LA SALA (REGULABLE DE 0% -100%). 6. MECANISMO DE SEGURIDAD UBICADO DEBAJO DEL TABLERO. 7. CABLEADO OCULTO. 8. CARGA MAXIMA 160KG. 9. ALTURA MAXIMA 680MM. 10. ALTURA MINIMA 480MM. 11. MOVIMIENTO 200MM. 12. ANGULO DE ROTACION CON FRENO MANUAL 40°. 13. ESPECIFICACION SOPORTE DE FOROPTERO. 13.1 CAPACIDAD DE CARGA 4.5-10KG (AJUSTABLE). 13.2 MOVIMIENTO +43°/-15°. 13.3 ROTACION MAXIMA LIBRE. 14. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA UNIDAD. 14.1 POTENCIA 110-240V /50-60HZ. 15. POTENCIA DE LA LAMPARA DE LA UNIDAD 0-24V.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
5	77	UNIDAD PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	<p>1. CON CONSOLA DE CONTROL DE INSTRUMENTOS Y FUENTE DE ENERGÍA. 2. CON SISTEMA DE CONTROL DE SUCCIÓN O ASPIRACIÓN CON UNA CAPACIDAD DE 35 L/ MIN COMO MÍNIMO, ACTIVADO MEDIANTE INTERRUPTOR INTEGRADO EN LA CONSOLA. 3. CON DISPOSITIVO O PISTOLA DE IRRIGACIÓN INTEGRADO A LA UNIDAD, ACTIVADO MEDIANTE INTERRUPTOR INTEGRADO EN LA CONSOLA O INTEGRADO EN LA PISTOLA. 4. CON DEPÓSITO DE SECRECIONES DE 1.5L COMO MÍNIMO, CON FILTRO ANTIBACTERIANO. 5. CON UNIDAD DE AIRE COMPRIMIDO (COMPRESOR). 6. CON MANÓMETRO ANALÓGICO O DIGITAL CON ESCALA DE 0 A 4 KG/CM2 7. CON AL MENOS DOS ATOMIZADORES PARA MEDICAMENTOS LÍQUIDOS, ACUOSOS, EN POLVO Y SOLUCIONES ACEITOSAS. 8. CON SUMINISTRO DE AGUA INTEGRADO A LA CONSOLA. 9. CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO CON INDICADOR DE TEMPERATURA PARA AGUA, SOLUCIONES, INSTRUMENTOS Y/O ENDOSCOPIOS POR MEDIOS ELÉCTRICOS. 10. CON AL MENOS TRES CAJONES CONFIGURABLES Y ÁREA O ESPACIO DESTINADO A INSTRUMENTAL SUCIO.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
8	88	CRIOSTATO	<p>1. CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MUESTRA EN LA CARRERA DE RETORNO DE 40 MICRAS. 2. CON CÁMARA CRIOGÉNICA EN ACERO INOXIDABLE. 3. CON TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO DE LA CÁMARA A -35°C. 4. CON AL MENOS 27 POSICIONES DE</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			<p>ALMACENAMIENTO PARA MUESTRAS. 5. CON CONGELAMIENTO RÁPIDO A -60°C. 6. CON OPCIONES DE DESCONGELACIÓN PROGRAMABLE O INMEDIATA. 7. CON MICRÓTOMO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 7.1 VOLANTE ROTATORIO MANUAL DE TACTO LIGERO. 7.2 ESPESOR DE SECCIÓN DE CORTE DE 1 µM A 500 µM. 7.3 FUNCIÓN DE MEMORIA PARA AVANCE RÁPIDO MOTORIZADO Y POSICIONAMIENTO DE MUESTRAS. 7.4 LONGITUD DE CARRERA VERTICAL DE 60 MM 7.5 RANGO DE AVANCE HORIZONTAL DE 28 MM 7.6 RETRACCIÓN DE LA MUESTRA DE 40 µM. EN LA CARRERA DE RETORNO 7.7 ORIENTACIÓN DE LA MUESTRA XY CON ROTACIÓN DEL EJE Z DE 360° 7.8 REPOSABRAZOS QUE SE ADAPTAN AL CUERPO. 8. DIMENSIONES: 75 CM DE FONDO X 65 CM ALTO X 120 CM ANCHO (+/- 2 CM) ACCESORIOS: UN SET DE CUCHILLAS DE BAJO PERFIL. NAVAJA DE ALTO PERFIL HP 35. SOPORTE PARA NAVAJAS DESECHABLES, ADECUADO PARA CUCHILLAS DESECHABLES DE PERFIL ALTO Y BAJO CON AJUSTE DEL ANGULO DE INCIDENCIA. GUÍA DE COLA DE MILANO DE PRECISIÓN Y EL MECANISMO DE SUJECCIÓN RÁPIDA. GUÍA ANTIENTROLLE CON DOS PLACAS ESTABILIZADORAS DE VIDRIO DE 70 MM (+/- 5 MM). SEIS SOPORTES PARA MUESTRA DE 30 MM DE DIÁMETRO. MEDIO DE CONGELACIÓN. ACEITE DE CRIOSTATO. BANDEJA DE RESIDUOS. CEPILLO PARA RESIDUOS.</p>		
8	89	DENSÍMETRO PARA ORINA	<p>1. REFRACTOMERO PORTATIL PARA ORINA. 2. CON RANGO DE MEDICION DE GRAVEDAD 1.000-1.040/0.002. 3. CON RANGO DE MEDICION PROTEINAS EN SUERO 0-12/0.2.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
8	90	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL PARA PATOLOGÍA	<p>1. CON ILUMINACIÓN KOHLER (DIAGRAMA DE CAMPO FIJO). 2. CON DOBLE CABEZAL. 3. CON TUBO ESTÁNDAR CON ÁNGULO DE OBSERVACIÓN DE 30°. 4. CON SISTEMA ÓPTICO. 5. CON OCULAR 10X CON CAMPO VISUAL 20. 6. CON CINCO FUNCIONES DE ENFOQUE. 7. CON REVÓLVER PORTA OBJETIVOS DE CINCO POSICIONES. 8. CON CONDENSADOR ABBE CON A N DE 1.25. 9. CON CONDENSADOR DE 7 POSICIONES: BF, 2X, DF, PH1, PH2, PH3, FL. 10. CON MANDOS DE ENFOQUE DE ALTURA REGULABLE. 11. CON PLATINA MECÁNICA FIJA DE DESPLAZAMIENTO 12. CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO (XY): 75 MM X 50 MM (+/- 2 MM) 13. CON TOPE DE DESPLAZAMIENTO XY</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
8	91	MICROSCOPIO DE PEDESTAL O DE PARED CON OCULARES 12.5 X RECTOS U OBLICUOS Y OBJETIVO CON DISTANCIA FOCAL DE 200 O 200 MM	<p>1. MICROSCOPIO BINOCULAR PARALELO CON 30° DE ROTACION. 2. CON ILUMINACION COAXIAL TUBO BINOCULAR. 3. CON POMO DE AJUSTE PD. 4. CON FILTRO AMARILLO INCORPORADO. 5. CON BASE. 6. CON LENTE OBJETIVO REVESTIDO ANTIMANCHAS</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			(F=200MM). 7. CON TRANSDUCTOR X-Y CON ALCANCE DE +- 25MM. 8. CON DIVISOR DE HAZ (80/20 O 50/50). 9. CON ILUMINADOR OBLICUO CON RENDIJA QUE GIRE 30° Y SE AJUSTE DE 0 A 20 MM DE ANCHURA. 10. CON TUBO BINOCULAR PARALELO INCLINADO A 45°. 11. CON OCULARES 12.5X. 12. CON TIPO DE CAMBIO DE AUMENTO TIPO TAMBOR CON 5 CAMBIOS. 13. CON AUMENTO TOTAL 3.4X,5.3X,8.5X,13.6X,21.2X. 14. CON CAMPO DE VISION DE 66.3,42.3,26.3,17.1,10.3 MM. 15. CON LONGITUD DE PRIMER BRAZO DE 400 MM 16. CON LONGITUD DE SEGUNDO BRAZO DE 560 MM. 17. CON AGULO DE ROTACION DEL PRIMER BRAZO DE 360°. 18. CON AGULO DE ROTACION DEL SEGUNDO BRAZO DE 300°.		
8	92	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA CAMPO CLARO	1. MICROSCOPIO CON ILUMINACIÓN LED. 2. CON AJUSTE DE DIOPTRÍA EN UN OCULAR. 3. CON CABEZA BINOCULAR. 4. CON CABEZA INCLINADA A 30° Y GIRATORIA DE 360°. 5. CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48 A 75 MM. 6. CON OBJETIVOS ANTIDERRAPANTES Y ANILLOS DE COLOR. 7. CON BATERIAS RECARGABLES INCORPORADAS A LA BASE. 8. CON PLATINA DE VERNIER, ESCALA MILIMETRICA, PINZA Y TOPE CON AJUSTE DE ALTURA. 9. CON OCULARES WF 10X/20MM. 10. CON REVOLVER CUADRUPLE CON TOPE. 11. CON OBJETIVOS 4X,10X, 40X E INMERSIÓN 100X. 12. CON SISTEMA ÓPTICO ACROMATICO. 13. CON DOBLE PLACA CON MOVIMIENTO COAXIAL X-Y 160X140MM/6.2° X 5.5°. 14. CON CONDENSADOR ABBE AN 1.25 CON TORNILLO ELEVADOR. 15. CON DIAFRAGMA DE IRIS. 16. CON ENFOQUE COAXIAL MACROMÉTRICO Y MICROMÉTRICO. ACCESORIOS: 1 JUEGO DE BATERIAS AA RECARGABLES DE 1.2V	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
8	93	MICRÓTOMO	1. CON CABEZAL DE ORIENTACION CERO. 2. MANEJO CON UNA SOLA MANO. 3. CON BOTON DE CORTE RAPIDO. 4. CON CONTADOR DE CORTES. 5. CON CARRIL GUIA PARA PORTACUCHILLAS. 6. CON BANDEJA DE RESIDUOS QUE SE EXTIENDE POR DEBAJO DEL PORTAHOJAS. 7. CON CUBIERTA DE ALUMNIO CEPILLADO. ACCESORIOS: • REPELENTE DE PARAFINA DE 100ML. • HERRAMIENTAS ESTANDAR. • TAPA ANTIPOLVO. • CUCHILLAS DE BAJO PERFIL (PAQUETE CON 50). • NAVAJA DE ALTO PERFIL (PAQUETE CON 50).	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	151	CAJA CON JUEGO DE LENTES PARA PRUEBAS	1. CAJA CON JUEGO DE 266 LENTES PARA PRUEBAS, CON ARILLO DE PLÁSTICO. 2. CON ARMAZÓN DE PRUEBAS. 3. CON POTENCIA ± 0,25D Y ± 6,00D. 4. CON PRISMAS DE 1.00 A 10.00 GRADOS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	152	COMPÁS DE WEBER	DISCRIMINADOR DE 2 PUNTOS, PARA EVALUAR LA SENSIBILIDAD TÁCTIL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	153	ESTETOSCOPIO DE	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y	X	EL PARTICIPANTE

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 82 | 128



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

		CÁPSULA DOBLE	ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DE UN PACIENTE. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE. 2. OLIVAS FABRICADAS EN GOMA LIBRE DE LATEX, LAVABLES. 3. UN TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE 55 CM COMO MÍNIMO. 4. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 4.1. CON VÁSTAGO O CONECTOR CRÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. 4.2. CON SISTEMA DE PRESIÓN PARA EL CAMBIO DE DIAFRAGMA. 5. CÁPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO DE 4.5 A 5 CM DE DIÁMETRO. 5.1. DIAFRAGMA ACÚSTICO DE POLICARBONATO.		CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	154	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	INSTRUMENTO UTILIZADO PARA DETECTAR Y ESTUDIAR SONIDOS INTERNOS PRODUCIDOS EN EL CUERPO DE UN PACIENTE. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. ARCO Y AURICULARES DE ACERO INOXIDABLE. 2. OLIVAS FABRICADAS EN GOMA LIBRE DE LATEX, LAVABLES. 3. UN TUBO FLEXIBLE CON UN LARGO DE 55 CM COMO MÍNIMO. 4. CÁPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. 4.1. CON VÁSTAGO O CONECTOR CRÓNICO PARA ADAPTARSE AL TUBO. 4.2. CON SISTEMA DE PRESIÓN PARA EL CAMBIO DE DIAFRAGMA. 5. CÁPSULA PARA MEMBRANA DEL RANGO DE 3 A 3.5 CM DE DIÁMETRO 5.1. DIAFRAGMA ACÚSTICO DE POLICARBONATO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	155	JUEGO DE HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS NEONATALES	1. JUEGO DE HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS NEONATALES DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS #00 Y #0. 2. DE FIBRA ÓPTICA. 3. COMPATIBLE CON MANGO WELCH ALLYN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	156	JUEGO DE SONDAS EXPLORADORAS PARA VÍAS LAGRIMALES	SONDAS DE VÍAS LAGRIMALES. 1. CON SONDAS DE BROWN. 2. CON DILATADOR LAGRIMAL DE CASTRO VIEJO DOBLE. 3. CON DILATADOR LAGRIMAL INFANTIL. ACCESORIOS: 1 CAJA DE INSTRUMENTAL CHICA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	157	JUEGO HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS	1. JUEGO DE HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS #1, #2, #3 Y #4. 2. DE FIBRA ÓPTICA. 3. COMPATIBLE CON MANGO WELCH ALLYN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	158	LÁPIZ LIGADOR	LÁPIZ LIGADOR PARA ORTODONCIA	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	159	LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA CON HOJAS CURVAS	1. ESTUCHE SOLO LARINGE-CURVO MACINTOSH. 2. HOJAS PARA LARINGOSCOPIO MACINTOSH 2, 3 Y 4. 3. MANGO PARA LARINGOSCOPIO MEDIANO CON BATERIA. 4. CON ESTUCHE RÍGIDO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
13	160	LUPA ANAESFÉRICA DE 20 DIOPTRÍAS	1. LUPA ANAESFÉRICA DE 20 DP. 2. CON SUPERFICIE ANTIRREFLEJANTE. 3. CON MONTURA DE ALUMINIO. 4. CON DIÁMETRO DE 50 MM O MAYOR PODER DE REFRACCIÓN DE 20 DIOPTRÍAS. 5. CON TALLADO ANESFÉRICO SIN ABREVIACIÓN ESFÉRICA.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 83 | 128

PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

6. CON LENTE DE VIDRIO.

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR REGISTROS SANITARIOS VIGENTES
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE



PARTICIPANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.

			TRANSPORTACIÓN DE BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA DE 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTOS MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRI ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN A NOMBRE DEL FABRICANTE
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO, EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE.	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485 A NOMBRE DEL FABRICANTE
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS). , EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

C) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN LAS PARTIDAS 12 Y 13 (GRUPO 3):			
• ANÁLISIS DE PASIVADO. DE ACUERDO A LA NORMAS ASTM A-380, INCISO 7.2.5.3			NO APLICA
• CERTIFICADO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DEL ISO 7153-1-1 INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - MATERIALES METÁLICOS- PARTE 1 ACERO INOXIDABLE.			NO APLICA
• CARTA DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIA PRIMA, ACREDITANDO LAS NORMAS NOM-137-SSA1-2008, ASTM A-380 INCISO 7.2.5.3, ASTM E-3, ASTM E-407. PARA EL CASO DE FABRICACIÓN NACIONAL DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (FEUM), SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS, INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE PARA CIRUGÍA CON LABORATORIO CERTIFICADO ANTE EL CENAM.			NO APLICA

PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

PARTIDA	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	FICHA TÉCNICA		CUMPLE		MOTIVOS
			SI	NO	SI	NO	
2	20	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO			X		EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.3. SE SOLICITAN CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE.

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>1.3.1.- CON MANDO PARA PACIENTE Y MANDO PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA CON INDICADOR EN EL RESPALDO.</p> <p>1.4. QUE PERMITA DAR LAS SIGUIENTES POSICIONES EN FORMA ELÉCTRICA:</p> <p>1.4.1. TRENDELEBURG DE 17° COMO MÍNIMO.</p> <p>1.4.2. TRENDELEBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO.</p> <p>1.4.3. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 65° COMO MÍNIMO.</p> <p>1.4.4. SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 28° COMO MÍNIMO.</p> <p>1.4.5. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 39 CM. A 77 CM. (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN) COMO MÍNIMO.</p> <p>1.4.6. POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP).</p> <p>1.4.7. POSICIÓN VASCULAR O ELEVACIÓN DE PIES.</p> <p>1.5. SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS.</p> <p>1.6. INDICADOR DEL ÁNGULO DE LA CABEZA.</p> <p>1.7. SUPERFICIE DE LA CAMA RÍGIDA Y RADIOLUCIDA DESDE LA CABEZA HASTA LA ZONA TORÁCICA.</p> <p>1.8. DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 198 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO.</p> <p>1.9. DIMENSIONES DE LA CAMA +/- 5%: LONGITUD TOTAL 216 CM Y ANCHO TOTAL 100 CM.</p> <p>1.10. CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA A DESINFECTANTES Y GOLPES.</p> <p>1.11. BARANDALES LATERALES ABATIBLES QUE PERMITAN LA TRANSFERENCIA SEGURA DEL PACIENTE.</p> <p>1.11.1. DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA CON MECANISMO DE BAJA AUTOMÁTICA Y RÁPIDA.</p> <p>1.11.2. DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE PIES CON MECANISMO DE BAJA AUTOMÁTICA Y RÁPIDA.</p> <p>1.12. CON PROTECTORES O PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS.</p> <p>1.13. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 15 CM. (+/- 5%) DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO.</p> <p>1.14. CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS 4 ESQUINAS.</p> <p>1.15. GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMA.</p> <p>1.16. CON RUEDAS DE BANDA ÚNICA ANTIESTÁTICAS DE 150 MM CON SISTEMA DE FRENO CENTRAL.</p> <p>1.17. QUE CUENTE CON BATERÍA DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS.</p> <p>ACCESORIOS: POSTE DE ALTURA VARIABLE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS.</p>		<p>PARA PACIENTE Y EL PARTICIPANTE NO LO OFERTA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4.1: SE SOLICITAN TRENDELEBURG DE 17° COMO MÍNIMO Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA DE 15°.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4.2: SE SOLICITAN TRENDELEBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA DE 15°.</p>
4	49	BURO HOSPITALARIO CON CAJON	<p>1. FABRICADO EN LAMINA CAL. 20, CON ACABADO ESMALTADO.</p> <p>2. CUBIERTA FORRADA DE LAMINADO PLÁSTICO Y MOLDURA PERIMETRAL DE</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>ALUMINIO.</p> <p>3. UN CAJON DE LAMINA CAL. 22 CON ACABADO ESMALTADO.</p> <p>4. PUERTA INFERIOR DE LAMINA CAL. 22 CON JALADERAS INTEGRADAS CON ACABADO ESMALTADO.</p> <p>5. ZOCLO DE LAMINA CAL. 22, CON ACABADO ESMALDADO.</p> <p>6. DIMENSIONES: 80 CM A AALTURA X 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE LARGO (+/- 2 CM).</p>			
4	50	CARRO DE CURACIONES	<p>1. ANILLO GIRATORIO PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA., DE PLACA DE ACERO CAL.16 DE 25.4 MM. (1") DE ANCHO, ACABADO PULIDO.</p> <p>2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, ACABADO PULIDO.</p> <p>3. ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, ACABADO PULIDO CON TRAVESAÑO DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE CAL.20 DE 15.8 MM. (5/8) DE DIÁMETRO.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE CAL.18 DE 25.4 MM. (1") DE DIÁMETRO, ACABADO PULIDO.</p> <p>5. PROTECTOR DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.18, ACABADO PULIDO O TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 12.7 MM. (1/2") DE DIÁMETRO CAL.18 ACABADO PULIDO.</p> <p>6. RODAJAS DE GEL DE 101.6 MM. (4") DE DIÁMETRO.</p> <p>7. CUBETA DE 12 LITROS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20 ACABADO PULIDO CON ASA DE ACERO INOXIDABLE DE 6MM. (1/4") DE DIÁMETRO.</p> <p>8. BANDEJA DE 2.130 LITROS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, ACABADO PULIDO.</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	51	CARRO DE DISTRIBUCIÓN PARA FARMACIA	<p>1. FABRICADO CON DEPOSITO INFERIOR Y SUPERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 20 TIPO 304, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>2. CON ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" EN CAL. 18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>3. CON LLANTAS DE GEL.</p> <p>4. DIMENSIONES: 70 CM X 50 CM X 105 CM (+/- 3 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	52	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	<p>1. CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 12 LTS.</p> <p>2. CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO AISI 304, CON ACABADO EN PULIDO MATE.</p> <p>3. CON ASA DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 1/4" DE DIÁMETRO.</p> <p>4. DIMENSIONES: 30 CM DE ALTURA X 30 CM DE DIÁMETRO SUPERIOR Y 20 DE DIÁMETRO INFERIOR (+/- 3 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	53	MESA ALTA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	<p>1. CON CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO AISI 304 CAL. 20, CON ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.</p> <p>2. CON ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE ACERO CAL. 18 DE 32 X 32 MM, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>3. CON FALDONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>4. CON REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM DE DIÁMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>5. DIMENSIONES: 120 CM X 70 CM X 90 CM (+/- 2 CM).</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	54	MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS	<p>1. CUBIERTA Y REBORDE DE LAMINA DE ACERO CAL 18 CON RESPALDO Y FREGADERO DE 45 CM X 40 CM X 20 CM (+/- 2</p>	X		EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>CM) Y TRAMPA PARA YESO INTEGRADA DE 40 CM X 40 CM X 30 CM (+/- 2 CM), CON CANASTILLA DESMONTABLE Y NIPLE PARA DESCARGA.</p> <p>2. DESAGUE DE 2" DE DIÁMETRO X 2" DE LARGO.</p> <p>3. CUERPO, ENTREPAÑO Y PUERTAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 20, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 DE 32 MM X 32 MM (1 ¼" X 1 ¼"), CON ACABADO PULIDO.</p> <p>5. RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR, Y REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO.</p> <p>6. REGATON DE ALUMINIO DE ALTURA AJUSTABLE.</p> <p>7. REJILLA CON PERFORACIONES DE 9 MM (3/8") DE DIÁMETRO, DESMONTABLE, DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>8. VITRINA IZQUIERDA - DERECHA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS.</p> <p>9. DIMENSIONES: 180 X 70 X 90 CMS (+/- 2 CM).</p>		
4	55	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	<p>1. CON CAJONES POR AMBOS LADOS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON JALADERAS INTEGRADAS Y CERRADURAS.</p> <p>2. CON CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL.20, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>3. CON ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR REDONDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 1" DE DIAMETRO, CAL. 18, CON ACABADO PULIDO, CON REFUERZO DE PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE DIAMETRO, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>4. CON RUEDAS DE GEL DE 4" DE DIAMETRO.</p> <p>5. CON PROTECTOR PERIMENTRAL DE LAMINA DE ACERO, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>6. DIMENSIONES: 70 CM X 45 CM X 105 CM (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	56	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA	<p>1. BARANDAL DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. 20 ACABADO PULIDO.</p> <p>2. ESTRUCTURA DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO AISI 304 DE ACABADO PULIDO.</p> <p>3. REPISA PORTABÁSCULA.</p> <p>4. CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO PULIDO.</p> <p>5. DOS CAJONES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON DIMENSIONES DE 35 CM X 35 CM X 15 CM (+/- 2 CM), CON JALADERAS INTEGRADAS, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>6. ENTREPAÑO A LA ALTURA DE LOS CAJONES.</p> <p>7. COLCHON DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 24 KG/ M3 DE DENSIDAD Y 5 CM DE ESPESOR MINIMO FORRADO DE VINIL CON COSTURAS.</p> <p>8. INFANTOMETRO METALICO GRADUADO DE 0 A 120 CM, CON ESCALA DE 1 MM FABRICADO Y GABRADO EN ALUMINIO DE 2.5 MM DE ESPESOR.</p> <p>9. REGATON DE ALUMINO DE ALTURA AJUSTABLE.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	57	MESA MAYO CON CHAROLA	<p>1. MESA SEMIRODABLE PARA COLOCACIÓN DE CHAROLAS DE INSTRUMENTAL.</p> <p>2. CON ARO PORTA CHAROLA DE 1 PULGADA DE ESPESOR EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CALIBRE 20, SOLDADO A COLUMNA</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>DESGLIZABLE EN ACERO INOXIDABLE TUBULAR REDONDO CALIBRE 18 DE 1 PULGADA DE DIÁMETRO.</p> <p>3. CON BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 14 DE 2 PULGADAS X 2 PULGADAS DE ESPESOR CON CONTRAPESOS EN PLOMO, SOPORTADOS A 2 GOMAS AHULADAS Y 2 RODAJAS DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO DE LIBRE GIRO, CON SOPORTE ACABADO ZINC.</p> <p>4. CON LLANTA DE PLÁSTICO POLIOLEFINA, QUE RESISTA AL MENOS 75 LIBRAS CADA LLANTA.</p> <p>5. CON SISTEMA OPRESOR PARA COLOCAR LA COLUMNA DESLIZABLE A DIFERENTES ALTURAS A BASE DE PERILLA OPRESORA DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>6. ACABADOS CON CANTOS PULIDOS SIN REBABAS O RESIDUOS.</p> <p>7. CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, CALIBRE 24, DE 45 CM (+/- 3 CM) X 30 CM (+/- 3 CM) X 1.5 CM.</p> <p>8. DIMENSIONES: 35 CM X 60 CM X 90 A 150 CM.</p>		
4	58	MESA PASTEUR CON CAJON	<p>1. CON CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE EN CAL. 20 TIPO AISI 304.</p> <p>2. CON BARANDAL DE ALAMBRON DE 3/8" DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>3. CON CAJON CON JALADERAS EMBALADAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>4. CON ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1" EN CAL. 18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>5. CON LLANTAS DE 3" EN COLOR NEGRO.</p> <p>6. DIMENSIONES: 60 CM X 50 CM X 100 CM (+/- 2 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	59	MESA PUENTE	<p>1. MESA PUENTE DE ALTURA AJUSTABLE, CON TABLERO DE MDF EN LA PARTE SUPERIOR.</p> <p>2. CON AJUSTE MEDIANTE PERILLA OPRESORA PARA ELEVACION.</p> <p>3. ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE.</p> <p>4. CON CUATRO LLANTAS DE GOMA.</p> <p>5. DIMENSIONES GENERALES 70 CM X 40 CM X 70 A 110 CM (+/- 3 CM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	60	NEGATOSCOPIO	<p>1. CON DOS PLACAS CON LUZ LED.</p> <p>2. CON PANEL FRONTAL DE ACRÍLICO BLANCO DE 2 MM.</p> <p>3. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELECTRÓNICA REGULADA.</p> <p>4. CON SISTEMA PARA SUJETAR PELÍCULAS.</p> <p>5. CON LUMINANCIA DE AL MENOS DE 6,300 LUXES (+/- 300 LUXES) CON REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA.</p> <p>6. CON ILUMINACIÓN HOMOGÉNEA.</p> <p>7. CON SENSOR DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO AL INSERTAR LA PELÍCULA.</p> <p>8. DIMENSIONES: 55 CM X 85 CM (+/- 2 CM), CON UN GROSOR DE 2.5 CM (+/- 2 MM).</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
4	61	PORTAVENOCLISIS RODABLE	<p>1. CON ANTENA TELESCÓPICA DE VARILLA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE 5/16", CON CRUCETA DE 2 GANCHOS, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>2. CON BASE DE 5 APOYOS EN PERFIL DE ACERO INOXIDABLE DE 2X1" EN CAL.18, CON ACABADO PULIDO.</p> <p>3. CON TUBO PARA PERMITIR EL ENSABLE DE LA BASE Y ANTENA TELESCÓPICA DE 1" DE DIÁMETRO, DE ACERO INOXIDABLE EN CAL.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>18. CON ACABADO PULIDO. 4. CON PERILLA OPRESORA PARA DAR AJUSTES DE ALTURA. 5. CON LLANTAS DE DOBLE HUELLA DE 2" TIPO YOYO. 6. DIMENSIONES: 50 CM X 50 CM X 125 CM A 210 CM (+/- 3 CM).</p>		
4	62	VITRINA ALTA CON PUERTA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS CON LLAVE	<p>1. VITRINA ALTA DE 60 CM X 35 CM X 150 CM PARA INSTRUMENTAL CON PUERTA DE CRISTAL DE 5 MM Y CERRADURA. 2. CUERPO DE LAMINA DE ACERO EN CAL 22, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR ARENA. 3. ZOCLO INFERIOR DE LAMINA. 4. CUATRO ENTREPAÑOS DE CRISTAL.</p>	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS
7	84	CAMILLA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO	<p>1. TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE 16° (+/-3°) 2. COLCHÓN DE POLIURETANO DE 8 CM DE ESPESOR, DE ALTA DENSIDAD, ANTIESTÁTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO. 3. QUE SOPORTE UN PESO DE 250 KG DE CARGA SEGURA COMO MINIMO. 4. SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER, QUE CUBRE EL RANGO DE 0 A 90° (+/- 5°). 5. DIMENSIONES (+/- 5%): 6. SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+/- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+/- 0.5 CM) CM DE ANCHO. 7. CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): 215 CM DE LARGO X 80 CM DE ANCHO (+/- 3 CM). 8. ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 610 +15 MM A 910 + 10MM (+/- 5 CM), MEDIDO DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SIN COLCHÓN. 9. SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA TOTALMENTE RADIO TRANSPARENTE 10. CON CAPACIDAD DE COLOCAR EL CASSETT DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL PARA CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. 11. BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES QUE NO MOLESTEN EN LA TOMA DE IMÁGENES LATERAL. 12. PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA. 13. BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE. RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 20 CM. DE DIAMETRO. 14. CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS. 15. CUATRO RUEDAS CON FRENO CENTRALIZADO EN PIECERA Y CABECERA. 16. CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DE LA CAMILLA A TRAVÉS DE QUINTA RUEDA. 17. CINTURONES DE SUJECIÓN PARA EL PACIENTE(DOS). 18. GANCHOS O SOPORTES PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA. ACCESORIOS: 1 POSTE DE ALTURA VARIABLE O TELESCÓPICO.</p>	X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6: SE SOLICITA SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+/- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+/- 0.5 CM) CM DE ANCHO Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 197 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO.
7	85	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, COMPATIBLE CON MONITORES INALÁMBRICOS	<p>EQUIPO DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES DE UNO O MÁS MONITORES DE PACIENTE O SISTEMAS DE MONITOREO. 1. CANTIDAD DE PACIENTES PARA MONITORIZAR A ELEGIR POR EL USUARIO,</p>	X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 14: SE SOLICITA ALMACENAMIENTO HASTA POR 90 DÍAS DE



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

		<p>AVANZADOS</p>	<p>DESDE 32 CAMAS POR PANTALLA, HASTA 64 CAMAS EN DOS PANTALLAS. 2. EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CENTRAL DEBE TENER AL MENOS ADMISIÓN DE UN PACIENTE A TRAVÉS DE LA CENTRAL DE MONITOREO, ADMISIÓN DE UN PACIENTE A TRAVÉS DEL MONITOR. 3. MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE. 4. CONFIGURACIÓN Y SILENCIAR ALARMAS EN LOS MONITORES. 5. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA DEL MONITOR SELECCIONADO. 6. CON CAPACIDAD PARA CONECTAR 32 MONITORES DE SIGNOS VITALES COMO MÍNIMO. 7. PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD O TFT, SENSIBLE AL TACTO O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 21" COMO MÍNIMO. 8. CAPACIDAD DE INTEGRAR HASTA 2 PANTALLAS DE MANERA SIMULTÁNEA, PARA VISUALIZACIÓN DE 64 MONITORES. 9. DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 11 CURVAS POR CADA DE SECTOR DE PACIENTE Y 96 FORMAS DE ONDA POR PANTALLA. 10. CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS DE UN PACIENTE SELECCIONADO. 11. CON CAPACIDAD DE REVISIÓN COMPLETA DE MÍNIMO 12 ONDAS POR PACIENTE DE AL MENOS 24 HORAS ASI COMO DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS. 12. CON CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN DEL SECTOR DEL PACIENTE. 13. ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES EN LA CENTRAL DE TODOS LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES. 14. ALMACENAMIENTO HASTA POR 90 DÍAS DE EVENTOS O ALARMAS. 15. CAPTURA Y DESPLIEGUE DE PANTALLA COMPLETA O "FULL DISCLOSURE" DE AL MENOS 7 DÍAS. 16. REVISIÓN DE HISTORIAL DE DATOS DE PACIENTES DADOS DE ALTA HASTA 7 DÍAS POSTERIORES AL ALTA. 17. HISTORIAL DE ALARMAS CON ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DEL TRAZO QUE GENERA LA ALARMA. 18. CAPACIDAD DE VISUALIZAR LAS TENDENCIAS GRÁFICAS, NUMÉRICAS DE UN PACIENTE DE AL MENOS 7 DÍAS. 19. MONITORIZACIÓN DE AL MENOS 23 ARRITMIAS INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: ASISTOLIA, FIRBRILACIÓN VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, EXTRASÍSTOLE VENTRICULAR MULTIFORME, PÉRDIDA DE LATIDOS Y FIBRILACIÓN AURICULAR. 20. IMPRESORA LÁSER. 21. CAPACIDAD DE EXPORTAR REGISTROS EN FORMATO PDF A UN DISPOSITIVO USB. 22. INTERFAZ DEL USUARIO EN ESPAÑOL. 23. CON TECLADO Y MOUSE. 24. UNIDAD DE RESPALDO UPS. 25. CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y ALARMAS ENTRE LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE INTEGRAN LA CENTRAL. 26. CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN VÍA</p>	<p>EVENTOS O ALARMAS Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19: SE SOLICITA MONITORIZACIÓN DE AL MENOS 23 ARRITMIAS INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: ASISTOLIA, FIRBRILACIÓN VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, EXTRASÍSTOLE VENTRICULAR MULTIFORME, PÉRDIDA DE LATIDOS Y FIBRILACIÓN AURICULAR Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.</p>
--	--	------------------	---	--



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO.</p> <p>27. CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE.</p>		
7	86	ELECTROCARDIOGRAMA DE 12 DERIVACIONES	<p>EQUIPO DIGITAL PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELÉCTRICOS DEL CORAZÓN, MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CON CAPACIDAD PARA ADQUIRIR Y MOSTRAR EN FORMA SIMULTÁNEA DOCE DERIVACIONES, CON EN PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR Y DE AL MENOS 6.5". 2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE MALA CONEXIÓN DE CUALQUIER ELECTRODO, CON INDICADOR GRÁFICO PUNTUAL DEL ELECTRODO MAL CONECTADO. 3. TECLADO INTERCONSTRUIDO TIPO QWERTY, CON CARACTERES ALFANUMÉRICO PARA INTRODUCIR LOS DATOS DEL PACIENTE. 4. FRECUENCIA DE MUESTREO DIGITAL DE MÍNIMO 7500 HZ. 5. FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE DOS HORAS O QUE PERMITA REALIZAR AL MENOS 30 REGISTROS IMPRESOS. 6. FILTRO DE LÍNEA DE 60 HZ. 7. FILTRO MUSCULAR EN EL RANGO DE 5 A 140 HZ. 8. FILTRO DE LÍNEA BASE. 9. FRECUENCIA DE CORTE SUPERIOR EN EL RANGO DE 40 A 150 HZ COMO MÁXIMO. 10. FRECUENCIA DE CORTE MÍNIMO EN EL RANGO DE 0.05 A 0.5 HZ. 11. PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILADOR. 12. DETECCIÓN DE MARCAPASOS. <p>-INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA SEÑAL ADQUIRIDA MEDIANTE DIFERENTES COLORES DEL TRAZO.</p> <p>- SOFTWARE PARA LA DETECCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LATIGUILLOS.</p> <p>- MÓDULO INTERFAZ ENTRE EL PACIENTE Y EL EQUIPO, CONTROLADO MEDIANTE MICROPROCESADOR, CON BOTÓN PARA LA TOMA DEL ELECTROCARDIOGRAMA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE 12 DERIVACIONES, CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR Y DE AL MENOS 6.5". 14. VELOCIDAD DE AL MENOS 25 Y 50 MM/SEG. 15. SENSIBILIDAD DE AL MENOS 2.5, 5, 10 Y 20 MM /MV. 16. ALMACENAMIENTO INTERNO DE 200 ESTUDIOS COMO MÍNIMO. 17. CON TRANSMISIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU ALMACENAMIENTO EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO MEDIANTE ALGÚN MEDIO: LAN, WIFI, O USB. 18. IMPRESIÓN DE 12 DERIVACIONES EN HOJAS DE TAMAÑO 21.6 X 27.9 CM 8.5 X 11 PULGADAS +/- 10%. 19. SELECCIÓN DE ENTRE AL MENOS 7 FORMATOS QUE INCLUYA MEDICIONES, 	X	<p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7: SE SOLICITA FILTRO MUSCULAR EN EL RANGO DE 5 A 140 HZ Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.</p>



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

			<p>DATOS DEL PACIENTE, REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VALORES DEL SEGMENTO ST EN MAPA CIRCULAR MULTIEJE.</p> <p>20. DESPLIEGUE E IMPRESIÓN DE LOS MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL.</p> <p>21. MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LA AMPLITUD DE LAS ONDAS (P, Q, R, S Y T).</p> <p>22. MEDICIONES AUTOMÁTICAS DE LOS INTERVALOS DEL ECG (PR, QRS, QT, QTC Y RR).</p> <p>23. SOFTWARE INTERPRETATIVO PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS.</p> <p>24. CABLE PARA PACIENTE DE 10 PUNTAS.</p> <p>25. ELECTRODOS REUSABLES ADULTO Y PEDIÁTRICO.</p> <p>26. SOFTWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRÁFICO DE LOS PACIENTES.</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>1 ELECTRODOS DESECHABLES CON ADAPTADORES.</p> <p>1 PAPEL TÉRMICO.</p> <p>1 GEL O PASTA CONDUCTORA DE 500 ML.</p> <p>1CARRO DE TRANSPORTE DISEÑADO ESPECIALMENTE AL EQUIPO.</p>		
7	87	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	<p>1. MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS Y BLOQUEOS AUTONIVELADORES DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO.</p> <p>2. ACTIVADORES HIDRÁULICOS CONTROLADOS MEDIANTE CPU SITUADA EN LA COLUMNA DE LA MESA QUIRÚRGICA.</p> <p>3. LONGITUD TOTAL DE LA MESA 215 CM (+/- 5 CM). BASE Y COLUMNA CON CUBIERTA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE AL ALTO IMPACTO Y CON ASEPSIA OPTIMIZADA.</p> <p>4. ESTRUCTURA DE LA MESA QUIRÚRGICA, SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE O ACERO CROMO AL NIQUEL.</p> <p>5. TABLERO MOTORIZADO CON SUPERFICIE RADIOTRANSARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS X, DIVIDIDO EN HASTA OCHO SECCIONES: CABECERA, DORSO, ELEVADOR DE RIÑONES, PELVIS Y MIEMBROS INFERIORES / PIERNAS.</p> <p>6. CABECERA MANUAL DE DOBLE ARTICULACIÓN, DESMONTABLE, CON 02 MANGOS PARA ARTICULACIÓN, UNO PARA LA INCLINACIÓN CONTINUA DE +45/-90 GRADOS Y UNO PARA LA ALTURA, Y 03 RIELES LATERALES PARA CONECTAR ACCESORIOS.</p> <p>7. ELEVADOR DE RIÑONES INTEGRADO PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA CON MECANISMO MOTORIZADO DE ELEVACIÓN DE 75 MM, TOTALMENTE RADIOTRANSARENTE.</p> <p>8. MIEMBROS INFERIORES / PIERNAS EN PLACA ÚNICA MOTORIZADA, DESMONTABLE, LIGERA Y ABATIBLE DE +30° A 105° GRADOS.</p> <p>9. COJINES DE 2.3" (60 MM) REMOVIBLES (VELCRO), ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVOS, ANTIESTÁTICOS, ANTIMICROBIANOS, LIBRES DE LÁTEX, SIN COSTURAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA.</p> <p>10. CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS, CON TECLADO RETROILUMINADO, BOTONES DE COLORES, INDICADORES LED QUE VALIDAN LOS POSICIONAMIENTOS.</p>	X	<p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3: SE SOLICITA LONGITUD TOTAL DE LA MESA 215 CM (+/- 5 CM). BASE Y COLUMNA CON CUBIERTA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE AL ALTO IMPACTO Y CON ASEPSIA OPTIMIZADA Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 10: SE SOLICITA CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS, CON TECLADO RETROILUMINADO, BOTONES DE COLORES, INDICADORES LED QUE VALIDAN LOS POSICIONAMIENTOS Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA</p>



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

11. FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE RETORNO DE LA MESA A LA POSICIÓN HORIZONTAL.
 12. SISTEMA INTELIGENTE DE ORIENTACIÓN NORMAL E INVERSA DEL PACIENTE.
 13. SISTEMA DE EMERGENCIA CON CONTROL DE RESPALDO Y PEDAL, SITUADOS EN LA BASE DE LA MESA QUIRÚRGICA, QUE PUEDE ACTIVARSE EN CUALQUIER MOMENTO Y PERMITE QUE EL EQUIPO SIGA FUNCIONANDO EN CASO DE FALLA EN EL MANDO PRINCIPAL O UN CORTE DE CORRIENTE, PERMITIENDO LA ARTICULACIÓN MANUAL DE TODAS LAS SECCIONES DE LA MESA.
 14. BATERÍA DE RESPALDO CON INDICADORES DE CARGA A COLORES EN EL CONTROL REMOTO Y EN LA BASE DE LA MESA QUIRÚRGICA, CON AUTONOMÍA DE HASTA 5- 8 DÍAS.
 15. MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS: ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 57.5 A 118 CM. +/- 10 CM. CON RESPECTO AL PISO, FOWLER DE +90 Y -45 GRADOS, TRENDELEN-BURG DE 30 GRADOS, TRENDELENBURG INVERSO DE 31 GRADOS, INCLINACIÓN LATERAL, IZ-QUIERDA Y DERECHA DE 20 GRADOS, DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DEL TABLERO DE 43 CM PARA UN ÓPTIMO ACCESO DEL ARCO EN C.

6.9 DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EN SU PROPOSICIÓN Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

B) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 2:

1. COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA EN CASO DE QUE NO APLIQUE
2. COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
3. CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS
4. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
5. AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y DE RESPONSABLE SANITARIO
6. CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN
7. CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8. CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9. CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN
10. CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL SOFTWARE EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE LICENCIAS LIBERADAS DEL



PARTICIPANTE: JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO

		SOFTWARE
11. CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES
12. CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA DE VIGENCIA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y/O CONSUMIBLES POR 5 AÑOS
13. CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CARTA GARANTÍA DE AL MENOS 12 MESES
14. DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN
PUNTO 6.7 "MUESTRAS"	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS PARA LOS RENGLÓN 20 DE CONFORMIDAD AL PUNTO 6.7 "MUESTRAS" DEL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
• CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS
*DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL: COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CARTA DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN COFEPRIS ISO-9001 Y/O ISO-13485
**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PRODUCTOS DE ORIGEN INTERNACIONAL: COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485, A NOMBRE DEL FABRICANTE, INCLUYENDO EL ALCANCE DEL BIEN OFERTADO.	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO ISO-9001 Y/O ISO-13485
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTES DE LIBRE VENTA EN EL PAÍS DE ORIGEN DE LA MARCA, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN IDIOMA DE ORIGEN Y SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Ó HEALTH CANADA Ó CE (COMISIÓN EUROPEA) Ó JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS), EN LOS EQUIPOS QUE APLIQUE	X	EL PARTICIPANTE CUMPLE AL PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE DE LIBRE VENTA
EVALUACIÓN DE MUESTRA FÍSICA. PARTIDA 2 RENGLÓN 20: CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	X	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, DERIVADO DE LO SIGUIENTE. LA MUESTRA FÍSICA NO CUENTA CON CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE. LA MUESTRA FÍSICA CUENTA CON DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 195 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO, Y SE SOLICITA DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 198 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO.



I. La PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, de acuerdo con lo siguiente:

REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
<p><u>PARTIDA 1.</u></p> <p>ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>A) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> CARTA EN ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE 	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE AL NO PRESENTAR CARTA EN ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p><u>PARTIDA 1.</u></p> <p>ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>A) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/o DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE AL NO PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p><u>PARTIDA 1.</u></p> <p>ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>A) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN 	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE AL NO PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p><u>PARTIDA 1.</u></p> <p>ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>PUNTO 6.7 "MUESTRAS"</p>	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE AL NO PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS SOLICITADAS PARA LOS RENGLONES 1, 6, 11 Y 15 DE CONFORMIDAD AL PUNTO 6.7 "MUESTRAS" DEL ANEXO 1, CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p><u>PARTIDA 1.</u></p>	<p>El PARTICIPANTE NO CUMPLE</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA</p>



REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
<p>ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>A) DOCUMENTOS Y REQUISITOS A ENTREGAR PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS RENGLONES QUE CONFORMAN EL GRUPO 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS DE LOS RENGLONES SOLICITADOS EN ESTE ANEXO. 	<p>TECNICAMENTE AL NO PRESENTAR CONSTANCIA DE ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS.</p>	<p>la PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V., con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>

II. La **PROPUESTA** del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO, NO CUMPLE ADMINISTRATIVA NI TÉCNICAMENTE, de acuerdo con lo siguiente:

REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
<p><u>PARTIDAS 2, 4 y 7.</u></p> <p>Punto 9.1, inciso d) Anexo 5. Numeral 4. Letra D. <i>Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.</i></p>	<p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 9.1. inciso d) numeral 4 letra D, (requisitos legales administrativos) toda vez que solo presentó el acuse de recibo de la declaración. No presentó la última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO, con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p><u>PARTIDA 2 RENGLÓN 20.</u></p> <p>ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO.</p> <p>1.3. CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE.</p> <p>1.4.1. TRENDELENBURG DE 17° COMO MÍNIMO.</p> <p>1.4.2. TRENDELENBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO.</p>	<p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 1.3. SE SOLICITAN CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE Y EL PARTICIPANTE NO LO OFERTA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4.1: SE SOLICITAN TRENDELENBURG DE 17° COMO MÍNIMO Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA DE 15°.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.4.2: SE</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO, con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>



REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
	SOLICITAN TRENDELENBURG INVERSO DE 17° COMO MÍNIMO Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA DE 15°.	
PARTIDA 7 RENGLÓN 84. ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. CAMILLA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO. 6. SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+/- 0.5 CM) CM DE ANCHO.	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 6: SE SOLICITA SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+/- 0.5 CM) CM DE ANCHO Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA OFERTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 197 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO.	Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO , con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES , en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY .
PARTIDA 7 RENGLÓN 85. ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, COMPATIBLE CON MONITORES INALÁMBRICOS AVANZADOS. 14. ALMACENAMIENTO HASTA POR 90 DÍAS DE EVENTOS O ALARMAS. 19. MONITORIZACIÓN DE AL MENOS 23 ARRITMIAS INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: ASISTOLIA, FIRBRILACIÓN VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, EXTRASÍSTOLE VENTRICULAR MULTIFORME, PÉRDIDA DE LATIDOS Y FIBRILACIÓN AURICULAR. 24. UNIDAD DE RESPALDO UPS.	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 14: SE SOLICITA ALMACENAMIENTO HASTA POR 90 DÍAS DE EVENTOS O ALARMAS Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA. EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 19: SE SOLICITA MONITORIZACIÓN DE AL MENOS 23 ARRITMIAS INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: ASISTOLIA, FIRBRILACIÓN VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA EXTREMA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, EXTRASÍSTOLE VENTRICULAR MULTIFORME, PÉRDIDA DE LATIDOS Y FIBRILACIÓN AURICULAR Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.	Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO , con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES , en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY .
PARTIDA 7 RENGLÓN 86. ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. ELECTROCARDÍOGRAFO DE 12 DERIVACIONES. 7. FILTRO MUSCULAR EN EL RANGO DE 5 A 140 HZ.	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 7: SE SOLICITA FILTRO MUSCULAR EN EL RANGO DE 5 A 140 HZ Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.	Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO , con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES , en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY .
PARTIDA 7 RENGLÓN 87. ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.	EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3: SE SOLICITA LONGITUD TOTAL DE LA	Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO , con fundamento en el numeral 12.

REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO
<p>MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA.</p> <p>3. LONGITUD TOTAL DE LA MESA 215 CM (+/- 5 CM). BASE Y COLUMNA CON CUBIERTA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE AL ALTO IMPACTO Y CON ASEPSIA OPTIMIZADA.</p> <p>10. CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS, CON TECLADO RETROILUMINADO, BOTONES DE COLORES, INDICADORES LED QUE VALIDAN LOS POSICIONAMIENTOS.</p>	<p>MESA 215 CM (+/- 5 CM). BASE Y COLUMNA CON CUBIERTA DE PLÁSTICO ABS RESISTENTE AL ALTO IMPACTO Y CON ASEPSIA OPTIMIZADA Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.</p> <p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 10: SE SOLICITA CONTROL REMOTO O DE MANO ALÁMBRICO PARA LOS MOVIMIENTOS ELECTROHIDRÁULICOS, CON TECLADO RETROILUMINADO, BOTONES DE COLORES, INDICADORES LED QUE VALIDAN LOS POSICIONAMIENTOS Y EL PARTICIPANTE EN SU PROPUESTA TÉCNICA NO LO OFERTA.</p>	<p>DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>
<p><u>PARTIDA 7 RENGLÓN 87.</u></p> <p>EVALUACIÓN DE MUESTRA FÍSICA.</p> <p>PARTIDA 2 RENGLÓN 20: CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO</p>	<p>EL PARTICIPANTE NO CUMPLE CON LA EVALUACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, DERIVADO DE LO SIGUIENTE.</p> <p>LA MUESTRA FÍSICA NO CUENTA CON CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS O INTEGRADOS EN BARANDALES, CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE.</p> <p>LA MUESTRA FÍSICA CUENTA CON DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 195 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO, Y SE SOLICITA DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 198 CM DE LARGO X 90 CM DE ANCHO, COMO MÍNIMO.</p>	<p>Por el motivo ante expuesto, se DESECHA la PROPUESTA del PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO, con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b) de las BASES, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la LEY.</p>

III. Los PARTICIPANTES MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V., para la Partida 9, ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V., para la Partida 2, CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V., para la Partida 3, SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., para las Partidas 10 y 12, ISULMED S. DE R.L. DE C.V., para las Partidas 4 y 12, SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., para las Partidas 6 y 7, TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. para la Partida 1 y DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V. para las Partidas 5, 8 y 13, CUMPLEN con todos los Requisitos Técnicos solicitados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las BASES.

Quinto. PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS SE DESECHAN.

I. En términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la PROPUESTA del PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO S.A. DE C.V. para la Partida 1, se DESECHA por la razón motivada que se indica en el apartado CONSIDERANDO punto cuarto numeral I, del presente FALLO, con fundamento en el numeral 12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso



b) de las **BASES**, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

I. En términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO** para las **Partidas 2, 4 y 7**, se **DESECHA** por la razón motivada que se indica en el apartado **CONSIDERANDO** punto cuarto numeral II, del presente **FALLO**, con fundamento en el numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES inciso b)** de las **BASES**, en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sexto. PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.**, para la **Partida 9**, **ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.**, para la **Partida 2**, **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, para la **Partida 3**, **SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 10 y 12**, **ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**, para las **Partidas 4 y 12**, **SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 6 y 7**, **TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.** para la **Partida 1** y **DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.** para las **Partidas 5, 8 y 13**, **CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos **Legales Administrativos** y **Técnicos** establecidos en las bases de la convocatoria y en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, por lo que se califican como **SOLVENTES** sus **PROPUESTAS** y son susceptibles de **Evaluación Económica**.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**, se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establece el numeral 9.2 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elaboró el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado de las **PROPOSICIONES** presentadas que resultaron solventes en la **Evaluación Legal-Administrativa y Técnica**, toda vez que, si bien es cierto que los **PARTICIPANTES MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.**, para la **Partida 9**, **ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.**, para la **Partida 2**, **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, para la **Partida 3**, **SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 10 y 12**, **ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**, para las **Partidas 4 y 12**, **SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 6 y 7**, **TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.** para la **Partida 1** y **DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.** para las **Partidas 5, 8 y 13**, reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, y que no rebase el presupuesto autorizado para el presente **PROCEDIMIENTO LICITATORIO**, observándose el siguiente resultado:

Partida	Renglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VRIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPI M	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM
1	1	ALACENA ALTA DE 90 CM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	\$3,074.53
1	2	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA	\$7,256.83

Partida	Renglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
1	3	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$8,939.88
1	4	BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,799.49
1	5	BANCO DE ALTURA DE UN PELDAÑO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$914.76
1	6	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,592.52
1	7	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,647.09
1	8	BOTE PARA BASURA TIPO MUNICIPAL DE ACERO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,656.17
1	9	BOTE SANITARIO CON PEDAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$958.45
1	10	CARRO PORTA EXPEDIENTES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$11,727.86
1	11	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$11,113.81
1	12	SILLA CAMA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$5,004.34
1	13	SILLA DE POLIPROPILENO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,592.58
1	14	SILLA DE VISITA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,100.42
1	15	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,076.43
1	16	SILLA SECRETARIAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,559.97
1	17	LAVADORA INDUSTRIAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$814,712.39
1	18	RELOJ PARA QUIRÓFANO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,345.97
1	19	SECADORA INDUSTRIAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$373,991.68
2	20	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	NO COTIZA		\$130,020.00	-9.35%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$143,431.59
3	21	ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	NO COTIZA		NO COTIZA		\$40,000.00	-3.86%	NO COTIZA		\$41,607.63
3	22	BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD	NO COTIZA		NO COTIZA		\$540,000.00	-4.56%	NO COTIZA		\$565,829.84
3	23	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$15,000.00	5.62%	NO COTIZA		\$14,174.85
3	24	BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBES	NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,300.00	-2.64%	NO COTIZA		\$10,578.93
3	25	BOTE PARA RPBI	NO COTIZA		NO COTIZA		\$880.00	-12.02%	NO COTIZA		\$1,000.26
3	26	CARRO CUNA CON BACINETE	NO COTIZA		NO COTIZA		\$16,000.00	-5.18%	NO COTIZA		\$16,874.18
3	27	DINAMÓMETRO DE MANO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$12,240.00	-7.44%	NO COTIZA		\$13,223.31
3	28	ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DINÁMICAS CON ULTRASONIDO (COMBO)	NO COTIZA		NO COTIZA		\$114,000.00	7.48%	NO COTIZA		\$123,212.55



Partida	Reglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICAL EQUIPMENT S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
3	29	EQUIPO DE LÁSER TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN	NO COTIZA		NO COTIZA		\$129,000.00	-6.69%	NO COTIZA		\$138,250.48
3	30	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,200.00	-9.01%	NO COTIZA		\$6,813.87
3	31	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,600.00	-8.58%	NO COTIZA		\$2,844.08
3	32	ESPIRÓMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$11,200.00	-10.34%	NO COTIZA		\$12,491.35
3	33	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$53,700.00	-14.98%	NO COTIZA		\$63,163.94
3	34	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$12,600.00	-8.98%	NO COTIZA		\$13,842.81
3	35	FLUJÓMETRO DE PARED SENCILLO CON ENTRADA TIPO PURITAN	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,110.00	-15.57%	NO COTIZA		\$2,499.23
3	36	FONODETECTOR FETAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,300.00	-20.05%	NO COTIZA		\$2,876.72
3	37	IMPEDANCIÓMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$260,000.00	-6.77%	NO COTIZA		\$278,879.96
3	38	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$37,000.00	5.89%	NO COTIZA		\$34,940.73
3	39	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$29,000.00	-8.80%	NO COTIZA		\$31,799.09
3	40	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PIERNERAS	NO COTIZA		NO COTIZA		\$50,800.00	-1.37%	NO COTIZA		\$51,506.06
3	41	OXÍMETRO DE PULSO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,140.00	-11.49%	NO COTIZA		\$1,287.99
3	42	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	NO COTIZA		NO COTIZA		\$93,000.00	-5.37%	NO COTIZA		\$98,273.02
3	43	REPOSET PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$31,500.00	-7.56%	NO COTIZA		\$34,075.60
3	44	SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN	NO COTIZA		NO COTIZA		\$103,000.00	-8.68%	NO COTIZA		\$112,787.43
3	45	SIERRA PARA CORTAR YESO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,000.00	-12.19%	NO COTIZA		\$14,804.94
3	46	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON ELEVAPIERNAS Y FRENOS, PARA PACIENTES OBESOS	NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,500.00	-11.29%	NO COTIZA		\$10,708.69
3	47	TERMÓMETRO DIGITAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$128.00	-9.07%	NO COTIZA		\$140.76
3	48	UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES	NO COTIZA		NO COTIZA		\$135,000.00	-10.53%	NO COTIZA		\$150,881.97
4	49	BURO HOSPITALARIO CON CAJON	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,571.91
4	50	CARRO DE CURACIONES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$24,661.95
4	51	CARRO DE DISTRIBUCIÓN PARA FARMACIA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$23,139.51
4	52	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,433.26
4	53	MESA ALTA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$24,952.12
4	54	MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$50,309.77
4	55	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$23,404.71
4	56	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$27,016.43

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



Partida	Reglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
4	57	MESA MAYO CON CHAROLA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,677.91
4	58	MESA PASTEUR CON CAJON	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,731.55
4	59	MESA PUENTE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,889.48
4	60	NEGATOSCOPIO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$18,876.13
4	61	PORTAVENOCLISIS RODABLE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,240.09
4	62	VITRINA ALTA CON PUERTA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS CON LLAVE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$8,538.24
5	63	AUDIÓMETRO CLÍNICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$208,914.72
5	64	AUTORREFRACTOR CON QUERATÓMETRO AJUSTE AUTOMÁTICO Y MENTONERA CON MOVIMIENTO MOTORIZADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$257,280.09
5	65	CÁMARA SONOAMORTIGUADA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$283,635.58
5	66	CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$560,377.51
5	67	CARDIOTOCÓGRAFO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$154,590.59
5	68	COLPOSCOPIO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$158,318.97
5	69	FORÓPTERO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$83,577.19
5	70	LÁMPARA CON LUPA DE 5 DIOPTRÍAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,621.90
5	71	LÁMPARA DE HENDIDURA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$148,366.26
5	72	RETINOSCOPIO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$20,917.38
5	73	SISTEMA DE FOTOTERAPIA CON COLCHON	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$255,184.80
5	74	TONÓMETRO DIGITAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$205,726.92
5	75	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$157,225.20
5	76	UNIDAD OFTALMOLÓGICA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$299,845.23
5	77	UNIDAD PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$143,016.54
6	78	CISTOURETROSCOPIO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$670,670.89
6	79	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$666,840.03
6	80	INCUBADORA DE TRASLADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$754,262.13
6	81	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$912,948.41
6	82	SISTEMA DUAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE E INCUBADORA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,231,218.80
6	83	VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,465,262.70



Partida	Renglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICAL EQUIPMENT S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
		OSCILATORIA									
7	84	CAMILLA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$241,656.85
7	85	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, COMPATIBLE CON MONITORES INALÁMBRICOS AVANZADOS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$753,656.07
7	86	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$178,542.61
7	87	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,940,690.68
8	88	CRIOSTATO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$620,577.57
8	89	DENSÍMETRO PARA ORINA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,769.15
8	90	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL PARA PATOLOGIA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$219,770.18
8	91	MICROSCOPIO DE PEDESTAL O DE PARED CON OCULARES 12.5 X RECTOS U OBLICUOS Y OBJETIVO CON DISTANCIA FOCAL DE 200 O 200 MM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$310,516.91
8	92	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA CAMPO CLARO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$116,309.79
8	93	MICRÓTOMO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$347,434.32
9	94	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	\$425,000.00	-5.52%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$449,827.24
9	95	ECOCARDIOGRAFO PORTATIL	\$580,000.00	-14.24%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$676,288.72
9	96	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	\$1,592,000.00	-7.34%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,718,119.82
9	97	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	\$108,100.00	-6.56%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$115,693.75
10	98	RESONADOR MAGNETICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$23,990,000.00	-23.45%	\$31,338,997.32
10	99	ULTRASONIDO DOPPLER COLOR, CON TRANSDUCTOR SECTORIAL, LINEAL Y CONVEXO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,300,000.00	-9.28%	\$2,535,169.74
11	100	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE RPBI	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		---
12	101	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTÁNDAR	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,678.16	-3.01%	\$4,823.53
12	102	ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,832.91	-2.35%	\$3,925.27
12	103	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR DE 15 MM LONGITUD 150 MM.	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$641.94	0.86%	\$636.45
12	104	ARCO YOUNG, PORTA DIQUE DE HULE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$604.67	3.39%	\$584.87
12	105	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,213.14	4.14%	\$1,164.87
12	106	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$709.62	5.64%	\$671.74

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



Partida	Renglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
12	107	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO Nº 4	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$605.19	11.52%	\$542.66
12	108	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 2 A 2.5 LITROS DE CAPACIDAD	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,321.12	8.67%	\$1,215.76
12	109	CÁNULA DE NOVAK CALIBRE 2	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,267.93	9.43%	\$1,158.69
12	110	CÁNULA PARA VÍAS LAGRIMALES, RECTA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,109.41	0.89%	\$2,090.82
12	111	CÁNULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, CURVA LARGA REFORZADA, PUNTA REDONDA, 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM DE LONGITUD	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,584.19	-0.79%	\$2,604.66
12	112	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM (+/- 1 CM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,221.36	-1.74%	\$1,242.93
12	113	CUCHARILLA LUCAS ODONTOLÓGICA, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD (+/- 1 CM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,304.77	2.33%	\$1,275.01
12	114	CUCHARILLA PIFFARD PARA DERMIS CON ARILLO OVAL. LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,548.29	1.22%	\$3,505.66
12	115	CUCHILLO ANGULADO DE PARACENTESIS O MIRINGOTOMÍA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,551.11	-2.25%	\$2,609.82
12	116	DIAPASÓN HARTMAN, DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128,256, 512, 1024 Y 2048 HZ	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,022.44	-8.67%	\$9,878.51
12	117	DILATADOR LAGRIMAL WILDER CON PUNTA DE AGUJA DE 30 MM. LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$808.27	3.20%	\$783.19
12	118	DILATADORES URETRALES VAN BUREN, CON JUEGO DE 12 PIEZAS, EN CALIBRES DE 8 A 30 FR	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,958.46	5.45%	\$13,237.36
12	119	ESPACIADOR MA57	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$618.88	10.62%	\$559.48
12	120	FRAZIER, CON VÁLVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 12 FR DE CALIBRE (4 MM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,366.49	6.16%	\$1,287.22
12	121	GANCHO DE UNA GARRA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,238.19	13.60%	\$1,089.96
12	122	GONIÓMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,639.87	3.40%	\$2,553.18
12	123	GUBIA PARA CUERPOS EXTRAÑOS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,278.34	8.13%	\$2,106.96
12	124	JUEGO DE ASPIRADORES DE OÍDO NO. 16 G, 18 G Y 20 G	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,717.28	-2.75%	\$4,850.56
12	125	LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,334.54	6.52%	\$1,252.87
12	126	LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRÍAS CRUZADAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,520.30	-6.19%	\$1,620.67
12	127	PINZA CONJUNTIVA RECTA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$706.40	-6.77%	\$757.70

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



Partida	Reglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICAL EQUIPMENT S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
12	128	PINZA DE BAYONETA TIPO COHEN O CUSHING	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$761.58	1.28%	\$751.98
12	129	PINZA DE CAIMÁN	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,854.17	-6.01%	\$3,036.68
12	130	PINZA DE CAIMÁN TIPO WULLSTEIN	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,100.58	-6.37%	\$13,991.77
12	131	PINZA DE COPAS TIPO WULLSTEIN	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,028.80	-4.34%	\$13,620.50
12	132	PINZA DE CURVA DE IRIS (SIN DIENTES)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$703.16	-4.06%	\$732.89
12	133	PINZA DE DEPILACIÓN QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$903.11	-1.69%	\$918.59
12	134	PINZA DE FIJACIÓN KREMER, ANGULADA DE 13 MM, CON SEGURO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$14,334.48	-6.94%	\$15,404.30
12	135	PINZA DE LA ROSA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,441.79	2.30%	\$1,409.39
12	136	PINZA DESMARRÉS, MEDIANA, LONGITUD DE 90 MM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$5,636.87	-4.45%	\$5,899.15
12	137	PINZA EXTRACTORA DE DISPOSITIVO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,284.36	-0.35%	\$1,288.91
12	138	PINZA HOW CURVA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,223.46	5.38%	\$1,161.04
12	139	PINZA HOW RECTA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,223.46	-1.72%	\$1,244.82
12	140	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$601.11	-2.83%	\$618.60
12	141	PINZA PARA ABOMBAR	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,281.60	-7.29%	\$1,382.31
12	142	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS DERECHA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,462.70	-7.33%	\$3,736.42
12	143	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS IZQUIERDA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,462.70	-2.13%	\$3,537.89
12	144	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,951.74	-4.20%	\$4,124.80
12	145	PINZA ROCHESTER PEAN DE 200 A 205 MM.	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$701.28	-1.67%	\$713.20
12	146	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2.5 CM DE LONGITUD (+/- 5 MM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,137.94	-11.76%	\$2,422.87
12	147	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD (+/- 1CM)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,155.73	-2.47%	\$3,235.53
12	148	SET DE CESÁREA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$71,300.84	-2.36%	\$73,022.50
12	149	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$145,622.70	0.56%	\$144,817.97
12	150	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$489.31	0.35%	\$487.59
13	151	CAJA CON JUEGO DE LENTES PARA PRUEBAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,018.44
13	152	COMPÁS DE WEBER	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,250.77

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Partida	Renglón	Descripción	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.		ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.		CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.		SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
13	153	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,929.88
13	154	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,314.68
13	155	JUEGO DE HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS NEONATALES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,993.85
13	156	JUEGO DE SONDAS EXPLORADORAS PARA VÍAS LAGRIMALES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,534.03
13	157	JUEGO HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$12,877.22
13	158	LÁPIZ LIGADOR	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,030.64
13	159	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON HOJAS CURVAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$19,200.03
13	160	LUPA ANAESFÉRICA DE 20 DIOPTRÍAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$14,553.69

Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
1	1	ALACENA ALTA DE 90 CM	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,900.65	-5.66%	NO COTIZA		\$3,074.53
1	2	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,600.73	-9.04%	NO COTIZA		\$7,256.83
1	3	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	NO COTIZA		NO COTIZA		\$7,304.04	-18.30%	NO COTIZA		\$8,939.88
1	4	BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS	NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,258.09	-5.52%	NO COTIZA		\$9,799.49
1	5	BANCO DE ALTURA DE UN PELDAÑO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$769.55	-15.87%	NO COTIZA		\$914.76
1	6	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,341.90	-5.46%	NO COTIZA		\$4,592.52
1	7	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,430.65	-5.93%	NO COTIZA		\$3,647.09
1	8	BOTE PARA BASURA TIPO MUNICIPAL DE ACERO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,235.53	-11.50%	NO COTIZA		\$3,656.17
1	9	BOTE SANITARIO CON PEDAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$850.05	-11.31%	NO COTIZA		\$958.45
1	10	CARRO PORTA EXPEDIENTES	NO COTIZA		NO COTIZA		\$11,107.95	-5.29%	NO COTIZA		\$11,727.86
1	11	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,208.49	-8.15%	NO COTIZA		\$11,113.81
1	12	SILLA CAMA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,786.24	-4.36%	NO COTIZA		\$5,004.34
1	13	SILLA DE POLIPROPILENO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,575.06	-1.10%	NO COTIZA		\$1,592.58

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SEC.GSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 107 | 128



Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
1	14	SILLA DE VISITA	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,760.21	-16.20%	NO COTIZA		\$2,100.42
1	15	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,888.54	-4.61%	NO COTIZA		\$4,076.43
1	16	SILLA SECRETARIAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,202.85	-10.03%	NO COTIZA		\$3,559.97
1	17	LAVADORA INDUSTRIAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$706,500.00	-13.28%	NO COTIZA		\$814,712.39
1	18	RELOJ PARA QUIRÓFANO	NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,287.99	-2.47%	NO COTIZA		\$2,345.97
1	19	SECADORA INDUSTRIAL	NO COTIZA		NO COTIZA		\$306,000.00	-18.18%	NO COTIZA		\$373,991.68
2	20	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$143,431.59
3	21	ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$41,607.63
3	22	BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$565,829.84
3	23	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$14,174.85
3	24	BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,578.93
3	25	BOTE PARA RPBI	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,000.26
3	26	CARRO CUNA CON BACINETE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$16,874.18
3	27	DINAMÓMETRO DE MANO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,223.31
3	28	ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DINÁMICAS CON ULTRASONIDO (COMBO)	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$123,212.55
3	29	EQUIPO DE LÁSER TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$138,250.48
3	30	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,813.87
3	31	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,844.08
3	32	ESPIRÓMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$12,491.35
3	33	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$63,163.94
3	34	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,842.81
3	35	FLUJÓMETRO DE PARED SENCILLO CON ENTRADA TIPO PURITAN	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,499.23
3	36	FONODETECTOR FETAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,876.72
3	37	IMPEDANCIÓMETRO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$278,879.96
3	38	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$34,940.73
3	39	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$31,799.09
3	40	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PIERNERAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$51,506.06

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ.

Página 108 | 128

Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
3	41	OXÍMETRO DE PULSO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,287.99
3	42	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$98,273.02
3	43	REPOSET PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$34,075.60
3	44	SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$112,787.43
3	45	SIERRA PARA CORTAR YESO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$14,804.94
3	46	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON ELEVAPIERNAS Y FRENOS, PARA PACIENTES OBESOS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,708.69
3	47	TERMÓMETRO DIGITAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$140.76
3	48	UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$150,881.97
4	49	BURO HOSPITALARIO CON CAJON	\$6,078.00	-7.52%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,571.91
4	50	CARRO DE CURACIONES	\$20,900.00	-15.25%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$24,661.95
4	51	CARRO DE DISTRIBUCIÓN PARA FARMACIA	\$19,540.00	-15.56%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$23,139.51
4	52	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	\$2,200.00	-9.59%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,433.26
4	53	MESA ALTA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	\$21,760.00	-12.79%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$24,952.12
4	54	MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS	\$43,400.00	-13.73%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$50,309.77
4	55	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	\$20,740.00	-11.39%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$23,404.71
4	56	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA	\$24,900.00	-7.83%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$27,016.43
4	57	MESA MAYO CON CHAROLA	\$9,300.00	-12.90%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,677.91
4	58	MESA PASTEUR CON CAJON	\$9,670.00	-9.89%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,731.55
4	59	MESA PUENTE	\$9,840.00	-9.64%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$10,889.48
4	60	NEGATOSCOPIO	\$17,310.00	-8.30%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$18,876.13
4	61	PORTAVENOCLISIS RODABLE	\$5,612.00	-10.07%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$6,240.09
4	62	VITRINA ALTA CON PUERTA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS CON LLAVE	\$7,700.00	-9.82%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$8,538.24
5	63	AUDIÓMETRO CLÍNICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$190,000.00	-9.05%	\$208,914.72
5	64	AUTORREFRACTOR CON QUERATÓMETRO AJUSTE AUTOMÁTICO Y MENTONERA CON MOVIMIENTO MOTORIZADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$243,000.00	-5.55%	\$257,280.09
5	65	CÁMARA SONOAMORTIGUADA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$262,300.00	-7.52%	\$283,635.58
5	66	CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$517,800.00	-7.60%	\$560,377.51

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ



Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	* PUIM
5	67	CARDIOTOCÓGRAFO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$136,000.00	-12.03%	\$154,590.59
5	68	COLPOSCOPIO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$146,000.00	-7.78%	\$158,318.97
5	69	FORÓPTERO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$82,000.00	-1.89%	\$83,577.19
5	70	LÁMPARA CON LUPA DE 5 DIOPTRÍAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,445.00	-6.75%	\$2,261.90
5	71	LÁMPARA DE HENDIDURA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$138,300.00	-6.78%	\$148,366.26
5	72	RETINOSCOPIO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$19,000.00	-9.17%	\$20,917.38
5	73	SISTEMA DE FOTOTERAPIA CON COLCHON	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$232,000.00	-9.09%	\$255,184.80
5	74	TONÓMETRO DIGITAL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$194,200.00	-5.60%	\$205,726.92
5	75	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$147,200.00	-6.38%	\$157,225.20
5	76	UNIDAD OFTALMOLÓGICA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$293,435.00	-2.14%	\$299,845.23
5	77	UNIDAD PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$136,800.00	-4.35%	\$143,016.54
6	78	CISTOURETROSCOPIO	NO COTIZA		\$650,000.00	-3.08%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$670,670.89
6	79	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	NO COTIZA		\$644,000.00	-3.43%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$666,840.03
6	80	INCUBADORA DE TRASLADO	NO COTIZA		\$690,000.00	-8.52%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$754,262.13
6	81	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	NO COTIZA		\$880,000.00	-3.61%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$912,948.41
6	82	SISTEMA DUAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE E INCUBADORA	NO COTIZA		\$1,212,000.00	-1.56%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,231,218.80
6	83	VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	NO COTIZA		\$1,433,000.00	-2.20%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,465,262.70
7	84	CAMILLA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO	NO COTIZA		\$235,000.00	-2.75%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$241,656.85
7	85	CENTRAL DE MONITOREO PARA MULTIPLES CAMAS, COMPATIBLE CON MONITORES INALÁMBRICOS AVANZADOS	NO COTIZA		\$732,000.00	-2.87%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$753,656.07
7	86	ELECTROCARDÍOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	NO COTIZA		\$140,000.00	-21.59%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$178,542.61
7	87	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	NO COTIZA		\$1,903,400.00	-1.92%	NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,940,690.68
8	88	CRIOSTATO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$581,360.00	-6.32%	\$620,577.57
8	89	DENSÍMETRO PARA ORINA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,600.00	-9.56%	\$1,769.15
8	90	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL PARA PATOLOGÍA	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$200,000.00	-9.00%	\$219,770.18
8	91	MICROSCOPIO DE PEDESTAL O DE PARED CON OCULARES 12.5 X RECTOS U OBLICUOS Y OBJETIVO CON DISTANCIA FOCAL DE 200 O 200 MM	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$298,000.00	-4.03%	\$310,516.91

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 110 | 128



Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
8	92	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA CAMPO CLARO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$110,000.00	-5.42%	\$116,309.79
8	93	MICRÓTOMO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$324,800.00	-6.51%	\$347,434.32
9	94	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$449,827.24
9	95	ECOCARDIOGRAFO PORTATIL	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$676,288.72
9	96	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,718,119.82
9	97	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$115,693.75
10	98	RESONADOR MAGNETICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$31,338,997.32
10	99	ULTRASONIDO DOPPLER COLOR, CON TRANSDUCTOR SECTORIAL, LINEAL Y CONVEXO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,535,169.74
11	100	EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE RPBI	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		---
12	101	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTÁNDAR	\$4,535.00	-5.98%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,823.53
12	102	ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM	\$3,540.00	-9.82%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,925.27
12	103	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR DE 15 MM LONGITUD 150 MM.	\$580.00	-8.87%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$636.45
12	104	ARCO YOUNG, PORTA DIQUE DE HULE	\$510.00	-12.80%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$584.87
12	105	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA)	\$1,056.00	-9.35%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,164.87
12	106	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7	\$630.00	-6.21%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$671.74
12	107	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO N° 4	\$500.00	-7.86%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$542.66
12	108	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 2 A 2.5 LITROS DE CAPACIDAD	\$1,150.00	-5.41%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,215.76
12	109	CÁNULA DE NOVAK CALIBRE 2	\$1,056.00	-8.86%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,158.69
12	110	CÁNULA PARA VÍAS LAGRIMALES, RECTA	\$1,900.00	-9.13%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,090.82
12	111	CÁNULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, CURVA LARGA REFORZADA, PUNTA REDONDA, 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM DE LONGITUD	\$2,300.00	-11.70%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,604.66
12	112	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM (+/- 1 CM)	\$1,160.00	-6.67%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,242.93
12	113	CUCHARILLA LUCAS ODONTOLÓGICA, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD (+/- 1 CM)	\$1,100.00	-13.73%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,275.01
12	114	CUCHARILLA PIFFARD PARA DERMIS CON ARILLO OVAL LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM)	\$3,300.00	-5.87%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,505.66

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 111 | 128



Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
12	115	CUCHILLO ANGULADO DE PARACENTESIS O MIRINGOTOMÍA	\$2,300.00	-11.87%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,609.82
12	116	DIAPASÓN HARTMAN, DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128,256, 512, 1024 Y 2048 HZ	\$8,752.00	-11.40%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,878.51
12	117	DILATADOR LAGRIMAL WILDER CON PUNTA DE AGUJA DE 30 MM. LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM)	\$690.00	-11.90%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$783.19
12	118	DILATADORES URETRALES VAN BUREN, CON JUEGO DE 12 PIEZAS, EN CALIBRES DE 8 A 30 FR	\$12,008.00	-9.29%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,237.36
12	119	ESPACIADOR MA57	\$520.00	-7.06%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$559.48
12	120	FRAZIER, CON VÁLVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 12 FR DE CALIBRE (4 MM)	\$1,160.00	-9.88%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,287.22
12	121	GANCHO DE UNA GARRA	\$1,000.00	-8.25%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,089.96
12	122	GONIÓMETRO	\$2,370.00	-7.17%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,553.18
12	123	GUBIA PARA CUERPOS EXTRAÑOS	\$1,848.00	-12.29%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,106.96
12	124	JUEGO DE ASPIRADORES DE OÍDO NO. 16 G, 18 G Y 20 G	\$4,530.00	-6.61%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,850.56
12	125	LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO	\$1,100.00	-12.20%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,252.87
12	126	LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRÍAS CRUZADAS	\$1,430.00	-11.76%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,620.67
12	127	PINZA CONJUNTIVA RECTA	\$690.00	-8.93%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$757.70
12	128	PINZA DE BAYONETA TIPO COHEN O CUSHING	\$700.00	-6.91%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$751.98
12	129	PINZA DE CAIMÁN	\$2,700.00	-11.09%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,036.68
12	130	PINZA DE CAIMÁN TIPO WULLSTEIN	\$12,480.00	-10.80%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,991.77
12	131	PINZA DE COPAS TIPO WULLSTEIN	\$12,640.00	-7.20%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,620.50
12	132	PINZA DE CURVA DE IRIS (SIN DIENTES)	\$650.00	-11.31%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$732.89
12	133	PINZA DE DEPILACIÓN QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE	\$810.00	-11.82%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$918.59
12	134	PINZA DE FIJACIÓN KREMER, ANGULADA DE 13 MM, CON SEGURO	\$13,957.00	-9.40%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$15,404.30
12	135	PINZA DE LA ROSA	\$1,300.00	-7.76%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,409.39
12	136	PINZA DESMARRÉS, MEDIANA, LONGITUD DE 90 MM	\$5,400.00	-8.46%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$5,899.15
12	137	PINZA EXTRACTORA DE DISPOSITIVO	\$1,180.00	-8.45%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,288.91

Partida	Renglón	Descripción	ISULMED S. DE R.L. DE C.V.		SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.		TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.		DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.		* PUIM
			Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	Precio Unitario antes de IVA	* VPIM	
12	138	PINZA HOW CURVA	\$1,100.00	-5.26%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,161.04
12	139	PINZA HOW RECTA	\$1,100.00	-11.63%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,244.82
12	140	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM	\$528.00	-14.65%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$618.60
12	141	PINZA PARA ABOMBAR	\$1,200.00	-13.19%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,382.31
12	142	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS DERECHA	\$3,200.00	-14.36%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,736.42
12	143	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS IZQUIERDA	\$3,200.00	-9.55%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,537.89
12	144	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM	\$3,700.00	-10.30%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$4,124.80
12	145	PINZA ROCHESTER PEAN DE 200 A 205 MM.	\$650.00	-8.86%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$713.20
12	146	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2.5 CM DE LONGITUD (+/- 5 MM)	\$2,060.00	-14.98%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,422.87
12	147	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD (+/- 1CM)	\$3,000.00	-7.28%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,235.53
12	148	SET DE CESÁREA	\$67,000.00	-8.25%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$73,022.50
12	149	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL	\$138,300.00	-4.50%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$144,817.97
12	150	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	\$426.00	-12.63%	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$487.59
13	151	CAJA CON JUEGO DE LENTES PARA PRUEBAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$11,600.00	-10.90%	\$13,018.44
13	152	COMPÁS DE WEBER	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,163.90	-3.86%	\$2,250.77
13	153	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$2,731.00	-6.79%	\$2,929.88
13	154	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$1,200.00	-8.72%	\$1,314.68
13	155	JUEGO DE HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS NEONATALES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$9,000.00	-9.94%	\$9,993.85
13	156	JUEGO DE SONDAS EXPLORADORAS PARA VÍAS LAGRIMALES	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$3,200.00	-9.45%	\$3,534.03
13	157	JUEGO HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$12,000.00	-6.81%	\$12,877.22
13	158	LÁPIZ LIGADOR	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$920.00	-10.74%	\$1,030.64
13	159	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON HOJAS CURVAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$16,900.00	-11.98%	\$19,200.63
13	160	LUPA ANAESFÉRICA DE 20 DIOPTRÍAS	NO COTIZA		NO COTIZA		NO COTIZA		\$13,000.00	-10.68%	\$14,553.69

* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

* PUIM – Precio Unitario antes de IVA del resultado del Investigación de Mercado.



De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de la propuesta solvente más económica para cada una de las partidas con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado se encuentra dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que las **PROPUESTAS** económicas de los **PARTICIPANTES MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.**, para la **Partida 9, ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.**, para la **Partida 2, CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, para la **Partida 3, SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**, para la **Partida 10, ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**, para las **Partidas 4 y 12, SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 6 y 7, TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.** para la **Partida 1 y DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.** para las **Partidas 5, 8 y 13**, son las más convenientes además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la **LEY** del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

PROPOSICIONES:

Primero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.**, para la **Partida 9**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre “**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”, por un monto de **\$21,122,788.00** (Veintiún millones ciento veinte y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
9	94	CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO	7	EQUIPO	NIHON KOHDEN / CARDIOLIFE TEC-5600	\$425,000.00	\$2,975,000.00
	95	ECOCARDIOGRAFO PORTATIL	11	EQUIPO	ADVANCED / DUS-5000+	\$580,000.00	\$6,380,000.00
	96	MAQUINA DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4	EQUIPO	MINDRAY/Wato 35 + EPM12 C	\$1,592,000.00	\$6,368,000.00
	97	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	23	EQUIPO	MINDRAY / EPM12C Básico con base pedestal	\$108,100.00	\$2,486,300.00
						SUBTOTAL	\$18,209,300.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Veintiún millones ciento veinte y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$2,913,488.00
						TOTAL	\$21,122,788.00

Segundo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.**, para la **Partida 2**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre “**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”, por un monto de **\$14,026,557.60** (Catorce millones veintiséis mil quinientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las



especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
2	20	CAMA DE HOSPITALIZACIÓN ELÉCTRICA PARA ADULTO	93	EQUIPO	HILL-ROM / CENTURIS PRO	\$130,020.00	\$12,091,860.00
						SUBTOTAL	\$12,091,860.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Catorce millones veintiséis mil quinientos cincuenta y siete pesos 60/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$1,934,697.60
						TOTAL	\$14,026,557.60

Tercero. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, para la **Partida 3**, relacionada en la LICITACIÓN de nombre "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO", por un monto de **\$16,677,143.68** (Dieciséis millones seiscientos setenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.) con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
3	21	ASPIRADOR DE SUCCION CONTINUA E INTERMITENTE	16	EQUIPO	BAME 185	\$40,000.00	\$640,000.00
	22	BAÑO DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD	1	EQUIPO	FORZEK TNE HUBBARD	\$540,000.00	\$540,000.00
	23	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON ESTADÍMETRO	60	EQUIPO	SECA 703	\$15,000.00	\$900,000.00
	24	BÁSCULA ELECTRÓNICA PESA BEBES	17	EQUIPO	SECA 354 M	\$10,300.00	\$175,100.00
	25	BOTE PARA RPBI	15	PIEZA	HQ HQ-30	\$880.00	\$13,200.00
	26	CARRO CUNA CON BACINETE	45	PIEZA	HERLIS HM97	\$16,000.00	\$720,000.00
	27	DINAMÓMETRO DE MANO	2	EQUIPO	FABRICATION ENTERPRISES DINAMÓMETRO HIDRÁULICO DE MANO, 90 KGS (FE-120241)	\$12,240.00	\$24,480.00
	28	ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE BAJO VOLTAJE Y CORRIENTES DINÁMICAS CON ULTRASONIDO (COMBO)	4	EQUIPO	CHATTANOOGA Intellect® Advanced Combo (C-2772MC)	\$114,000.00	\$456,000.00
	29	EQUIPO DE LÁSER TERAPÉUTICO PARA REHABILITACIÓN	1	EQUIPO	CHATTANOOGA Intellect® Mobile Láser con Diodo de 850nm 100mW (C/2779/840)	\$129,000.00	\$129,000.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
	30	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	40	EQUIPO	Kawe MASTERMED C DE PARED	\$6,200.00	\$248,000.00
	31	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO	5	EQUIPO	Kawe MASTERMED A1	\$2,600.00	\$13,000.00
	32	ESPIRÓMETRO	1	PIEZA	CONTEC SP-10	\$11,200.00	\$11,200.00
	33	ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA	5	EQUIPO	LORMA AV-29	\$53,700.00	\$268,500.00
	34	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO	63	PIEZA	WELCH ALLYN POCKET JUNIOR	\$12,600.00	\$793,800.00
	35	FLUJÓMETRO DE PARED SENCILLO CON ENTRADA TIPO PURITAN	46	PIEZA	ARMED ARD-982304	\$2,110.00	\$97,060.00
	36	FONODETECTOR FETAL	24	EQUIPO	HERGOM (Xignal) POKET FETAL DOPPLER (DOPBF)	\$2,300.00	\$55,200.00
	37	IMPEDANCIÓMETRO	1	EQUIPO	INTERACUSTICS AT234	\$260,000.00	\$260,000.00
	38	LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA	92	EQUIPO	WELCH ALLYN LAMPARA DE EXAMEN GS IV	\$37,000.00	\$3,404,000.00
	39	LAMPARA DE FOTOTERAPIA DE PEDESTAL	7	EQUIPO	BISTOS BT-400	\$29,000.00	\$203,000.00
	40	MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL CON PIERNERAS	79	PIEZA	ESGO MES209	\$50,800.00	\$4,013,200.00
	41	OXÍMETRO DE PULSO	11	EQUIPO	DRIVE MEDICAL MQ3200	\$1,140.00	\$12,540.00
	42	REFRIGERADOR PARA VACUNAS	10	EQUIPO	OJEDA RMBM-500	\$93,000.00	\$930,000.00
	43	REPOSET PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA	5	PIEZA	MEDICARE SILLON RECLINABLE	\$31,500.00	\$157,500.00
	44	SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN	1	EQUIPO	EEE 1500 MI	\$103,000.00	\$103,000.00
	45	SIERRA PARA CORTAR YESO	1	EQUIPO	HERGOM 5-379-5	\$13,000.00	\$13,000.00
	46	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON ELEVAPIERNAS Y FRENOS, PARA PACIENTES OBESOS	5	PIEZA	COMPANION M300-130	\$9,500.00	\$47,500.00
	47	TERMÓMETRO DIGITAL	106	PIEZA	HERGOM TD100	\$128.00	\$13,568.00
	48	UNIDAD DE COMPRESAS CALIENTES	1	EQUIPO	HYDROCOLLATOR® M-4	\$135,000.00	\$135,000.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Dieciséis millones seiscientos setenta y siete mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						SUBTOTAL	\$14,376,848.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
						I.V.A.	\$2,300,295.68
						TOTAL	\$16,677,143.68

Cuarto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**, para la **Partida 10**, relacionada en la LICITACIÓN de nombre “**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”, por un monto de **\$43,836,400.00 (Cuarenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
10	98	RESONADOR MAGNETICO	1	EQUIPO	PHILIPS / INGENIA	\$23,990,000.00	\$23,990,000.00
	99	ULTRASONIDO DOPPLER COLOR, CON TRANSDUCTOR SECTORIAL, LINEAL Y CONVEXO	6	EQUIPO	ESAOTE / MyLab9	\$2,300,000.00	\$13,800,000.00
						SUBTOTAL	\$37,790,000.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Cuarenta y tres millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$6,046,400.00
						TOTAL	\$43,836,400.00

Quinto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**, para las **Partidas 4 y 12**, relacionada en la LICITACIÓN de nombre “**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”, por un monto de **\$7,971,083.84 (Siete millones novecientos setenta y un mil ochenta y tres pesos 84/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del PARTICIPANTE cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la LICITACIÓN y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
4	49	BURO HOSPITALARIO CON CAJON	45	PIEZA	HERLIS / HM45	\$6,078.00	\$273,510.00
	50	CARRO DE CURACIONES	11	PIEZA	HERLIS / HM66	\$20,900.00	\$229,900.00
	51	CARRO DE DISTRIBUCIÓN PARA FARMACIA	6	PIEZA	HERLIS / HM267	\$19,540.00	\$117,240.00
	52	CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE	85	PIEZA	HERLIS / HM93	\$2,200.00	\$187,000.00
	53	MESA ALTA CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE	10	PIEZA	HERLIS / HM277	\$21,760.00	\$217,600.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/Modelo	Precio Unitario	Importe
	54	MESA ALTA CON TARJA Y TRAMPA PARA YESOS	13	PIEZA	HERLIS / HM182	\$43,400.00	\$564,200.00
	55	MESA CARRO ANESTESIOLOGO	1	PIEZA	HERLIS / HM133	\$20,740.00	\$20,740.00
	56	MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA	10	PIEZA	HERLIS / HM150	\$24,900.00	\$249,000.00
	57	MESA MAYO CON CHAROLA	50	PIEZA	HERLIS / HM200	\$9,300.00	\$465,000.00
	58	MESA PASTEUR CON CAJON	92	PIEZA	HERLIS / HM2011 ESPECIAL	\$9,670.00	\$889,640.00
	59	MESA PUENTE	45	PIEZA	HERLIS HM192	\$9,840.00	\$442,800.00
	60	NEGATOSCOPIO	70	EQUIPO	GREEN LED / GLTB1H2	\$17,310.00	\$1,211,700.00
	61	PORTAVENOCLISIS RODABLE	59	PIEZA	HERLIS / HM245	\$5,612.00	\$331,108.00
	62	VITRINA ALTA CON PUERTA DE CRISTAL PARA MEDICAMENTOS CON LLAVE	71	PIEZA	EUN / EUN-SOA121	\$7,700.00	\$546,700.00
	101	ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO ESTÁNDAR	1	PIEZA	TRAUMA / 8450-102	\$4,535.00	\$4,535.00
	102	ALVEOLOTOMO MEAD, PINZA GUBIA, LONGITUD 17 CM	1	PIEZA	TRAUMA / 7339-165	\$3,540.00	\$3,540.00
	103	APLICADOR LATHBURY TRIANGULAR DE 15 MM LONGITUD 150 MM.	2	PIEZA	TRAUMA / 8380-358	\$580.00	\$1,160.00
	104	ARCO YOUNG, PORTA DIQUE DE HULE	1	PIEZA	TRAUMA / 7332-924	\$510.00	\$510.00
	105	ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA)	1	PIEZA	TRAUMA / 8380-226	\$1,056.00	\$1,056.00
12	106	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO NO. 7	1	PIEZA	TRAUMA / 8110-175	\$630.00	\$630.00
	107	BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO N° 4	11	PIEZA	TRAUMA / 8110-167	\$500.00	\$5,500.00
	108	BUDINERA DE ACERO INOXIDABLE 2 A 2.5 LITROS DE CAPACIDAD	7	PIEZA	HERLIS / HL15	\$1,150.00	\$8,050.00
	109	CÁNULA DE NOVAK CALIBRE 2	2	PIEZA	TRAUMA / 8500-331	\$1,056.00	\$2,112.00
	110	CÁNULA PARA VIAS LAGRIMALES, RECTA	1	PIEZA	TRAUMA / 8380-322	\$1,900.00	\$1,900.00
	111	CÁNULA VAN ALYEA PARA SINUS FRONTAL, CURVA LARGA REFORZADA, PUNTA REDONDA, 2 MM DE DIAMETRO Y 11.5 CM	1	PIEZA	TRAUMA / 8400-212	\$2,300.00	\$2,300.00

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 118 | 128



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/Modelo	Precio Unitario	Importe
		DE LONGITUD					
	112	CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 49 X 32 CM (+/- 1 CM)	5	PIEZA	TRAUMA / 8117-150	\$1,160.00	\$5,800.00
	113	CUCHARILLA LUCAS ODONTOLÓGICA, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD (+/- 1 CM)	1	PIEZA	TRAUMA / 7279-130	\$1,100.00	\$1,100.00
	114	CUCHARILLA PIFFARD PARA DERMIS CON ARILLO OVAL. LONGITUD DE 16 CM (+/- 1 CM)	1	PIEZA	TRAUMA / 8185-186	\$3,300.00	\$3,300.00
	115	CUCHILLO ANGULADO DE PARACENTESIS O MIRINGOTOMÍA	3	PIEZA	TRAUMA / 8380-242	\$2,300.00	\$6,900.00
	116	DIAPASÓN HARTMAN, DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. JUEGO DE 5 CON FRECUENCIAS DE 128, 256, 512, 1024 Y 2048 HZ	1	JUEGO	TRAUMA / 8380-165JGO5	\$8,752.00	\$8,752.00
	117	DILATADOR LAGRIMAL WILDER CON PUNTA DE AGUJA DE 30 MM. LONGITUD DE 100 MM (+/- 10 MM)	1	PIEZA	TRAUMA / 8360-301	\$690.00	\$690.00
	118	DILATADORES URETRALES VAN BUREN, CON JUEGO DE 12 PIEZAS, EN CALIBRES DE 8 A 30 FR	3	JUEGO	TRAUMA / 8475-540JGO12	\$12,008.00	\$36,024.00
	119	ESPACIADOR MA57	3	PIEZA	TRAUMA / 7316-487	\$520.00	\$1,560.00
	120	FRAZIER, CON VÁLVULA DE DEDO, CON MANDRIL, 12 FR DE CALIBRE (4 MM)	3	PIEZA	TRAUMA / 8285-456	\$1,160.00	\$3,480.00
	121	GANCHO DE UNA GARRA	3	PIEZA	TRAUMA / 8410-150	\$1,000.00	\$3,000.00
	122	GONIÓMETRO	1	PIEZA	TRAUMA / 8270-225	\$2,370.00	\$2,370.00
	123	GUBIA PARA CUERPOS EXTRAÑOS	1	PIEZA	TRAUMA / 8380-318	\$1,848.00	\$1,848.00
	124	JUEGO DE ASPIRADORES DE OÍDO NO. 16 G, 18 G Y 20 G	3	JUEGO	TRAUMA / 8385-041JGO3	\$4,530.00	\$13,590.00
	125	LIMA HOWARD, DE DOBLE EXTREMO	1	PIEZA	TRAUMA / 7262-005	\$1,100.00	\$1,100.00
	126	LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, D EL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRÍAS CRUZADAS	4	PIEZA	TRAUMA / 7262-103	\$1,430.00	\$5,720.00
	127	PINZA CONJUNTIVA RECTA	1	PIEZA	TRAUMA / 8355-104	\$690.00	\$690.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
	128	PINZA DE BAYONETA TIPO COHEN O CUSHING	3	PIEZA	TRAUMA / 8130-409	\$700.00	\$2,100.00
	129	PINZA DE CAIMÁN	3	PIEZA	TRAUMA / 8380-150	\$2,700.00	\$8,100.00
	130	PINZA DE CAIMÁN TIPO WULLSTEIN	3	PIEZA	TRAUMA / 8380-254	\$12,480.00	\$37,440.00
	131	PINZA DE COPAS TIPO WULLSTEIN	3	PIEZA	TRAUMA / 8380-146	\$12,640.00	\$37,920.00
	132	PINZA DE CURVA DE IRIS (SIN DIENTES)	1	PIEZA	TRAUMA / 8355-092	\$650.00	\$650.00
	133	PINZA DE DEPILACIÓN QUIRÚRGICA DE ACERO INOXIDABLE	1	PIEZA	TRAUMA / 8355-170	\$810.00	\$810.00
	134	PINZA DE FIJACIÓN KREMER, ANGULADA DE 13 MM, CON SEGURO	3	PIEZA	TRAUMA / 8355-379	\$13,957.00	\$41,871.00
	135	PINZA DE LA ROSA	1	PIEZA	TRAUMA / 7342-249	\$1,300.00	\$1,300.00
	136	PINZA DESMARRÉS, MEDIANA, LONGITUD DE 90 MM	1	PIEZA	TRAUMA / 8355-311	\$5,400.00	\$5,400.00
	137	PINZA EXTRACTORA DE DISPOSITIVO	9	PIEZA	TRAUMA / 8505-160	\$1,180.00	\$10,620.00
	138	PINZA HOW CURVA	2	PIEZA	TRAUMA / 7352-364	\$1,100.00	\$2,200.00
	139	PINZA HOW RECTA	3	PIEZA	TRAUMA / 7352-362	\$1,100.00	\$3,300.00
	140	PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM	65	PIEZA	TRAUMA / 8106-131	\$528.00	\$34,320.00
	141	PINZA PARA ABOMBAR	3	PIEZA	TRAUMA / 7353-370	\$1,200.00	\$3,600.00
	142	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS DERECHA	3	PIEZA	TRAUMA / 7352-362	\$3,200.00	\$9,600.00
	143	PINZA PARA CONTORNEAR CORONAS Y BANDAS IZQUIERDA	3	PIEZA	TRAUMA / 7352-366	\$3,200.00	\$9,600.00
	144	PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTÉRIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM	53	PIEZA	TRAUMA / 8116-099	\$3,700.00	\$196,100.00
	145	PINZA ROCHESTER PEAN DE 200 A 205 MM.	30	PIEZA	TRAUMA / 8106-190	\$650.00	\$19,500.00
	146	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 2.5 CM DE LONGITUD (+/- 5 MM)	3	PIEZA	TRAUMA / 8400-100	\$2,060.00	\$6,180.00
	147	RINOSCOPIO COTTLE, HOJAS DELGADAS DE 5 CM DE LONGITUD (+/- 1CM)	3	PIEZA	TRAUMA / 8400-136	\$3,000.00	\$9,000.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
	148	SET DE CESÁREA	4	JUEGO	TRAUMA / SSJ-083	\$67,000.00	\$268,000.00
	149	SET DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA ABDOMINAL	2	JUEGO	TRAUMA / SSJ-089	\$138,300.00	\$276,600.00
	150	TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD	33	PIEZA	TRAUMA / 8117-221	\$426.00	\$14,058.00
						SUBTOTAL	\$6,871,624.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Siete millones novecientos setenta y un mil ochenta y tres pesos 84/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$1,099,459.84
						TOTAL	\$7,971,083.84

Sexto. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 6 y 7**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**, por un monto de **\$60,825,296.00 (Sesenta millones ochocientos veinticinco mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
6	78	CISTOURETROSCOPIO	1	EQUIPO	STRYKER / 502-990-030	\$650,000.00	\$650,000.00
	79	CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	6	EQUIPO	DRAGER / BABYTHERM 8004	\$644,000.00	\$3,864,000.00
	80	INCUBADORA DE TRASLADO	1	EQUIPO	DRAGER / TI500	\$690,000.00	\$690,000.00
	81	INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES	4	EQUIPO	DRAGER / ISOLETTE 8000 PLUS	\$880,000.00	\$3,520,000.00
	82	SISTEMA DUAL DE CUNA DE CALOR RADIANTE E INCUBADORA	14	EQUIPO	DRAGER / BABYLEO TN500	\$1,212,000.00	\$16,968,000.00
	83	VENTILADOR NEONATAL PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	1	EQUIPO	DRAGER / BABYLOG VN500	\$1,433,000.00	\$1,433,000.00
7	84	CAMILLA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO	15	EQUIPO	STRYKER / ST1X	\$235,000.00	\$3,525,000.00
	85	CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS, COMPATIBLE CON MONITORES INALÁMBRICOS AVANZADOS	1	EQUIPO	PHILIPS / EFFICIA CMS200	\$732,000.00	\$732,000.00
	86	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACIONES	96	EQUIPO	PHILIPS / TC50	\$140,000.00	\$13,440,000.00
	87	MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA	4	PIEZA	STRYKER / OPERON	\$1,903,400.00	\$7,613,600.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
					D850		
						SUBTOTAL	\$52,435,600.00
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Sesenta millones ochocientos veinticinco mil doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$8,389,696.00
						TOTAL	\$60,825,296.00

Séptimo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.**, para la **Partida 1**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre **"ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**, por un monto de **\$7,080,188.62 (Siete millones ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos 62/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
1	1	ALACENA ALTA DE 90 CM	2	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-233 FABRICANTE: EUN	\$2,900.65	\$5,801.30
	2	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS	4	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-234 FABRICANTE: EUN	\$6,600.73	\$26,402.92
	3	BANCA METÁLICA DE 3 PLAZAS	32	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-235 FABRICANTE: EUN	\$7,304.04	\$233,729.28
	4	BANCA METÁLICA DE 4 PLAZAS	30	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-236 FABRICANTE: EUN	\$9,258.09	\$277,742.70
	5	BANCO DE ALTURA DE UN PELDAÑO	50	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-237 FABRICANTE: EUN	\$769.55	\$38,477.50
	6	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDO	11	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-238 FABRICANTE: EUN	\$4,341.90	\$47,760.90
	7	BANCO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE SIN RESPALDO	73	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-239 FABRICANTE: EUN	\$3,430.65	\$250,437.45
	8	BOTE PARA BASURA TIPO MUNICIPAL DE ACERO	17	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-240 FABRICANTE: EUN	\$3,235.53	\$55,004.01
	9	BOTE SANITARIO CON PEDAL	67	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-241 FABRICANTE: EUN	\$850.05	\$56,953.35
	10	CARRO PORTA EXPEDIENTES	14	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-242	\$11,107.95	\$155,511.30

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

Página 122 | 128



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
					FABRICANTE: EUN		
	11	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	120	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-243 FABRICANTE: EUN	\$10,208.49	\$1,225,018.80
	12	SILLA CAMA	1	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-244 FABRICANTE: EUN	\$4,786.24	\$4,786.24
	13	SILLA DE POLIPROPILENO	381	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-245 FABRICANTE: EUN	\$1,575.06	\$600,097.86
	14	SILLA DE VISITA	700	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-246 FABRICANTE: EUN	\$1,760.21	\$1,232,147.00
	15	SILLA EJECUTIVA PARA PERSONAL	2	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-247 FABRICANTE: EUN	\$3,888.54	\$7,777.08
	16	SILLA SECRETARIAL	272	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-248 FABRICANTE: EUN	\$3,202.85	\$871,175.20
	17	LAVADORA INDUSTRIAL	1	EQUIPO	MARCA: GIRBAU MODELO: HS6057 FABRICANTE: GIRBAU	\$706,500.00	\$706,500.00
	18	RELOJ PARA QUIRÓFANO	1	PIEZA	MARCA: EUN MODELO: EUN-TORRZ-249 FABRICANTE: EUN	\$2,287.99	\$2,287.99
	19	SECADORA INDUSTRIAL	1	EQUIPO	MARCA: WASCOMAT MODELO: AD-45x2R FABRICANTE: WASCOMAT	\$306,000.00	\$306,000.00
						SUBTOTAL	\$6,103,610.88
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Siete millones ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos 62/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$976,577.74
						TOTAL	\$7,080,188.62

Octavo. De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.**, para las **Partidas 5, 8 y 13**, relacionada en la **LICITACIÓN** de nombre "**ADQUISICIÓN DE BIENES PARA UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**", por un monto de **\$11,222,519.88 (Once millones doscientos veintidós mil quinientos diecinueve pesos 88/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
5	63	AUDIÓMETRO CLÍNICO	1	EQUIPO	INTERACOUSTICOS MODELO AC40	\$190,000.00	\$190,000.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
	64	AUTORREFRACTOR CON QUERATÓMETRO AJUSTE AUTOMÁTICO Y MENTONERA CON MOVIMIENTO MOTORIZADO	1	EQUIPO	TOPCON MODELO KR-1	\$243,000.40	\$243,000.40
	65	CÁMARA SONOAMORTIGUADA	1	EQUIPO	RDR MODELO LINEA 2	\$262,300.00	\$262,300.00
	66	CAMPÍMETRO COMPUTARIZADO	1	EQUIPO	TOPCON MODELO HENSON-900	\$517,800.00	\$517,800.00
	67	CARDIOTOCÓGRAFO	9	EQUIPO	ADVANCED INSTRUMENTATIONS INC MODELO FM-9000 PLUS	\$136,000.00	\$1,224,000.00
	68	COLPOSCOPIO	2	EQUIPO	PRAZISE MODELO PRZ-50	\$146,000.00	\$292,000.00
	69	FORÓPTERO	1	EQUIPO	TOPCON MODELO VT-10	\$82,000.00	\$82,000.00
	70	LÁMPARA CON LUPA DE 5 DIOPTRÍAS	1	PIEZA	STEREN MODELO HER-740BL	\$2,445.00	\$2,445.00
	71	LÁMPARA DE HENDIDURA	1	EQUIPO	TOPCON MODELO SL-D701	\$138,300.00	\$138,300.00
	72	RETINOSCOPIO	1	EQUIPO	WELCH ALLYN MODELO WA18245/WA71000-C	\$19,000.00	\$19,000.00
	73	SISTEMA DE FOTOTERAPIA CON COLCHON	14	EQUIPO	NATUS MODELO NEOBLUE BLANKET	\$232,000.00	\$3,248,000.00
	74	TONÓMETRO DIGITAL	1	EQUIPO	TOPCON MODELO CT-800	\$194,200.00	\$194,200.00
	75	UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO	4	EQUIPO	MAGNODENT MODELO 2305	\$147,200.00	\$588,800.00
	76	UNIDAD OFTALMOLÓGICA	1	EQUIPO	TOPCON MODELO IS-100	\$293,435.00	\$293,435.00
	77	UNIDAD PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA	1	EQUIPO	REYSA MODELO ORL	\$136,800.00	\$136,800.00
	88	CRIOSTATO	1	EQUIPO	EPREDIA HM525NX	\$581,360.00	\$581,360.00
	89	DENSÍMETRO PARA ORINA	3	PIEZA	CIBEQ MODELO CVQ-30301	\$1,600.00	\$4,800.00
	90	MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL PARA PATOLOGÍA	2	EQUIPO	EVIDENT MODELO CX43	\$200,000.00	\$400,000.00
8	91	MICROSCOPIO DE PEDESTAL O DE PARED CON OCULARES 12.5 X RECTOS U OBLICUOS Y OBJETIVO CON DISTANCIA FOCAL DE 200 O 200 MM	1	EQUIPO	TOPCON MODELO OMS-90	\$298,000.00	\$298,000.00
	92	MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA CAMPO CLARO	3	EQUIPO	VELAB MODELO VE-B24	\$110,000.00	\$330,000.00



Partida	Renglón	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Modelo	Precio Unitario	Importe
	93	MICRÓTOMO	1	EQUIPO	EPREDIA MODELO HM325	\$324,800.00	\$324,800.00
13	151	CAJA CON JUEGO DE LENTES PARA PRUEBAS	1	JUEGO	USOPHTALMIC MODELO TL-266	\$11,600.00	\$11,600.00
	152	COMPÁS DE WEBER	3	PIEZA	BASELINE MODELO 12-1482	\$2,163.90	\$6,491.70
	153	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE	54	PIEZA	WELCH ALLYN MODELO SPECTRUM ADULTO	\$2,731.00	\$147,474.00
	154	ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE PEDIÁTRICO	3	PIEZA	WELCH ALLYN MODELO SPECTRUM PEDIATRICO	\$1,200.00	\$3,600.00
	155	JUEGO DE HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS NEONATALES	2	JUEGO	WELCH ALLYN MODELO WA68065/WA68060	\$9,000.00	\$18,000.00
	156	JUEGO DE SONDAS EXPLORADORAS PARA VÍAS LAGRIMALES	1	JUEGO	STALLION MEDICAL MODELO STL-ST-10918	\$3,200.00	\$3,200.00
	157	JUEGO HOJAS DE LARINGOSCOPIO RECTAS	1	JUEGO	WELCH ALLYN WA68061/68062/ 68063/68064	\$12,000.00	\$12,000.00
	158	LÁPIZ LIGADOR	4	PIEZA	6B MODELO 037	\$920.00	\$3,680.00
	159	LARINGOSCOPIO DE FIBRA OPTICA CON HOJAS CURVAS	5	EQUIPO	WELCH ALLYN WA68061/68062/ 68063/68064/ 60813/412924	\$16,900.00	\$84,500.00
	160	LUPA ANAESFÉRICA DE 20 DIOPTRÍAS	1	PIEZA	OPTICAL INSTRUMENTS MODELO OI-20M	\$13,000.00	\$13,000.00
							SUBTOTAL
IMPORTE TOTAL CON LETRA: Once millones doscientos veinte dos mil quinientos diecinueve pesos 88/100 M.N., con el impuesto al valor agregado incluido.						I.V.A.	\$1,547,933.78
						TOTAL	\$11,222,519.88

Noveno. En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la **LEY** del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que las empresas **MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.**, **ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.**, **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, **SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**, **ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**, **SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**, **TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.** y **DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.**, tendrán que comparecer ante la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas **MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V.**, **ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V.**, **CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V.**, **SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.**, **ISULMED S. DE R.L. DE C.V.**, **SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.**, **TORREZAM GROUP S.A. DE C.V.** y **DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.**, acrediten su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

Decimo. Apercíbese a las empresas **MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V., ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V., CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V., SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., ISULMED S. DE R.L. DE C.V., SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, así como las previstas por la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Décimo primero. Notifíquese a las empresas **MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V., ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V., CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V., SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., ISULMED S. DE R.L. DE C.V., SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.**, que la entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-037-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**.

Décimo segundo. El **CONTRATO** a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del **FALLO** y hasta el 05 de diciembre de 2024, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR**, de conformidad al Artículo 76 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA**, en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la **PROPUESTA** presentada por el **PROVEEDOR**.

Décimo tercero. Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO**.

Décimo cuarto. Las empresas **MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES S.A. DE C.V., ACTIVA MEDICA GLEZ S.A. DE C.V., CAVE SUMINISTROS DE SALUD S. DE R.L. DE C.V., SILAMAN DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., ISULMED S. DE R.L. DE C.V., SISTEMAS EN MANTENIMIENTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., TORREZAM GROUP S.A. DE C.V. y DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS DISMA S.A. DE C.V.**, manifestaron que **NO ES SU VOLUNTAD** realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Décimo quinto. La **Partida 11**, se declara **DESIERTA** toda vez que ningún **PARTICIPANTE** ofertó para dicha partida, de conformidad con el artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto 14 de las **BASES**, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la **CONVOCANTE** para realizar una **SEGUNDA CONVOCATORIA**, de conformidad al artículo 71, numeral 2 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de <https://info.jalisco.gob.mx>, y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la **LEY** de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:











- La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos Mtra. Maribel Becerra Bañuelos en su carácter de Directora de Gestión Administrativa, el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya Coordinador de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el C. Luis Francisco López González, todos ellos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.
- El Dictamen de Evaluación Técnica, fue Emitido por el Dr. Juan Ramón Torres Márquez Subdirector General Médico y la Dra. Nalui Yanett Alcaraz Quintero Directora de Hospitales, ambos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **16:14 horas**, del día **20 de junio del 2024**.

Cúmplase. Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal y Económico efectuados por el Área Requiriente, el Área Técnica y la Unidad Centralizada de Compras.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. Maribel Becerra Bañuelos	Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Presidente Suplente		
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Secretario Técnico Suplente		
C.P. Imelda Ameyali Delgado Bañuelos	Representante Suplente de la Secretaría de la Hacienda Pública	Vocal		
Lic. María Guadalupe Cárdenas Jiménez	Representante Suplente de la Secretaría de Administración	Vocal		
Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara	Representante Suplente de la Consejería Jurídica	Vocal		
C. Armando Mora Fonseca	Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara	Vocal		



NOMBRE	PROCENDENCIA	CARGO	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Oscar Emilio Lozano Aparicio	Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Vocal		
Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez	Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente	Vocal		
Lic. Horus Alejandro Rodríguez Rosas	Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado Permanente		
Lic. Laura Gómez Márquez	Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado Permanente		
Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez	Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco	Invitado		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia>

-----Fin del Acta.-----