

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

### JUNTA DE ACLARACIONES

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-043-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO PARA EL ÁREA DE  
ENSEÑANZA DE LAS UNIDADES MÉDICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE  
SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 20 de junio de 2024.

9 M fp

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descrito en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00 horas** del día **20 de junio de 2024**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante **LA LEY**, y 65 de su Reglamento, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya, Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de **LA LEY**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente, el representante del área contratante y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

### HECHOS:

**PRIMERO.** La **CONVOCANTE** realiza la siguiente modificación a la **CONVOCATORIA**:

Se modifica el primer párrafo de la descripción del **ELECTROCARDIOGRÁFO** señalado en el **Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos** numeral **2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES** partida 5 renglón 24, para quedar como sigue:

**Dice:**

Electrocardiógrafo de 12 canales SE-12 Express con opción prueba de esfuerzo.

[...]

**Debe decir:**

Electrocardiógrafo de 12 canales con opción prueba de esfuerzo.


[...]

Prevalecen las demás características que no fueron modificadas en la presente modificación a la **CONVOCATORIA**.

**SEGUNDO.** La Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes, las preguntas y el manifiesto de interés en participar que fueron enviados en tiempo y forma de parte de los interesados, y procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	DANTERO PROVISIONES COMERCIALES S.A. DE C.V.	6
	Total	6

A continuación, se da respuesta a los cuestionamientos presentados por los **PARTICIPANTES**:



DANTERO PROVISIONES COMERCIALES S.A. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1.- CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 5.3 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS. D. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL.	ENTENDEMOS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ VÁLIDO PRESENTAR CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EL FABRICANTE ACOMPAÑADA DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN QUE OTORGA EL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR EN MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	Es correcta su apreciación, en las partidas y/o consecutivos que aplica.
2	ANEXO 1.- CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 5.8.1 REQUISITOS SOLICITADOS POR PARTIDA E) *** REQUISITOS PARA LOS RENGLONES RELACIONADOS CON EQUIPO DE SIMULACIÓN MANIQUIS	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS RENGLONES 25 Y 26 LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SOLAMENTE SON LOS ENLISTADOS A CONTINUACIÓN; FAVOR DE CONFIRMAR:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• CARTA GARANTIA DE AL MENOS 12 MESES</li> <li>• CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO</li> <li>• CARTA DE TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES</li> <li>• CARTA DE GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE FABRICACIÓN</li> <li>• CARTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</li> <li>• CARTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO</li> <li>• FICHA TÉCNICA</li> <li>• CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES</li> <li>• CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FOLLETOS PARA INDICAR LAS REFERENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS</li> <li>• DOCUMENTO MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE- DONDE PROPORCIONA EL CONTACTO DESIGNADO PARA ATENDER CUALQUIER ASUNTO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN</li> </ul>	Es correcta su apreciación.
3	ANEXO 1.- CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 2.1.- RELACIÓN DE BIENES. PARTIDA 5.- RENGLÓN 22.- DOPPLER FETAL PORTÁTIL.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS YA QUE SON SUPERIORES A LO SOLICITADO: 1. DOPPLER FETAL PORTÁTIL. 1.1. DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO 1.2. TRANSDUCTOR DE 2 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA. TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA. 1.3. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL (FHR) Y SEÑAL VISUAL DE	Las especificaciones solicitadas por él área requirente son mínimas, el PARTICIPANTE podrá ofertar características superiores si así lo considera prudente. Lo anterior sin ser limitante para el resto de los PARTICIPANTES.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

DANTERO PROVISIONES COMERCIALES S.A. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		<p>LATIDO CARDIACO FETAL.</p> <p>1.4. OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES Y CON CARGADOR DE BATERIAS EXTERNO AL EQUIPO.</p> <p>1.5. CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA.</p> <p>1.6. CON APAGADO AUTOMÁTICO.</p> <p>1.7. BOCINA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO.</p> <p>1.8. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE.</p> <p>1.9. PROCESADO POR AUTOCORRELACIÓN.</p> <p>1.10. CONECTOR PARA AUDÍFONOS Y AUDÍFONOS.</p> <p>2.- ACCESORIOS:</p> <p>2.1.- SE INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS</p> <p>3.- CONSUMIBLES:</p> <p>3.1.-GEL CONDUCTOR (2 TUBOS DE 250 ML).</p>	
4	<p>ANEXO 1.- CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>2.1.- RELACIÓN DE BIENES.</p> <p>PARTIDA 5.- RENGLÓN 24.- ELECTROCARDIOGRAFO.</p>	<p>EN LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO SE MENCIONA LO SIGUIENTE:</p> <p>ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES SE-12 EXPRESS CON OPCIÓN PRUEBA DE ESFUERZO.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE LOS PARTICIPANTES SE ADJUNTE LA FICHA TÉCNICA DE CENETEC YA QUE SE-12 EXPRESS SE REFIEREA UN MODELO ESPECÍFICO OFERTADO SOLAMENTE POR UNA MARCA, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>No se acepta su propuesta, los LICITANTES deberán considerar la MODIFICACIÓN a la CONVOCATORIA realizada en la presente junta de aclaraciones.</p>
5	<p>ANEXO 1.- CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>2.1.- RELACIÓN DE BIENES.</p> <p>PARTIDA 5.- RENGLÓN 24.- ELECTROCARDIOGRAFO.</p>	<p>¿ENTENDEMOS QUE LA OPCIÓN “PRUEBA DE ESFUERZO” SÓLO SE DEBERÁ DEMOSTRAR COMO CAPACIDAD DE CRECIMIENTO A FUTURO Y NO DEBERÁ SER CONSIDERADA EN NUESTRA PROPUESTA? ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>
6	<p>ANEXO 1.- CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.</p> <p>2.1.- RELACIÓN DE BIENES.</p> <p>PARTIDA 5.- RENGLÓN 24.- ELECTROCARDIOGRAFO.</p>	<p>MENCIONAN LO SIGUIENTE: (ACCESORIOS) SOPORTE DE CARRO Y CABLE (OPCIONAL)</p> <p>ENTENDEMOS QUE EL SOPORTE DE CARRO Y CABLE SÓLO SE DEBERÁN DEMOSTRAR COMO OPCIONALES Y NO DEBERÁN SER CONSIDERADOS EN NUESTRA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>No es correcta su apreciación, los LICITANTES deberán ofertar un Electrocardiógrafo que incluya carro transportador.</p> <p>El cable para conectividad a PC se considerará como accesorio opcional.</p>

Siendo las 12:25 horas se da por terminado el acto el mismo día que dio inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

*Handwritten signature*

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Beatriz Ramírez Jiménez	Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Mtro. Francisco Javier Pinzón López	Representante de la Subdirección General Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco Área Requirente		
C. Julio César Jiménez Zermeño	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco.gob.mx>

