



# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

#### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-044-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

#### “ADQUISICIÓN DE REFACCIONES E INSUMOS PARA EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE”

Guadalajara, Jalisco a 28 de junio de 2024.

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 28 de junio de 2024, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la **JUNTA DE ACLARACIONES** a la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante la **LEY**, y 65 de su **REGLAMENTO**, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la Presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por la Mtra. Martha Velázquez Ortega, Jefe "A" del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la **LEY**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente el cual solventó las preguntas relacionadas con los aspectos técnicos, el representante del área contratante solventó las preguntas relacionadas con los aspectos legal administrativo y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

#### HECHOS:

#### 1.- MODIFICACIONES DE LA CONVOCANTE

**MODIFICACIÓN 1.- Del ANEXO 2. PROPUESTA TÉCNICA**, de las **BASES**, para quedar como sigue:

Dice:

[...]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	ENTREGABLES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS
1	SENSOR BIS ADULTO (186-0106)	5	CAJA		
2	SENSOR BIS PEDIATRICO (186-0200)	2	CAJA		
3	TRAMPA DE AGUA (6872130)	5	CAJA		
4	CUBETA DE CAPNOGRAFO (Adaptador para Vía Aérea Uso Adulto R805)	2	CAJA		
5	CUBETA DE CAPNOGRAFO CAPNOSTAR (MP01062)	3	CAJA		
6	TRAMPA DE AGUA (RP50529)	10	PIEZA		
7	LATIGUILLOS 3 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA	18	PIEZA		
8	LATIGUILLOS 5 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA	50	PIEZA		
9	BRAZALETE PANI ADULTO	50	PIEZA		
10	BRAZALETE PANI BARIATRICO	32	PIEZA		
11	BRAZALETE PANI PEDIATRICO INFANTE	25	PIEZA		
12	BRAZALETE PANI PEDIATRICO NIÑO	25	PIEZA		



13	BRAZALETE NEONATAL NO.1	70	PIEZA		
14	BRAZALETE NEONATAL NO.2	70	PIEZA		
15	BRAZALETE NEONATAL NO.3	70	PIEZA		
16	BRAZALETE NEONATAL NO.4	70	PIEZA		
17	BRAZALETE NEONATAL NO.5	30	PIEZA		
18	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	10	PIEZA		
19	MANGUERA PANI	20	PIEZA		
20	SENSOR DE TEMPERATURA	20	PIEZA		
21	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES	5	PIEZA		
22	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	20	PIEZA		
23	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE	20	PIEZA		
24	SENSOR SPO2 CLIP	20	PIEZA		
25	SENSOR SPO2 MULTISITIO	20	PIEZA		
26	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	1	PIEZA		
27	MANGUERA PANI NEONATAL	1	PIEZA		
28	SENSOR DE TEMPERATURA	1	PIEZA		
29	TROCAL ECG 5 DERIVACIONES	1	PIEZA		
30	TRONCAL SPO2	1	PIEZA		
31	SENSOR SPO2 MULTISITIO	1	PIEZA		
32	CABLE DE IBP TIPO EDWARDS	5	PIEZA		
33	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	20	PIEZA		
34	CONECTOR DE BRAZALETE PANI	50	PIEZA		
35	MANGUERA PANI	50	PIEZA		
36	MANGUERA PANI NEONATAL	30	PIEZA		
37	SENSOR DE TEMPERATURA	50	PIEZA		
38	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	50	PIEZA		
39	TRONCAL SPO2	50	PIEZA		
40	SENSOR SPO2 CLIP	50	PIEZA		
41	SENSOR SPO2 MULTISITIO	30	PIEZA		
42	CABLE DE IBP TIPO MEDEX	5	PIEZA		
43	MANGUERA PANI	15	PIEZA		
44	SENSOR DE TEMPERATURA	15	PIEZA		
45	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	15	PIEZA		
46	TRONCAL DE TEMPERATURA	5	PIEZA		
47	TRONCAL SPO2	15	PIEZA		
48	SENSOR SPO2 CLIP	5	PIEZA		
49	SENSOR SPO2 MULTISITIO	10	PIEZA		
50	CABLE ECG 5 DERIVACIONES	13	PIEZA		
51	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT CON PIEZA EN "Y" (5592147)	5	PIEZA		
52	MANGUERA PANI	13	PIEZA		





53	SENSOR DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (4329889)	18	PIEZA		
54	TRONCAL DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (5592154)	5	PIEZA		
55	TRONCAL IBP (4329889)	5	PIEZA		
56	CABLE MULTIMED OR PLUS (MS20094)	5	PIEZA		
57	CABLE MULTIMED PLUS (MS20093)	8	PIEZA		
58	TRONCAL SPO2 PARA MULTIMED PLUS NELLCOR (MS18683)	13	PIEZA		
59	SENSOR SPO2 CLIP NELLCOR PARA MULTIMED PLUS	13	PIEZA		
60	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR PARA MULTIMED PLUS	5	PIEZA		
61	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	10	PIEZA		
62	MANGUERA PANI	10	PIEZA		
63	SENSOR DE TEMPERATURA	10	PIEZA		
64	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	10	PIEZA		
65	SENSOR SPO2	10	PIEZA		
66	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR	10	PIEZA		
67	MANGUERA PANI	10	PIEZA		
68	SENSOR DE TEMPERATURA	10	PIEZA		
69	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES	10	PIEZA		
70	TRONCAL SPO2	10	PIEZA		
71	SENSOR SPO2 MULTISITIO	10	PIEZA		
72	MANGUERA PANI	3	PIEZA		
73	SENSOR DE TEMPERATURA	3	PIEZA		
74	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES	3	PIEZA		
75	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE	3	PIEZA		
76	SENSOR SPO2 MULTISITIO	3	PIEZA		
77	SENSOR SPO2 MASSIMO RAINBOW	4	PIEZA		
78	CABLE PARA MARCAPASOS (K342B)	3	PIEZA		
79	PARCHE PARA MARCAPASOS (P-711)	30	PIEZA		
80	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO EDWARDS	30	PIEZA		
81	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO MEDEX/ABBOTT	30	PIEZA		
82	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO BD	30	PIEZA		
83	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE (MU06951)	2	PIEZA		
84	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 10 pcs. MU26041)	2	CAJA		
85	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 5 pcs. MX11000)	2	CAJA		
86	SONDA DE TEMPERATURA (900MR869)	30	PIEZA		
87	ADAPTADOR DE CABLE CALEFACTOR (900MR805)	30	PIEZA		



88	CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL PSU ESTERILIZABLE (8410179)	50	PIEZA		
89	SENSOR DE FLUJO ADULTO SPIROLOG (8403735)	50	PIEZA		
90	CABLE DE PACIENTE TIPO AHA 10 DERIVACIONES, PLUG 4MM (63050068)	7	PIEZA		
91	CABLE DE 10 DERIVACIONES PLUG 4MM (10-LEAD, AHA, BANANA (1M/39 INCH) ECG Cable(19653))	2	PIEZA		
92	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (12.75141.003)	15	PIEZA		
93	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (HPX060)	15	PIEZA		
94	CABLE DE PACIENTE	3	PIEZA		

[...]

Debe decir:

[...]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA / MODELO	ENTREGABLES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS
1	SENSOR BIS ADULTO (186-0106) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN Y DRAGER	5	CAJA		
2	SENSOR BIS PEDIATRICO (186-0200) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN Y DRAGER	2	CAJA		
3	TRAMPA DE AGUA (6872130) PARA EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER PRIMUS	5	CAJA		
4	CUBETA DE CAPNOGRAFO (Adaptador para Vía Aérea Uso Adulto R805) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN	2	CAJA		
5	CUBETA DE CAPNOGRAFO CAPNOSTAR (MP01062) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER	3	CAJA		
6	TRAMPA DE AGUA (RP50529) PARA EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY	10	PIEZA		
7	LATIGUILLOS 3 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	18	PIEZA		
8	LATIGUILLOS 5 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	50	PIEZA		
9	BRAZALETE PANI ADULTO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	50	PIEZA		
10	BRAZALETE PANI BARIATRICO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	32	PIEZA		
11	BRAZALETE PANI PEDIATRICO INFANTE PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	25	PIEZA		





12	BRAZALETE PANI PEDIATRICO NIÑO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	25	PIEZA		
13	BRAZALETE NEONATAL NO.1 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA		
14	BRAZALETE NEONATAL NO.2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA		
15	BRAZALETE NEONATAL NO.3 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA		
16	BRAZALETE NEONATAL NO.4 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA		
17	BRAZALETE NEONATAL NO.5 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
18	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	10	PIEZA		
19	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA		
20	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA		
21	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	5	PIEZA		
22	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA		
23	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA		
24	SENSOR SPO2 CLIP PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA		
25	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA		
26	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA		
27	MANGUERA PANI NEONATAL PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA		
28	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA		
29	TROCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA		
30	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA		
31	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA		
32	CABLE DE IBP TIPO EDWARDS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	5	PIEZA		
33	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES	20	PIEZA		



	NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562				
34	CONECTOR DE BRAZALETE PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA		
35	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA		
36	MANGUERA PANI NEONATAL PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	30	PIEZA		
37	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA		
38	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA		
39	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA		
40	SENSOR SPO2 CLIP PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA		
41	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	30	PIEZA		
42	CABLE DE IBP TIPO MEDEX PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	5	PIEZA		
43	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
44	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
45	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
46	TRONCAL DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	5	PIEZA		
47	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
48	SENSOR SPO2 CLIP PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	5	PIEZA		
49	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	10	PIEZA		
50	CABLE ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA		
51	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT CON PIEZA EN "Y" (5592147) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
52	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA		
53	SENSOR DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (4329889) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	18	PIEZA		





54	TRONCAL DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (5592154) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
55	TRONCAL IBP (4329889) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
56	CABLE MULTIMED OR PLUS (MS20094) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
57	CABLE MULTIMED PLUS (MS20093) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	8	PIEZA		
58	TRONCAL SPO2 PARA MULTIMED PLUS NELLCOR (MS18683) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA		
59	SENSOR SPO2 CLIP NELLCOR PARA MULTIMED PLUS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA		
60	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR PARA MULTIMED PLUS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
61	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA		
62	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA		
63	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA		
64	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA		
65	SENSOR SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA		
66	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA		
67	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA		
68	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA		
69	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA		
70	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA		
71	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA		
72	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA		
73	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA		
74	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA		

*Handwritten signature and initials in blue ink.*





75	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA		
76	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA		
77	SENSOR SPO2 MASSIMO RAINBOW PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS EFFICIA	4	PIEZA		
78	CABLE PARA MARCAPASOS (K342B) PARA EQUIPO MONITOR DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE	3	PIEZA		
79	PARCHE PARA MARCAPASOS (P-711) PARA EQUIPO MONITOR DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE	30	PIEZA		
80	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO EDWARDS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
81	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
82	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO BD PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
83	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE (MU06951) PARA EQUIPO INCUBADORA DRAGER ISOLETTE TI500	2	PIEZA		
84	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 10 pcs. MU26041) PARA EQUIPO INCUBADORA DRAGER ISOLETTE TI500	2	CAJA		
85	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 5 pcs. MX11000) PARA EQUIPO CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTHERM	2	CAJA		
86	SONDA DE TEMPERATURA (900MR869) PARA EQUIPO SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN F&P MR850	30	PIEZA		
87	ADAPTADOR DE CABLE CALEFACTOR (900MR805) PARA EQUIPO SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN F&P MR850	30	PIEZA		
88	CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL PSU ESTERILIZABLE (8410179) PARA EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO DRÄGER EVITA V600	50	PIEZA		
89	SENSOR DE FLUJO ADULTO SPIROLOG (8403735) PARA EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO DRÄGER EVITA V600	50	PIEZA		
90	CABLE DE PACIENTE TIPO AHA 10 DERIVACIONES, PLUG 4MM (63050068) PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE EG100S	7	PIEZA		
91	CABLE DE 10 DERIVACIONES PLUG 4MM (10-LEAD,AHA,BANANA (1M/39 INCH) ECG Cable(19653)) PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP150	2	PIEZA		
92	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (12.75141.003) PARA EQUIPO MANGO DE LARINGOSCOPIO KAWA	15	PIEZA		
93	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (HPX060) PARA EQUIPO MANGO DE LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN	15	PIEZA		

94	CABLE DE PACIENTE PARA EQUIPO MONITOR DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH R3	3	PIEZA		
----	---	---	-------	--	--

[...]

**MODIFICACIÓN 2.- Del ANEXO 3. PROPUESTA ECONÓMICA,** de las BASES, para quedar como sigue:

Dice:

[...]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SENSOR BIS ADULTO (186-0106)	5	CAJA			
2	SENSOR BIS PEDIATRICO (186-0200)	2	CAJA			
3	TRAMPA DE AGUA (6872130)	5	CAJA			
4	CUBETA DE CAPNOGRAFO (Adaptador para Vía Aérea Uso Adulto R805)	2	CAJA			
5	CUBETA DE CAPNOGRAFO CAPNOSTAR (MP01062)	3	CAJA			
6	TRAMPA DE AGUA (RP50529)	10	PIEZA			
7	LATIGUILLOS 3 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA	18	PIEZA			
8	LATIGUILLOS 5 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA	50	PIEZA			
9	BRAZALETE PANI ADULTO	50	PIEZA			
10	BRAZALETE PANI BARIATRICO	32	PIEZA			
11	BRAZALETE PANI PEDIATRICO INFANTE	25	PIEZA			
12	BRAZALETE PANI PEDIATRICO NIÑO	25	PIEZA			
13	BRAZALETE NEONATAL NO.1	70	PIEZA			
14	BRAZALETE NEONATAL NO.2	70	PIEZA			
15	BRAZALETE NEONATAL NO.3	70	PIEZA			
16	BRAZALETE NEONATAL NO.4	70	PIEZA			
17	BRAZALETE NEONATAL NO.5	30	PIEZA			
18	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	10	PIEZA			
19	MANGUERA PANI	20	PIEZA			
20	SENSOR DE TEMPERATURA	20	PIEZA			
21	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES	5	PIEZA			
22	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	20	PIEZA			
23	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE	20	PIEZA			





24	SENSOR SPO2 CLIP	20	PIEZA			
25	SENSOR SPO2 MULTISITIO	20	PIEZA			
26	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	1	PIEZA			
27	MANGUERA PANI NEONATAL	1	PIEZA			
28	SENSOR DE TEMPERATURA	1	PIEZA			
29	TROCAL ECG 5 DERIVACIONES	1	PIEZA			
30	TRONCAL SPO2	1	PIEZA			
31	SENSOR SPO2 MULTISITIO	1	PIEZA			
32	CABLE DE IBP TIPO EDWARDS	5	PIEZA			
33	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	20	PIEZA			
34	CONECTOR DE BRAZALETE PANI	50	PIEZA			
35	MANGUERA PANI	50	PIEZA			
36	MANGUERA PANI NEONATAL	30	PIEZA			
37	SENSOR DE TEMPERATURA	50	PIEZA			
38	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	50	PIEZA			
39	TRONCAL SPO2	50	PIEZA			
40	SENSOR SPO2 CLIP	50	PIEZA			
41	SENSOR SPO2 MULTISITIO	30	PIEZA			
42	CABLE DE IBP TIPO MEDEX	5	PIEZA			
43	MANGUERA PANI	15	PIEZA			
44	SENSOR DE TEMPERATURA	15	PIEZA			
45	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	15	PIEZA			
46	TRONCAL DE TEMPERATURA	5	PIEZA			
47	TRONCAL SPO2	15	PIEZA			
48	SENSOR SPO2 CLIP	5	PIEZA			
49	SENSOR SPO2 MULTISITIO	10	PIEZA			
50	CABLE ECG 5 DERIVACIONES	13	PIEZA			
51	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT CON PIEZA EN "Y" (5592147)	5	PIEZA			
52	MANGUERA PANI	13	PIEZA			
53	SENSOR DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (4329889)	18	PIEZA			



54	TRONCAL DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (5592154)	5	PIEZA			
55	TRONCAL IBP (4329889)	5	PIEZA			
56	CABLE MULTIMED OR PLUS (MS20094)	5	PIEZA			
57	CABLE MULTIMED PLUS (MS20093)	8	PIEZA			
58	TRONCAL SPO2 PARA MULTIMED PLUS NELLCOR (MS18683)	13	PIEZA			
59	SENSOR SPO2 CLIP NELLCOR PARA MULTIMED PLUS	13	PIEZA			
60	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR PARA MULTIMED PLUS	5	PIEZA			
61	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT	10	PIEZA			
62	MANGUERA PANI	10	PIEZA			
63	SENSOR DE TEMPERATURA	10	PIEZA			
64	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES	10	PIEZA			
65	SENSOR SPO2	10	PIEZA			
66	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR	10	PIEZA			
67	MANGUERA PANI	10	PIEZA			
68	SENSOR DE TEMPERATURA	10	PIEZA			
69	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES	10	PIEZA			
70	TRONCAL SPO2	10	PIEZA			
71	SENSOR SPO2 MULTISITIO	10	PIEZA			
72	MANGUERA PANI	3	PIEZA			
73	SENSOR DE TEMPERATURA	3	PIEZA			
74	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES	3	PIEZA			
75	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE	3	PIEZA			
76	SENSOR SPO2 MULTISITIO	3	PIEZA			
77	SENSOR SPO2 MASSIMO RAINBOW	4	PIEZA			
78	CABLE PARA MARCAPASOS (K342B)	3	PIEZA			
79	PARCHE PARA MARCAPASOS (P-711)	30	PIEZA			
80	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO EDWARDS	30	PIEZA			
81	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO MEDEX/ABBOTT	30	PIEZA			
82	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO BD	30	PIEZA			
83	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE (MU06951)	2	PIEZA			
84	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA	2	CAJA			





	CENTRAL) ( yellow, central, 10 pcs. MU26041)				
85	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 5 pcs. MX11000)	2	CAJA		
86	SONDA DE TEMPERATURA (900MR869)	30	PIEZA		
87	ADAPTADOR DE CABLE CALEFACTOR (900MR805)	30	PIEZA		
88	CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL PSU ESTERILIZABLE (8410179)	50	PIEZA		
89	SENSOR DE FLUJO ADULTO SPIROLOG (8403735)	50	PIEZA		
90	CABLE DE PACIENTE TIPO AHA 10 DERIVACIONES, PLUG 4MM (63050068)	7	PIEZA		
91	CABLE DE 10 DERIVACIONES PLUG 4MM (10-LEAD,AHA,BANANA (1M/39 INCH) ECG Cable(19653))	2	PIEZA		
92	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (12.75141.003)	15	PIEZA		
93	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (HPX060)	15	PIEZA		
94	CABLE DE PACIENTE	3	PIEZA		
TOTAL CON LETRA:				SUB TOTAL	
				I.V.A.	
				TOTAL	

[...]

Debe decir:

[...]

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA/ MODELO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SENSOR BIS ADULTO (186-0106) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN Y DRAGER	5	CAJA			
2	SENSOR BIS PEDIATRICO (186-0200) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN Y DRAGER	2	CAJA			
3	TRAMPA DE AGUA (6872130) PARA EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER PRIMUS	5	CAJA			
4	CUBETA DE CAPNOGRAFO (Adaptador para Via Aérea Uso Adulto R805) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN	2	CAJA			
5	CUBETA DE CAPNOGRAFO CAPNOSTAR (MP01062) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER	3	CAJA			



6	TRAMPA DE AGUA (RP50529) PARA EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY	10	PIEZA			
7	LATIGUILLOS 3 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	18	PIEZA			
8	LATIGUILLOS 5 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	50	PIEZA			
9	BRAZALETE PANI ADULTO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	50	PIEZA			
10	BRAZALETE PANI BARIATRICO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	32	PIEZA			
11	BRAZALETE PANI PEDIATRICO INFANTE PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	25	PIEZA			
12	BRAZALETE PANI PEDIATRICO NIÑO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	25	PIEZA			
13	BRAZALETE NEONATAL NO.1 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA			
14	BRAZALETE NEONATAL NO.2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA			
15	BRAZALETE NEONATAL NO.3 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA			
16	BRAZALETE NEONATAL NO.4 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	70	PIEZA			
17	BRAZALETE NEONATAL NO.5 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA			
18	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	10	PIEZA			
19	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA			
20	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA			
21	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	5	PIEZA			
22	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA			
23	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA			





24	SENSOR SPO2 CLIP PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA			
25	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	20	PIEZA			
26	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA			
27	MANGUERA PANI NEONATAL PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA			
28	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA			
29	TROCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA			
30	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA			
31	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS MX450	1	PIEZA			
32	CABLE DE IBP TIPO EDWARDS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	5	PIEZA			
33	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	20	PIEZA			
34	CONECTOR DE BRAZALETE PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA			
35	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA			
36	MANGUERA PANI NEONATAL PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	30	PIEZA			
37	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA			
38	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA			
39	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA			
40	SENSOR SPO2 CLIP PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562	50	PIEZA			
41	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS	30	PIEZA			

	VITALES NIHON KOHDEN PVM-2701 Y BSM-3562				
42	CABLE DE IBP TIPO MEDEX PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	5	PIEZA		
43	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
44	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
45	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
46	TRONCAL DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	5	PIEZA		
47	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	15	PIEZA		
48	SENSOR SPO2 CLIP PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	5	PIEZA		
49	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS ULTRAVIEW 91369	10	PIEZA		
50	CABLE ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA		
51	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT CON PIEZA EN "Y" (5592147) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
52	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA		
53	SENSOR DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (4329889) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	18	PIEZA		
54	TRONCAL DE TEMPERATURA PARA MULTIMED PLUS (5592154) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
55	TRONCAL IBP (4329889) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
56	CABLE MULTIMED OR PLUS (MS20094) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA		
57	CABLE MULTIMED PLUS (MS20093) PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	8	PIEZA		
58	TRONCAL SPO2 PARA MULTIMED PLUS NELLCOR (MS18683) PARA	13	PIEZA		





	EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA					
59	SENSOR SPO2 CLIP NELLCOR PARA MULTIMED PLUS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	13	PIEZA			
60	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR PARA MULTIMED PLUS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER KAPPA	5	PIEZA			
61	CABLE DE IBP TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA			
62	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA			
63	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA			
64	TRONCAL ECG 5 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA			
65	SENSOR SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA			
66	SENSOR SPO2 MULTISITIO NELLCOR PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY G30	10	PIEZA			
67	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA			
68	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA			
69	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA			
70	TRONCAL SPO2 PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA			
71	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY MEC1000	10	PIEZA			
72	MANGUERA PANI PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA			
73	SENSOR DE TEMPERATURA PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA			
74	TRONCAL ECG 3 DERIVACIONES PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA			
75	TRONCAL SPO2 COMPATIBLE PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MEDICA D DIGICARE 2000	3	PIEZA			
76	SENSOR SPO2 MULTISITIO PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS	3	PIEZA			



	VITALES MEDICA D DIGICARE 2000				
77	SENSOR SPO2 MASSIMO RAINBOW PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES PHILIPS EFFICIA	4	PIEZA		
78	CABLE PARA MARCAPASOS (K342B) PARA EQUIPO MONITOR DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE	3	PIEZA		
79	PARCHE PARA MARCAPASOS (P-711) PARA EQUIPO MONITOR DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN CARDIOLIFE	30	PIEZA		
80	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO EDWARDS PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
81	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO MEDEX/ABBOTT PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
82	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN INVASIVA TIPO BD PARA EQUIPO MONITOR DE SIGNOS VITALES MULTIMARCAS	30	PIEZA		
83	SENSOR DE TEMPERATURA REUSABLE (MU06951) PARA EQUIPO INCUBADORA DRAGER ISOLETTE TI500	2	PIEZA		
84	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 10 pcs. MU26041) PARA EQUIPO INCUBADORA DRAGER ISOLETTE TI500	2	CAJA		
85	SENSOR DE TEMPERATURA DESECHABLE (TEMPERATURA CENTRAL) ( yellow, central, 5 pcs. MX11000) PARA EQUIPO CUNA DE CALOR RADIANTE DRAGER BABYTHERM	2	CAJA		
86	SONDA DE TEMPERATURA (900MR869) PARA EQUIPO SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN F&P MR850	30	PIEZA		
87	ADAPTADOR DE CABLE CALEFACTOR (900MR805) PARA EQUIPO SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN F&P MR850	30	PIEZA		
88	CARTUCHO PARA SENSOR DE FLUJO NEONATAL PSU ESTERILIZABLE (8410179) PARA EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO DRÄGER EVITA V600	50	PIEZA		
89	SENSOR DE FLUJO ADULTO SPIROLOG (8403735) PARA EQUIPO VENTILADOR MECÁNICO DRÄGER EVITA V600	50	PIEZA		
90	CABLE DE PACIENTE TIPO AHA 10 DERIVACIONES, PLUG 4MM (63050068) PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE EG100S	7	PIEZA		





91	CABLE DE 10 DERIVACIONES PLUG 4MM (10-LEAD,AHA,BANANA (1M/39 INCH) ECG Cable(19653)) PARA EQUIPO ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP150	2	PIEZA				
92	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (12.75141.003) PARA EQUIPO MANGO DE LARINGOSCOPIO KAWE	15	PIEZA				
93	FOCO PARA LARINGOSCOPIO (HPX060) PARA EQUIPO MANGO DE LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN	15	PIEZA				
94	CABLE DE PACIENTE PARA EQUIPO MONITOR DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH R3	3	PIEZA				
TOTAL CON LETRA:						SUB TOTAL	
						I.V.A.	
						TOTAL	

[...]

## 2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

**Primero.** - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar que realizaron los interesados, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUERENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	Nombre, Razón o Denominación Social	Número de Preguntas
1	KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.	3
2	BIOMÉDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V.	7
3	DRÄGER MEDICAL MÉXICO S.A. DE C.V.	17
4	TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	11
<b>Total</b>		<b>38</b>

### PARTICIPANTE KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.

CONSE CUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Anexo 3. Propuesta económica.	Se solicita a la convocante aclare si en las columnas relativas a marca y modelo de la propuesta económica se refiere a las del equipo donde serán utilizados los dispositivos correspondientes. ¿Es correcta mi apreciación?	No es correcta su apreciación, se deberá de plasmar en la columna marca y modelo de los bienes o insumos que oferte.



PARTICIPANTE KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	Anexo 2. Propuesta técnica.	Se solicita a la convocante aclarar si en las columnas relativas a marca y modelo de la propuesta técnica se refiere a las del equipo donde serán utilizados los dispositivos correspondientes. ¿Es correcta mi apreciación?	No es correcta su apreciación, se deberá de plasmar en la columna marca y modelo de los bienes o insumos que oferte.
3	Anexo 2. Propuesta técnica.	Se solicita a la convocante la transcripción textual del anexo 1; las columnas del anexo 2 y el anexo 1 no coinciden. ¿Qué columnas se deben considerar para el anexo 2?	Para la elaboración del Anexo 2. PROPUESTA TÉCNICA, se deberá de considerar la descripción de las columnas de la Modificación 1, de la presente acta.

PARTICIPANTE BIOMÉDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Anexo 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS. Punto 1 "Tiempo de entrega: Deberá ser dentro del término de 50 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la publicación y notificación del FALLO".	Se le solicita a la convocante que se amplíe el tiempo de entrega a 60 días naturales. Esto por motivos de calidad y logística.	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
2	Partidas 7 y 8. "Latiguillos 3 & 5 derivaciones ECG código de color AHA".	Se le solicita a la convocante que especifique para qué marca y modelo de Monitor de Signos Vitales se necesita o que especifique el tipo de entrada.	Los latiguillos de 3 & 5 derivaciones ECG código de color AHA que se requieren son tipo DIN compatible con múltiples marcas y modelos.
3	Partidas 21 y 22. "Troncal ECG 3 & 5 derivaciones".	Se le solicita a la convocante que permita ofertar el cable completo, quiere decir, el troncal con el sensor incluido.	Se acepta su propuesta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
6	Partida 45. "Troncal ECG de 5 derivaciones".	Se le solicita a la convocante que permita ofertar el cable completo, quiere decir, el troncal con el sensor incluido.	Se acepta su propuesta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
7	Partida 50. "Cable ECG de 5 derivaciones".	Se le solicita a la convocante que especifique con cuál MULTIMED cuenta el Monitor de Signos Vitales.	El cable de ECG de 5 derivaciones ofertado deberá ser compatible con el cable MULTIMED PLUS
8	Partidas 94. "Cable de Paciente"	Se le solicita a la convocante que aclare si se trata de un desfibrilador D3, debido a que en la descripción del equipo hacen alusión al modelo R3, el cual se trata de un Electrocardiógrafo.	Es correcta su apreciación, el equipo en cuestión es un desfibrilador D3 marca Mindray





PARTICIPANTE BIOMÉDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V.			
CONSE CUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
9	Bases, sección 7 "Características de la propuesta", punto "Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español".	Se le solicita a la convocante que aclare si es necesario presentar catálogos, fichas, fotografías y/o folletería de las partidas en las que se participe.	Los PARTICIPANTES si lo consideran necesario, podrán presentar certificaciones, folletos y catálogos.

PARTICIPANTE DRÄGER MEDICAL MÉXICO S.A. DE C.V.			
CONSE CUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 7	<p><b>Pregunta 1:</b> Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el cable de ECG</p> <p><b>Pregunta 2:</b> Solicitamos a le convocante nos indique si el cable de ECG va conectado a algún modulo multimed</p>	<p>Respuesta 1: Para la Partida 7 se requieren latiguillos de 3 derivaciones ECG código de color AHA tipo DIN compatible con múltiples marcas y modelos.</p> <p>Respuesta 2: Los latiguillos de 3 derivaciones ECG código de color AHA solicitados no van conectados al módulo MULTIMED</p>
2	Partida 8	<p><b>Pregunta 1:</b> Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el cable de ECG</p> <p><b>Pregunta 2:</b> Solicitamos a le convocante nos indique si el cable de ECG va conectado a algún modulo multimed</p>	<p>Respuesta 1: Para la Partida 8 se requieren latiguillos de 5 derivaciones ECG código de color AHA tipo DIN compatible con múltiples marcas y modelos.</p> <p>Respuesta 2: Los latiguillos de 5 derivaciones ECG código de color AHA solicitados no van conectados al módulo MULTIMED</p>



**PARTICIPANTE DRÄGER MEDICAL MÉXICO S.A. DE C.V.**

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
3	Partida 9	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
4	Partida 10	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
5	Partida 11	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
6	Partida 12	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
7	Partida 13	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
8	Partida 14	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
9	Partida 15	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
10	Partida 16	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
11	Partida 17	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazalete	Los brazaletes requeridos son de una vía sin ser específicos a alguna marca o modelo de monitor en particular
12	Partida 50	<p><b>Pregunta 1:</b> Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el cable de ECG</p> <p><b>Pregunta 2:</b> Solicitamos a le convocante nos indique si el cable de ECG va conectado a algún modulo multimed</p>	<p>Respuesta 1: La información referente a marca y modelo del monitor se encuentra en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las <b>BASES</b>.</p> <p>Respuesta 2: El cable de ECG de 5 derivaciones ofertado deberá ser</p>





**PARTICIPANTE DRÄGER MEDICAL MÉXICO S.A. DE C.V.**

CONSE CUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			compatible con el cable MULTIMED PLUS.
13	Partida 52	Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el brazaletes	La información referente a marca y modelo del monitor se encuentra en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las <b>BASES</b> .
14	Partida 55	<b>Pregunta 1:</b> Solicitamos a la convocante nos pueda confirmar marca y modelo del monitor para el que requiere el cable de IBP  <b>Pregunta 2:</b> Solicitamos a la convocante nos indique si el cable de IBP deberá ser de 7 o 10 pines	Respuesta 1: La información referente a marca y modelo del monitor se encuentra en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos, de las <b>BASES</b> .  Respuesta 2: El cable de IBP deberá de ser de 7 pines a MEDEX/ABBOT
15	Punto 9.1.	<b>Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas</b> Se solicita a la convocante que confirme que no será causa de desechamiento el no contar con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco, siempre y cuando la empresa participante este al corriente con sus obligaciones fiscales. Favor de confirmar.	El presente <b>PROCESO LICITATORIO</b> es de carácter local, de conformidad con el artículo 55 fracción II de la <b>LEY</b> de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el no contar con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco, será motivo de desechamiento de la <b>PROPUESTA</b> del <b>PARTICIPANTE</b> .
16	Punto 9.1.	<b>Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, Anexo 5</b> Se solicita a la convocante que confirme que no será causa de desechamiento el no presentar Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Propositiones, (impuesto del 2% sobre nómina). Favor de confirmar.	El no presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo, será motivo de desechamiento de la <b>PROPUESTA</b> del <b>PARTICIPANTE</b> .
17		Se solicita a la convocante que confirme que para esta licitación no será necesario presentar como parte de la propuesta registros sanitarios ni certificados emitidos por el fabricante. Favor de confirmar	Si el insumo o bien solicitado requiere de registro sanitarios de conformidad con la legislación en materia de salud el participante deberá presentarlo asimismo las certificaciones de calidad.



**PARTICIPANTE TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ**

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 7 LATIGUILLOS 3 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA	Especificar marcas de los equipos para los cuales se requiere	Los latiguillos de 3 derivaciones ECG código de color AHA que se requieren son tipo DIN compatible con múltiples marcas y modelos.
2	Partida 8 LATIGUILLOS 5 DERIVACIONES ECG CODIGO DE COLOR AHA	Especificar marcas de los equipos para los cuales se requiere	Los latiguillos de 5 derivaciones ECG código de color AHA que se requieren son tipo DIN compatible con múltiples marcas y modelos.
3	Partida 9 BRAZALETE PANI ADULTO	CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Se requieren Brazaletes de una vía
4	Partida 10 BRAZALETE PANI BARIATRICO	CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Se requieren Brazaletes de una vía
5	Partida 11 BRAZALETE PANI PEDIATRICO INFANTE	CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Se requieren Brazaletes de una vía
6	Partida 12 BRAZALETE PANI PEDIATRICO NIÑO	CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Se requieren Brazaletes de una vía
7	Partida 13 BRAZALETE NEONATAL NO.1	SUPONEMOS QUE BRAZLETE DESECHABLE, CORRECTO? CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Es correcta su apreciación. Se requiere que los Brazaletes sean de una vía
8	Partida 14 BRAZALETE NEONATAL NO.2	SUPONEMOS QUE BRAZLETE DESECHABLE, CORRECTO? CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Es correcta su apreciación. Se requiere que los Brazaletes sean de una vía
9	Partida 15 BRAZALETE NEONATAL NO.3	SUPONEMOS QUE BRAZLETE DESECHABLE, CORRECTO? CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Es correcta su apreciación. Se requiere que los Brazaletes sean de una vía
10	Partida 16 BRAZALETE NEONATAL NO.4	SUPONEMOS QUE BRAZLETE DESECHABLE, CORRECTO? CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Es correcta su apreciación. Se requiere que los Brazaletes sean de una vía
11	Partida 17 BRAZALETE NEONATAL NO.5	SUPONEMOS QUE BRAZLETE DESECHABLE, CORRECTO? CUANTAS VIAS EL BRAZALETE?	Es correcta su apreciación. Se requiere que los Brazaletes sean de una vía





**Segundo.** – Se procedió a dar lectura a las respuestas de las solicitudes de aclaración planteadas por los **PARTICIPANTES**, una vez concluida, se le pregunta a los **PARTICIPANTES** presentes si tienen alguna duda sobre las respuestas emitidas por la **CONVOCANTE**, a lo que respondieron no tener ninguna.

**Tercero.** – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:17 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. Martha Velázquez Ortega	Jefe "A" del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Luis Francisco López González	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
C. Beatriz Ramirez Jiménez	Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Ing. Carlos Graniel Tamayo	Representante de la Dirección General del Hospital General de Occidente		
Ing. Jaime Arturo Quirarte Tejeda	Representante de la Dirección General del Hospital General de Occidente		

**PARTICIPANTES:**

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	ANTEFIRMA
DRÄGER MEDICAL MÉXICO S.A. DE C.V.	Verónica Velarde Flores		
KYC MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.	Carlos Arturo Alvarado de la Torre		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.  
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>.

----- FIN DEL ACTA -----

