

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-050-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

"MATERIAL PARA RED DE FRIO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

Guadalajara, 08 de septiembre de 2023

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descrito en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00** horas del día **08 de septiembre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el numeral **5 JUNTA DE ACLARACIONES** de las **BASE.S** que rigen la presente licitación, se realizaron los siguientes:

CONSIDERANDO:

PRIMERO. – Se realiza la aclaración al numeral **1.3. Condiciones de entrega para las partidas 4 y 8 del ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS** para quedar como sigue:

1.3. Condiciones de entrega para las partidas 4 y 6.

Los bienes de las partidas **4 y 6** deberán entregar en el lugar de entrega los certificados de calibración de los termómetros.

La Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes, las preguntas y el manifiesto de interés en participar que fue enviado en tiempo y forma de parte del interesado, y se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUERENTE** a los cuestionamientos del siguiente **PARTICIPANTE**:

No.	Nombre, Razón O Denominación Social	Número de Preguntas
1	Comercializadora Maluale, S.A.S.	07
	Total	07

CONS.	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 4 TERMÓMETRO DE VASTAGO PARA SUPERVISIÓN. En el numero 10 Dice Textualmente "Incluir constancia o certificado de calibración del fabricante" Incluir constancia o certificado de calibración del fabricante.	Se pide a la convocante nos indique si el certificado de calibración para cada termómetro se requiere con trazabilidad Cenam, equivalente o EMA.	La convocante indica que el participante deberá incluir en su propuesta constancia o certificado de calibración del fabricante, y en el lugar de entrega los certificados de calibración del fabricante, tal y como se solicita en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos
2	Partida 4 TERMÓMETRO DE VASTAGO PARA SUPERVISIÓN. En el numero 10 Dice Textualmente "Incluir constancia o certificado de calibración del fabricante"	Se pide a convocante nos permita presentar carta protesta en donde indique que los 10000 termómetros de vástago se entregaran con certificado de calibración ya sea con trazabilidad Cenam, equivalente o EMA.	La convocante indica que el participante deberá incluir en su propuesta constancia o certificado de calibración del fabricante, y en el lugar de entrega los certificados de calibración del fabricante, tal y como se solicita en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos
3	Partida 4 TERMÓMETRO DE VASTAGO PARA SUPERVISIÓN. En la descripción se solicita en el numeral 5 el rango de Medición de -50° a 50° +/- 10% grados centígrados?	Se pide a la convocante nos permita ofertar un rango de -40°C a 50°C , debido a que es el rango más comercial que se maneja y del cual tomamos como referencia la imagen y rango que se presenta en el Manual de Vacunación 2021 en la página 70 y 71 Termómetro de vástago con sensor de 14 cm de largo y su fotografía 4.19. ¿Se acepta nuestra propuesta?	Para la Partida 4 TERMÓMETRO DE VASTAGO PARA SUPERVISIÓN. Numeral 5 el rango de medición que deberá considerar el Participante en de -50° a 50° +/- 10 grados centígrados (en el rango).





ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-050-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ,
"MATERIAL PARA RED DE FRIO DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL DEL O.P.D. SERVICIOS
DE SALUD JALISCO".

4	Partida 6 TERMOMETRO LINEAL PARA SUPERVISIÓN Incluir constancia o certificado de calibración del fabricante.	Se pide a la convocante nos indique si el certificado de calibración para cada termómetro se requiere con trazabilidad Cenam, equivalente o EMA.	La convocante indica que el participante deberá incluir en su propuesta constancia o certificado de calibración del fabricante, y en el lugar de entrega los certificados de calibración del fabricante, tal y como se solicita en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos
5	Partida 6 TERMOMETRO LINEAL PARA SUPERVISIÓN En el numero 4 Dice Textualmente "Incluir constancia o certificado de calibración del fabricante"	Se pide a convocante nos permita presentar carta protesta en donde indique que los 10000 termómetros de vástago se entregaran con certificado de calibración ya sea con trazabilidad Cenam, equivalente o EMA.	La convocante indica que el participante deberá incluir en su propuesta constancia o certificado de calibración del fabricante, y en el lugar de entrega los certificados de calibración del fabricante, tal y como se solicita en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos
6	Anexo 1 Punto 1 condiciones de entrega, en el punto 1.3 Condiciones de entrega para las partidas 4 y 8.	Le pedimos a la convocante nos confirme si las partidas correctas para la calibración es la 4 y 6, esto debido a que la partida 8 corresponde al termo de 45 L	Solo los bienes de las partidas 4 y 6 deberán incluir las constancias o certificados de calibración del fabricante en el lugar de la entrega. (de conformidad con el CONSIDERANDO primero de esta acta).
7	Anexo 1, punto 1 condiciones de entrega, en el punto 1.3 Condiciones de entrega para las partidas 4 y 8.	¿La partida 8 corresponde al termo de 45 l esta partida requiere calibración? Los certificados de calibración los requieren con trazabilidad Cenam o equivalente,	La partida 8. Termo para transporte de vacuna 45 litros, no requiere constancias o certificados de calibración del fabricante.

SEGUNDO. – Se informa que no se registraron **PARTICIPANTES** para el acto de junta de aclaraciones.

TERCERO. – Se da por terminada la presente acta a las **13:10 horas** del mismo día en que inició, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Mtra. Cristina Reynoso Bautista	Coordinadora Del Programa De Vacunación Universal		
Lic. Adrycel del Rocio Flores Santibañez	Representante de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>

