



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-060-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 15 de agosto de 2024.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-060-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas** del día **15 de agosto de 2024**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante **LA LEY**, y 65 de su Reglamento, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la Presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por el **Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya**, Coordinador de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de **LA LEY**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente el cual solventó las preguntas relacionadas con los aspectos técnicos, el representante del área contratante y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

HECHOS:

1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

No hay aclaraciones por parte de la **CONVOCANTE**.

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación a los cuestionamientos de carácter técnico, por las **ÁREAS REQUIRENTES**, de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	Nombre, Razón O Denominación Social	Número de Preguntas
1	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1
2	MEDICA MXT S.A. DE C.V.	3
3	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.	13
Total		17

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	PARTIDA 3 PAG: 50 PUNTO 5, REQUERIMIENTOS MENCIONA: CONTROL DE ENERGÍA: SUMINISTRO DE ENERGÍA REDUNDANTE (RPS), FUENTE DE ALIMENTACIÓN 300W	ENTENDEMOS QUE EL SERVIDOR DEBE INCLUIR UNA FUENTE DE 300 W Y DEBE TENER LA CAPACIDAD DE SOPORTAR UN SISTEMA REDUNDANTE DE ALIMENTACIÓN (CRPS) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-060-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
2	PARTIDA 3 PAG: 50 PUNTO 5, REQUERIMIENTOS MENCIONA: MOUSE: TOUCHPAD CON 2 BOTONES DE DESPLAZAMIENTO.	ENTENDEMOS QUE PARA ESTE ESTE PUNTO AL TRATARSE DE UN ACCESORIO GENÉRICO NO APLICAN LAS CARTAS SOLICITADAS DE FABRICANTE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3	PARTIDA 3 PAG: 50 PUNTO 5, REQUERIMIENTOS MENCIONA: PRUEBAS DE USO RUDO: DEBERÁ DE CUMPLIR AL MENOS CON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: BAJAS TEMPERATURAS, ARENA Y POLVO, HUMEDAD, HONGOS, CHASIS, VIBRACIÓN, SHOCK MECÁNICO, DERRAME DE LÍQUIDOS, DEBERÁ DE SER AVALADO CON CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE MENCIONANDO EL MODELO(S) OFERTADO(S). EQUIPOS DE LÍNEA CORPORATIVA.	HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE, DADO QUE ESTE EQUIPO CORRESPONDE A UNA LÍNEA DE PROCESAMIENTO BÁSICO, EL FABRICANTE NO REALIZA LAS PRUEBAS MENCIONADAS POR LO QUE NO EMITE LA CARTA. ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PODRÁ ENTREGAR FICHA TÉCNICA Y/O DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA CON LINK OFICIAL DEL FABRICANTE EN LA QUE SE MENCIONEN LOS INDICADORES DE ENTORNO OPERATIVO CON LOS QUE CUENTA ESTE EQUIPO, QUE SON: TEMPERATURA, ALTITUD MÁXIMA, HUMEDAD RELATIVA NO CONDENSADA, SALIDA TÉRMICA, EMISIONES ACÚSTICAS DE RUIDO, LÍMITES DE PARTÍCULAS DE CONTAMINACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
4	PARTIDA 3 PAG: 50 PUNTO 7, OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTE MENCIONA: 3. DEBE PRESENTAR DATASHEET DEL EQUIPO OFERTADO CON LINK DE PÁGINA OFICIAL, EN EL CUAL PUEDA SER CORROBORADA LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR ADICIONAL AL DATASHEET, INFORMACIÓN OFICIAL COMPLEMENTARIA DONDE PUEDA SER CORROBORADA LA INFORMACIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
5	PARTIDA 3 PAG: 50 PUNTO 7, OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTE MENCIONA: 5. DEBE ENTREGAR UNA CARTA ORIGINAL EN LA QUE EL FABRICANTE DEL EQUIPO DE PROCESAMIENTO OFERTADO QUE LO ACREDITE ENTRE LOS DOS NIVELES MÁS ALTOS PARA OFERTAR LOS PRODUCTOS DE LA LICITACIÓN, MENCIONADO NÚMERO DE CONCURSO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	ENTENDEMOS QUE, AL TRATARSE DE UN EQUIPO DE PROCESAMIENTO BÁSICO, ESTE PUNTO SE CUMPLE CON LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO SOLICITADA EN EL PUNTO 4 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LO ANTERIOR SIN SER LIMITANTE PARA EL RESTO DE LOS PARTICIPANTES
6	PARTIDA 3 PAG: 51 PUNTO 7, OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTE MENCIONA:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA IMPRESIÓN DEL FORMATO ORIGINAL DIGITAL DEL FABRICANTE Y/O MAYORISTA.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-060-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
	6. DEBE ENTREGAR UNA CARTA DEL FABRICANTE ORIGINAL EN LA QUE INDIQUE QUE LA SOLUCIÓN HA SIDO EVALUADA POR PERSONAL TÉCNICO CERTIFICADO DEL MISMO FABRICANTE DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, Y CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS RECOMENDADOS PARA UNA CORRECTA FUNCIONALIDAD Y COMPATIBILIDAD ENTRE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS, ASÍ COMO CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO.	¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
7	PARTIDA 4 PAG: 52 PUNTO 5. REQUERIMIENTOS MENCIONA: TARJETA DE VIDEO 2 GB DE MEMORIA DE VIDEO DINÁMICA O SUPERIOR, COMPATIBLE CON EL CHIPSET DEL EQUIPO OFERTADO	SE ENTIENDE QUE LA CONVOCANTE SOLICITA TARJETA GRÁFICA INTEGRADA Y COMPATIBLE CON EL CHIPSET DEL EQUIPO OFERTADO, DONDE ESTA POR SUS MISMAS CARACTERÍSTICAS SEA DE MEMORIA COMPARTIDA Y QUE BRINDE RESOLUCIONES MÁXIMAS DE 4096X2304@60HZ(DP) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	PARTIDA 4 PAG: 52 PUNTO 5. REQUERIMIENTOS MENCIONA: MONITOR MINIMO 19.5" LCD WIDE SCREEN CON RETROILUMINACIÓN LED Y PANTALLA ANTI-REFLEJO, RESOLUCIÓN MINIMA DE 1440 X 900, CONECTORES VGA, DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS: ENERGY STAR 6.0 COMPLIANT, NOM 019, EPET, ROHS. INCLUIR POR LO MENOS CABLES VGA, HDMI O DISPLAYPORT ASICOMPATIBLE DE ALIMENTACIÓN.	SE HACE MENCIÓN QUE LA NOM 019 Y EPET NO EXISTEN PARA LOS MONITORES, POR LO QUE NO FORMARIA PARTE DE UNA CARACTERÍSTICA TÉCNICA, SIN EMBARGO, LA NOMENCLATURA EPET HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LA NOMENCLATURA CORRECTA ES EPEAT Y QUE ES CARACTERISTICA DE DEL APARTADO IMPACTO AMBIANTAL DE LAS PRESENTES BASES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	PARTIDA 4 PAG: 53 PUNTO 5. REQUERIMEINTOS MENCIONA: SEGURIDAD FÍSICA RANURA PARA CABLEADO Y SENSOR DE APERTURA DE GABINETE ELECTRÓNICO. BLOQUEO DE PUERTOS USB DE MANERA INDIVIDUAL, CLAVE EN BIOS, ARRANQUE Y DISCO DURO, PERSISTENCIA EN BIOS.	HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LA PERCISTENCIA EN BIOS TAMBIEN CONOCIDA COMO AUTOSANACIÓN EN BIOS POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SER LIMITATIVO NOS PERMITA PRESENTAR CONFORME AL FABRICANTE LA ESPECIFIQUE. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
10	PARTIDA 4 PAG: 53 PUNTO 5. REQUERIMEINTOS MENCIONA: PRUEBAS DE USO RUDO DEBERÁ CUMPLIR CON AL MENOS LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TEMPERATURAS EXTREMAS, ALTAS TEMPERATURAS, BAJAS TEMPERATURAS, ARENAS Y	HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LO ANTERIOR SON PRUEBAS MILITARES (MIL-STD-810H) ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE CUMPLE MENCIONANDO EN LA FICHA TÉCNICA CON LINK OFICIAL DEL FABRICANTE EN LA QUE SE MENCIONAN LAS PRUEBAS MILITARES MIL-STD-	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-060-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"

MEDICA MXT S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
2	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 5.8.1 REQUISITOS SOLICITADOS POR PARTIDA. PARTIDA 2. ULTRASONIDO	SOLICITAN COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE CALIDAD A NOMBRE DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHOS CERTIFICADOS SON PARA EL EQUIPO DE ULTRASONIDO, YA QUE LA TABLET SOLICITADA ES UN ACCESORIO Y DICHO EQUIPO NO REQUIERE ALGUNOS DE LOS CERTIFICADOS SOLICITADOS. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN,
3	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 5.8.1 REQUISITOS SOLICITADOS POR PARTIDA. PARTIDA 2. ULTRASONIDO	SOLICITAN COPIA SIMPLE DE CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EN EL PAIS DE ORIGEN, ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHOS CERTIFICADOS SON SOLAMENTE PARA EL EQUIPO DE ULTRASONIDO, YA QUE LA TABLET SOLICITADA ES UN ACCESORIO FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	PARTIDA 2 EQUIPO DE ULTRASONIDO / ULTRASONOGRAFÍA	REFERENTE A LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA 100% INALÁMBRICO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PREMITA OFERTAR EQUIPO PORTATIL CON CONEXIÓN POR CABLE ENTRE EL ULTRASONIDO Y EL DISPOSITIVO MÓVIL PARA GARANTIZAR UNA TRANSMISIÓN DE DATOS MÁS ESTABLE Y CONFIABLE, YA QUE SI CONSIDERAMOS LAS INTERFERENCIAS ELECTROMAGNÉTICAS Y LAS VARIACIONES EN LA SEÑAL WI-FI QUE PUEDEN COMPROMETER LA CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS Y, EN CONSECUENCIA, LA PRECISIÓN DIAGNÓSTICA. POR FAVOR MANIFESTARSE AL RESPECTO.	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Segundo. – Se informa que para este acto asistió (un) **PARTICIPANTE**.

Tercero. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 10:05 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.


NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO		

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-060-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO"**

SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
	POLVO, HUMEDAD, HONGOS, DEBERÁ DE SER AVALADO CON CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE MENCIONANDO EL MODELO (S) OFERTADO (S).	810H (BAJA PRESIÓN [ALTITUD], ALTA TEMPERATURA, BAJA TEMPERATURA, CHOQUE TÉRMICO, HUMEDAD, ARENA Y POLVO, VIBRACIONES, GOLPES, HONGOS, RADIACIÓN SOLAR, CONTAMINACIÓN POR FLUIDOS, NIEBLA SALINA) ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	
11	PARTIDA 4 PAG: 54 PUNTO 5. OBLIGACIONES MENCIONA: DEBERÁ PRESENTAR DATASHEET DEL EQUIPO OFERTADO CON LINK DE PÁGINA OFICIAL, EN EL CUAL PUEDA SER CORROBORADA LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A SU COTIZACIÓN.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN OFICIAL DEL FABRICANTE COMPLEMENTARIA A DATASHEET, ESTO CON EL FIN DE VALIDAR TÉCNICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.
12	PARTIDA 3 Y 4 PAG: 50 Y 53 PUNTO 7, REQUERIMIENTOS MENCIONA: DEBERÁ INCLUIR: GARANTÍA DE 3 AÑOS COMO MÍNIMO EN PARTES, MANO DE OBRA Y EN SITIO. ACTUALIZACIÓN DE DRIVERS.	ENTENDEMOS QUE PARA LA MANO DE OBRA Y EN SITIO SE REQUIERE INGENIERO CON EXPERIENCIA, POR LO QUE SE DEBERÁ DE PRESENTAR CERTIFICADO VIGENTE EXPERTO SCALED SCRUM MASTER. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
13	PARTIDA 3 Y 4 PUNTO 7, OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTE	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA IMPRESIÓN DEL FORMATO ORIGINAL DIGITAL DE TODAS LAS CARTAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PRESENTAR CARTAS DIGITALES, IMPRESA CON CÓDIGO DE BARRAS, CADENA DIGITAL O CORREO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN, QUE PERMITA EN CUALQUIER MOMENTO VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO, MENCIONANDO EL NÚMERO DE CONCURSO AL CUAL PARTICIPA.

MEDICA MXT S.A. DE C.V.			
No	Partida y/o punto de la convocatoria	Pregunta	Respuesta
1	ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, 5.8.1 REQUISITOS SOLICITADOS POR PARTIDA. PARTIDA 2. ULTRASONIDO	SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE, O JUSTIFICACIÓN SUSTENTADA DEL LICITANTE EN CASO DE QUE NO APLIQUE. ES CORRECTO ENTENDER QUE DICHO REGISTRO SANITARIO ES PARA EL EQUIPO DE ULTRASONIDO, YA QUE LA TABLET SOLICITADA ES UN ACCESORIO Y DICHO EQUIPO NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO. FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. LA TABLETA ELECTRÓNICA ES CONSIDERADA UN ACCESORIO POR LO CUAL NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LCCC-060-2024
CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS Y APARATOS DEPORTIVOS
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

ING. JAIME ENRIQUE BARRAGAN BAUTISTA	JEFE DE SOPORTE GRP DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÁREA REQUIRENTE		
DR. JUAN RAMÓN TORRES MÁRQUEZ	SUBDIRECTOR GENERAL MÉDICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO ÁREA REQUIRENTE		
C. BEATRIZ RAMÍREZ JIMÉNEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO		
LIC. CARLOS ALEJANDRO ORQUIZ RAMÍREZ	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO		

PARTICIPANTE QUE ASISTIÓ:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	ANTEFIRMA
SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.	AMPARO JUDIT MONTES DE OCA HERNÁNDEZ		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>.

