



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-062-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ TERCERA VUELTA

“ADQUISICIÓN DE UNIDADES ESTOMATOLÓGICAS, COMPRESORES DE AIRE, REFRIGERADORES Y CONGELADORES PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 04 de diciembre de 2023.

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 04 de diciembre de 2023, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante la Ley, y 65 de su Reglamento, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la Presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por la Mtra. Martha Velázquez Ortega, Jefe "A" del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente el cual solventó las preguntas relacionadas con los aspectos técnicos, el representante del área contratante solventó las preguntas relacionadas con los aspectos legal administrativo y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

HECHOS:

1.- MODIFICACIONES DE LA CONVOCANTE

No hay Modificaciones por parte de la **CONVOCANTE**.

3.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas las preguntas y el manifiesto de interés en participar que realizaron los interesados, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

No.	Nombre, Razón O Denominación Social	Número de Preguntas
1	INSUMOS MÉDICOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	5
2	REINGENIERÍA EN INSUMOS MÉDICOS Y LOGÍSTICA DE ABASTO S.A. DE C.V.	12
Total		17

INSUMOS MÉDICOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO 1.	Se le solicita a la convocante, de la manera mas atenta nos permita ofertar: Congelador de 10 pies con tapa de cofre, con 8.9 pies cúbicos de espacio para almacenaje. Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.



INSUMOS MÉDICOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
2	PARTIDA 5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO 3.	Se le solicita a la convocante, de la manera mas atenta permita ofertar el congelador con control digital, se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
3	PARTIDA 5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO 4.	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el congelador que contenga enfriamiento por evaporador.	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
4	PARTIDA 5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO 10.	Se le solicita a la convocante, de la manera mas atenta se acepte ofertar el congelador con una alimentación de 115v/60Hz, se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
5	PARTIDA 5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PUNTO 11.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el congelador con las siguientes dimensiones: Alto: 86cm, Ancho: 111cm y Profundo: 66cm. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.

REINGENIERÍA EN INSUMOS MÉDICOS Y LOGÍSTICA DE ABASTO S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 1. Unidad Estomatológica. El equipo deberá contar con al menos los siguientes elementos: * Escupidera (de aluminio).	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la Unidad Estomatológica que contenga escupidera fabricada en poliuretano, ya que por sus propiedades cuenta con un mayor rendimiento de vida util, es un material que no requiere de esterilización, tiene mayor resistencia a la abrasión y puede ser desinfectado con cualquier antiséptico. ¿Se aprueba?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
2	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 1. Unidad Estomatológica. El equipo deberá contar con al menos los siguientes elementos: * Charola esterilizable.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la Unidad Estomatológica con charola fabricada en poliuretano, ya que por sus propiedades cuenta con un mayor rendimiento de vida util, es un material que no requiere de esterilización, tiene mayor resistencia a la abrasión y puede ser desinfectado con cualquier antiséptico. ¿Se aprueba?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
3	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 1. Unidad Estomatológica. El equipo deberá contar con al menos los siguientes elementos: *	Solicitamos amablemente a la convocante se omita este requerimiento. ¿Se aprueba?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.



REINGENIERÍA EN INSUMOS MÉDICOS Y LOGÍSTICA DE ABASTO S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	Bolsa contenedora para su transporte.		
4	Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. Partida 1. Unidad Estomatológica. El equipo deberá contar con al menos los siguientes elementos: * Banco plegable para el operador con forro lavable mismo color del sillón dental (con bolsa de transporte).	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la Unidad Estomatológica con banco plegable en color negro sin bolsa para su transporte, mismo que no es igual al color del sillón dental (Azul Rey). ¿Se aprueba?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
5	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 1. Unidad Estomatológica. El equipo deberá contar con al menos los siguientes elementos: * Botella contenedora de drenaje para aspirador (1000 ml);	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la Unidad Estomatológica sin botella contenedora de drenaje para aspirador (1000ml), ya que la unidad que mi representada ofertará se conecta directamente al drenaje para el desecho de fluidos y líquidos. ¿Se aprueba?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
6	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 1. Congelador con capacidad de 5 Pies cúbicos y con puerta tipo tapa solida de cofre	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar congelador horizontal de 6.89 pies con tapa de cofre, ya que los congeladores de 5 pies se encontrarán con disponibilidad hasta el año 2024. ¿Acepta nuestra propuesta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
7	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 2. Temperatura de -18°C a -24°C (Configurable).	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar congelador con temperatura ajustable desde los 10°C hasta -26°C., esta temperature abarca la solicitada y puede ajustarse a las necesidades que sean requeridas. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
8	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar congelador con control de temperatura ajustable mecánica. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.



REINGENIERÍA EN INSUMOS MÉDICOS Y LOGÍSTICA DE ABASTO S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
	Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 3. Controlador mecánico		
9	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 4. Enfriamiento por placa fría	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar congelador con enfriamiento evaporativo, ya que es un proceso natural donde se utiliza la evaporación del agua como medio para enfriar el aire. ¿Se aprueba?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
10	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 6. Interior en aluminio y exterior en lámina galvanizada con acabado de pintura	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar congelador con interior en acero plano (blanco), ya que es un material existente y duradero, puede soportar grandes cargas y es resistente a la corrosión, reciclable: puede ser reutilizado sin perder sus propiedades. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
11	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 10 Alimentación 127V +/- 10% a 60Hz ;	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el congelador con alimentación de 110V/60Hz. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.
12	Anexo 1. Carta de requerimiento técnicos. Partida 5. Congelador Horizontal de Refrigerantes para Vacunas de 5 Pies. Descripción Técnica, Punto 11: Dimensiones exteriores aproximadas: 84 x 71 x 55 centímetros (Frente x Fondo x Altura);	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar congelador con las siguientes dimensiones exteriores: Alto: 84.9 cm, Ancho: 89 cm, Profundo: 57.5 cm. ¿Se acepta?	Se acepta, sin ser una limitante para el resto de los PARTICIPANTES.

Segundo. – Se procedió a dar lectura a las respuestas de las solicitudes de aclaración planteadas por el **PARTICIPANTE**, una vez concluida, se les pregunta al **PARTICIPANTE** presente si tiene alguna duda sobre las respuestas emitidas por la **CONVOCANTE**, a lo que respondió no tener ninguna.



Tercero. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 12:15 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Mtra. Martha Velázquez Ortega	Jefe "A" del Comité de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Luis Francisco López González	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
C. Estefanía Montserrat Alcántara García	Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Dr. Felipe de Jesús Razo Ibarra	Subdirector General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Dra. Cecilia Hernández Pérez	Coordinadora del Programa de Salud Bucal del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Mtra. Cristina Reynoso Bautista	Coordinadora Estatal del Programa de Vacunación Universal del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Ing José Daniel Alcalá Cortés	Coordinador de Red de Frío del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		



PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	ANTEFIRMA
REINGENIERÍA EN INSUMOS MÉDICOS Y LOGÍSTICA DE ABASTO S.A. DE C.V.	Ana Gabriela Negrete Toscano		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>.

----- FIN DEL ACTA -----