



Servicios de
Salud Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD JALISCO

MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LSCC-012-2025 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PORTÁTILES, PAPEL PARA ELECTROCARDÍOGRAFO PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS, ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DIGITALES DE MESA, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO, PARA EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO, DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”



Dr. J. Baeza Alzaga #107, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco C.P. 44100

| Tel. 33 30 30 50 00

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descrito en las **BASES** de la **LICITACIÓN** que rigen al presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** horas del día **26 de septiembre de 2025**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México; los servidores públicos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco que suscriben el presente documento, proceden a realizar la **MODIFICACIÓN** a las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LSCC-012-2025 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada **“ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PORTÁTILES, PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS, ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DIGITALES DE MESA, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO, PARA EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO, DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios:

MODIFICACIÓN:


PRIMERA. – La **CONVOCANTE** aclara el error involuntario plasmado en el **“ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”**, en la **PARTIDA 2** del **PROCEDIMIENTO** de **ADQUISICIÓN**, relativa a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LSCC-012-2025 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PORTÁTILES, PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS, ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DIGITALES DE MESA, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO, PARA EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO, DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, ya que las cantidades requeridas en los primeros dos renglones de la **PARTIDA 2**, se plasmaron de manera equivocada, por lo que se procede a su corrección para mejor comprensión, quedando como sigue:

Dice:

Partida 2:

“ADQUISICIÓN DEL PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO, PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS, DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ”

PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN REQUERIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Papel para electrocardiógrafo Philips PageWriter TC50	Tipo de papel	Papel térmico para electrocardiografía	100	Rollo
		Compatibilidad	Compatible con electrocardiógrafo Philips PageWriter TC50		
		Formato	Z-fold (plegado en zig-zag) Hoja tamaño A4		
		Dimensiones	210 mm de ancho x 300 mm de largo por hoja		
		Calidad del papel	Alta sensibilidad térmica, impresión clara y duradera		
		Marcadores	Con marcas para indicación de final de rollo o sección		
		Color del papel	Blanco con cuadrículado rojo o rosado		
		Empaque	Rollo con 200 hojas		
		Resolución de impresión	200 dpi en el eje de voltaje y 500 dpi en el eje de tiempo.		
Vida útil	Mínimo 2 años a partir de la fecha de fabricación				





		Características adicionales	El papel está diseñado para funcionar con la impresora de matriz digital de alta resolución del dispositivo.		
2	Papel para electrocardiógrafo Mindray BeneHeart R12	Tipo de papel	Papel térmico para electrocardiografía	180	Paquete
		Compatibilidad	Compatible con electrocardiógrafo Mindray BeneHeart R12		
		Formato	Hojas tamaño A4, Z-fold (plegado en zig-zag)		
		Dimensiones	210 mm de ancho x 295 mm de largo por hoja (aproximado)		
		Calidad del papel	Alta sensibilidad térmica, impresión clara y duradera		
		Marcadores	Con marcas para indicación de final de rollo o sección		
		Color del papel	Blanco con cuadrículado rojo o rosado		
		Empaque	Paquete con 100 hojas		
		Vida útil	Mínimo 2 años a partir de la fecha de fabricación		
3	Papel para electrocardiógrafo Schiller SE-301 ECG de 3 Canales	Tipo de papel	Papel térmico para electrocardiografía	70	Paquete
		Compatibilidad	Compatible con electrocardiógrafo Schiller SE-301 de 3 canales		
		Formato	Z-fold (plegado en zig-zag)		
		Dimensiones	80 mm de ancho x 140 mm de largo por hoja (aproximado)		
		Calidad del papel	Alta sensibilidad térmica, impresión clara y duradera		
		Marcadores	Con marcas para indicación de final de rollo o sección		
		Color del papel	Blanco con cuadrículado rojo o rosado		
		Empaque	Paquete con 200 hojas		
		Vida útil	Mínimo 2 años a partir de la fecha de fabricación		
Tiempo de entrega	La entrega de los bienes o insumos objeto de este procedimiento de adquisición podrá ser en una sola exhibición o en parcialidades, en un lapso no mayor a 30 días naturales posteriores a la emisión, publicación y notificación del FALLO.				

Debe decir:

Partida 2:

"ADQUISICIÓN DEL PAPEL PARA ELECTROCARDÍOGRAFO, PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABÓLICAS, DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO "

PROGRESIVO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN REQUERIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Papel para electrocardiógrafo Philips PageWriter TC50	Tipo de papel	Papel térmico para electrocardiografía	180	Rollo
		Compatibilidad	Compatible con electrocardiógrafo Philips PageWriter TC50		
		Formato	Z-fold (plegado en zig-zag) Hoja tamaño A4		
		Dimensiones	210 mm de ancho x 300 mm de largo por hoja		
		Calidad del papel	Alta sensibilidad térmica, impresión clara y duradera		
		Marcadores	Con marcas para indicación de final de rollo o sección		
		Color del papel	Blanco con cuadrículado rojo o rosado		
		Empaque	Rollo con 200 hojas		
		Resolución de impresión	200 dpi en el eje de voltaje y 500 dpi en el eje de tiempo.		
		Vida útil	Mínimo 2 años a partir de la fecha de fabricación		
		Características adicionales	El papel está diseñado para funcionar con la impresora de matriz digital de alta resolución del dispositivo.		



2	Papel para electrocardiógrafo Mindray BeneHeart R12	Tipo de papel	Papel térmico para electrocardiografía	100	Paquete
		Compatibilidad	Compatible con electrocardiógrafo Mindray BeneHeart R12		
		Formato	Hojas tamaño A4, Z-fold (plegado en zig-zag)		
		Dimensiones	210 mm de ancho x 295 mm de largo por hoja (aproximado)		
		Calidad del papel	Alta sensibilidad térmica, impresión clara y duradera		
		Marcadores	Con marcas para indicación de final de rollo o sección		
		Color del papel	Blanco con cuadrículado rojo o rosado		
		Empaque	Paquete con 100 hojas		
		Vida útil	Mínimo 2 años a partir de la fecha de fabricación		
3	Papel para electrocardiógrafo Schiller SE-301 ECG de 3 Canales	Tipo de papel	Papel térmico para electrocardiografía	70	Paquete
		Compatibilidad	Compatible con electrocardiógrafo Schiller SE-301 de 3 canales		
		Formato	Z-fold (plegado en zig-zag)		
		Dimensiones	80 mm de ancho x 140 mm de largo por hoja (aproximado)		
		Calidad del papel	Alta sensibilidad térmica, impresión clara y duradera		
		Marcadores	Con marcas para indicación de final de rollo o sección		
		Color del papel	Blanco con cuadrículado rojo o rosado		
		Empaque	Paquete con 200 hojas		
		Vida útil	Mínimo 2 años a partir de la fecha de fabricación		
Tiempo de entrega	La entrega de los bienes o insumos objeto de este procedimiento de adquisición podrá ser en una sola exhibición o en parcialidades, en un lapso no mayor a 30 días naturales posteriores a la emisión, publicación y notificación del FALLO.				

SEGUNDA. – En observancia al término establecido en el artículo 62, numeral 1, se recalendariza el acto de Presentación y Apertura de Propuestas del proceso licitatorio en comento, para el próximo **Jueves 2 de octubre a las 13:00 Hrs.**, siendo el registro de asistencia de los PARTICIPANTES 30 minutos antes, lo anterior es con el propósito de difusión, así como para que los PARTICIPANTES consideren la modificación en la elaboración de sus propuestas.

Se informa que prevalecen los términos y condiciones establecidas en las **BASES de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LSCC-012-2025 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ**, denominada “ADQUISICIÓN DE BÁSCULAS ELECTRÓNICAS PORTÁTILES, PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO PARA EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS, ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DIGITALES DE MESA, PARA LA COORDINACIÓN ESTATAL DE MONITOREO Y ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO, PARA EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO, DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” y que no fueron modificadas en la presente acta.

Después de dar lectura a la presente Acta, sin más que aclarar, se da por terminado este acto, siendo las **10:10** horas, del mismo día en que dio inicio.

Esta Acta consta de 5 cinco páginas, firmadas de conformidad por los asistentes para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
L.A.E. ALEJANDRO MURUETA ALDRETE	DIRECTOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO		



NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
MTRO. ADÁN RODRIGO SOLANO COTA	COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO		
DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA	SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS EN SALUD DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. (ÁREA REQUIRENTE)		

